



Olsztyn, dn. 14 września 2023 r.

Nr sprawy 34/2023

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: odpowiedzi dotyczących postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych (powtórzenie unieważnionych części zamówienia w postępowaniu nr sprawy 23/2023).**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1605), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

#### **ZESTAW 1**

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 5 w pozycji 8 (z racji na zmianę dokonaną przez producenta w zestawie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego) dopuści zestaw ze strzykawką 30 ml; spełniający pozostałe wymagania SWZ.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**
2. Czy Zamawiający w Zadaniu 5 wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 12 z Zadania; decyzja Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty na pozostały asortyment w Zadaniu 5  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ.**
3. Czy Zamawiający w Zadaniu 5 wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 13 z Zadania; decyzja Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty na pozostały asortyment w Zadaniu 5.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SWZ.**
4. Czy Zamawiający w Zadaniu 5 w pozycji 4 dopuści rurkę tracheostomijną z regulowanym położeniem kołnierza, z termoplastycznego PCW, silikonowaną, z mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny z rozmiarem rurki, linia rtg na całej długości rurki, przezroczysty kołnierz, w zestawie tasiemki mocujące. Sterylna.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie postępowania:

[https://platformazakupowa.pl/pn/usk\\_olsztyn/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings)