



Wrocław, 26 sierpnia 2021r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław**

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę zastawek, protez naczyniowych i łat dla Kliniki Kardiochirurgii, znak sprawy: 4 WSKzP.SPZP.2612.47.2021*

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 284 ust.2 oraz art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz.2019 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dalej SWZ w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 1:** pakiet nr 2 poz. 1 – Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łaty w rozmiarze 1,2x10,2cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:** Zamawiający dopuszcza i jednocześnie modyfikuje opis w pakiecie nr 2 poz. 1:

1.	Łata teflonowa naczyniowa, pakowana pojedynczo, sterylna	1,2 - 1,3 cm x 10,2 cm; grubość 1,65 mm
----	--	--

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.**

**W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).**

Z upoważnienia  
KOMENDANTA  
4. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ  
SP ZOZ we Wrocławiu  
.....  
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)  
Kierownik Zamawiającego