



**REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA  
I KRWIOLECZNICTWA W BYDGOSZCZY  
85-015 Bydgoszcz, Ks. Markwarta 8**

www.rckik-bydgoszcz.com.pl

e-mail: krew@rckik-bydgoszcz.com.pl

L. dz. DAT-3800-1-ZP-2022

Bydgoszcz, dnia 14.02.2022

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na usługę:**

**„Mikrokuwety oraz inne materiały służące do pomiaru poziomu hemoglobiny” - nr postępowania 1/ZP/2022**

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 i ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), udziela wyjaśnień treści zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań.

**Pytanie 1:**

Zamawiający w treści załącznika nr 1 do SWZ (Oferta Wykonawcy) wskazał m.in. łączną ilość opakowań krwi kontrolnej, natomiast w załączniku nr 5 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) wskazał, iż krew kontrolna do kontroli jakości oznaczeń poziomu hemoglobiny dotyczy trzech zakresów pomiarowych (niski, normalny, wysoki). Mając powyższe na względzie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania krwi kontrolnej o łącznej ilości 180 op. z każdego poziomu, czy po 60 opakowań z każdego z trzech zakresów pomiarowych?

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający wymaga łącznie 180 op. – 60 z niskiego zakresu pomiarowego, 60 z normalnego zakresu pomiarowego oraz 60 z wysokiego zakresu pomiarowego.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie krwi kontrolnej z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy? Na uzasadnienie wskazujemy fakt, iż przez trwającą od 2020 r. pandemię COVID-19 wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, na rynku wyrobów medycznych pojawiają się czasowe ograniczenia w produkcji i wydłużony czas dostaw w ramach sieci dystrybucji, a to natomiast może mieć wpływ na termin ważności asortymentu. Dodatkowo warto wskazać, iż czas trwania umowy i sukcesywność realizacji dostaw eliminuje ryzyko przeterminowania się asortymentu posiadanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie krwi kontrolnej z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy, dokonując zmiany w zał. nr 5 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, lit. B, pkt. 4).

**Było:**

„4) dostarczenia przedmiotu zamówienia z terminem nie krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy – dotyczy mikrokuwet i krwi kontrolnej oraz z terminem nie krótszym niż 9 miesięcy od daty dostawy – dotyczy akcesoriów do czyszczenia.”

**Jest:**

„4) dostarczenia przedmiotu zamówienia z terminem nie krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy – dotyczy mikrokuwet oraz z terminem nie krótszym niż 9 miesięcy od daty dostawy – dotyczy akcesoriów do czyszczenia i krwi kontrolnej.”

Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami ulegają zmianie terminy:

- 1) Termin składania ofert: 22.02.2022 r. godz. 10:00
- 2) Termin otwarcia ofert: 22.02.2022 r. godz. 10:30
- 3) Termin związania ofertą: 23.03.2022 r.

Zatwierdził

DYREKTOR  
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Bydgoszczy  
*Wojtylak*  
mgr Paweł Wojtylak