



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 196/05/2022

Chrzanów, 18.05.2022 r.

## Wykonawcy

### **Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu nr 54/2022 na dostawę łóżek elektrycznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.**

1. Dotyczy wiersza 5: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka elektrycznego o całkowitej szerokości wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 995 mm?

**Odp.: Nie.**

2. Dotyczy wiersza 5: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka elektrycznego o wymiarach leża 850 x 1950 mm? Wymiar ten nieznacznie odbiega od wymaganego.

**Odp.: Nie.**

3. Dotyczy wiersza 9: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka elektrycznego bez optycznego wskaźnika kąta odchylenia segmentu oparcia pleców, co podnosi koszty łóżka?

**Odp.: Nie.**

4. Dotyczy wiersza 9: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka elektrycznego z regulacją przechyłów Trendelenburga / Anty-Trendelenburga w zakresie +/- 14 st.?

**Odp.: Zgodnie z SWZ – Zamawiający nie dopuszcza.**

5. Dotyczy wiersza 11: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka elektrycznego, w którym czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej wynosi ok. 30 sekund?

**Odp.: Dopuszcza.**

6. Dotyczy wiersza 12: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka elektrycznego, w którym pilot sterujący posiada m.in. funkcję Trendelenburga, jednak może ona być blokowana kluczykiem?

**Odp.: Zgodnie z SWZ – Zamawiający nie dopuszcza.**

7. Dotyczy wiersza 15: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka elektrycznego, w którym leże wypełnione jest twardymi, sztywnymi płytami HPL, odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących i uszkodzenia mechaniczne – jest to parametr lepszy niż oczekiwane płyty polipropylenowe.

**Odp.: Zgodnie z SWZ – Zamawiający nie dopuszcza.**

8. Dotyczy wiersza 15: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka elektrycznego z płytami leża zamontowanymi na stałe?

**Odp.: Nie.**

9. Dotyczy wiersza 18: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka elektrycznego ze szczytami tworzywowymi, z kolorowymi wklejkami, łatwo odejmowanymi, odpornymi na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne,



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

chemiczne oraz promieniowanie UV, wykonane z polipropylenu o grubości ścianek 3-5 mm, w technologii Rotomoulding, łatwo odejmowane bez użycia narzędzi?

**Odp.: Zgodnie z SWZ – Zamawiający nie dopuszcza.**

10. Dotyczy wiersza 18: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szczytów łatwo odejmowanych bez możliwości zabezpieczenia przed wypadnięciem? Idea stosowania szczytów łatwo odejmowanych, szczególnie w przypadku łóżek dla OIT jest możliwość błyskawicznego, bez żadnych manipulacji, odjęcia szczytu podczas reanimacji pacjenta lub zabiegów iniekcyjnych.

**Odp.: Zgodnie z SWZ – Zamawiający nie dopuszcza.**

11. Dotyczy wiersza 19: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka elektrycznego z barierkami:

- lakierowane proszkowo, wykonane z trzech rurek poziomych o średnicy 25 mm;
- składane wzdłuż ramy leża poniżej poziomu materaca;
- składanie barierki za pomocą jednego zatrzasku (nie naciskamy, a odciągamy zatrzask);
- spełniające normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

**Odp.: Zgodnie z SWZ – Zamawiający nie dopuszcza.**

12. Dotyczy wiersza 24: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka elektrycznego z kołami o średnicy

125 mm?

**Odp.: Nie.**

13. Dotyczy wiersza 25: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka elektrycznego z bezpiecznym obciążeniem 230 kg?

**Odp.: Zgodnie z SWZ – Zamawiający nie dopuszcza.**

14. Dotyczy wiersza 27: Czy zgodnie z wcześniejszym zapisem w wierszu 18 Zamawiający wymaga szczytów tworzywowych z wklejkami kolorowymi, nie zaś szczytów z wypełnieniem kolorowym?

**Odp.: Wklejka koloru niebieskiego.**

15. Dotyczy wiersza 28, tj. elementy wyposażenia łóżek: Czy pozycja pn. „stolik przyłóżkowy” została opisana w dalszych wierszach opisu przedmiotu zamówienia, tj. wiersze 29-36, czy też stanowi odrębne wyposażenie łóżka, bez szczegółowego opisu wymagań?

**Odp.: Szafka wymieniona w pkt 28 opisana w wierszach 29-36 .**

16. Dotyczy wiersza 30: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki przyłóżkowej, w której reling na blacie wykonany jest ze stali nierdzewnej – jako rozwiązanie równoważne?

**Odp.: Zgodnie z SWZ – Zamawiający nie dopuszcza.**

17. Dotyczy wiersza 30: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki przyłóżkowej bez uchwytu na szklanę?

**Odp.: Zgodnie z SWZ – Zamawiający nie dopuszcza.**





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

18. Dotyczy wiersza 30: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki przyłóżkowej z blatem HPL, który nie posiada i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń krawędzi?

**Odp.: Zgodnie z SWZ – Zamawiający nie dopuszcza.**

19. Dotyczy wiersza 31: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki przyłóżkowej, w której półka na prasę pomiędzy dwiema szufladami posiada wysokość 154 mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

20. Dotyczy wiersza 34: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki przyłóżkowej o głębokości całkowitej 445 mm (w tym głębokość korpusu 416 mm)?

**Odp.: Zgodnie z SWZ – Zamawiający nie dopuszcza.**

21. Dotyczy wiersza 36: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki przyłóżkowej, w której sprężyna gazowa zwalniana jest wygodną dźwignią dostępną pod dłonią użytkownika?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

22. Dotyczy wiersza 5: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka elektrycznego o całkowitej długości x szerokości 2180 x 960 mm? Parametry te nieznacznie odbiegają od wymaganych.

**Odp.: Zgodnie z SWZ – Zamawiający nie dopuszcza.**

23. Dotyczy wiersza 5: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka elektrycznego o wymiarach leża 850 x 2000 mm? Wymiar ten nieznacznie odbiega od wymaganego.

**Odp.: Zgodnie z SWZ – Zamawiający nie dopuszcza.**

**Z poważaniem**

**Dyrektor**

**mgr Artur Baranowski**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892