



ZP/25-2022/PN

Olecko dnia 2022-11-02

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Część II**

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą: **„Dostawa materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby szpitala „Olmedica w Olecku sp. z o. o.”**

Zamawiający – Olmedica w Olecku sp. z o. o., ul. Gołdapska , 19-400 Olecko, działając na podstawie art. 135 ust.2 stawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania jak poniżej:

PYTANIE 1

Załącznik nr 2.34

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczy powlekanych PTFE, szerokość rozwarcia szczęk 8,0 mm, średnica osłonki 2,4 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 2

Załącznik nr 2.34

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczyków uzębionych i gładkich – do wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji nr 2 nie opisał kleszczyków tylko ustnik do gastrokopii, dlatego nie jest w stanie odpowiedzieć na w/w zadane pytanie.

PYTANIE 3

Załącznik nr 2.34

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczy powlekanych PTFE, szerokość rozwarcia szczęk 8,0 mm, średnica osłonki 2,4 mm, długość szczęk 4,0 mm, pojemność łyżeczek 9,5 mm³, markery szare.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 4

Załącznik nr 2.34

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczotek o długości roboczej 250 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



PYTANIE 5

Załącznik nr 2.34

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy osłonki 1,6 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 6

Załącznik nr 2.34

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy osłonki 1,6 mm, długość robocza 120 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 7

Pakiet 34, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie ustników rozmiar 22 x 25mm, mikrobiologicznie czystych, pakowanych indywidualnie z 3 etykietami do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 8

Pakiet 34, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie kleszczyków powlekanych PE, z łyżkami owalnymi z podwójnym szlifem, śr. 1,8mm, dł. 120cm, bez igły.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 9

Pakiet 34, poz. 3

Prosimy o doprecyzowanie, czy przez sformułowanie: „uzębiony” Zamawiający wymaga kleszczyków typu Aligator + ząb szczura, śr. 1,8mm, dł. 120cm.

Odpowiedź: Zamawiający kleszczyków biopsyjnych typu Aligator „uzębionych”. Nie dopuszcza kleszczyków chwytających typu ząb szczura.

PYTANIE 10

Pakiet 34, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie równoważnych kleszczyków biopsyjnych powlekanych, łyżki owalne, szerokość otwarcia szczęk 7,5mm, śr. osłonki 2,3mm, dł. szczęk 0,40cm, pojemność łyżeczek 10,74mm³, dł. robocza 180cm, Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 11

Pakiet 34, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie równoważnych szczotek dwustronnych o śr. 6/10mm, śr. cewnika 1,7mm, dł. robocza 230cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Olmedica w Olecku sp. z o.o.
REGON: 519558690 NIP: 847-14-88-956
ul. Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko, tel (087) 520 22 95-96
Fax. (087) 520 25 43
e-mail: olmedica@olmedica.pl



W przypadku, w którym Zamawiający w wyniku odpowiedzi dopuścił tolerancję np.: wymiarów, parametrów, wymaga wskazania w formularzach cenowych zaoferowanych przez Wykonawcę: wymiarów, parametrów itp.

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówień i będą wiążące przy składaniu ofert.

ZATWIERDZAM

Prezes Zarządu Olmedica w Olecku Sp. z o.o.

/-/mgr Katarzyna Mróz