



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WSzSL/FZ/381/66/20/028 / 2020

Legnica 19.11.2020r.

Do Wszystkich Zainteresowanych

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych - II
Znak sprawy WSZSL/FZ-66/20

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

PYTANIA WYKONAWCY NR 4

dotyczy: części nr 2

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z ciśnieniem początkowym dla niemowląt 120 mmHg i 160mmHg dla dorosłych z automatycznym zwiększeniem parametru w razie potrzeby? Parametry te pozwolą na większy komfort pomiarów u pacjentów bez wpływu na wynik pomiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań. Przy składaniu takiej oferty należy w formularzu asortymentowo-cenowym wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
mgr inż. Andrzej Bukowczyk