



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 18.11.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 39/2024

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę chłodziarek podblatowych oraz chłodziarki na odpady medyczne do Przychodni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

**Pytania i odpowiedzi do zapytania nr 1**

Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści alarm awarii zasilania w momencie awarii tego zasilania? Jaki ma sens alarmowanie o awarii zasilania po tejże awarii?

**Odp. Kupujący dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści 2 półki regulowane + 1 półkę stałą?

**Odp. Kupujący dopuszcza.**

3. Czy Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne 505\*467\*620 mm (SzxGxW)?

**Odp. Kupujący dopuszcza pod warunkiem, że urządzenie nie przekroczy określonych wymiarów zewnętrznych.**

4. Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie półki na poziomie 35 kg?

**Odp. Kupujący dopuszcza.**

5. Czy Zamawiający dopuści półki o powierzchni użytkowej 480x400 mm (SzxGX)?

**Kupujący dopuszcza pod warunkiem, że urządzenie nie przekroczy określonych wymiarów zewnętrznych.**

KOMENDANT

Płk mgr Krzysztof Jurkowski

IB 91/8105982