



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl  
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 3

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z / 1166 /2022

Data: 21.03.2022r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę rękawic chirurgicznych na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. Znak Sprawy: 1042 / 2022**

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 1 poz. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych pudrowanych o długości min. 260-280 mm (dopasowanej do rozmiaru), o grubości pojedynczej ścianki palca – 0,20 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 1 poz. 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych bezpudrowych o długości min. 260-285 mm (dopasowanej do rozmiaru).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 1 poz. 3 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 3 z Pakietu 1 i utworzenie nowego Pakietu, np. 1A. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 1 poz. 4 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych neoprenowych o grubości rękawicy (ścianka pojedyncza): palec min: 0,19mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE nr 5 dot. Pakietu 2 poz. 4 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby rękawice posiadały oznakowane jako środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ A z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Takie oznakowanie rękawic daje gwarancje najwyższej ochrony dla personelu medycznego, dopuszczając je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie, gdyż Pakiet 2 nie zawiera Pozycji 4.**



**PYTANIE nr 6 dot. Pakietu 2 poz. 4 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice powinny chronić personel medyczny przed groźnymi substancjami chemicznymi, a tym samym być barierowe na penetrację min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 używanych w środkach dezynfekcyjnych tj. min. przyspieszony tlenek wodoru, 70% IPA, powidon jodu, kwas paraocetowy, podchloryn sodowy oraz min. 24 leków cytostatycznych wg ASTM D 6978 (załączyć raport z wynikami badań)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie, gdyż Pakiet 2 nie zawiera Pozycji 4.**

**PYTANIE nr 7 dot. Pakietu 2 poz. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych pudrowanych o grubości pojedynczej ścianki palca – 0,20 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 8 dot. Pakietu 2 poz. 1-2, Pakietu 1 poz. 1,2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby wymagany poziom protein rękawicy, był potwierdzony raportem niezależnego laboratorium od producenta z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje iż w celu potwierdzenia wymaganego poziomu protein wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdziale XIII Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Sekcji V ust. 5.8.) Ogłoszenia o Zamówieniu. Jednakże w przypadku, gdy informacja o poziomie protein nie jest umieszczona ww. przedmiotowych środkach dowodowych Zamawiający dopuszcza, złożenie dokumentów zawierających informację o wymaganym poziomie protein rękawic potwierdzonych raportem niezależnego laboratorium od producenta, z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą.**

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

**Z poważaniem**

