

Wrocław, dnia 14.11.2024r.

## Uczestnicy postępowania

Dotyczy: **PN 73/24 - Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne dla Centralnej Sterylizatorni wraz z ich adaptacją do pomieszczeń CS.**

Działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (T.J. Dz.U. z 2024r. poz. 1320, zwana dalej: PZP), Zamawiający koryguje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, **w zakresie Rozdziału 5, pkt 5.2. podpunkt 4:**

**Było:** Zdolności technicznej i zawodowej:

- Posiadanie wymaganych uprawnień przez etatowych pracowników serwisu, w szczególności: szkolenie producenta oferowanego urządzenia oraz uprawnienia elektryczne i ciśnieniowe – dołączyć do oferty stosowną autoryzację.
- Deklaracja zgodności i Certyfikat CE dla poszczególnych aparatów zgodne z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE).
- Serwis gwarancyjny urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta w czasie okresu gwarancji - wymagane dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.
- Dołączenie do oferty Harmonogramu z terminami wykonania prac adaptacyjno-budowlanych wraz z uwzględnieniem dostaw urządzeń.
- Wykonanie i udostępnienie **wraz z ofertą** Projektu Technicznego Powykonawczego dla zmodernizowanych instalacji w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni najpóźniej w 14 dni po wykonaniu Odbioru końcowego.

**Po korekcie:** Zdolności technicznej i zawodowej:

- Posiadanie wymaganych uprawnień przez etatowych pracowników serwisu, w szczególności: szkolenie producenta oferowanego urządzenia oraz uprawnienia elektryczne i ciśnieniowe – dołączyć do oferty stosowną autoryzację.
- Deklaracja zgodności i Certyfikat CE dla poszczególnych aparatów zgodne z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE).

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław

NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469

Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22

Centrala tel.: 71 326 13 25

[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
Im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

- Serwis gwarancyjny urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta w czasie okresu gwarancji - wymagane dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.
- Dołączenie do oferty Harmonogramu z terminami wykonania prac adaptacyjno-budowlanych wraz z uwzględnieniem dostaw urządzeń.
- Wykonanie i udostępnienie Projektu Technicznego Powykonawczego dla zmodernizowanych instalacji w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni najpóźniej w 14 dni po wykonaniu Odbioru końcowego.

W załączeniu:

- PN 73\_24 SWZ - Centralna Sterylizatornia — po korekcie I

Sporządziła: Ewa Sikorska-Danilewicz

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław

NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469

Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22

Centrala tel.: 71 326 13 25

[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)

