



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Sprawa nr ZP/99/2023

Łódź, dnia 03.09.2023 r.

„Zakup sprzętu w ramach programu polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022- 2026”

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie Nr 1: Pakiet 1 Czy zamawiający oczekuje, żeby górny uchwyt pozwalał na podnoszenie, przenoszenie laktatora zainstalowanego na wózku z zawieszonymi akcesoriami?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje górnego uchwytu w celu przenoszenia urządzenia bez stosowania wózka.

Pytanie Nr 2: Pakiet 1 Czy zamawiający dopuści nowocześniejszy laktator sterowany kartą z mikroprocesorem o wystarczająco wysokich parametrach, żeby zapisać na nim wszystkie wymagane programy pracy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie Nr 3: Pakiet 1 Czy zamawiający dopuści laktator z kolorowym wyświetlaczem LCD komunikującym tryb pracy kolorem bez używania opisu słownego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania – Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 4: Pakiet 1 Czy zamawiający rozumiejąc, że odwzorowanie naturalnego rytmu ssania dziecka wymaga dostępu do większej niż tylko dwa czy trzy fazy rytmu, dopuści laktator oferujący więcej możliwości dostawiania rytmu pracy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie Nr 5: Pakiet 1 Czy zamawiający dopuści laktator oferujący zgodnie z aktualną wiedzą medyczna szerszy zakres podciśnienia od 30 do 330 mmHG i rytmu pracy od 30 do 120 cykli na minutę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie Nr 6: Pakiet 1 Czy zamawiający dopuści opakowania butelek o pojemności 80 ml ze skalą zaczynającą się od 10 ml, zawierające 35 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania butelek o pojemności 80 ml ze skalą zaczynającą się od 10 ml, zawierające 35 szt. z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie Nr 7: Pakiet 1 Czy w przypadku kiedy laktator jest sterowany zintegrowaną kartą mikroprocesorową zamawiający odstąpi od wymagania dostawy dodatkowej karty z czipem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie Nr 8: Pakiet 1 Czy zamawiający oczekuje, żeby wszystkie współpracujące z laktatorem akcesoria spełniały najwyższy poziom bezpieczeństwa higienicznego umożliwiający prowadzenie dezynfekcji termicznej elementów wchodzących w pośredni i bezpośredni kontakt z pokarmem po każdorazowym użyciu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, żeby wszystkie współpracujące z laktatorem akcesoria wielokrotnego użytku podlegały myciu, dezynfekcji, sterylizacji po każdorazowym użyciu. Zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie Nr 9: Pytanie do Pakietu 1: Z jakimi zestawami do odciągania pokarmu powinien być kompatybilny przedmiotowy laktator?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje laktatora kompatybilnego z zestawami ze standardowym gwintem w 3 rozmiarach 24mm, 27mm, 30mm.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Marta Radziszewska