

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.43.D.2021, odpowiadamy na pytania Wykonawców

Pytanie 1: Zadanie 39

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 39 zestawów do pomiaru ciśnienia metodą krwawą jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego;

Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, wyposażony w następujące elementy: długość linii pomiarowych 1 x 150 cm (1 x 125 cm + 1 x 25 cm); 1 x przetworniki o częstotliwości >1200 Hz wyposażone w 2 x systemy zintegrowane płuczące o przepływie min. 3 ml/godz.; igła zakrzywiona w zbiorniku wyrównawczym, kalibracja zestawu bez rozszczelniania systemu. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Połączenie z kardiomonitorem 4 – pinowe kompatybilne z kablami typu PMSET poprzez okrągły wtyk pinowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2: Dotyczy zadania 50 - akcesoria do analizatora parametrów krytycznych GEM PREMIER 3500

1. Czy Zamawiający odstąpi od złożenia próbek do zadania 50?

Wymagany w tym zadaniu asortyment jest dobrze znany Zamawiającemu, są to oryginalne produkty producenta analizatora GEM PREMIER 3500.

2. Zwracamy się z prośbą o zmianę, poprawę stawki VAT w pozycji 3- Printer Paper - 5 rol, z 8% na 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: 1. Zamawiający wyraża zgodę, jeżeli są to oryginalne produkty producenta analizatora GEM PREMIER 3500; 2. Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem