



Znak: AE/ZP-27-79/20

Tarnów, 2020-12-08

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawę aparatu USG 1 sztuka dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ pkt.2** - Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego waga wynosi 7,5kg? Większa waga aparatu wynika z zastosowania wbudowanych 3 gniazd głowic obrazowych oraz baterii pozwalającej na 2 godz. ciągłej pracy.
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ pkt. 9-** Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wbudowany dysk SSD 128GB pozwalający zapisać ponad 350 000 obrazów?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ pkt. 18** - Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 8 map koloryzacji obrazu 2D? W rzeczywistości maksymalnie są wykorzystywane dwie mapy
4. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ pkt. 32** - Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 3 wybieralne częstotliwości dla trybu B na głowicy convex? W zamian oferowane urządzenie posiada 4 wybieralne częstotliwości dla trybu harmonicznego
5. **Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ pkt. 37** - Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 3 wybieralne częstotliwości dla trybu B na głowicy liniowej? Wartość oferowana jest nieznacznie mniejsza od wymaganej.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuści również zaoferowanie urządzenia, którego waga wynosi 7,5 kg.

Ad. 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

