



Znak: AE/ZP-27-24/19

Tarnów, 2019-05-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych, przewodników hydrofilnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietów Nr: 1, 2, 3.** Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, 2, 3 wymaga urządzeń (stymulatorów jedno i dwujamowych, kardiowerterów defibrylatorów jedno i dwujamowych, stymulatorów resynchronizujących oraz kardiowerterów defibrylatorów resynchronizujących) i elektrod (stymulujących przedsionkowych, komorowych prawo i lewokomorowych oraz defibrylujących) w standardzie DF1/DF4/IS1/IS4 dających możliwość wykonania badania MRI w aparatach o indukcji 1,5T oraz 3T bez stref wykluczeń obszarów ciała Pacjenta, w dowolnym ułożeniu ciała badanego w aparacie MRI, bez ograniczeń czasu trwania pojedynczego badania MRI oraz skumulowanego czasu trwania badania dla Pacjenta oraz bez względu na stan kliniczny Pacjenta?
2. **Dotyczy Pakietów: Nr 1 poz. 2.3, Nr 2 poz.: 1.2, 2.2, 3.2, 4.2.** Czy Zamawiający, dotyczy załącznika cenowego, w pakiecie 1 (dotyczy CRT-D poz 2.3) oraz 2 (poz. 1.2, poz 2.2, poz. 3.2, poz. 4.2) wymaga, aby zaoferowane elektrody defibrylacyjne posiadały konstrukcje True Bipolar umożliwiającą wykrywanie potencjałów sercowych w konfiguracji niezależnej od obwodu wysokonapięciowego?
3. **Dotyczy Pakietów: Nr 1 poz. 2.1, Nr 2 poz. 1.1.** Czy Zamawiający, dotyczy załącznika cenowego, w pakiecie 1 (dotyczy CRT-D poz 2.1) oraz 2 (dotyczy ICD poz.1.1) wymaga urządzeń z możliwością dostarczenia ATP w strefie VF w trakcie ładowania kondensatorów, dzięki czemu można skutecznie zastąpić bezbolesną dla Pacjenta terapią stymulacyjną 3 z 4 wyładowań wysokoenergetycznych dostarczanych w sytuacji rozpoznania arytmii komorowej?
4. **Dotyczy Pakietów: Nr 1 poz. 2.1, Nr 2 poz. 1.1.** Czy Zamawiający, dotyczy załącznika cenowego, w pakiecie 1 (dotyczy CRT-D poz 2.1) oraz w pakiecie 2 (dotyczy ICD poz.1.1) wymaga urządzeń o fizjologicznym kształcie, dzięki czemu nacisk na tkanki łoży Pacjenta jest mniejszy nawet o 20%, dzięki czemu mniejsze jest ryzyko przerwania ciągłości skóry nad miejscem wszczępienia urządzenia, oraz dalszych powikłań infekcyjnych szczególnie u pacjentów szczupłych oraz poprawia efekt estetyczny?
5. **Dotyczy Pakietów: Nr 1 poz. 2.1, Nr 2 poz. 1.1.** Czy Zamawiający, dotyczy załącznika cenowego, w pakiecie 1 (dotyczy CRT-D poz 2.1) oraz w pakiecie 2 (dotyczy ICD poz.1.1) wymaga, aby urządzenia posiadały możliwość powiadamiania pacjenta i jego najbliższego otoczenia za pomocą sygnałów dźwiękowych o możliwym uszkodzeniu elektrody wysokonapięciowej i automatycznego przeprogramowania parametrów urządzenia w celu uniknięcia nieadekwatnej terapii wysokoenergetycznej?
6. **Dotyczy Pakietów: Nr 1 poz. 2.1, Nr 2 poz. 1.1.** Czy Zamawiający, dotyczy załącznika cenowego, w pakiecie 1 (dotyczy CRT-D poz 2.1) oraz w pakiecie 2 (dotyczy ICD poz.1.1) wymaga urządzeń z możliwością automatycznego wyłączenia nieskutecznej terapii ATP?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 1.4, Nr 1.5, 2.2.** Czy Zamawiający, dotyczy załącznika cenowego, w pakiecie 1 (poz. 1.4, 1.5 oraz poz 2.2) wymaga elektrod lewokomorowych stymulujących uwalniających steryd z każdego bieguna stymulacyjnego (dotyczy elektrod bipolarnych oraz czteropolowych)?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający wymaga zaofiarowania w Pakietach: Nr 1, 2, 3 przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania określone w SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający wymaga zaofiarowania w Pakietach Nr 1 poz. 2.3, Nr 2 poz.: 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 elektrod spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad. 3-6 Zamawiający wymaga zaofiarowania w Pakietach Nr 1 poz. 2.1, Nr 2 poz. 1.1 urządzeń spełniających wymagania określone w SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający wymaga zaofiarowania w Pakiecie Nr 1 poz.: 1.4, 1.5, 2.2 elektrod spełniających wymagania określone w SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma internetowa Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek

