

Łódź dn. 28.10.2024 r.

Zamawiający:

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi

90- 046 Łódź, ul. Wodna 40

NIP: 728 18 60 518

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

**Dotyczy: postępowania „na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego
„DEA OZPA 272.21.2024”**

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2024/BZP 00526504 z dnia 02.10.2024 r.

Na podstawie art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11.09.2024 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „PZP”), zamawiający informuje, że w postępowaniu „na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego”:

1. Część I: Filtry strzykawkowe

- 1) Oferta Wykonawcy Alchem Grupa Sp. z o.o. została wybrana jako najkorzystniejsza;

Uzasadnienie:

Oferta Wykonawcy nie została odrzucona i otrzymała najwyższą liczbę punktów za przyjęte kryterium cena.

- 2) W Części I: Filtry strzykawkowe oferty złożyli Wykonawcy:

Lp.	Wykonawca	Cena oferty	Punkty przyznane za kryterium cena
1	Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń NIP:527-23-55-435	1781,04 zł	100 pkt
2	Anchem Plus Mariusz Malczewski ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa	2238,60 zł	79,56 pkt
3	WITKO Sp. z o.o. AL. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź NIP: 729-255-02-18	2730,60 zł	65,22 pkt

2. Część II: Filtry membranowe

- 1) Oferta Wykonawcy Alchem Grupa Sp. z o.o została wybrana jako najkorzystniejsza;

Uzasadnienie:

Oferta Wykonawcy nie została odrzucona i otrzymała najwyższą liczbę punktów za przyjęte kryterium cena.

- 3) W Części II: Filtry membranowe oferty złożyli Wykonawcy:

Lp.	Wykonawca	Cena oferty	Punkty przyznane za kryterium cena
1	Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń NIP:527-23-55-435	2255,98 zł	100 pkt
2	LABINDEX S.C. MARCIN GRZELKA, MICHALIS STAMBULDZY ul. Nutki 3, 02-785 Warszawa NIP:113-27-12-844	2976,60 zł	75,79 pkt
3	Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowe "Chemland" Mariusz Bartczak ul. Usługowa 3, 73-110 Starogard NIP: 253-014-87-40	2381,28 zł	94,73 pkt

3. Część III : Drobny sprzęt różny

- 1) Oferta Wykonawcy Th. Geyer Polska Sp. z o.o. została wybrana jako najkorzystniejsza;

Uzasadnienie:

Oferta Wykonawcy nie została odrzucona i otrzymała najwyższą liczbę punktów za przyjęte kryterium cena.

- 2) W Części III: Drobny sprzęt różny oferty złożyli.

Lp.	Wykonawca	Cena oferty	Punkty przyznane za kryterium cena
1	Th. Geyer Polska Sp. z o.o. ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa NIP: 113-29-53-594	16948,17 zł	100 pkt

2	Medan Andrzej Hędrzak ul. Korczaka 32, 44 – 103 Gliwice NIP: 631-010-72-73 / II/ 1832/90	Oferta odrzucona
---	--	------------------

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert Wykonawców.

- 3) Oferta Wykonawcy Medan Andrzej Hędrzak została odrzucona na mocy art. 226 ust 1 pkt 1 lit c

Uzasadnienie

W pozycji 7 załącznika nr 1 do SWZ wymagany jest „Statyw z PC na próbówki o poj. 2ml, przezroczysty na 18-20 miejsc i średnicy otworu 11,5mm.

Wykonawca w ofercie zaproponował statyw z polipropylenu na próbówki 2 ml 20 miejscowy HEATHROW SWCIENTIFIC 2-1830.

Na podstawie wskazanego przez Wykonawcę numeru katalogowego można stwierdzić, że zaoferował statyw nieprzezroczysty przystosowany do próbek o średnicy 10 mm, a nie 11,5 mm jak było w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, które rozwiałyby jego wątpliwości. Wykonawca nie złożył wyjaśnień w określonym terminie.

4. Część IV: Wialki, kapsle

- 1) Oferta Wykonawcy LABINDEX S.C. MARCIN GRZELKA, MICHALIS STAMBULDZY została wybrana jako najkorzystniejsza;

Uzasadnienie:

Oferta Wykonawcy nie została odrzucona i otrzymała najwyższą liczbę punktów za przyjęte kryterium cena.

- 2) W Części IV Wialki, kapsle oferty złożyli

Lp.	Wykonawca	Cena oferty	Punkty przyznane za kryterium cena
1	Labindex S.C. Marcin Grzelka, Michalis Stambuldzys ul. Nutki 3-5, 02-785 Warszawa NIP: 113-27-12-844	7384,43 zł	100 pkt

2	Anchem Plus Mariusz Malczewski ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa NIP: 118-036-27-96	14773,53 zł	49,98 pkt
3.	WITKO Sp. z o.o. AL. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź NIP: 729-255-02-18	12908,85 zł	57,72 pkt
4.	Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń NIP:527-23-55-435	Oferta odrzucona	
5.	VWR International Sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk NIP: 583-27-05-185	Oferta odrzucona	

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert Wykonawców.

- 1) Oferta Wykonawcy VWR International Sp. z o. o została odrzucona na mocy art. 223 ust 1 PZP.

Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia

Uzasadnienie

W pozycji 3 załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający wymagał wialek ze szkła borokrzemowego, bezbarwnego, z gwintowaną zakrętką (zakrętka bez otworu), wyposażoną w septę teflonową o poj.4ml o wymiarach 14,7mm-15 mm x45mm-48mm

Wykonawca w ofercie zaproponował wialki Macherey-Nagel/MANA 702869. Pod wskazanym numerem katalogowym znajdują wialki, z zakrętką, z otworem.

- 2) Oferta Wykonawcy Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń Wykonawcy. została odrzucona na mocy 226 ust 1 pkt 1 lit c

Uzasadnienie

W pozycji 4 załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający wymagał wialek do autosamplera z polipropylenu, poj. 1,5 ml-2ml o wymiarach 32x11,6 mm-12 mm z płaskim dnem.

Wykonawca w ofercie zaproponował wialki o numerze katalogowym Macherey-Nagel /761-702282

Uzasadnienie

Na podstawie wskazanego przez Wykonawcę numeru katalogowego można wnioskować, że zaoferowane zostały szklane wialki niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, które rozwiałyby jego wątpliwości. Wykonawca nie złożył wyjaśnień w określonym terminie.

Część V: Termometry i termohigrometry

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione dla Części V na mocy art. 255 pkt 3 PZP.

Uzasadnienie:

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (8.584,17 zł).

- 2) W Części V Termometry i termochigrometry oferty złożyli:

Lp.	Wykonawca	Cena oferty	Punkty przyznane za kryterium cena
1	Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „Chemland” Mariusz Bartczak ul. Usługowa 3, 73-110 Starogard NIP: 253-014-87-40	11.643,30 zł	100 pkt
2	Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń NIP:527-23-55-435	Oferta odrzucona	

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert Wykonawców.

- 3) Oferta Wykonawcy Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń Wykonawcy została odrzucona na mocy 226 ust 1 pkt 1 lit c

Uzasadnienie

W pozycji 1 załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający wymagał:
„termometru z magnesem, z zewnętrznym czujnikiem temperatury. Zakres mierzonych temperatur minimum - 30°C do +100°C. Zasilanie z wymiennej długowiecznej baterii litowej (czas pracy na jednej baterii min. 24 miesiące, przy interwale odczytu co 5 min). Odczyt wskazań termometru na wyświetlaczu LCD, odczyt wartości min/max na wyświetlaczu LCD, możliwość ustawienia czasu pomiarów. Rozdzielczość pomiaru minimum 0,1°C, dokładność minimum 0,3°C. Świadcstwo

wzorcowania wydane przez Laboratorium posiadające akredytację (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) w 3 punktach pomiarowych (-20°C, 5°C, 10°C), instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja 24 miesiące”

Wykonawca w ofercie zaproponował Termoprodukt Termio-2.

W specyfikacji produktu na stronie internetowej producenta. <https://termoprodukt.com.pl/rejestrator-temperatury-termio-2?search=Termio-2> czas pracy baterii został określony na „...ok. 12 miesięcy przy częstotliwości zapisu co 15 min. w temperaturze 10°C...”

Zamawiający miał wątpliwości czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie czasu pracy baterii

Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, które rozwiałaby jego wątpliwości.

Wykonawca nie złożył wyjaśnień w określonym terminie.

Zamawiający informuje, że zamierza zawrzeć umowę z wybranymi Wykonawcami **w dniu 6 listopada 2024 r.**

W dniu 28.10.2024 r. zatwierdził:

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

z up. Waldemar Mańkowski

Za-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

WSSE w Łodzi