



Łukasiewicz

Warszawski

Instytut

Technologiczny

Znak sprawy: FZ.251.9.2025

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego pn.:

Dostawa i instalacja spektrometru emisyjnego ze źródłem wyładowania jarzeniowego do analizy składu chemicznego materiałów

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320), dalej jako ustawa PZP, Zamawiający przedstawia informację o:

I. Wykonawcy, którego oferta została odrzucona:

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

II. Wyborze najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu, niepodlegającą odrzuceniu uznano ofertę:

PIK Instruments Sp. z o. o.

Adres siedziby: Źródlana 9, 05-090 Laszczki

Wartość oferty: 405 900,00 Euro brutto

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrana oferta spełnia wymagania SWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów przyznaną zgodnie z określonymi przez Zamawiającego kryteriami oceny ofert.

Cena nie przekracza kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj. 1 850 000,00 zł.

Streszczenie ofert wraz z przyznaną punktacją znajduje się w tabeli poniżej:

PIK Instruments Sp. z o. o. Adres siedziby: Źródłana 9, 05-090 Laszczki		Suma przyznaných punktów
Cena oferty (C) – waga kryterium 40%	405 900,00 euro brutto – 40,00 pkt	85,00 pkt
Czas dostawy (T)– waga kryterium – 10%	Termin dostawy do 6 m-cy od daty podpisania umowy – 0,00 pkt	
Długość gwarancji (G)- waga kryterium – 10%	Dodatkowe 12 miesięcy gwarancji tj. gwarancja 24 miesiące– 5,00 pkt	
Parametry techniczne urządzenia (P) – waga kryterium – 40%	Pokryterium 1: Liczba detektorów fotopowielaczowych działających w zakresie co najmniej 120– 700 nm - ≥ 50 fotopowielaczy – 20,00 pkt Podkryterium 2 Wyposażenie urządzenia w dodatkową optykę CCD działającą równocześnie z fotopowielaczami i umożliwiającą jednoczesny pomiar linii widmowych w zakresie co najmniej 200–700 nm - Obecność dodatkowej optyki CCD – 10,00 pkt Podkryterium 3 Rodzaj zastosowanego źródła wzbudzenia (RF/DC) - Dwa źródła (RF i DC) – 10,00 pkt	

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z art. 264 ust. 3, bez zachowania terminu określonego w art. 264 ust. 2 ustawy Pzp, ponieważ w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.