

ZADANIE NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE

Dostawa pipet automatycznych dla Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Biologii Rozwoju Roślin.

LP.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla każdego zestawu pipet automatycznych	<p style="text-align: center;">WYPEŁNIA WYKONAWCA</p> <p style="text-align: center;">poprzez odpowiednie wskazanie oraz wskazuje TAK lub NIE, a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane urządzenie poprzez wpisanie producenta, modelu, nr katalogowego bądź innych cech innych jednoznacznie wskazujących na zaoferowany produkt</p> <p style="text-align: center;">Właściwa odpowiedź np. dla odpowiedzi TAK powinna zostać zaznaczona w następujący sposób: TAK/NIE</p>
A	B	C
	Parametry techniczne pojedynczego zestawu pipet automatycznych	<p>WYPEŁNIA WYKONAWCA:</p> <p>Producent:</p> <p>Model:</p> <p>Nr katalogowy*:</p> <p>*Bądź inne cechy jednoznacznie wskazujących na zaoferowany produkt</p>
1.	W skład pojedynczego zestawu pipet musi wchodzić: <ul style="list-style-type: none"> • 1 pipeta w zakresie 0,5-10 µl, • 1 pipeta w zakresie 10-100 µl, • 1 pipeta w zakresie 100-1000 µl, • 1 pudełko z 96 końcówkami dedykowanymi 10 µl, • 1 pudełko z 96 końcówkami dedykowanymi 200 µl, • 1 pudełko ze 100 końcówkami dedykowanymi 1000 µl, 	<p style="text-align: center;">TAK / NIE</p>
2.	Dodatkowo do każdego zestawu pipety dołączone: <ul style="list-style-type: none"> • klucz kalibracyjny do samodzielnej kalibracji przez użytkownika • smar do pipet • instrukcja obsługi 	<p style="text-align: center;">TAK / NIE</p>
3.	Możliwość autoklawowania pipet w całości	<p style="text-align: center;">TAK / NIE</p>
4.	Blokada nastawy pojemności	<p style="text-align: center;">TAK / NIE</p>
5.	Wyrzutnik z regulowaną długością	<p style="text-align: center;">TAK / NIE</p>
6.	Nastawa objętości pokrętkiem tłoka oraz pokrętkiem na rękojeści	<p style="text-align: center;">TAK / NIE</p>
7.	Statyw do każdego zestawu	<p style="text-align: center;">TAK / NIE</p>

Dokument musi być opatrzone odpowiednio przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.