

Nasz znak: 2/zp/2021

Odpowiedź nr 2

Na zapytanie do siwz dotyczące postępowania o zamówienie publiczne pn.
„Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie
im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.”
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00030481/01
z dnia 09-04-2021

W dniu 13.04.2021r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

Pakiet nr 9

Pytanie1. Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuści w pakiecie nr 9 w pozycji nr 1 igły typu Pencil Point z prowadnicą w rozmiarach 25G, 26G, 27G o długości 89 mm?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Pakiet nr 9

Zamawiający dopuszcza.

PREZES ZARZĄDU
Iwona Andrzejczyk-Szawerdo

Otrzymują:

1. Wykonawca
2. Strona internetowa https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno → Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp., z o.o.

KIEROWNIK DZIAŁU
TECHNICZNO-GOSPODARCZEGO
Adam Mazurak