

Projekt „MOLEcoLAB - Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych” (RPLD.01.01.00-10-0007/18) współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Do wszystkich uczestników postępowania ZP/88/2022

Łódź, 4 lipca 2022

Sygnatura: ZP/88/2022

Sprawa: **Dotyczy postępowania: „Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych w ramach projektu MOLEcoLAB”.**

Pytania do pakietu II (ZP/88/2022) - zamrażarka niskotemperaturowa - 3szt.

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 256 litrów. Pojemność ta jest niewiele mniejsza od wymaganej, a mieści większą ilość pudełek niż wymagane minimum w specyfikacji.

Odpowiedź: : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wymiarach wewnętrznych komory (szer. x głęb. x wys.): 435 x 370 x 1420 mm? Wymiary te są niewiele mniejsze od wymaganych, a mieszczą większą ilość pudełek niż wymagane minimum w specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

3. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z menu w języku angielskim? Komunikaty w opisanym modelu są na tyle proste, że nie mają znaczenia przy Użytkowaniu przez osobę nie znającą języka angielskiego. Dodatkowo, do urządzenia dostarczana jest instrukcja obsługi w języku polskim, opisująca dokładnie każdy krok w menu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Pytania do postępowania - Pakiet I

4. Czy zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez urządzenie klasy wyrobu medycznego? W przypadku urządzeń chłodniczych, ponieważ nie mają one bezpośredniego kontaktu z przechowywanym materiałem, zwyczajowo nie stosuje się takiego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Projekt „MOLEcoLAB - Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych” (RPLD.01.01.00-10-0007/18) współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

5. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 400l spełniającą wymóg pojemności składowania 300 pudełek kriogenicznych w dedykowanych, metalowych stelażach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

6. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę z zakresem kontroli temperatury od -40°C do -86°C?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

7. Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w system dwóch niezależnie działających kompresorów. Jest to rozwiązanie dużo bardziej bezpieczne dla użytkownika niż system kaskadowy, gdyż w przypadku awarii jednego kompresora drugi utrzymuje temperaturę na poziomie -70st.C.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

8. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę z izolacją wykonaną z pianki poliuretanowej i paneli próżniowych o łącznej grubości 130mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

9. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o szerokości 785 mm i głębokości 1041 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

10. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach wewnętrznych głębokość 696mm i wysokość 1266mm spełniającą wymóg pojemności składowania 300 pudełek kriogenicznych w dedykowanych, metalowych stelażach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

11. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę bez technologii NFC a wyposażoną w kontrolę dostępu realizowaną poprzez zamek na klucz oraz kłódkę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

12. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę wyświetlającą parametry na sterowniku w języku angielskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

13. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w port USB i dodatkowym adapterem na karty SD podłączanym w razie potrzeby do portu USB?

Projekt „MOLEcoLAB - Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych” (RPLD.01.01.00-10-0007/18) współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

14. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę, w której uszczelka drzwi jest podgrzewana i nie wymaga dodatkowej funkcji uruchamiania przez użytkownika z poziomu sterownika?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

15. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę, w której uszczelka drzwi jest podgrzewana i nie wymaga dodatkowej funkcji uruchamiania przez użytkownika z poziomu sterownika?

Odpowiedź: Pytanie nr 14.

16. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w rejestrator pozwalający na monitoring parametrów pracy zamrażarki za pośrednictwem sieci Internet oraz z funkcją powiadamiania o stanach alarmowych bez alarmu dotyczącego otwartych drzwi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

17. Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o zużyciu energii 9,2 kWh/24h?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 2a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia pakiet I.

18. Czy zamawiający dopuści spełnienie przez wykonawcę warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wykazanie co najmniej jednej dostawy urządzeń certyfikowanych jako wyroby medyczne o wartości brutto co najmniej 80.000 zł nie będących zamrażarkami niskotemperaturowymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu.