




**SZPITAL KLINICZNY**  
**IM. KAROLA JONSCHERA**  
**Uniwersytetu Medycznego**  
**im. Karola Marcinkowskiego**  
W POZNANIU



ZP 11/23

Poznań, dnia 20.03.2023 roku

### Szanowni Wykonawcy !

„Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy”

I. Zamawiający na podstawie art. 137 ust.1 wprowadza zmiany do Specyfikacji Warunków Zamówienia, w sposób jak poniżej:

1. Zmiana załącznik nr 1 Pakiet nr 1 zapis pod tabelą nr 1

**Jest:**

Certyfikaty CE dla analizatora i odczynników

**Zmieniono w sposób jak poniżej:**

Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu - Certyfikaty CE dla analizatora i odczynników.- zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

2. Zmiana załącznik nr 1 Pakiet nr 2 zapis pod tabelą nr 1

**Jest:**

Certyfikaty CE dla analizatora i odczynników

**Zmieniono w sposób jak poniżej:**

Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu - Certyfikaty CE dla analizatora i odczynników.- zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

3. Zmiana załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Tabela nr 4 pkt. 30

**Jest:**

„Wykonawca zapewni zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości w latach 2023, 2024, 2025, minimum 1 próbka kontrolna raz w miesiącu dla następujących parametrów: 1,2, 4do 29, 31 do 51 np. programy EQAS firmy BIORAD

Należy podać rodzaje oferowanych kontroli i częstotliwość wykonania”

**Zmieniono w sposób jak poniżej:**

„Wykonawca zapewni zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości w latach 2023, 2024, 2025, minimum 1 próbka kontrolna raz w miesiącu dla następujących parametrów: 1,2, 4do 29, 31 do 51 np. programy EQAS firmy BIORAD

Należy podać rodzaje oferowanych kontroli i częstotliwość wykonania

Z wyjątkiem

parametrów Tabela nr 2 Lp 14 wolne kwasy tłuszczowe, Lp 50 klozapina, Lp 51 kalprotektyna,

Zamawiający dopuszcza kontrole zewnątrzlaboratoryjne wykonywane z częstotliwością rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

**II. Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:**

**1. Pytanie nr 1**

**Dotyczy Pakiet nr 1**

W SWZ Zamawiający żąda załączenia do oferty oświadczenia – załącznik nr 3, w którym wykonawca oświadcza, że dostarczy odpowiednie dokumenty. W załączniku nr 1 Zamawiający żąda dodatkowo dołączenia samych dokumentów CE. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia deklaracji, jeżeli wykonawcy już raz potwierdzają zgodność oferowanych produktów – oświadczeniem?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.1.

**2. Pytanie nr 2**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podłączenie analizatorów do usługi zdalnego dostępu o nazwie ProService? Usługa umożliwi serwisowi technicznemu i aplikacyjnemu na zdalne rozwiązywanie problemów. W badaniach laboratoryjnych czas odgrywa kluczową rolę, a przestój analizatora spowodowany jego awarią może znacznie wydłużyć oczekiwanie na wynik. Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o techniczne zapewnienie naszym analizatorom łącza z dostępem do Internetu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**„Wymagane jest dokonanie wizji lokalnej w celu zapewnienia funkcjonalnego rozmieszczenia oferowanego sprzętu tj. utworzenie stanowiska pracy w pracowni Zamawiającego (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Centralnego Laboratorium).”**

Wobec powyżej przytoczonego zapisu z Załącznika nr 1, o ile możliwości techniczne umożliwiają dostęp do zapewnienia dostępu do łącza internetowego.

**3. Pytanie nr 3**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli dedykowanych producenta odczynnika, uzupełnionych w przypadku braku takich kontroli o kontrole niezależnych producentów? Dodatkowo zostanie zaoferowany program do porównań międzylaboratoryjnych wyników kontroli wewnątrzlaboratoryjnej niezależnego dostawcy nie będącego producentem materiału kontrolnego. Przy pomocy zaoferowanego oprogramowania można dokonać analizy wyników kontroli w materiale kontrolnym dowolnych producentów. Zaoferowany moduł kontroli jakości spełnia wymagania Zamawiającego opisane w punkcie 27 SWZ. Takie rozwiązanie zapewni najwyższą jakość materiału kontrolnego spójnego metodologicznie z oferowaną metodą oznaczenia dostosowanego do oferowanych odczynników i analizatorów, zapewniając jednocześnie możliwość porównania wyników kontroli z innymi użytkownikami pracującymi przy użyciu oferowanej metody, a ponadto pozwoli na zaoferowania rozwiązania korzystnego ekonomicznie. Powyżej zaoferowane rozwiązanie uzupełnione przez jednoczesne zaoferowanie materiału kontrolnego do kontroli zewnątrzlaboratoryjnej niezależnego producenta pozwoli na pełną kontrolę procesu analitycznego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**4. Pytanie nr 4**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności zaoferowania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej niezależnego producenta, w przypadku, kiedy sugerowana w SWZ kontrolna nie dysponuje takimi materiałami kontrolnymi? W przypadku takich parametrów jak kwasy tłuszczowe, klozapina czy kalprotektyna zaoferowane byłyby materiały kontrolne dedykowane rekomendowane przez producentów odczynników.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga w przypadku parametrów: wolne kwasy tłuszczowe, klozapina, kalprotektyna zaoferowanie materiałów do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej dedykowanych przez producenta odczynników



5. **Pytanie nr 5**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności zaoferowania kontroli zewnątrzlaboratoryjnej niezależnego producenta, w przypadku, kiedy sugerowana w SWZ kontrolna nie dysponuje takimi materiałami kontrolnymi? Sytuacja taka dotyczy takich parametrów jak kwasy tłuszczowe, kłozapina czy kalprotektyna.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

6. **Pytanie nr 6**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej z częstotliwością inną niż 1 próbka kontrolna raz w miesiącu, jeśli producent materiału kontrolnego nie dostarcza materiałów kontrolnych z taką częstotliwością?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.3.

7. **Pytanie nr 7**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszczone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika. Zamawiający dopuszcza, w przypadku niektórych odczynników możliwość okresowego umieszczania ich w lodówce zewnętrznej. Porcjowanie jest rozwiązaniem zapewniającym, w odróżnieniu od okresowego chowania odczynników w lodówce, stałe przechowywanie porcji odczynnika na pokładzie, co znacznie ułatwia pracę operatora, a oferta wykorzystująca porcjowanie odczynników przyczyni się do mniejszych strat odczynnikowych i pozwoli na racjonalne dysponowanie odczynnikami i umożliwi znaczne oszczędności odczynnikowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

8. **Pytanie nr 8**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

W związku z zapisem SWZ wymagającym podania „maksymalnego zużycia wody” prosimy o wyrażenie zgody na podanie w tym punkcie „średniego zużycia przy maksymalnym obciążeniu pracą”. Tylko takie dane są dostępne w materiałach producenta aparatu, są one wartością kalkulowaną w sytuacji maksymalnego obciążenia i wyrażone są w l/h. Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

9. **Pytanie nr 9**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Prosimy, o wyrażenie zgody, aby w punkcie ocenianym „Maksymalne zużycie wody przy maksymalnym obciążeniu analizatora podstawowego poniżej 30 litrów na godzinę” można było podać wartość średniego zużycia przy maksymalnym obciążeniu pracą. Tylko takie dane są dostępne w materiałach producenta aparatu, są one wartością kalkulowaną w sytuacji maksymalnego obciążenia i wyrażone są w l/h.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.



10. **Pytanie nr 10**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg punktu 31 SWZ dotyczy grupy  $\geq 6$  uczestników dla parametrów ocenianych w COBJwDL w ramach kwartalnych programów w zakresie chemii klinicznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

11. **Pytanie nr 11**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Prosimy o dopuszczenie do postępowania przetargowego analizatorów biochemicznych, które w przypadku konieczności dokładania odczynników podczas pracy należy wprowadzić w odpowiedni tryb pracy, następstwem czego jest wstrzymanie dozowania odczynników, bez zatrzymywania pracy analizatora, a całość operacji do ponownego uruchomienia dozowania odczynników zajmuje ok. 20 minut. Oferowane analizatory posiadają zaawansowany system monitorowania statystyki badań laboratoryjnych i operator każdego dnia pracy informowany jest, czy ilość odczynnika na pokładzie zapewni możliwość wykonania badań w odniesieniu do każdego z odczynników z osobna bazując na dotychczasowej statystyce wykonywanych badań w poszczególnych dniach tygodnia. Ta informacja oraz możliwość umieszczenia na pokładzie więcej niż jednego opakowania odczynnika powoduje, że uzupełnianie odczynników w trakcie pracy analizatora zdarza się niezwykle rzadko. Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

12. **Pytanie nr 12**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Prosimy o potwierdzenie, że analizatory, w których temperatura w karuzeli odczynnikowej utrzymywana jest w zakresie 4°C-12°C spełnia wymagania Zamawiającego w odniesieniu do punktu 22 SWZ. Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

13. **Pytanie nr 13**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

W związku z wymogami SWZ: posiadania detektorów „pęcherzyków powietrza dla próbek i odczynników”, prosimy o potwierdzenie, że analizatory które posiadają czujniki ciśnieniowe w pipetorach, dzięki czemu podawane są informacje o błędach w aspiracji materiału spełniają wymagania SWZ w tym zakresie. Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

14. **Pytanie nr 14**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

W związku z wymogiem „Zaferowanie testu do oznaczania hemoglobiny HbA1c bez wstępnego przygotowania” jedynie na analizator podstawowy prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie tego oznaczenia tylko na analizator podstawowy, a tym samym, aby w zakresie testu do oznaczania hemoglobiny HbA1c analizatory podstawowy i backup nie były kompatybilne odczynnikowo i nie pracowały w oparciu o te same odczynniki i materiały kalibracyjne. Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.



15. **Pytanie nr 15**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg zaoferowania analizatora biochemicznego podstawowego o wydajności maksymalnej (łącznie z ISE ) nie mniejszej niż 1200 testów na godzinę oznacza, że wydajność części fotometrycznej analizatora musi wynosić nie mniej niż 800 testów na godzinę, a ISE nie mniej niż 400 testów na godzinę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

16. **Pytanie nr 16**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

17. **Pytanie nr 17**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Prosimy o potwierdzenie, że mimo zapisu „Wszelkie koszty eksploatacji, napraw oraz kalibracji przedmiotu dzierżawy ponosi Wykonawca, chyba, że uszkodzenie lub zniszczenie wynika ze złego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem, instrukcją użytkowania lub instrukcją serwisową) i eksploatacji przedmiotu dzierżawy lub działania osób i podmiotów trzecich, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.” w postępowaniu przetargowym należy zaoferować wszystkie niezbędne materiały zużywalne i eksploatacyjne konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy zgodnie z zapisami instrukcji obsługi analizatorów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

18. **Pytanie nr 18**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym dodatkowych elektrod referencyjnych i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tych elektrod. Płyny i kolejne elektrody są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Załącznikiem nr 1 Pakiet 1 zapis pod Tabelą nr 1 Zamawiająca wymaga wyceny „\* \* \* \* z wyszczególnieniem wymaganego rodzaju materiału i podaniem cen w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań w okresie 36 miesięcy.”

19. **Pytanie nr 19**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Prosimy o wyrażenie zgody na podanie mocy maksymalnej analizatorów w kVA. Takie jednostki podane są w specyfikacji technicznej analizatora.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.



20. **Pytanie nr 20**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Prosimy o wyrażenie zgody, aby jedynie w przypadku 7 odczynników dopuścić możliwość ich porcjowania do wtórnych opakowań i przechowywania takiej porcji odczynnika w lodówce zewnętrznej. Takie rozwiązanie, skróci czas przechowywania otwartego opakowania na pokładzie aparatu co znacznie wydłuży stabilność opakowania odczynników i zmniejszy straty odczynnikowe w przypadku testów wykonywanych w mniejszej ilości. Zamawiający dla innych 8 odczynników dopuścił przechowywanie odczynników w lodówce zewnętrznej. Porcjowanie odczynników jest korzystniejsze dla Zamawiającego, gdyż porcja odczynnika pozostaje stale na pokładzie aparatu co umożliwia wykonywanie badania w dowolnym momencie, a zamknięta porcja odczynnika przechowywana w lodówce zewnętrznej nie podlega wpływowi środowiska zewnętrznego co wydłuża jej stabilność, a Zamawiającemu pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności. Wykonywana codzienna kontrola jakości weryfikuje jakość procesu analitycznego, w tym także jakość odczynników. Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty na warunkach różnorodnych z konkurencją.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

21. **Pytanie nr 21**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ustawienia lodówek, mebli i blatów w laboratorium, aby zapewnić optymalne usytuowanie oferowanych analizatorów. Obecne usytuowanie mebli jest dostosowane do wymagań sprzętowych obecnego dostawcy. Brak zgody na zmianę aranżacji powierzchni czyni przetarg bezzasadnym, gdyż w tak zaaranżowanej powierzchni możliwe jest umieszczenie jedynie analizatorów obecnego dostawcy. Możliwość udziału w postępowaniu przetargowym więcej niż jednego dostawcy daje możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo. Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dostosowanie pomieszczenia o ile konieczne zmiany nie spowodują przerwy w pracy Laboratorium i będą zgodne z przepisami BHP i PPOŻ.

22. **Pytanie nr 22**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania IgM, który posiada aplikację tylko do zastosowania w surowicy i osoczu? Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

23. **Pytanie nr 23**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby 2 z oferowanych odczynników były identyfikowane przez przypisane im miejsca w karuzeli odczynnikowej? Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

24. **Pytanie nr 24**

**Dotyczy Pakietu nr 1 i 2 (pytania do obydwu pakietów):** Do wykaz przedmiotu zamówienia:

„Prosimy Zamawiającego o wyszczególnienie paramentów, które wykonawca wskaże do udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w 2023, 2024 i 2025r”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.



25. **Pytanie nr 25**

**Dotyczy Pakietu nr 1 i 2**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta, Wykonawca można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika, która jest wymieniona i wymagana w ulotce odczynnikowej. Zastosowanie wieloparametrowego materiału kontrolnego jest rozwiązaniem wygodniejszym i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zgodnie z swz wymaga zaoferowania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej niezależnego producenta, która może być dedykowana lub wieloparametrowa

26. **Pytanie nr 26**

**Dotyczy Pakietu nr 1 i 2**

Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu laboratorium podchloryn czy wymaga dostarczenia go przez Oferenta? Roztwór podchlorynu jest używany w procesie mycia i konserwacji analizatora.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

27. **Pytanie nr 27**

**Dotyczy Pakietu nr 1 i 2**

W związku z rozbieżnością zapisów SWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 1, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu, bez dołączania Certyfikatów CE dla analizatora i odczynników

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.1 i 2.

28. **Pytanie nr 28**

**Dotyczy Pakietu nr 1 i 2**

Dotyczy § 4 ust. 4 projektu umowy dzierżawy i § 5 ust. 4 projektu umowy dostaw:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy, która została zawarta na okres powyżej 6 miesięcy, dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań:

- 1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy oraz
- 2) w przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § .... ust. ... Strony przyjmują, jako klauzulę waloryzacyjną wskaźnik wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS- u w Monitorze Polskim, przy czym pierwsza zmiana jest dopuszczalna nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

29. **Pytanie nr 29**

**Dotyczy Pakietu nr 1 i 2**

Dotyczy § 5 ust. 2 ppkt. g) projektu umowy dostaw:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego zapisu na „dopuszczalna jest zmiana oznaczenia przedmiotu umowy w zakresie numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu wszystkich jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań., przy zachowaniu ceny jednostkowej, wartości umowy, tożsamości świadczenia i jego jakości”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.



30. **Pytanie nr 30**

**Dotyczy Pakietu nr 1 i 2**

Dotyczy Tabela 5, Lp. 1, 2, 3 Stacja robocza

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania stacji roboczej o następujących parametrach;

procesor: min. 4-rdzeniowy, min częst. 3,0 GHz

dysk twardy: SSD min. 250 GB

DVD-RW +/- RW

karta graficzna zintegrowana z procesorem,

karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ-45

porty i złącza: min. 4 portów USB 2.0

porty video: DisplayPort x 1

porty audio: wyj. słuch. i wej. mikrofonowe

klawiatura USB

mysz laserowa USB

oprogramowanie typu Windows 10 Pro/ 64-bit., Microsoft Office 2021 Standard 64 bit

oraz monitora o następujących parametrach:

21,5 cali, rozdzielczość FullHD 1920 x 1080px, 1xHDMI, DisplayPort x1, matryca IPS, z monitorem należy dostarczyć przewody do podłączenia do stacji roboczej z punktów 1,2

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

31. **Pytanie nr 31**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia soli fizjologicznej do rozcieńczania próbek? W przypadku wymogu dostarczenia roztworu, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie soli fizjologicznej Braun'a do rozcieńczenia próbek o stężeniu 0,9%, bez zapisu o takim zastosowaniu w oficjalnej ulotce producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

32. **Pytanie nr 32**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na zaoferowanie odczynnika do oznaczania Lipazy i Cystatyny C dedykowanego do innego systemu biochemicznego oferenta? Wyżej wymieniony odczynnik może być zaaplikowany na kanały otwarte oferowanych analizatorów biochemicznych zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach medycznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

33. **Pytanie nr 33**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie odczynników Wolne kwasy tłuszczowe, Klozapina, i Kalprotektyna przeznaczone na inne biochemiczne systemy fotometryczne?

Wyżej wymienione odczynniki mogą być zaaplikowane na kanały otwarte oferowanych analizatorów biochemicznych zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach medycznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

34. **Pytanie nr 34**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Dotyczy Formularza Ofertowego, minimalne wymagania dla klimatyzatorów – dotyczy Pracowni 124b i Pracowni 135b

Dział Zamówień Publicznych  
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362  
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem  
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu zaoferowania klimatyzatorów, które posiadają system automatycznego czyszczenia filtrów. Argumentujemy to sytuacją rynkową gdyż żaden z wiodących producentów klimatyzacji nie ma w swojej ofercie urządzenia, które posiada system automatycznego czyszczenia filtrów. Czyszczenie/wymiana filtrów będzie odbywała się w ramach obsługi serwisowej klimatyzatorów

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

35. **Pytanie nr 35**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Prosimy o potwierdzenie czy dla parametrów, które wymagają zgodnie z ulotką producenta odczynników wykonania kontroli jednocześnie na dwóch poziomach, wykonawca może odstąpić od tego wymogu i zaoferować kontrole w ilościach zgodnie z harmonogramem w SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

36. **Pytanie nr 36**

**Dotyczy Pakietu nr 1**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kontroli dedykowanej dla Parametrów : Klozapina, Kalprotektyna oraz Wolne Kwasy Tłuszczowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga w przypadku parametrów: wolne kwasy tłuszczowe, klozapina, kalprotektyna zaoferowanie materiałów do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej dedykowanych przez producenta odczynników

37. **Pytanie nr 37**

**Dotyczy Pakietu nr 1, Tabela nr 4:**

Zestawienie parametrów wymaganych – granicznych analizator podstawowy i backup.

Prosimy o ujednoczenie zapisów dotyczących terminu ważności materiałów kontrolnych w pkt. 28 i 29 parametrów granicznych i zaakceptowanie terminu 6 miesięcznego jako wiążącego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

38. **Pytanie nr 38**

**Dotyczy Pakietu nr 1, Tabela nr 2 Wymagane badania i ilości na 3 lata.**

Czy zamawiający dopuści naprzemienne przechowywanie w lodówce odczynników do oznaczania: Amoniak, Wankomycyny, Karbamazepiny, Kwasu Wałproinowego, Litu, Klozapiny, Kalprotektyny oraz Wolnych Kwasów Tłuszczowych? Analizator w momencie dostawiania odczynników na pokład nie przerywa bieżącego cyklu analitycznego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

39. **Pytanie nr 39**

**Dotyczy Pakietu nr 1 Tabela nr 2 , Lp. 15, 31 oraz 32**

Wymagane badania i ilości na 3 lata.

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie odczynnika do oznaczania Mikroalbuminurii w którym oznaczenia wykonywane są w materiale jakim jest mocz oraz odczynniki do oznaczania Immunoglobuliny M oraz Immunoglobuliny G w których oznaczenia wykonywane są w Surowicy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.



40. **Pytanie nr 40**  
**Dotyczy Pakietu nr 2**  
Czy Zamawiający wymaga aby oferent zaoferował dedykowane rozcieńczalniki służące do manualnego rozcieńczania próbek pacjentów w przypadku otrzymania wyników powyżej zakresu oznaczenia oznaczalności analizatora ?  
**Odpowiedź:**  
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.
41. **Pytanie nr 41**  
**Dotyczy Pakietu nr 2, pkt. 27 zestawienie parametrów wymaganych – granicznych:**  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników z minimum 4 miesięcznym terminem ważności - immunochemia?  
**Odpowiedź:**  
Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
42. **Pytanie nr 42**  
**Dotyczy Pakietu nr 2, Tabela 2, Lp. 4 odczynniki, materiały kontrolne i materiały kalibracyjne**  
Czy Zamawiający dopuści materiały kontrolne dla oznaczeń infekcyjnych, MTX i PCT ze stałymi lotami min. 5 miesięcznymi i gwarancją niezmienności zakresów kontroli?  
**Odpowiedź:**  
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.
43. **Pytanie nr 43**  
**Dotyczy Pakietu nr 2**  
Czy Zamawiający wymaga dostarczenie wirówki służącej do preparatyki próbek do oznaczeń leków immunosupresyjnych?  
**Odpowiedź:**  
Zamawiający wymaga dostarczenia wirówki, jeżeli Wykonawca oferuje testy do oznaczania leków immunosupresyjnych wymagających preparatyki z wirowaniem o niestandardowych parametrach.
44. **Pytanie nr 44**  
**Dotyczy Pakietu nr 2**  
Prosimy o potwierdzenie czy dla parametrów, które wymagają zgodnie z ulotką producenta odczynników wykonania kontroli jednocześnie na trzech poziomach, wykonawca może odstąpić od tego wymogu i zaoferować kontrole w ilościach zgodnie z harmonogramem w SWZ?  
**Odpowiedź:**  
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.
45. **Pytanie nr 45**  
**Dotyczy Pakietu nr 2**  
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania kontroli dedykowanej dla parametrów: 25-OH-VIT-D, f T4, f T4, TSH, Troponina wysokoczuła oraz anty CCP?  
**Odpowiedź:**  
Zamawiający dopuszcza nie wymaga.



46. **Pytanie nr 46**

**Dotyczy Pakietu nr 2, Tabela nr 4, Lp. 20: Zestawienie parametrów wymaganych – granicznych**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na potwierdzenie ww parametru w publikacji, w której dla oferowanego testu przeprowadzono walidację algorytmu 0-1h?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Zamawiający dopuszcza każdy przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający zgodność oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Kierownik  
Centralnego Laboratorium

*[Signature]*  
mgr inż. Krystyna Krawczyk  
specjalista diagnostyki laboratoryjnej

Przewodniczący Komisji Przetargowej

DYREKTOR  
SZPITALA KLINICZNEGO  
im. K. Jonschera UM w Poznaniu

*[Signature]*  
dr n. med. Paweł Daszkiewicz  
Dyrektor Szpitala

