



## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZŁUCHOWIE

ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów

tel. (059) 83 42 459, fax (059) 72 60 877

REGON 771480603, NIP 843-14-01-794

[www.spzoz-czluchow.pl](http://www.spzoz-czluchow.pl), e-mail: [sekretariat@spzoz-czluchow.pl](mailto:sekretariat@spzoz-czluchow.pl)

### Zapytania Oferentów z odpowiedziami Zamawiającego

do postępowania sygn. ZP/05/SPZOZ/2023, ID 737404

pn. DOSTAWA AMBULANSU FINANSOWANEGO LEASINGIEM OPERACYJNYM

Data wpływu	Zakres którego dotyczy / dokument	pozycja	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego	Data udzielenia odpowiedzi
09.03.2023	Parametry techniczne		1. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga szyberdachu pełniącego jednocześnie funkcję wyjścia ewakuacyjnego.	<b>Zamawiający wymaga.</b>	10.03.2023
09.03.2023	Parametry techniczne		2. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga stacji dokującej do tabletu.	<b>Zamawiający wymaga.</b>	10.03.2023
09.03.2023	Parametry techniczne		3. Jeśli na powyższe pytanie Zamawiający odpowiedział twierdząco, prosimy o podanie marki i modelu tabletów użytkowanych przez Zamawiającego w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu.	<b>ZEBRA L10 XSLATE.</b>	10.03.2023
09.03.2023	Parametry techniczne		4. Jeśli na pytanie 2 Zamawiający odpowiedział twierdząco, prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga by uchwyt mocowania systemu SWD w kabinie kierowcy był zamontowany w sposób bezpieczny dla kierowcy i pasażera tj. przebadany przez notyfikowaną jednostkę certyfikowaną na przeciążenia 10G?	<b>Zamawiający wymaga, z możliwością regulacji kąta uchwytu.</b>	10.03.2023
09.03.2023	Parametry techniczne		5. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga uchwytu do drukarki.	<b>Zamawiający wymaga.</b>	10.03.2023
09.03.2023	Parametry techniczne		6. Jeśli na powyższe Zamawiający odpowiedział twierdząco, prosimy o podanie marki i modelu drukarki użytkowanej przez Zamawiającego, w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu.	<b>HP LASER JET PRO M15W.</b>	10.03.2023
09.03.2023	Parametry techniczne		7. prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga by uchwyt mocowania drukarki w przedziale był zamontowany w sposób bezpieczny dla kierowcy i pasażera tj. przebadany przez notyfikowaną jednostkę certyfikowaną na przeciążenia 10G?	<b>Zamawiający wymaga, ale mocowanie w przedziale medycznym.</b>	10.03.2023

09.03 .2023			8. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga przeglądów zabudowy przedziału medycznego wliczonych w cenę oferty.	<b>Nie wymaga.</b>	10.03 .2023
09.03 .2023	Formularz wymagań technicznych	<b>32</b>	9. Prosimy o dopuszczenie wysokości ambulansu 273 cm nie licząc anten.	<b>Dopuszczamy.</b>	10.03 .2023
09.03 .2023	Formularz wymagań technicznych	<b>33</b>	10. Prosimy o dopuszczenie długości ambulansu 6150 cm – samochód ma do 6 m, ale stopień tylny ma ok 15 cm co wydłuża auto.	<b>Dopuszczamy.</b>	10.03 .2023
09.03 .2023	Parametry techniczne		11. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga fotela u wezłowania noszy.	<b>Nie dopuszcza fotela u wezłowania noszy oraz w przejściu do kabiny kierowcy.</b>	10.03 .2023
09.03 .2023	Formularz wymagań technicznych	<b>68, 69</b>	12. Czy poprzez belkę zintegrowaną z dachem Zamawiający ma na myśli belkę zintegrowaną-wkomponowaną w nadwozie w przedniej i tylnej części?	<b>Tak, belka nie może wystawać poza obrys dachu, musi być w niego wkomponowana.</b>	10.03 .2023
09.03 .2023	Parametry techniczne		13. Czy Zamawiający używa radiotelefonów typu Motorola?	<b>Tak.</b>	10.03 .2023
09.03 .2023	Formularz wymagań technicznych	<b>98</b>	14. Czy stopień przy prawych drzwiach przesuwanych ma być obrotowy, a nie wysuwany co zapobiega zaciananiu się?	<b>Tak, stopień musi być obrotowy.</b>	10.03 .2023
09.03 .2023	Formularz wymagań technicznych	<b>47</b>	15. Czy laweta ma posiadać funkcję wysuwu, przesuwu oraz ustawiania pozycji drenażowych?	<b>Ma posiadać funkcję wysuwu, przesuwu oraz ustawiania pozycji drenażowych.</b>	10.03 .2023
09.03 .2023	SWZ		16. Czy Zamawiający wymaga ambulansu zgodnego z normą PN EN 1789:2021-02 – aktualnie obowiązującą?	<b>Zgodnie z SWZ.</b>	10.03 .2023
09.03 .2023			17. Czy w ofertę mają być wliczone przeglądy sprzętu medycznego – zestawu transportowego – co podniesie cenę oferty?	<b>Nie.</b>	10.03 .2023
09.03 .2023	Formularz wymagań technicznych	<b>93</b>	18. Czy przetwornica ma działać tylko w czasie jazdy – zależna od zapłonu?	<b>Wymaga się przetwornicy 1000W z obowiązkowym napięciem w gniazdach 230V podczas jazdy.</b>	10.03 .2023
09.03 .2023	SWZ		Pytanie 1. Prosimy o podanie sposobu dostawy, czy wymaga się dojazdu na lawecie, aby ambulans był nie uszkodzony? Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.	<b>Zgodnie z SWZ. Dostawa na lawecie.</b>	10.03 .2023
09.03 .2023	Formularz wymagań technicznych	<b>91</b>	Pytanie 2 Czy Radioodtworacz fabryczny winien być wyposażony w funkcję Bluetooth oraz gniazdo USB pozwalające kierowcy na szybkie i bezpieczne łączenie się z urządzeniami mobilnymi typu telefon komórkowy, mapy, bazy	<b>Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.</b>	10.03 .2023

			danych itp. oraz sterowanie pod kołem kierownicy, co podnosi bezpieczeństwo kierowania pojazdem ?		
09.03 .2023	Parametry techniczne		Pytanie 3. Czy fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy ma być automatyczna typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę ? Wyjaśniamy, że automatyczna typu "Climatronic", jest to automatycznie sterowany układ klimatyzacji, który większość procesów związanych z chłodzeniem oddaje w ręce komputera. Regulacja przez użytkownika ogranicza się do określenia poziomu pożądanej temperatury na elektronicznym wyświetlaczu. To komputer, samodzielnie dopasowuje kierunek i siłę nawiewu powietrza, w taki sposób, żeby zapewnić jak największy komfort.	<b>Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.</b>	10.03 .2023
09.03 .2023	SWZ		Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający: - silnik zapewniający osiągnięcie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW, o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm - manualną skrzynię biegów 6+1 - napęd na oś przednią - o DMC 3,5 t - zbiornik paliwa 80 l - wysokość przed zabudową 2499 mm - długość 5575mm - z przedziałem medycznym o długości 3100 mm ?	<b>Zgodnie z SWZ.</b>	10.03 .2023
09.03 .2023	Parametry techniczne		Pytanie 5 Aby szyberdach (okno dachowe ) stanowił jednocześnie wyjście ewakuacyjne musi posiadać minimalne wymiary 500 x 900 mm zgodnie z wymogami Regulaminu nr 17 EKG ONZ 1.3 czy takiego okna	<b>Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.</b>	10.03 .2023

			dachowego oczekuje Zamawiający ?		
09.03 .2023	Parametry techniczne		Pytanie 6 Prosimy o potwierdzenie, że okno dachowe ma mieć wymiary pozwalające na jego wykorzystanie jako wyjścia ewakuacyjnego dla pacjenta i personelu ?	<b>Zamawiający potwierdza.</b>	10.03 .2023
09.03 .2023	SWZ		Pytanie 7 Czy dopuszcza się nadwozie typu kontener ?	<b>Zgodnie z SWZ.</b>	10.03 .2023
09.03 .2023	SWZ		Pytanie 8 Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego lub dokument równoważny na dzień dostawy ambulansu ? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów określa kilka procedur w wyniku których, organ udzielający homologacji zaświadcza, że dany pojazd jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymogami technicznymi i może być dopuszczony do ruchu. Rozporządzenie wymienia (....) m.in. „homologację typu całego pojazdu”, „homologację typu UE”, „indywidualne dopuszczenie pojazdu”, itd. We wszystkich procedurach wymogiem jest przeprowadzenie wszystkich badań na zgodność z normą PN-EN 1789.	<b>Zgodnie z SWZ.</b>	10.03 .2023
09.03 .2023	SWZ		Pytanie 9 Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwными z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ?	<b>Zgodnie z SWZ.</b>	10.03 .2023

09.03 .2023	Formularz wymagań technicznych	15	<p>Pytanie 10 Zamawiający wymaga dostawy ambulansu typu C zgodnego z wymaganiami normy PN EN 1789. Norma ta stawia konkretne „sztywne” wymogi dla takiego ambulansu, choć używa można powiedzieć „nieostrych” pojęć: „ambulans powinien”, „zaleca się uwzględnić”, „powinny być zgodne”, „powinno być zapewnione”, „powinien dostarczyć” itp.</p> <p>Aby uniknąć, dowolnych interpretacji w/w określeń używanych w normie PN EN 1789 nasza firma uzyskała odpowiedź Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 18.05.2010 roku ( w załączeniu).</p> <p>W załączniku A do w/w normy w punkcie Rozpoznawanie i widoczność ambulansów stawia się wymóg: „ W celu umożliwienia rozpoznawania i dostrzegania pojazdu w świetle dziennym zaleca się stosowanie barwy żółtej RAL 1016 lub białej, jako podstawowego koloru nadwozia. Jeżeli wybrano kolor biały na zewnętrznej powierzchni pojazdów zaleca się stosowanie dodatkowo barwy żółtej fluorescencyjnej , żółtej RAL 1016 lub czerwonej fluorescencyjnej RAL 3024.”</p> <p>Powyższe zapisy normy służą też ujednoczeniu koloru ambulansów w, aby nie były mylone z innymi pojazdami w kolorze ogólnie żółtym, co bezsprzecznie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pojazdom uprzywilejowanym. Ponieważ nie ma czegoś takiego jak „standardowy kolor żółty nadwozia furgon” i każdy z producentów samochodów stosuje inny RAL oraz inne nazewnictwo np. „kanarkowy” ; „piasek pustyni” , „ żółty cytrynowy” itp. więc stojące obok siebie pojazdy furgon w katalogowym kolorze żółtym różnią się dość znacznie.</p> <p>Z tej to przyczyny norma PN EN 1789 posługuje się wyłącznie paletą barw RAL.</p> <p>Nie wyklucza to żadnego z wykonawców, a nawet rozszerza</p>	<p><b>Zmawiający potwierdza kolor nadwozia żółty RAL 1016.</b></p>	10.03 .2023
----------------	--------------------------------	----	---	--	----------------

			się ich krąg, gdyż każdy producent wykona nadwozie w dowolnym kolorze z palety RAL bez problemu. Uwzględniając powyższe, prosimy o potwierdzenie, że wymagany jest fabryczny „Kolor nadwozia żółty RAL 1016” zgodnie z wymogiem normy PN EN 1789 lub odpowiadająca jemu barwa żółta CMYK 10,0,90,0 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. ?		
13.03 .2023	Dokumenty finansowe		1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentów finansowych Zamawiającego , celem przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej: - bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec 02.2023 zamiennie sprawozdanie wg. wzoru F01. - sprawozdanie finansowe za 2022 r.	<b>Zamawiający udostępnił dokumenty finansowe pytającemu.</b>	13.03 .2023
13.03 .2023	SWZ	<b>ROZDZIAŁ XIV</b>	2. Z uwagi na konieczność dokonania analizy finansowej i warunków SWZ oraz uzyskania przez Wykonawcę zgody Zarządu na złożenie oferty przetargowej, uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmianę terminu składania ofert na dzień 23.03.2023 r.	<b>Nie wyraża zgody.</b>	13.03 .2023

Stan na 13.03.2023 godz. 12.20

Daria Zaniewska  
Referent ds. zamówień publicznych  
W SP ZOZ w Człuchowie

***Z uwagi na powoływanie się potencjalnego oferenta na Interpretację Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, stanowi ona załącznik do niniejszych odpowiedzi.***