



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/27/2020

Przasnysz, 15.12.2020r

Dotyczy: zapytania ofertowego na dzierżawę niezbędnej aparatury i oprogramowania do oznaczeń mikrometodą żelową wraz z dostawą odczynników dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na zadane pytania udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje cyklicznych dostaw nie rzadziej niż raz na miesiąc wg załączonego do oferty cenowej/dostarczanego raz w roku harmonogramu dostaw na dany rok, uwzględniającego cykl produkcyjny oferowanych wyrobów (zgodnie z brzmieniem parametru granicznego „dostawa wg harmonogramu na dany rok”), z jednoczesnym zapewnieniem możliwości dostaw pilnych – na cito, w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia?

Odp: Zamawiający wymaga dostaw jak w zapytaniu.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że w pkt I Opis przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego, wkradł się błąd i zgodnie z pkt 9 tabeli formularza cenowego (załącznik nr 2) oraz warunków pod tabelą Zamawiający wymaga w ramach dzierżawy zaoferowania - pipety automatycznej multidozującej dedykowanej do systemu, w ilości - 3 szt.?

Odp: Zamawiający wymaga w ramach dzierżawy zaoferowania pipety automatycznej multidozującej dedykowanej do systemu, w ilości - 3 szt..

Z poważaniem:

Sporządził:
Monika Krośnicka
Inspektor ds. technicznych

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych
Urzuła Mażkowska
mgr Urzuła Mażkowska