

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa obłożenia pola operacyjnego dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ujęta w 21 częściach.

1. Kod CPV – 33141000, 33199000
2. Ilości wskazane w Formularzu cenowym są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż podana w Formularzu cenowym, w związku z niemożliwością przewidzenia pełnego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową.
3. Stopień realizacji zamówienia uzależniony jest od rzeczywistych potrzeb, wynikających z działalności Zamawiającego.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika produktu czy też produktu tzw. Zapasów, Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu produktu (odpowiednika) u innego dostawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od zakupu w ramach umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem
7. Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

Zadanie I

PL	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia
1	Czepek chirurgiczny damski w formie beretu	Uniwersalny lekki czepek w formie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14g/m ² . Ściągany lekko elastyczną taśmą. Pakowany w karton w formie podajnika
2	Czepek chirurgiczny męski w formie furażerki	Czepek typu furażerka. Część przednia wydłużona z możliwością wywiniecia, w części tylnej ściągacz. Pakowany w kartonik w formie podajnika. Gramatura min. 14g/m ²

Zadanie II

PL	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia
1	Oslona na przewody	Jałowa, 250-230/14x16cm
2	Oslona na ramię C	Jałowa, 100x160 i 80x150

Zadanie III

PL	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia
1	Spodenki krótkie dla pacjenta	Niekrepujące, nieprzezroczyste, z zakładką do badania specjalistycznego, rozm. L do XXL
2	Poszwa na koc	Jednorazowego użytku, Wygodne w użyciu, wymiar 160x210, z włóknami odpornymi na przesiąkanie
3	Poszwa na poduszkę	Jednorazowego użytku, Nieprzemakalna, łatwa w użytkowaniu, roz. 70x80
4	Pokrowce na obuwie	Wykonane z grubej, wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny, antypoślizgowe spody, ściągnięte gumką.
5	Koszula pacjenta jednorazowa	Niekrepująca długa koszula, nieprzezroczysta, zapewniająca komfort

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7

KRS 0000020330; NIP 837-15-07-803; REGON 01722233

www.szpitalsochaczew.pl

Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl



		pacjentom
6	Prześcieradło higieniczne	Prześcieradło higieniczne 30g/m ² , Wymiary: 200(210)x150(160), 200x80 z włókniny odpornej na przesiąkanie krwi i przenikanie mikroorganizmów , 30g/m ² Dobra przepuszczalność pary wodnej.
7	Podkład medyczny jedn. użytku	Jednorazowego użytku, 50cmx50m, perforowany co 40cm.
8	Spódnica dla pacjentki jedn. użytku	Niekrepująca spódnica, nieprzezroczysta, zapewniająca komfort pacjentkom

Zadanie IV

PL	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia
1	Fartuch foliowy	Bez rękawów, wykonany z cienkiej i wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne folii

Zadanie V

PL	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia
1	Obłożenie pola operacyjnego	Sterylnie, wymiary 50-70x50-70 cm. Serwety zabiegowe wykonane z 2-warstwowego materiału z chłonną warstwą zewnętrzną

Zadanie VI

PL	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia
1	Ośłona na kończynę	Wykonana z 2-warstwowego materiału włóknina/folia, warstwa zewnętrzna nieprzeziąkalna i odporna na uszkodzenia, warstwa wewnętrzna miękka i przyjemna dla skóry. Waga podstawowa 65-70/m ² . Produkt musi spełniać wymogi normy EN- 13795 1,2,3. Wymiar 35x80cm (+/-2cm)

Zadanie VII

PL	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia
1	Podkład higieniczny niejałowy	Jednorazowy, niepylny, wysokochłonny. Nieuczulający podkład na stół operacyjny, wykonany z 2 scalonych powłok – nieprzemakalnego laminatu o grubości 13-15mm i chłonnej powierzchni na całej długości prześcieradła o grubości 0,70-0,80mm. Wymiary 100x230cm (+/-5cm). Wchłanianość 4-4,5l. produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu opatrzone nazwą produktu

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania VIII i IX.:

Zestawy wykonane z minimum dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej- polipropylen/ wiskoza zgodnej z (EN 13795 1,2,3) – wymagania standardowe , o gramaturze minimum 55g/m². Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m². Obłożenie wymaga kart danych technicznych na gotowy wyrób medyczny(po sterylizacji) i karty katalogowej.

Zewnętrzne opakowanie zestawu powinno być oznakowane znakiem CE oraz zawierać :rysunek / zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Każdy zestaw musi posiadać widoczną datę ważności/ sterylności nr serii w postaci minimum dwudzielnej naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny.

W przypadku braku opakowania wewnętrznego kartonowego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojemników z pokrywą, poddających się myciu i dezynfekcji o odpowiednich wymiarach dla danego asortymentu.

Opakowania zestawów: zewnętrzne – folia- papier;

Zadanie VIII

Zestaw uniwersalny – wymagania standardowe

- 1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145
- 1 samoprzylepna serweta dwuwarstwowa operacyjna 150 x 240 cm +/-5cm
- 1 samoprzylepna serweta dwuwarstwowa operacyjna 200 x 175 cm +/-5cm
- 2 samoprzylepne serwety dwuwarstwowa operacyjne 75 x 90 cm +/-5cm
- 1 taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30-35 x 30-35 cm

Zadanie IX

1.

Serweta jałowa nieprzylepna rozmiar 150 x 100 cm pełnobarierowa, zgodna z EN 13 795 1,2,3, wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze minimum 55 g/m². Wymagane aby jedną warstwę stanowiła folia polietylenowa

2.

Serweta jałowa nieprzylepna rozmiar 150 x 200 cm pełnobarierowa, zgodna z EN 13 795 1,2,3, wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 55 g/m². Wymagane aby jedną warstwę stanowiła folia polietylenowa

3.

Chłonne sterylne ręczniki celulozowe do osuszania rąk o wymiarze min. 30x33cm pakowane po 2 szt.

4.

Obłożenie stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o wymiarach 80 x 145cm, wzmocnienie o szerokości min 60 x 145 cm. Waga podstawowa całości obłożenia min 90g/m². Obłożenie złożone teleskopowo.

5.

Kieszka samoprzylepna
2 sekcje 43 x 38 cm

6.

Taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

7.

Serweta jałowa 45 x 75 cm z otworem przylepnym; możliwość dostosowania średnicy otworu pełnobarierowa, zgodna z EN 13 795 1,2,3, wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 55 g/m². Wymagane aby jedną warstwę stanowiła folia polietylenowa

8.

Serweta jałowa przylepna 90 x 100 cm pełnobarierowa, zgodna z EN 13 795 1,2,3, wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 55 g/m². Wymagane aby jedną warstwę stanowiła folia polietylenowa

9.

Serweta jałowa przylepna 200x 175 cm, pełnobarierowa, zgodna z EN 13 795 1,2,3, wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min g/m². Wymagane aby jedną warstwę stanowiła folia dwuwarstwowa.

Opis przedmiotu zamówienia dla zadań od X do XX:

W zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności - wymagania wysokie – Zestawy wykonane z minimum dwuwarstwowej, pełno barierowej włókniny (film polietylenowy / polipropylenowy zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze minimum 55g/m². Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m². Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z

włókniny polipropylenowej/wiskoza o całkowitej gramaturze minimum 110 g/m² (opisane jako pad). .
Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 150cm H₂O.Obłożenia – zestawy wyposażone w karty danych technicznych na gotowy wyrób medyczny(po sterylizacji) i karty katalogowej

Zewnętrzne opakowanie zestawu powinno być oznakowane znakiem CE oraz zawierać: rysunek/zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Każdy zestaw musi posiadać widoczną datę ważności/ sterylności i nr serii w postaci dwudzielnej naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego W przypadku braku opakowania wewnętrznego kartonowego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojemników z pokrywą, poddających się myciu i dezynfekcji o odpowiednich wymiarach dla danego asortymentu
Opakowania zestawów: zewnętrzne folia- papier ; wewnętrzne – włóknina

Zadanie X

Zestaw uniwersalny wzmocniony I- wymagania wysokie

- 1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145
- 1 samoprzylepna serweta dwuwarstwowa operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm +/-5cm (pad 45 x 70 cm)
- 1 samoprzylepna serweta dwuwarstwowa operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm +/-5cm (pad 45 x 70 cm)
- 2 samoprzylepne serwety dwuwarstwowa operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm +/-5cm (pad 31 x 85 cm)
- 1 taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30-35 x 30-35 cm

Zadanie XI

Zestaw uniwersalny wzmocniony II- wymagania wysokie

- 1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145
- 1 samoprzylepna serweta dwuwarstwowa operacyjna z padem chłonnym 170 x 300 cm +/-5cm (pad 45 x 70 cm)
- 1 samoprzylepna serweta dwuwarstwowa operacyjna z padem chłonnym 200 x 200 cm +/-5cm (pad 45 x 70 cm)
- 2 samoprzylepne serwety dwuwarstwowe operacyjne z padem chłonnym 90 x 100 cm +/-5cm (pad 31 x 95 cm)
- 1 taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30-35 x 30-35 cm

Zadanie XII

Zestaw do chirurgii biodra II – wymagania wysokie

- 1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145
- 1 samoprzylepna serweta dwuwarstwowa operacyjna 170 x 300 cm z padem chłonnym
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 95 cm) 245 x 280 cm +/-5cm (pad min. 145 x 155 cm)
- 1 serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 75 x 90 cm
- 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 9-10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30-35 x 30-35 cm

Zadanie XIII

Zestaw do żyłaków - wymagania wysokie

- 1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145

1 samoprzylepna serweta operacyjna typu "U" z padem chłonnym ("U" 15 x 95 cm) 260 x 200 cm +/-5cm (pad . 95 x 170 cm)
1 samoprzylepna dwuwarstwowa serweta operacyjna 170 x 250 cm +/-5cm
1 serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 150 x 200 cm +/-5cm
1 osłona na krocze 37,5 x 20 cm
1 taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowy 30-35 x 30-35 cm

Zadanie XIV

Zestaw do chirurgii biodra I wzmocniony- wymagania wysokie

1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 6,5 x 95 cm) 260 x 200 cm +/-5cm (pad .min 145 x 155 cm)
1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” ("U" 6,5 x 85 cm) 220 x 170 cm +/-5cm
1 serweta nieprzylepna 150 x 100 cm +/-5cm
2 taśmy samoprzylepne 9-10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 30-35 x 30-35 cm

Zadanie XV

Zestaw do laparoskopii – wymagania wysokie

1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
1 serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145
1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm) (pad min.2 x 45 x 15 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne 300 x 250 cm +/-5cm
4 ręczniki celulozowe 30-35 x 30-35 cm

Zadanie XVI

Zestaw do zabiegów na kończynie wzmocniony- wymagania wysokie

1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
1 serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145
1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x 245 cm +/-5cm (pad.min 100 x 145 cm)
1 serweta nieprzylepna 150 x 190 cm +/-5cm
1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
2 taśmy samoprzylepne 9-10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 30-35 x 30-35 cm

Zadanie XVII

Zestaw ginekologiczny wzmocniony – wymagania wysokie

1 serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm
1 serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145
1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (9 x 12 cm) 290 x 250 cm +/-5cm (pad . 45 x 135 cm)
1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm +/-5cm
1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm +/-5cm
1 taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 30-35 x 30-35 cm

Zadanie XVIII

Zestaw do cięcia cesarskiego

1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
2 ściereczki do rąk
1 serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145
1 serweta dwuwarstwowa 250/200 x 315 +/-5cm z otworem 19 x 24 cm i torbą na płyny
1 taśma włókninowa samoprzylepna 9-10 x 50 cm
1 serweta dla noworodka 90 x 105 cm

Zadanie XIX

Zestaw do barku

- 1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145
- 1 serweta dwuwarstwowa wzmocniona z taśmą samoprzylepną 180 x 220 cm +/-5cm
- 1 serweta dwuwarstwowa z wycięciem „U” wzmocniona 150 x 200 cm +/-5cm, wycięcie „u” o wymiarach 50 x 10 cm z taśmą samoprzylepną,
- 1 osłona na kończynę 37 x 75 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 9-10 x 50 cm
- 2 ręczniki chłonne 30-35 x 30-35 cm

Zadanie XX

Zestaw do artroskopii kolana- wymagania wysokie

- 1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145
- 1 serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 150 x 175 cm +/-5cm
- 1 serweta dwuwarstwowa do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 245 cm +/-5cm (2 otwory 5 x 7 cm)
- 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 9-10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30-35 x 30-35 cm

Zadanie XXI

1. Zestaw dla noworodka zawiera:

- 1x Czapeczkę dla noworodka, bawełna 100%, rozmiar 38,
- 1x Centymetr do mierzenia noworodka 1 cm x 68 cm papierowy,
- 1x serweta TMS 90 cm x 75 cm,
- 1x Podkład Seni Soft Super 90 x 60 cm,
- 4x Serwetki Włókninowe 80 x 60 cm,
- Zestaw jest jałowy.
- Zapakowany w torebkę papierowo-foliową.

2. Zestaw dla noworodka `zawiera:

- 1x Czapeczkę dla noworodka, bawełna 100%, rozmiar 38,
- 1x Centymetr do mierzenia noworodka 1 cm x 68 cm papierowy,
- 1x Kocyk flanelowy 160 x 75 cm,
- 1x Podkład Seni Soft Super 90 x 60 cm,
- 2x Serwetki Włókninowe 80 x 60 cm,
- Zestaw jest jałowy.
- Zapakowany w torebkę papierowo-foliową.

