

COZL/DZP/AK/3412/TP-24/23

Lublin, dnia 21.02.2023 r.

„Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń OB wraz z dzierżawą analizatora”

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710), Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1:

Dotyczy zał. nr 2.1 parametry techniczne pkt 17

Czy zamawiający zgodzi się na czas naprawy analizatora w ciągu max. 48 godzin od zgłoszenia awarii – a w przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie bądź przedłużającego się czasu usunięcia awarii pokrycie kosztów wykonania oznaczeń na zewnątrz przez oferenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Powyższe zmiany należy uwzględnić w załączniku nr 2.1 – Parametry techniczne.