

Poznań, dnia 21 lipca 2021r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: WYMIANĘ USZKODZONEGO PRZEPŁYWOMIERZA WÓD OCZYSZCZONYCH Z OCZYSZCZALNI – BUDYNEK NR 1 W KOMPLEKSIE 5834 POZNAŃ UL. GŁUSZYNA; Numer sprawy ZP 22/V/21

Zamawiający informuje, że w dniu 20.07.2021r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy w następującej treści:

„Proszę o odpowiedź:

1. Model, TYP i Producent przepływomierza uszkodzonego;
- 1.1. Data Instalacji;
- 1.2. Średnica studni pomiarowej;
- 1.2.1. Materiał studni;
- 1.2.2. Nachylenie rurociągu na napływie na studzienkę i na jej wypływie;
- 1.2.2.1 Długość odcinków prostych NAPŁYW/WYPŁYW
- 1.2.3. Materiał rurociągu;
- 1.3. Jaka była orientacyjna wartość przepływu MAKSYMALNEGO = Q_{max} ;
- 1.4. Czy do studzienki jest doprowadzony prąd 230V/50Hz”

Zamawiający odpowiada:

1. Przepływomierz elektroniczny MPP-4 Firmy ENKO:
 - Przepływomierz wraz ze zdalnym odczytem,
 - Przetwornik MPP-04A, Typ GUM RP T 98 227,
 - Rok montażu 2004 r.,
 - Zasilanie 230 VAC/50Hz/19 VA, IP 65, $-20 < t < 50^{\circ}C$,
2. Studnia pomiarowa wykonana z kręgów betonowych o śr. 1000 mm,
3. Napływ do studni pomiarowej dł. 7 m śr.,
4. Wylot wykonany na zasadzie syfonu , wysokość 3x średnica rury wylotowej zakończona kolaniem,
5. Przepływ $Q_{max}/h = 33 m^3/h$,
6. W studni istnieje instalacja elektryczna

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie zmienia terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

DOWÓDCA

(-) płk pil. Łukasz PIĄTEK