



Nowy Sącz, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Znak: ZP.271.1.2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zamówienia pn. „Zakup 2 szt. ambulansów drogowych typu C”. Postępowanie 151381-2024.

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje odpowiedzi na pytania zadane w dniu 27 marca 2024 r.

1. Pytanie nr 1 - Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt V.5 - system wspomagający jazdę w dół na dużym nachyleniu np. DSR - Z uwagi na oprogramowanie automatycznej skrzyni biegów, która nie pozwoli rozpędzić się na tzw. spadku, prosimy o rezygnację z systemu DSR.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z systemu DSR w przypadku skrzyni automatycznej z oprogramowaniem ograniczającym rozpędzanie pojazdu na spadku.

2. Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, IX.1 – prosimy o dopuszczenie samochodu bazowego z roku produkcji 2023, natomiast zabudowy 2024r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zabudowę wykonaną w 2024 r. pojazdu wyprodukowanego w roku 2023

3. Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt V.5 - Czy stacja dokująca ma mieć specjalną przystawkę z możliwością podpięcia anten dachowym czy Zamawiający posiada tablety bez możliwości odczytywania sygnału GPS/GSM z anten zewnętrznych, a co za tym idzie stacja dokująca ma być bez tej przystawki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga stacji dokującej bez przystawki

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia.

Dyrektor
SPZOZ Sąddeckiego Pogotowia Ratunkowego
mgr Bożena Hudzik
/podpisano podpisem elektronicznym/