



Znak: AE/ZP-27-40/21

Tarnów, 2021-09-27

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 214.000 EURO) na dostawy: staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów, trokarów oraz laparoskopowych retrakcyjnych obłożeń rany, instrumentów (fixatorów) do mocowania siatek laparoskopowych, osprzętu do aparatury do operacji laparoskopowych firmy Storz, sprzętu jedno- i wielorazowego użytku do laparoskopii ginekologicznej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów oraz ładunków ze zszywkami o wysokości przed zamknięciem 3,85 mm i 4,5mm, pozostałe parametry narzędzi zgodne z opisem.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów do ładunków artykulacyjnych z rękojeścią o długości ramienia do wyboru 23cm lub 37cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, endostaplery uniwersalne, tnąco-zamykające, jednorazowego użytku, współpracujące z trokarem wielorazowego użytku w rozmiarze 12 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad 1** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1-4** staplerów oraz ładunków ze zszywkami o wysokości przed zamknięciem 3,85 mm, staplery oraz ładunki ze zszywkami 4,5 mm spełniają jeden z wymaganych zgodnie z SWZ rozmiarów.

**Ad 2-3** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 4.**

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora  
mgr Danuta Nosek