

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
z dnia 22.08.2019 r. w przetargu nieograniczonym na:**

Dostawę bronchofiberoskopu, myjki endoskopowej oraz szafy do przechowywania bronchofiberoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnym w ramach inwestycji pn. „Przebudowa pawilonu nr 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SPZZOZ „Sanatorium” w Górnym z wyposażeniem oraz budowa budynku urządzeń technicznych dla gazów medycznych”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz udzielonymi wyjaśnieniami:

Dotyczy – Części nr 2 – Dostawa myjki do endoskopu

1. Dot. pkt. 8 - Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-4 nie wskazuje, w jaki sposób ma być uzdatniana woda do procesu, wybór rozwiązania pozostawiając producentom urządzeń, prosimy o dopuszczenie do oceny myjki wyposażonej w system filtrów mikrobiologicznych. Zarówno metoda termiczna jak i lampa UV nie pozwalają na eliminację zanieczyszczeń stałych, mogących uszkodzić delikatną optykę endoskopu, co zapewnia natomiast uzdatnianie przy pomocy zestawu filtrów mikrobiologicznych.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

2. Dot. pkt. 9 - Czy Zamawiający dopuści myjnię zasilaną prądem 1-fazowym (230V, 50Hz)? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w Polsce, nie wymagające od Zamawiającego żadnych adaptacji przyłączy.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza myjnię zasilaną napięciem 1-fazowym (230V, 50Hz).

3. Dot. pkt. 13 - Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w zintegrowany system rejestrujący bronchoskopy oraz osoby obsługujące myjnię, co jest rozwiązaniem znacznie nowocześniejszym i wygodniejszym niż opisane w SIWZ urządzenie zewnętrzne?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy – Części nr 3 - Dostawa szafy do przechowywania bronchofiberoskopu

1. Dot. pkt. 5 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę, w której czas suszenia wstępnie jest ustawiony na 70 min (z możliwością jego modyfikacji w zależności od potrzeb użytkownika)? Tak długi czas suszenia jak podany w SIWZ sugeruje słabe suszenie w

Znak sprawy: ST/DZP/13/2019

myjni-dezynfektorze. Nowoczesne myjnie pozwalają na takie wysuszenie endoskopu, iż nie ma potrzeby dosuszać go tak długo w szafie.

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza zgodnie ze zmianą treści siwz z dnia 22.08.2019 r.

2. Dot. pkt. 6 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę, w którym sczytywanie odbywa się za pomocą kodów kreskowych? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie identyczne z opisanym w SIWZ.

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza zgodnie ze zmianą treści siwz z dnia 22.08.2019 r.

3. Dot. pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę nie wymagającą podłączenia do sprężonego powietrza medycznego? Jest to rozwiązanie znacznie bardziej funkcjonalne niż opisane w SIWZ.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

4. Dot. pkt. 9 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę, w której komora wykonana jest ze stali kwasoodpornej? Jest to rozwiązanie znacznie bardziej funkcjonalne i trwałe niż opisane w SIWZ wewnątrz wykonane z plastiku.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana szafa spełniała wymagania aktualnie obowiązującej normy PN-EN 16442:2015, dotyczącej konstrukcji szaf do przechowywania endoskopów?

Odp. Zamawiającego:

Wymagania zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający wymaga aby szafa i myjnia korzystały z tego samego programu do archiwizacji mycia, dezynfekcji i przechowywanie, co pozwoli na śledzenie całego procesu obróbki endoskopów?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie do parametrów ocenianych w części 3

Prosimy o rozszerzenie zakresu punktacji.

Nowoczesne szafy pozwalają na przechowywanie przez okres znacznie dłuższy niż 7 dni. Proponowana punktacja:

4 - 7 dni - 0 Pkt

8 - 14 dni - 5 pkt

15 - 28 dni - 10 pkt

>28 dni - 20 pkt

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pytania do umowy

1. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 8 ust. 1 pkt 1 poprzez zastąpienie wartości „20%” wartością „10%”?

Znak sprawy: ST/DZP/13/2019

Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 8 ust. 1 pkt 2 poprzez zastąpienie wartości „5%” wartością „2,5%”?

Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 8 ust. 1 pkt 3 poprzez zastąpienie wartości „0,5%” wartością „0,1%”?

Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 8 ust. 1 pkt 2 i 3 poprzez zastąpienie określeń „za opóźnienie” i „za każdy dzień opóźnienia” odpowiednio określeniami „za zwłokę” i „za każdy dzień zwłoki”?

Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.

1. Dotyczy zapisów SIWZ, pakiet 1, 2 i 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu / asortymentu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy zapisów SIWZ, paragraf 6, ustęp 2, punkt 2), pozycja b) i c) oraz opisu przedmiotu zamówienia (część 1 – punkt 1, 38, 64 / część 2 – punkt 15 / część 3 – punkt 12): Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – paragraf 6, ustęp 2, punkt 2), pozycja b) i c)? Dla takiego wyrobu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie?

Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.

3. Dotyczy załącznika do SIWZ (Formularz cenowy), pakiet nr 1, 2 i 3: Czy w przypadku zaoferowania produktów z różnymi stawkami podatku VAT (8% i 23%) – Zamawiający wyrazi zgodę na stosowną modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie kolejnego wiersza np. 1a i wycenienie wyrobów zawierających 23% stawkę podatku VAT?

Odp. Zamawiającego:
Zgodnie z siwz.

4. Dotyczy części nr 2 SIWZ "Dostawa myjki do endoskopu": Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia endoskopowa posiadała możliwość współpracy z systemem do archiwizacji badań Endobase, posiadanym przez Zamawiającego w pracowni bronchoskopii?

Odp. Zamawiającego:
Wymagania zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Znak sprawy: ST/DZP/13/2019

5. Dotyczy części nr 3 SIWZ "Dostawa szafy do przechowywania bronchofiberoskopu": Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana szafa posiadała możliwość współpracy z systemem do archiwizacji badań Endobase, posiadanym przez Zamawiającego w pracowni bronchoskopii?

Odp. Zamawiającego:

Wymagania zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

6. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 1, ustęp 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 3 urządzenia, które nie jest wyrobem medycznym, ale posiada stosowne dokumenty do obrotu na terenie RP?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z siwz.

7. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 8, ustęp 1, podpunkt 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z siwz.

8. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 8, ustęp 1, podpunkt 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby kara umowna była liczona od wartości przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie, a nie od wartości całej umowy?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z siwz.

9. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 8, ustęp 1, podpunkt 3): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby terminy napraw, o których mowa w podpunkcie 3) był liczony w dniach roboczych?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z siwz.

Pytanie 1 – do opisu przedmiotu zamówienia – część 3 (parametry wymagane , tabela 1c, pkt. 4)

Prosimy o doprecyzowanie czy efektem monitorowania ma być wydruk, a więc szafa powinna posiadać wbudowaną drukarkę, która pozwoli wygenerować dokument potwierdzający prawidłowość przechowywania danego endoskopu, a tym zabezpieczający interes Szpitala w przypadku ewentualnych roszczeń ze strony pacjenta?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z siwz.

Pytanie 2 – do opisu przedmiotu zamówienia – część 3 (parametry wymagane , tabela 1c, pkt.5)

Czy Zamawiający dopuści szafę o właściwościach lepszych od opisanych w SIWZ gdzie w pełni skuteczne suszenie endoskopu trwa 90 min.?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza zgodnie ze zmianą treści siwz z dnia 22.08.2019 r.

Znak sprawy: ST/DZP/13/2019

Pytanie 3 – do opisu przedmiotu zamówienia – część 3 (parametry wymagane , tabela 1c, pkt.6)

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, gdzie szafa wyposażona w laserowy czytnik czytuje kody kreskowe umieszczone na endoskopie?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza zgodnie ze zmianą treści siwz z dnia 22.08.2019 r.

Pytanie 4 – do opisu przedmiotu zamówienia – część 3 (parametry wymagane , tabela 1c, pkt.7)

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ, gdzie urządzenie jest wyposażone w pneumatyczną blokadę drzwi, która zapobiega otwieraniu drzwi komory przez nieupoważniony personel? Takie rozwiązanie sprawia, że drzwi szafy nie otworzą się w przypadku chwilowych spadków napięcia co cechuje blokady elektromagnetyczne (oczywiście w przypadku blokady pneumatycznej istnieje możliwość awaryjnego otwarcia drzwi w przypadku braku zasilania).

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszcza zgodnie ze zmianą treści siwz z dnia 22.08.2019 r.

Pytanie 5 – do opisu przedmiotu zamówienia – część 3 (parametry wymagane , tabela 1c, pkt.9)

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ, gdzie wewnątrz szafy jest wykonane ze stali malowanej proszkowo? Jest to materiał bardziej trwały, nie sprzyja namnażaniu się drobnoustrojów (jak tworzywo sztuczne), jest łatwiejszy do utrzymania w czystości.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z siwz.

Pytanie 6 – do opisu przedmiotu zamówienia – część 3 (parametry wymagane , tabela 1c, pkt.14)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, niepowystawowe, z rokiem produkcji 2018?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z siwz.

Pytanie 7 – do opisu przedmiotu zamówienia – część 3 (parametry wymagane , tabela 1c, OGÓLNE)

Czy Zamawiający wymaga, aby szafa endoskopowa posiadała potwierdzoną zgodność z wymaganiami odpowiedniej europejskiej normy PN-EN 16442:2015 – „Szafy do przechowywania poddanych procesowi termolabilnych endoskopów w kontrolowanym środowisku”?

Odp. Zamawiającego:

Wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 – do opisu przedmiotu zamówienia – część 3 (parametry wymagane , tabela 1c, OGÓLNE)

Czy Zamawiający wymaga urządzenia gdzie filtry zapewniające czyste powietrze wewnątrz szafy, będą również znajdować się w zestawie przyłączeniowym do kanałów endoskopu? Tylko takie rozwiązanie eliminuje konieczność okresowego (najczęściej raz w tygodniu) mycia, dezynfekcji i suszenia zestawów przyłączeniowych, ograniczając jedynie ich eksploatację do wymiany filtrów podczas przeglądu okresowego.

Znak sprawy: ST/DZP/13/2019

Odp. Zamawiającego:
Wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 – do opisu przedmiotu zamówienia – część 3 (parametry wymagane , tabela 1c, OGÓLNE)

Czy Zamawiający wymaga, aby uchwyty na endoskopy w szafie były tak skonstruowane, żeby umożliwiały odwieszanie poza strefą przechowywania? Takie rozwiązanie pozwala wyeliminować możliwość zanieczyszczenia pozostałych przechowywanych endoskopów w trakcie załadunku lub wyładunku?

Odp. Zamawiającego:
Wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 – do opisu przedmiotu zamówienia – część 3 (parametry wymagane , tabela 1c, OGÓLNE)

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało menu w j. polskim?

Odp. Zamawiającego:

Jeżeli szafa posiada menu tekstowe to wymaga się, aby była dostępność polskiej wersji językowej.