

Katowice, dn. 16.09.2020r

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **naprawę MRI** Nr sprawy: ZP-20-109BN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020r poz. 1086), udzielam następujących odpowiedzi :

Pyt. 1:

dot. SIWZ II Ustalenia ogólne pkt 5), projekt umowy , załącznik nr 10 –projekt umowy, Par. 7 pkt 3. Zamawiający w/w zapisie wymaga udokumentowania zatrudnienia osób realizujących przedmiotową usługę poprzez przedłożenie kopii zanonimizowanych umów o pracę w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie i przedłożenie Zamawiającemu do umowy zaświadczeń o zatrudnieniu o pracę wraz z informacjami wymaganymi przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający żąda wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu umowy i dlatego konieczne jest udokumentowanie, że to właśnie te osoby zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. Jest to spełnienie wymaganego w ustawie pzp i SIWZ warunku.

Pyt. 2:

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, będzie wymagał dostarczenia części zamiennej tylko z oficjalnego kanału dystrybucji producenta aparatu MRI na rynek Unii Europejskiej.

Odp.: Zamawiający wszystkie wymagania określił w SIWZ i nie zmienia ich.

Pyt. 3:

dot. załącznik nr 10 –projekt umowy, Par. 1 pkt 2. Prosimy o dopuszczenie 6 miesięcznego okresu gwarancji dla wymienianej części.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca montując fabrycznie nową i nieużywaną część nie powinien mieć obaw, że będzie ona sprawna przez okres 12 miesięcy

Pyt. 4:

dot. załącznik nr 10 –projekt umowy, Par. 2 pkt 1 . Prosimy o wykreślenie stawki VAT 23% z umowy. Stawka VAT na konserwację sprzętu medycznego, po zmianie przepisów wynosi 8%..

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę