



**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 – 981

Wrocław, 10.08.2020r

WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najmem systemu do elektroanatomicznego mapowania serca i programatorów do kardiomonitorów/stymulatorów oraz generatora do noża plazmowego.

Nr sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.46.2020

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr1 - Dotyczy zapisów wzoru umowy – załącznik 3 do siwz - Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisów §1 umowy o pkt.: „W trakcie trwania umowy każda ze stron dołoży wszelkiej staranności w celu zoptymalizowania wielkości depozytu pod kątem ilości i rodzaju asortymentu a także ich terminu ważności. Każda ze stron może wystąpić na piśmie o zmianę ilości i rodzaju asortymentu znajdującego się w depozycie.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 - Dotyczy zapisów wzoru umowy – załącznik 3 do siwz - Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisów §3 ust. 1 umowy o zwrot: „Za asortyment uszkodzony uważany jest również towar rozsterylizowany, w uszkodzonym lub oklejonym taśmą, naklejkami opakowaniu zewnętrznym (folia lub opakowanie kartonowe).

Odpowiedź na pytanie nr 2: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 25 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 25 poz. 3 koszulki do implantacji elektrod długości 47 cm z prostą końcówką, poszerzadłem van Aniel oraz długości 24 cm z zakrzywioną końcówką, poszerzadłem van Aniel.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 -Dotyczy Pakietu 6 pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści zarówno elektrody ablacyjne, nawigowane magnetycznie, w pełni współpracujące z najmowanym systemem nawigacji 3D, chłodzone, końcówka elektrody wyposażona w izolowane mikroelektrody i technologię pomiaru parametrów lokalnej impedancji, jak i elektrody ablacyjne, nawigowane magnetycznie, w pełni współpracujące z najmowanym systemem nawigacji 3D, chłodzone, wyposażone w pomiar siły nacisku skorelowany z pomiarem parametrów lokalnej impedancji?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Z upoważnienia

AGNIESZKA STANISŁAWSKA
 4. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
 SPZOZ we Wrocławiu
 (podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej)
 Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych