

Kraków, 24.02.2023 r.

DZ.271.14.205.2023

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 34 84

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.14.2023 – „Dostawa aparatury diagnostycznej oraz oprogramowania do diagnostyki obrazowej”.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

Pytanie nr 1 – Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, pakiet nr I, punkt 7:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązania, w którym zmiana wielkości i/lub powiększenie obrazu będzie się odbywało z panelu dotykowego systemu w Sali badań, co pozwoli naszej firmie złożyć ważną ofertę?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rozwiązania opisanego w pytaniu nr 1.

Pytanie nr 2 – Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, pakiet nr I:

Prosimy Zamawiającego o informację, czy dopuści kamerę o poniższych parametrach:

rozdzielczość 4K, zoom optyczny 20x a w rozdzielczości 4K z funkcją Clear Image Zoom 30x, szybkość klatek 30 kl/s w rozdzielczości 4K oraz 60kl/s w rozdzielczości FullHD (1920 x 1080 60p) z matrycą CMOS Exmor R typu 1/2,5", kamera sterowanych przez IP lub VISCA umożliwiającą szybkie przejście z jednej pozycji kamery do drugiej, obsługa protokołów RS-422, VISCA over IP, UVC (USB) USB Type-C (2.0), obsługa interfejsu HDMI oraz USB, kąt widzenia w poziomie 70°(szeroki), Pan/Tilt kąt: Pan: ± 170° Pochylenie: + 90° / -20°, prędkość Pan/Tilt (maks.): Pan 101°/sek pochylenie 91°/s, kolor obudowy biały.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kamery opisanej w pytaniu nr 2.

Pytanie nr 3 – dotyczy wzoru umowy, §2:

W celu usprawnienia komunikacji w sprawach związanych z realizacją umowy prosimy o dodanie w §2 zapisu o treści: „Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest: (imię i nazwisko); tel.....; e-mail: Osobą upoważnioną do

1

kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: (imię i nazwisko);
tel.....; e-mail:"

Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy w §2 bez zmian.

Pytanie nr 4 - Dotyczy wzoru umowy, §3:

Prosimy o dodanie w treści §3 wzoru umowy zapisu: „Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie treści faktury jest: (imię i nazwisko); e-mail.....; tel.", co znacząco ułatwi uzgodnienie treści faktury.

Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy §3 bez zmian.

Pytanie nr 5 - Dotyczy wzoru umowy - §12. Kary umowne:

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalację i/lub szkoleniem, serwis itd.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w projekcie umowy.

Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia wzoru umowy w §4 – „Odpowiedzialność odszkodowawcza” bez zmian.

W przypadku nieterminowej realizacji obowiązków wynikających z umowy przez Wykonawcę (w tym nieterminowej dostawy sprzętu) odpowiedzialność Wykonawcy, w tym z tytułu kar umownych została w umowie uregulowana na zasadzie winy Wykonawcy - za niezachowanie należytej staranności przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru jego działalności. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy, jednocześnie zaznaczając, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę powinny każdorazowo podlegać ocenie właśnie z punktu widzenia dochowania należytej staranności.

Pytanie nr 6 - Dotyczy terminu wykonania zamówienia:

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalację i/lub szkolenie?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy.

Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia bez zmian 24 tygodniowy termin realizacji dla Pakietu I

Pytanie nr 7 - Dotyczy wzoru umowy - §4 ust. 4:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości określonej w § 2 ust. 1 Umowy?

Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy §4 ust. 4 bez zmian.

Pytanie nr 8 - Dotyczy załącznika nr 2 – Wzór umowy - §4 ust. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu celem doprecyzowania:

Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.

Uzasadnienie:

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy w załączniku nr 2 - Wzór umowy § 4 ust. 6 bez zmian.

Pytanie nr 9 - Dotyczy załącznika nr 3 – OPZ, pakiet nr 2 pkt 8 i 9

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarantowany czas przystąpienia do naprawy oraz gwarantowany czas naprawy dotyczą tylko zgłoszeń w ramach oferowanej opcji?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

Z poważaniem