

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Znak sprawy ZP- XI REACT-EU /D/1/2023

Gdynia 20.07.2023r.

Odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: zakupu autoklawu laboratoryjnego, spektrofotometru UV oraz demineralizatorów do wody do Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gdyni

Zamawiający informuje, iż w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek nr 3 z dnia 20.07.2023r.

Pytanie nr 1 do części 3 Demineralizator do wody

Pytanie

„Czy Zamawiający wymaga położenia sieci wody demi ?”

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że Zamawiający wymaga montażu 2 szt. demineralizatorów do wody wraz z poszczególnymi elementami systemu, w tym montażu elastycznych przewodów sieci wody oczyszczonej.

.....
Kierownik zamawiającego

Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.