

Szczecin, 09.12.2021r.

Nr sprawy: A-ZP.381.155.2021.KO

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu w laboratoriach na kierunku studiów optyka okularowa w ramach projektu *UNIwersytet 2.0 - STREFA KARIERY*, nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z064/17-00

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej PZP przekazuje pytania do specyfikacji warunków zamówienia wraz z odpowiedziami oraz zmianami.

Pytanie

Czy zamawiający dopuszcza tylko średnicę wiertel 1,0 mm i 1,2 mm ponieważ producent nie produkuje wiertel o średnicy 1,6 mm - jako dodatkowe elementy do wyposażenia maszyny ME-1500.

Odpowiedź

Zgodnie z folderem maszyny Nidek ME-1500 w wierszu akcesoria opcjonalne dostępne jest również wiertło 1.6 mm. Niemniej jednak zamawiający dopuszcza tylko średnicę wiertel 1.0 oraz 1.2, gdyż jest to zmiana mało istotna.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z art. 286 ust. 1 PZP w zakresie terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz zmiany terminu związania z ofertą zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy PZP
Termin składania ofert przed zmianą: 10.12.2021 r. godz. 11:30
Termin otwarcia ofert przed zmianą: 10.12.2021 r. godz. 12:00
Termin związania ofertą przed zmianą: 08.01.2022 r.

Termin składania ofert po zmianie: 14.12.2021 r. godz.10:30

Termin otwarcia ofert po zmianie: 14.12.2021 r. godz. 11:00

Termin związania ofertą upływa w dniu: 12.01.2022 r.

Powyższe zmiany stają się treścią SWZ. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.