



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>



znak sprawy: O-RSK.SZP.72.5.(DAM/37).2024.E.HR.

Poznań, dnia 23 października 2024 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: **„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej „2” nr rejestru: SZP/DAM/37/2024.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024. poz. 1320) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Część nr 7

Poz. 1-5 Prosimy o informację czy Zamawiający ma na myśli mankiety wielorazowe?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż miał na myśli mankiety wielorazowe.

Pytanie nr 2

Część nr 7

Poz. 1-5 Prosimy o informację czy mankiety mają być wyposażone w konektory łączące z urządzeniem? Jeżeli tak, to prosimy o podanie dokładnego modelu urządzenia, z którym mają być kompatybilne, w celu dobrego dopasowania asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga mankietów bez konektorów.

Pytanie nr 3

Część nr 7

Poz. 2 Prosimy o odstąpienie od parametru przedłużanego rzepu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Część nr 7

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie mankietu o wymiarze 25-35, z przedłużeniem do 53cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy SWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

Przemysław Daroszewski
Dyrektor Szpitala

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Opracowała: E. Hendzelewska-Redo
Sporządzono w 1 egzemplarzu
1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa