

Płock, dn. 30.08.2022 r.

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa aparatury dla Instytutu Inżynierii Mechanicznej PW Filii w Płocku”

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania skierowane przez uczestnika/ów ubiegającego/yh się o udzielenie w/w zamówienia publicznego. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Politechnika Warszawska Filia w Płocku udziela wyjaśnień:

TREŚĆ ZAPYTANIA II – z dn. 30.08.2022 r. I ODPOWIEDŹ:

Pytanie dot. Rozdziału IV Pkt. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Czy Zamawiający wymaga, aby w zestawie Tribometru zawarty był potencjostat +-11V z oprogramowaniem?

Odpowiedź:

Zamówienie dotyczy jedynie dwóch urządzeń, a mianowicie tribometru i profilometru. W podanym zestawie nie jest wymagany potencjostat. W opisie zamówienia pojawia się informacja o potencjostacie, ponieważ zgodnie z zamówieniem tribometr musi posiadać cele tribokorozyjną. Aby w przyszłości mieć możliwość przeprowadzania badań tribokorozyjnych, tribometr musi mieć możliwość podłączenia potencjostatu.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zastępca Prorektora Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Jacek Wernik, prof. uczelni