



Słupsk, dnia 12.05.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyrobów medycznych”- nr postępowania 37/PN/2023

Na podstawie art. 135 ust. 6 – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 21:

poz. 1 filtr do żyły głównej dolnej z dostępu udowego i szyjnego. Wprowadzany i umieszczany poprzez system współosiowej koszulki wprowadzającej o średnicy 6,5 F i długości 70 cm. Filtr o średnicy 35 mm i długości 58 mm. Filtr wykonany z afferomagnetycznego materiału. Posiadający haczyki do fiksacji. Możliwość implantacji filtra w naczyniu o średnicy do 32 mm. Kompatybilny z przewodnikiem o średnicy 0,035". W zestawie dylator i kranik trójdrożny;

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 21:

poz. 2 zestaw do usuwania filtra do żyły głównej dolnej. Stosowany do usuwania filtra do żyły głównej z dostępu szyjnego z wykorzystaniem metody przezskórnej pod kontrolą fluoroskopową. Średnica koszulki usuwającej 7 F, długość 100 cm. Rozmiar systemu pętli usuwającej - średnica 7F, długość 120 cm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:

Część nr 14

Czy Zamawiający dopuści granulaty syntetyczny – substytut kości w postaci trójfosforanu wapnia (95%) oraz hydroksyapatytu (5%). Termin przydatności – min. 48 miesięcy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

Część nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści granulaty o średnicy 3mm-10mm oraz 1,5mm-4mm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:

Część nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści blok w rozmiarach 10mmx20mmx30mm oraz 10mmx10mmx25mm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:

Dot. zapisów umowy:

Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust.6, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przestania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar

powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7:

Dot. zapisów umowy:

Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8:

Dot. zapisów umowy:

Czy Zamawiający zmieni sposób liczenia kar umownych określonych w §7 ust. 2 z „za każdą godzinę zwłoki” na „za każdy dzień/za każde pełne 24 godziny zwłoki? Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9:

Pytanie nr 1 do części nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 14 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 4-6 mm, 30 cm³ - zamiast granulatu 4-10 mm, 30 cm³ ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Pytanie nr 2 do części nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 14 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 4-6 mm, 20 cm³ – zamiast granulatu 4-10 mm, 15 cm³?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Pytanie nr 3 do części nr 14 poz.1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 14 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 4-6 mm, 5 cm³ - zamiast granuląt 4-10 mm, 5 cm³ ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Pytanie nr 4 do części nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 14 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 4-6 mm, 30 cm³ – zamiast granuląt 2-4 mm, 30 cm³ ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Pytanie nr 5 do części nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 14 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 4-6 mm, 20 cm³ – zamiast granuląt 2-4 mm, 15 cm³ ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

Pytanie nr 6 do części nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 14 w pozycji 1 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – chipsy o grubości ziarna 2-4 mm, 8 cm³ – zamiast granuląt 2-4 mm, 3 cm³ ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

Pytanie nr 7 do części nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w części nr 14 w pozycji 2 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – bloczek o wymiarach 40/30/10 mm – zamiast bloczek 20/20/30 mm ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

Pytanie nr 8 do części nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w części nr 14 w pozycji 2 złożenie oferty na materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – bloczek o wymiarach 10/20/20 mm ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

Pytanie nr 9 do części nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 15 w pozycji 1 złożenie oferty na substancję - dwuwodny czysty siarczan wapnia (CaSO₄.2H₂O) do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku lub w profilaktyce? Dostępną jako pasta lub granulki o różnych wielkościach: 3mm, 4,8mm, 6mm. Stanowi równocześnie substytut przeszczepów kostnych, który ulega całkowitej resorpcji i jest zastępowany kością podczas procesu gojenia. Biodegradowalny i biokompatybilny. Uzyskiwany granuląt 12.00 cc (zamiast 12.50 cc).

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:

Dotyczy par. 8 ust. 3 Wzoru Umowy (Część II)

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany treści umowy w następujących przypadkach? Zastąpienie produktów dotychczas dostarczanych produktami posiadającym co najmniej takie same parametry, w przypadku braku dostępności na rynku lub wstrzymania produkcji dotychczas dostarczanych produktów, pod warunkiem, iż cena nie ulegnie zwiększeniu;

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19:

Dotyczy par. 8 ust. 3 Wzoru Umowy (Część II)

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany treści umowy w następujących przypadkach? Zastąpienie produktów dotychczas dostarczanych produktami posiadającym co najmniej takie same parametry, w przypadku wycofania z produkcji dotychczas dostarczanych produktów, pod warunkiem, iż cena nie ulegnie zwiększeniu;

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20:

Dotyczy par. 8 ust. 3 Wzoru Umowy (Część II)

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany treści umowy w następujących przypadkach? Dodanie numeru katalogowego produktu będącego w ofercie Wykonawcy w cenie nie wyższej niż cena produktów dotychczas dostarczanych, w przypadku gdy będzie to uzasadnione potrzebami terapeutycznymi lub innymi potrzebami Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21:

Dotyczy Części nr 3:

Brzmienie Przedmiotu zamówienia w części nr 3 umożliwia złożenie oferty tylko jednemu Wykonawcy. Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić pozycję nr 2. do osobnego pakietu aby zapewnić możliwość złożenia konkurencyjnych ofert?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22:

Dotyczy Części nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1. dren komorowy o długości 18 cm i dren otrzewnowy o długości 120 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Dotyczy Części nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2. Zastawkę regulowaną przepływem, samoregulującą się, nie wymagającą programowania?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24:

Dotyczy Części nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3. dren otrzewnowy o długości 120 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25:

Dotyczy Części nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5. łącznik prosty o średnicy 1,9 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26:

Dotyczy Części nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6. łącznik „Y” o średnicy 1,9 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27:

Dotyczy Części nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7. dren łączący 150 cm, komorę kroplową 75 ml, worek 500 ml i dren komorowy dł. 35 cm, średnica zewnętrzna 2,7 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28:

Dotyczy Części nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8. dren łączący 150 cm i komorę kroplową 75 ml, worek 500 ml, dren lędźwiowy średnica zewnętrzna 1,8 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29:

Dotyczy Części nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9. Worek o pojemności 500 ml?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30:

Dotyczy Części nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 10. listwę pomiarową bez lasera?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31:

Dot. załącznika nr 2 do IDW (Instrukcja dla Wykonawców), tj. Formularza asortymentowo-ilościowego – część nr 10, lp. 3.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający w części nr 10 – Cementowa, bipolarna endoproteza stawu biodrowego w lp. 3 dopuści zaoferowanie produktu o następujących parametrach: głowa CoCrMo o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w czterech długościach szyjki oraz o średnicy 22mm w trzech długościach szyjki?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32:

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 części 21 filtrów do żyły głównej dolnej o długości 49 lub 50mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust 1 pkt 1) lub godzinę (§ 3 ust 1 pkt 2) zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii towaru.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 34:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 35:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37:

1. Czy Zamawiający dopuści do pakietu nr 18 -SUBSTYTUT KOŚCI W FORMIE PASTY możliwość zaferowania substytutu kości w formie pasty w postaci czystego hydroksyapatytu na bazie wody, ulegający resorpcji, uzyskiwany za pomocą metody nanotechnologii. Krystaliczna struktura pasty przypominająca strukturę naturalnej kości. Pasta ułatwiająca angiogenezę (tworzenie naczyń). Resorpcja odbywa się stopniowo gwarantując wysokiej jakości fuzję kostną. Pasta łatwa do kształtowania i modelowania. Pakowane jest sterylnie w pojemnościach 1cm³, 2cm³, 5cm³?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38:

2. Czy Zamawiający dopuści do pakietu nr 17 w pozycji nr 2 Wypełnienie - Wypełnienie w formie pasty o pojemności 1 cm³ w postaci czystego hydroksyapatytu na bazie wody, ulegający resorpcji dostosowanego do otworu klatki międzytrzonowej. Pakowane sterylnie.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39:

3. Czy Zamawiający dopuści do pakietu nr 4 - sterylny, jednorazowy zestaw do wertebroplastyki zawierający: - igłę dostępową 10G - igły z końcówką trokarową oraz ściętą 11G lub 13G (w zestawie) umożliwiającą precyzyjne podanie cementu do całego trzonu, z możliwością doboru samej igły zgodnie z zapotrzebowaniem - dwa zbiorniki na cement, montowane bezpośrednio do igły, o pojemności 8ml każdy – pompa hydrauliczna podająca cement i posiadająca 120cm przewód łączący, dający klinicznie potwierdzoną redukcję ekspozycji na promieniowanie o 80%, przycisk natychmiastowo zatrzymujący wypływ cementu, dźwignię do kontrolowanego podawania cementu – 0,2ml przy każdym pełnym naciśnięciu, dający możliwość obsługi systemu jedną ręką. Cement PMMA o wysokiej

lepkości i gęstości, o objętości ok 16ml po wymieszaniu, pakowany razem z mikserem (ręczny).

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 40:

Pytanie do części nr 23

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1: Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu barkowego, wyprofilowana pod kątem 90 stopni. Elektroda wolframowa, 3.35 mm, długość robocza 13 cm z odsysaniem?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41:

Pytanie do części nr 23

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2: Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie małych stawów, wyprofilowana pod kątem 30 stopni. Elektroda wolframowa, 2.54 mm, długość robocza 8,5 cm bez możliwości odsysania?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42:

Pytanie do części nr 23

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3: Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu barkowego, wyprofilowana pod kątem 90 stopni. Elektroda wolframowa, 3.35 mm, długość robocza 13 cm z odsysaniem?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43:

Pytanie do części nr 23

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4: Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu kolanowego, wyprofilowana pod kątem 50 stopni. Elektroda wolframowa, 3.09 mm, długość robocza 13 cm z odsysaniem?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44:

Pytanie do części nr 23

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 5: Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu barkowego, wyprofilowana pod kątem 90 stopni. Elektroda wolframowa, 3.35 mm, długość robocza 13 cm z odsysaniem?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45:

Pytanie do części nr 23

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 6: Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa płytka o wymiarach 3x1,5x 11mm, posiadająca dociąganą pętlę z nici w rozmiarze #5, służącą do zamocowania przeszczepu. Implant wyposażony w dodatkową, wzmocnioną nić do przeciągnięcia go przez kanały oraz osobny mechanizm (dodatkowa nić z uchwytem) odblokowujący pętlę na każdym etapie zabiegu, również po wciągnięciu przeszczepu w kanał udowy. Pętla blokowana mechanicznie od zewnętrznej strony zawieszki, zaciągana jedną wyraźnie oznaczoną nicią?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46:

Pytanie do części nr 23

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 7: Biowchłaniaalne kaniulowane śruby interferencyjne wykonane z polimeru kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem β - TCP (trójfosforan wapnia) w rozmiarach średnic 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; oraz od 7mm do 11 mm ze skokiem co 1 mm, w długościach od 15 mm do 35 mm ze skokiem 5 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47:

Pytanie do części nr 23

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 8: Tytanowa podkładka awaryjna pod guzik udowy o wymiarach 4,2 x 2,4 x 21 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48:

Pytanie do części nr 23

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 9: Drut prowadzący 2,4 mm zakończony łopatką 3,5 mm, koniec ze znacznikiem laserowym umożliwiającym pomiar długości wywierconego kanału, zakończony oczkiem lub drut prowadzący przeszczep, średnica 2,4 mm, zakończony oczkiem?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49:

Pytanie do części nr 23

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 10: Implant tytanowy do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów, umieszczony na jednorazowym podajniku, wkręcany o średnicy 5,0 mm i długości 14,0 mm z dwiema supermocnymi nitkami, umieszczonymi w zewnętrznie wyeksponowanym, znajdującym się poza częścią gwintowaną oczku implantu. Wytrzymałość nitki na zrywanie min. 6 N. Pakowany pojedynczo w sterylnym opakowaniu?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50:

Pytanie do części nr 23

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 11: Kotwica wykonana w całości z materiału syntetycznego PEEK, o średnicy 4,75 lub 5,5 mm i długości 14,5 mm, wyposażona w supermocną nić w rozmiarze #2 (nić pozostaje przesuwana nawet po wkręceniu kotwicy) oraz supermocną taśmę o szerokości 2mm (w kolorze niebieskim lub biało-czarnym), z dystalnie zagęszczonym gwintem zapewniającym lepsze mocowanie kotwicy w części korowej, możliwość kontroli napięcia nici w trakcie wkręcania kotwicy dzięki dodatkowemu obrotowemu mechanizmowi. Mechanizm obrotowy pozwalający na niezależne zablokowanie 4 końców przeprowadzonej przez kotwicę nici. Długość części pracującej 15cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51:

Pytanie do części nr 23

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 12: Kotwica do szycia obrąbka w całości wykonana z materiału PEEK, średnica 2,6 mm, długość 10,6 mm, wbijana, wyposażona w jedną nić w rozmiarze # 2?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52:

Pytanie do części nr 23

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 13: Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 1,8 mm służąca do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych. Zaopatrzona w dwie supermocne tasiemki w rozmiarze 1,3 mm każda, w

kolorach: biało-niebieska i biało-czarna. Umieszczona na giętkim jednorazowym podajniku. Implant pakowany pojedynczo w sterylnym opakowaniu?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53:

Pytanie do części nr 23

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 14: Kaniule artroskopowe przezierne, pakowane sterylnie, pojedynczo z jednorazowym obturatorem; w rozmiarach: 8,0x75 mm ; 5,0x85mm ; 6,0x85mm ; 7,0x85mm; 8,0x85mm ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54:

Pytanie do części nr 23

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 15: Tasiemki do artroskopii plecione z polietylenu o ultra dużej masie cząsteczkowej, szerokość 1,3 mm, pakowane w opakowania zbiorcze po 12 sztuk ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55:

Pytanie do Pakietu nr 19:

Czy zamawiający dopuszcza ze względu na niewielką ilość wykonywanych zabiegów planowych z użyciem implantów w części nr 19, w pozycji Ib (System do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-łędźwiowej kręgosłupa) możliwość dosyłania kompletnego instrumentarium do wykonania operacji, oraz pełnego asortymentu rozmiarów danego przedmiotu zamówienia, na jednorazowy zabieg. Instrumentarium oraz komplet implantów będących przedmiotem zamówienia, byłyby wysyłane po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy do 72 godzin przed planowaną operacją. Koszt przestania instrumentarium razem z implantami pokrywa wykonawca?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie informuje że zmianie ulegnie Część I SWZ - Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-ilościowy dla części nr 19.

Pytanie nr 56:

Pytanie do Pakietu nr 19:

Czy zamawiający dopuszcza w części nr 19, w pozycji II (System tytanowych śrub przez stawowych/przez nasadowych do kręgosłupa. Możliwość stosowania od poziomu L1 do S1 z dostępu tylnego w technice MIS):

- System tytanowych płytek/klinów stawowych stabilizowanych za pomocą śrub. Możliwość stosowania do kręgosłupa lędźwiowego od L1 do S1.

- implanty sterylne

- Komplet: 2płytki/kliny, 4śruby (2szt. w opakowaniu)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57:

Pytanie do Pakietu nr 19:

Czy zamawiający dopuszcza ze względu na niewielką ilość wykonywanych zabiegów planowych z użyciem implantów w części nr 19, w pozycji II (System tytanowych śrub przez stawowych/przez nasadowych do kręgosłupa. Możliwość stosowania od poziomu L1 do S1 z dostępu tylnego w technice MIS) możliwość dosyłania kompletnego instrumentarium do wykonania operacji, oraz pełnego asortymentu rozmiarów danego przedmiotu zamówienia, na jednorazowy zabieg. Instrumentarium oraz komplet implantów będących przedmiotem zamówienia, byłyby wysyłane po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy do 72 godzin przed planowaną operacją. Koszt przestania instrumentarium razem z implantami pokrywa wykonawca?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie informuje że zmianie ulegnie Część I SWZ - Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-ilościowy dla części nr 19.

Ponadto:

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy dokonuje zmiany w treści SWZ – Zamawiający zmodyfikował zapis w Części I SWZ – załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-ilościowy dla Części nr 19.

Zgodnie z art. 137 ust. 2 Ustawy Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Część I SWZ – Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-ilościowy

Część nr 19

„1. Wykonawca zobowiązuje się stworzyć bank w ilości poz. 1a - 2 kpl.; poz.1b - 1 kpl.; poz.2 - 1 kpl.; poz.3 - 2 kpl. (dla poz. 1b i 2 dopuszcza się dostarczenie asortymentu do 72 godzin przed planowaną operacją, a koszt dostawy wykonawca uwzględni w cenie oferty).”

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak