

Znak sprawy: ET.2100.91.2024

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy prowadzonego postępowania pn. **Sprzedaż i dostawa analizatora hematologicznego do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.**

Na podstawie ust. 5 i 7 Zaprośzenia do składania ofert z dnia 19 listopada 2024r. Zamawiający - **Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, przekazuje treść zapytań dotyczących Zaprośzenia do składania ofert wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie nr 1 z dnia 21.11.2024r.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie technologii cytometrii przepływowej z wykorzystaniem diody półprzewodnikowej? Wskazane rozwiązanie również pozwala na rozdział populacji WBC na 5 części, a więc tym samym stanowi rozwiązanie równoważne.

Odpowiedź:

Zgodnie z Zaprośzeniem do składania ofert.

Pytanie nr 2 z dnia 21.11.2024r.

Czy Zamawiający dopuści analizator, który prezentuje wyniki w postaci histogramów i scattergramu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na prezentację graficzną wyniku w postaci histogramów i scattergramu.

Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w pkt. 5 Wymaganych parametrów techniczno - eksploatacyjnych Załącznika nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia i nadaje mu brzmienie „**Prezentacja graficzna wyniku w postaci histogramów i scattergramu**”.

Pytanie nr 3 z dnia 21.11.2024r.

Czy Zamawiający dopuści analizator z podajnikiem na próbki? Korzystanie z analizatora z podajnikiem zmniejsza ilość pracy przy analizatorze, jest wygodnym i wydajnym rozwiązaniem oraz ogranicza kontakt pracowników z materiałem biologicznym, a więc stanowi rozwiązanie lepsze pod wieloma względami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza analizator z podajnikiem lecz z możliwością ręcznego podawania próbek.

Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w pkt. 6 Wymaganych parametrów techniczno - eksploatacyjnych Załącznika nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia i nadaje mu brzmienie „**Analizator wyposażony w wbudowany ekran dotykowy i kolorowy razem z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych, z**

manualnym podawaniem próbek (bez podajnika) lub z podajnikiem lecz z możliwością ręcznego podawania próbek”.

Pytanie nr 4 z dnia 21.11.2024r.

Czy Zamawiający dopuści analizator z liniowością WBC do 100 tys/uL, RBC do 15 mln/uL, dla PLT do 2000 tys/uL oraz dla HB do 24 g/dL? Odpowiedź pozytywna na nasze pytanie przyczyni się do poszerzenia kręgu potencjalnych Wykonawców mogących złożyć ważną ofertę, co wpłynie na możliwość uzyskania przez Zamawiającego większej liczby konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź:

Zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert.

Pytanie nr 5 z dnia 21.11.2024r.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie analizatora, który podaje odsetki mikrocytów i makrocytów jako parametry badawcze. Wymienione parametry stanowią dodatkowe informacje służące do diagnozy pacjentów, przy czym obecność mikrocytów i makrocytów jest określana za pomocą innego parametru – MCV. Kliniczne decyzje lekarzy nie opierają się na wykorzystaniu wyłącznie tych parametrów, a zastosowanie takiego zapisu w wymaganiach technicznych analizatora może obniżyć konkurencyjność postępowania. Dodatkowo prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, w jakich sytuacjach wymienione parametry są używane jako niezbędne na wynikach i konieczne w postawieniu diagnozy. Prośbę o dopuszczenie ww. analizatora motywujemy powołaniem się na art. 16 pkt 1 ustawy pzp, tj. zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, a także dbałością The lifeline to better health Strona 2 z 2 o zwiększenie konkurencyjności postępowania. Zapewnienie zachowania zasady uczciwej konkurencji przez Zamawiającego oznacza stworzenie warunków umożliwiających wykonawcom konkurowanie między sobą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na uczciwych zasadach. Z zasady zachowania uczciwej konkurencji wynika potrzeba zapewnienia możliwości wzięcia udziału w postępowaniu jak najszerszemu kręgu Wykonawców. Zasady równego traktowania wykonawców, zachowania uczciwej konkurencji wywodzą się wprost z dyrektyw unijnych transponowanych przez ustawę pzp tj. dyrektyw: klasycznej (art. 18 ust. 1), sektorowej (art. 36 ust. 1) oraz obronnej (art. 4). Zasady te wiążą się z kolei bezpośrednio z wywodzącymi się z TFUE zasadami swobodnego przepływu towarów, swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług. Wobec powyższego są to zasady niezwykle doniosłe z punktu widzenia systemu prawa zamówień publicznych, a Zamawiający ma obowiązek uwzględniać je zarówno w odniesieniu do przygotowania, jak i przeprowadzenia postępowania. Odpowiedź pozytywna na nasze pytanie przyczyni się do poszerzenia kręgu potencjalnych Wykonawców mogących złożyć ważną ofertę, co wpłynie na możliwość uzyskania przez Zamawiającego większej liczby konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź:

Zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert.

Pytanie nr 6 z dnia 21.11.2024r.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który nie oznacza parametru IG, a w zamian oznacza parametry ALY (atypowe limfocyty) oraz IMM (komórki niedojrzałe)? Odpowiedź pozytywna na nasze pytanie przyczyni się do poszerzenia kręgu potencjalnych Wykonawców mogących złożyć ważną ofertę, co

wpłyynie na możliwość uzyskania przez Zamawiającego większej liczby konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w pkt. 10 Wymaganych parametrów techniczno - eksploatacyjnych Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia i nadaje mu brzmienie „**Parametry diagnostyczne raportowane WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCHC, MCH,PLT, RDW-SD, RDW-CV,MPV,PDW,P-LCR,PCT,Neut(%,#), LYMPH(%,#), MONo(%,#) EO(%,#), Baso(%,#), IG(%) lub ALY+IMM, odsetek makrocytów I mikrocytów**”.

Pytanie nr 7 z dnia 21.11.2024r.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające 17 ocenianych analizatorów podczas ostatniej edycji kontroli COBJwDL? Do utworzenia grupy w kontroli COBJwDL niezbędnych jest 6 analizatorów1), a więc ilość użytkowników i analizatorów nie jest parametrem świadczącym o jakości pracy analizatora.

Odpowiedź:

Zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert.

Pytanie nr 8 z dnia 21.11.2024r.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym kontrola jakości występuje w postaci modułu kontroli jakości umożliwiający liczbową i graficzną prezentację wyników, SD, CV, wykresy typu LeveyJenningsa.

Odpowiedź:

Zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert.

Pytanie nr 9 z dnia 21.11.2024r.

Czy Zamawiający wymaga, aby analizator oznaczał parametr NRBC? Dzięki możliwości raportowania parametru NRBC eliminujemy interferencję w wynik WBC oraz w wynik oznaczenia limfocytów. U zdrowych, dorosłych pacjentów wynik automatycznego zliczania NRBC, uzyskany w analizatorze hematologicznym, powinien wynosić zero. W przypadku pacjentów, których stan zdrowia jest nieprawidłowy, zliczanie NRBC umożliwia wykluczenie fałszywie wysokich wartości WBC. Mogłoby to prowadzić do nieprawidłowego rozpoznania i leczenia, zwłaszcza u noworodków z sepsą i małą liczbą WBC. Ponadto zliczanie NRBC powinno być rutynowo wykonywane dla wszystkich próbek pobranych od pacjentów pediatrycznych i noworodków. Oznaczenie tego parametru jest szczególnie zalecane w przypadku poważnie chorych, dorosłych pacjentów, ponieważ może wskazać, czy ci pacjenci wymagają dodatkowej diagnostyki i leczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Pytanie nr 1 z dnia 22.11.2024r.

I. Dotyczy Zapytania ofertowego, Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, pkt 14: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora posiadającego intuicyjne oprogramowanie w języku angielskim i jednocześnie z wgraną w to oprogramowanie instrukcją w języku polskim z sugestią działań naprawczych i ułatwiającą wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatora.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w pkt. 14 Wymaganych parametrów techniczno - eksploatacyjnych Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia i nadaje mu brzmienie „**Oprogramowanie analizatora w języku polskim z sugestią działań naprawczych lub co najmniej wgrana instrukcja w języku polskim z sugestią działań naprawczych**”.

Pytanie nr 2 z dnia 22.11.2024r.

II. Dotyczy Zapytania ofertowego, Załącznik nr 3 Wzór umowy: Ze względu na okres świąteczno-urlopowy prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostarczenia analizatora do 15.02.2025.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w ust. 26 Zaprośzenia do składania ofert i nadaje mu brzmienie „**Wymagany przez zamawiającego termin dostawy – do dn. 15.02.2025r.**” oraz w §1 ust. 2 Załącznika nr 3 – Wzór umowy i nadaje mu brzmienie „**Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i ryzyko Przedmiot umowy do Laboratorium mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w terminie do 15 lutego 2025r.**

W razie wątpliwości Strony oświadczają, że przeniesienie własności Przedmiotu umowy, wskazanego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, nastąpi po uprzednim wydaniu Urządzenia protokołem odbiorczym, o którym mowa w § 4 niniejszej Umowy, bez zastrzeżeń.

Do dnia zapłaty za przedmiot umowy określony w §1 ust. 1, pozostaje on własnością Wykonawcy”.

Pytanie nr 3 z dnia 22.11.2024r.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania analizatora, który nie posiada odrębnego kanału do oznaczania hemoglobiny. Odpowiedź pozytywna na niniejsze pytania wpłynie na poszerzenie kręgu potencjalnych Wykonawców, a tym samym na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z Zaprośzeniem do składania ofert.

Pytanie nr 4 z dnia 22.11.2024r.

Dotyczy parametru 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby objętość aspirowanej próbki do oznaczeń CBC + 5Diff wynosiła nie więcej niż 80 µl? Jednocześnie zwracamy uwagę, iż wymóg wykonania oznaczenia z minimalnej ilości krwi nie powinien być ograniczany zdolnością aparatu do wykonania badania lecz minimalną objętością próbki koniecznej do pobrania od pacjenta w celu zapewnienia właściwej jakości próbki. Obecnie na rynku najmniejsze próbówki pierwotne wymagają minimum 200 ul dla krwi włośniczkowej i 1000 ul dla krwi żyłnej z czego do badania pobierana jest minimalna ilość z podanych objętości krwi. W przypadku konieczności wykonania rozmazu – w trybie manualnym lub automatycznym na aparacie ilość krwi pozostała w próbówce po analizie zapewnia uzyskanie dobrej jakościowo próbki.

Odpowiedź:

Zgodnie z Zaprośzeniem do składania ofert.

Pytanie nr 5 z dnia 22.11.2024r.

Dotyczy parametru 6: Czy Zamawiający dopuści analizator, który posiada możliwość wykonywania analiz w trybie manualnym oraz podajnikowym? Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość uruchomienia podajnika w przypadku dużej ilości badań, co będzie miało pozytywny wpływ na zmniejszenie czasu potrzebnego do wykonania badań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza analizator z podajnikiem lecz z możliwością ręcznego podawania próbek.

Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w pkt. 6 Wymaganych parametrów techniczno - eksploatacyjnych Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia i nadaje mu brzmienie „**Analizator wyposażony w wbudowany ekran dotykowy i kolorowy razem z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych, z manualnym podawaniem próbek (bez podajnika) lub z podajnikiem lecz z możliwością ręcznego podawania próbek**”.

Pytanie nr 6 z dnia 22.11.2024r.

Dotyczy parametru 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który mierzy odsetek mikrocytów i makrocytów a wyniki prezentowane są w zakładce parametrów badawczych, z możliwością raportowania na wyniku pacjenta? Z uwagi na nikłe znaczenie powyższych parametrów w diagnostyce niedokrwistości oraz konieczność wykonania innych badań diagnostycznych potwierdzających przyczynę niedokrwistości jak również biorąc pod uwagę charakterystykę szpitala powyższy wymóg jest całkowicie zbędny. W standardowym badaniu morfologicznym dostępne są bowiem inne parametry świadczące o rodzaju niedokrwistości (HGB, MCV) a pozostawienie zapisu w obecnej formie może skutkować ograniczeniem ilości wykonawców zdolnych do złożenia oferty. Umożliwienie zaoferowania analizatorów posiadających powyższe parametry w zakładce parametrów badawczych pozwoli na złożenie ofert większej ilości Wykonawców, co niewątpliwie wpłynie na konkurencyjność cenową.

Odpowiedź:

Zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert.

Pytanie nr 1 z dnia 25.11.2024r.

Dotyczy Zapytania ofertowego, Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert, Opis Przedmiotu Zamówienia, Wymagane parametry techniczno – eksploatacyjne, pkt 5: Czy Zamawiający dopuści analizator, który prezentuje graficznie wyniki w postaci 2 histogramów, 1 skatergram WDF?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w pkt. 6 Wymaganych parametrów techniczno - eksploatacyjnych Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia i nadaje mu brzmienie **Prezentacja graficzna wyniku w postaci histiogramów i skattegramu (dot. WBC).**

Pytanie nr 2 z dnia 25.11.2024r.

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie,

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez osobę uprawnioną, w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pytanie nr 3 z dnia 25.11.2024r.

Dotyczy Zapytania ofertowego, Załącznik nr 3 Wzór umowy, §4 ust. 2 oraz Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Wymagane parametry techniczno – eksploatacyjne, pkt 35: Czy Zamawiający dopuści przesłanie kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie urządzenia oraz dedykowanych do niego linii odczynnikowych oraz kontroli do obrotu z biura Wykonawcy w ślad za podpisaną umową? Wykonawca motywuje swoją prośbę względami organizacyjnymi.

Odpowiedź:

Zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert.

Brak wymaganych dokumentów przy złożonej ofercie uniemożliwi Zamawiającemu jej ocenę pod kątem zgodności z Zaproszeniem do składania ofert oraz załącznikami do niego.

Pytanie nr 4 z dnia 25.11.2024r.

Dotyczy Zapytania ofertowego, Załącznik nr 3 Wzór umowy, §4 ust. 3: Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 z dnia 25.11.2024r.

Dotyczy Zapytania ofertowego, Załącznik nr 3 Wzór umowy, §6 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminów dotyczących naprawy urządzenia poprzez dodanie zapisu „w dni robocze” Uprzejmie prosimy to tożsamą modyfikację w §6 ust. 7 oraz w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert, Opis Przedmiotu Zamówienia, Wymagane parametry techniczno – eksploatacyjne, Lp. 33 i dodanie po zwrocie „48 godzin” wyrażenia „w dni robocze”.

Pytanie nr 6 z dnia 25.11.2024r.

Dotyczy Zapytania ofertowego, Załącznik nr 3 Wzór umowy, §6 ust. 6: Uprzejmie prosimy o ujednoczenie zapisu z Załącznikiem nr 1 do Zaproszenia do składania ofert, Opis Przedmiotu Zamówienia, Wymagane parametry techniczno – eksploatacyjne, Lp. 33 i zastąpienie wyrażenia „Na czas naprawy urządzenia przekraczający 48 godzin Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze” zwrotem „Na czas naprawy urządzenia przekraczający 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze”.

Odpowiedź do pytania nr 5 i 6:

Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie ujednocza zapis i dokonuje zmiany zapisu §6 ust. 6 Załącznika nr 3 – Wzór umowy i nadaje mu brzmienie „**Wykonawca gwarantuje usunięcie awarii maksymalnie w ciągu 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia. Ewentualna naprawa nastąpi w miejscu użytkowania Urządzenia. W przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania Urządzenia, Wykonawca zapewni na własny koszt i ryzyko odbiór Urządzenia do miejsca naprawy i jego dostawę do siedziby Zamawiającego po dokonaniu naprawy oraz montaż, uruchomienie i sprawdzenie poprawności**

funkcjonowania Urządzenia po naprawie. Na czas naprawy urządzenia przekraczający 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze co najmniej o tych samych parametrach technicznych co pierwotne.

Zamawiający dokonuje również zmiany zapisu §6 ust. 7 Załącznika nr 3 – Wzór umowy i nadaje mu brzmienie „W przypadku, kiedy naprawa wymaga dostarczenia nowego, wolnego od wad podzespołu Urządzenia lub też całego Urządzenia, a Wykonawca wykaże, że dostarczenie podzespołu lub też całego Urządzenia jest niemożliwe w terminie do 48 godzin w dni robocze, o którym mowa w ust. 6 zd. 1, ze względów niezależnych od niego, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania naprawy lub też wymiany na nowe całego Urządzenia, w najkrótszym możliwym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych (w przypadku wymiany podzespołu) lub w terminie 30 dni kalendarzowych (w przypadku wymiany całego Urządzenia) od dnia zgłoszenia awarii / usterki przez Zamawiającego”.

Zamawiający dokonuje również zmiany zapisu w Załączniku nr 1 do Zaprośzenia do składania ofert, Opis Przedmiotu Zamówienia, Wymagane parametry techniczno – eksploatacyjne, Lp. 33 i nadaje mu brzmienie „Przez okres gwarancji usunięcie ewentualnej awarii w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia przekazanego drogą telefoniczną lub elektroniczną. W przypadku niemożności usunięcia awarii w ciągu 7 dni - zapewnienie na czas naprawy analizatora wolnego od wad o parametrach nie gorszych od urządzenia pierwotnego”.

Pytanie nr 7 z dnia 25.11.2024r.

Dotyczy Zapytania ofertowego, Załącznik nr 3 Wzór umowy, §6 ust. 13: Prosimy o usunięcie zapisu „Serwis przeprowadzony drogą elektroniczną (zdalny) możliwy jest jedynie w szczególnych przypadkach, po uzyskaniu zgody Zamawiającego i określeniu warunków jego przeprowadzenia.” i zastąpienie go wyrażeniem „Przez okres gwarancji Wykonawca zapewnia także możliwość wsparcia technicznego w formie “on line”. Zdalny serwis umożliwia szybkie zdiagnozowanie awarii a nawet naprawę analizatora. W związku z powyższym oraz zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do Zaprośzenia do składania ofert, Opis Przedmiotu Zamówienia, Wymagane parametry techniczno – eksploatacyjne, Lp. 28 prosimy o dopuszczenie możliwości wykonywania zdalnego serwisu bez konieczności uzyskiwania specjalnej zgody Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z Zaprośzeniem do składania ofert.

Pytanie nr 8 z dnia 25.11.2024r.

Dotyczy Zapytania ofertowego, Załącznik nr 3 Wzór umowy, §7 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) oraz §7 ust. 1 pkt 2 i 3): Prosimy o zastąpienie słów: „opóźnienia” na „zwłoki”.

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i tym samym w §7 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) oraz §7 ust. 1 pkt 2 i 3) Załącznika nr 3 - Wzór umowy dokonuje zamiany słów „opóźnienie” na słowo „zwłoka”.

Pytanie nr 9 z dnia 25.11.2024r.

Dotyczy Zapytania ofertowego, Załącznik nr 3 Wzór umowy, §7 ust. 1 pkt 2): Uprzejmie prosimy o zastąpienie wyrażenia „za każdą rozpoczętą godzinę” zwrotem „za

każdy rozpoczęty dzień”. Zastrzeżenie kary naliczanej za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu wskazanego w § 6 ust. 6, zdanie pierwsze ma charakter rażąco zawyżony.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany zapisu §7 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 – Wzór umowy i nadaje mu brzmienie „**za zwłokę w reakcji na zgłoszenie wady w okresie gwarancji, za każdy rozpoczęty dzień po upływie terminu wskazanego w §6 ust. 6, zdanie pierwsze, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy**”.

Pytanie nr 10 z dnia 25.11.2024r.

Dotyczy Zapytania ofertowego, Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, Wymagane parametry techniczno – eksploatacyjne, pkt 31: Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem:”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Tym samym Zamawiający dokonuje również zmiany zapisu w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert, Opis Przedmiotu Zamówienia, Wymagane parametry techniczno – eksploatacyjne, Lp. 31 i nadaje mu brzmienie „**Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz karty charakterystyki odczynników dedykowanych w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej lub zapewni dostęp on-line do kart charakterystyki na stronie internetowej pod wskazanym adresem**”.


Pytanie nr 11 z dnia 25.11.2024r.

Dotyczy Zapytania ofertowego: Prosimy o udostępnienie w wersji edytowalnej Załącznika nr 1 do Zaproszenia do składania ofert, Opis Przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i udostępnienie Załącznika nr 1 w formie edytowalnej.

Zamawiający informuje jednocześnie o zmianie poszczególnych treści w dokumentacji postępowania tj. Zaproszeniu do składania ofert, Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 3. Zmienione dokumenty opisano jako „obowiązujące od dn. 26.11.2024r.” zaś naniesione zmiany oznaczono kolorem czerwonym.

Kierownik
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych
oraz Techniczno-Gospodarczych
Samodzielnego Państwowego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy

Mariusz Sykała

(podpis Kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)