



# Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12  
tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl  
NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 27.01.2022

Do wszystkich  
uczestników postępowania  
Znak sprawy – TP-2/2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o szacunkowej wartości **poniżej progu**, którego przedmiotem jest dostawa, **nr ogłoszenia 2022/BZP 00024202/01 z dnia 18.01.2022 r.**  
**Znak sprawy – TP-2/2022 – Dostawa endoprotez.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

## **Dot. zapisów SWZ w zakresie pakietu nr 1, Załącznik nr 6 do SWZ**

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający w załączniku nr 6, pkt. 1 odnośnie pakietu nr 1 odstąpi od wymogu dostarczenia napędu chirurgicznego?

**Odpowiedź:** Tak.

### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający w załączniku nr 6 pkt. 1 i 6 oraz zapisach porozumienia do umowy w odniesieniu do pakietu nr 1 (endoproteza głowy kości promieniowej) wyrazi zgodę na dostarczanie instrumentarium na czas trwania zabiegu wraz z typoszeregiem przedmiotu umowy zamiast stworzenia składu konsygnacyjnego (depozytu) i użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy?

Z uwagi na małe ilości zamawiane w stosunku do 24 miesięcznej umowy wnosimy o pozytywne rozpatrzenie ww. pytania. Implanty wraz z instrumentarium dostarczane będą do 2 dni roboczych przed planowanym zabiegiem według złożonego zamówienia.

**Odpowiedź:** Tak.

## **Dot. zapisów umowy**

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dookreśli w § 3 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje treść SWZ z powodu konieczności zapewnienia ciągłości świadczonych usług.

### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający wyjaśni § 4 ust. 5 „Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania autentyczności pochodzenia faktur wystawianych przez Wykonawcę i integralności ich treści”.

**Odpowiedź:** Wskazany obowiązek jest zgodny z art. 106m ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

### **Pytanie 5**

**Załącznik nr 6, pkt. 5 i pkt. 7** – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przedłożenia podpisanego załącznika nr 6 wraz z ofertą natomiast dokumenty, o których mowa w pkt. 5 oraz 7 załącznika nr 6 należy przedłożyć po wyniku postępowania tj. przed podpisaniem umowy.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 6**

**Załącznik nr 6, ust. 1** - Prosimy o odstąpienie od konieczności dostarczenia napędów chirurgicznych w ramach pakietu 6 i 7.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 7**

**Wzór umowy – porozumienie, § 2, ust. 5)** – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzanie inwentaryzacji min. 1 raz na 6 miesięcy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z Porozumieniem.

**Pytanie 8**

**SWZ, Rozdział VIII, ust. 1/A, kropka 3** – Prosimy o odstąpienie od konieczności posiadania stosownego zezwolenia, licencji lub certyfikatu dla pakietu 6 i 7. Produkty oferowane w pakiecie 6 i 7 to asortyment ortopedyczny zarejestrowany jako wyrób medyczny, dla którego posiadanie koncesji/licencji nie jest wymagane.

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie 9**

**Pakiet 6 i 7** - Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny kształt i zakres depozytu zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym oddziałem/użytkownikiem.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 10**

**Pytania do wzoru umowy:** W związku z koniecznością utworzenia depozytu oraz użyczenia instrumentarium niezbędnego do przeprowadzenia zabiegów - prosimy o dodanie do wzoru umowy zapisów regulujących warunki użyczenia instrumentarium oraz utworzenia depozytu. Poniżej przykładowe zapisy:

1. Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie, generowanego z systemu, dokumentu WZ. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest:.....
2. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.
3. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
4. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
5. W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
6. Zamawiający prześle Wykonawcy niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od wykorzystania materiału, protokół zużycia: PROTOKÓŁ ZUŻYCIA PRODUKTÓW.
7. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 8 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.
8. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.
9. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.
10. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów

powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.

11. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.

12. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 10 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.

13. Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności.

14. Firma użycza instrumentarium dotyczy Pakiet nr ....

15. Firma użycza sprzętu na niżej wymienionych warunkach:

- Właścicielem sprzętu pozostaje Firma
- Zamawiający zobowiązuje się zapewnić właściwe warunki przechowywania i użycia sprzętu
- Firma oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny technicznie. W razie stwierdzenia przez Szpital jakichkolwiek wad w działaniu Sprzętu, Szpital powiadomi firmę jako jedyny podmiot uprawniony do wykonania lub zlecenia wykonania naprawy Sprzętu, a w razie jego zużycia wymieni go na nowy. W razie wystąpienia usterki lub uszkodzenia Sprzętu wskutek niewłaściwej obsługi lub użycia przez Szpital, Firma ma prawo do obciążenia Szpitala kosztem naprawy i/lub części zamiennych lub wymiany Sprzętu, jeśli Sprzęt nie nadaje się do naprawy lub został zagubiony, według aktualnych stawek .
- Szpital zapewnia, że sprzęt będzie obsługiwany i używany przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Szpital nie przekaze sprzętu osobom trzecim poza miejsce użytkowania, którym jest siedziba Szpitala. Szpital nie ma w szczególności prawa sprzedawać, wdzierżwiać, oddawać do użytkowania Sprzętu bądź cedować praw do sprzętu wynikających z niniejszej Umowy na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Firmy.
- Firma zobowiązuje się do odbioru użyczonego instrumentarium, po zakończeniu umowy, na własny koszt.”

**Odpowiedź:** Zgodnie z Porozumieniem.

**Pytanie 11**

**Formularz cenowy, Pakiet 6** – Prośmy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza aby instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu było dostarczane bezpośrednio na zabieg po złożeniu zamówienia w formie tzw. „Lotnej“

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 12**

**Formularz cenowy, pakiet 7 pozycja 1 – 13** – W związku z tym, że produkty opisane w pozycjach 1-13 to narzędzia ortopedyczne – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamówi asortyment z pozycji 1 do 13 jednorazowo w terminie 10 dni od daty podpisania umowy. Tym samym Zamawiający odstępuje od konieczności utworzenia depozytu dla pozycji 1 do 13.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 13**

**Formularz cenowy, pakiet 7 pozycja 14 – 27** - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga utworzenia depozytu tylko dla pozycji od 14 do 27 wraz z udostępnieniem instrumentarium niezbędnego do przeprowadzenia zabiegów.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 14**

**Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 15**

**Pakiet nr 5**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.