

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
ul. Św. Józefa 53-59,
87-100 Toruń
tel. (56) 679 3642, faks (56) 679 36 82

adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)
e-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl

W.Sz.Z:TZ-280-59/22

Toruń, dnia 29-07-2022r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia

postępowanie o wartości szacunkowej **powyżej 215.000 EURO**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**
zgodnie z ustawą z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu i wyrobów medycznych z podziałem na 7 zadań.

Kod CPV 33100000-1 - Urządzenia medyczne

33162200-5 (Przyrządy używane na salach operacyjnych)

I. Opis sposobu przygotowania oferty i dokumentów wymaganych w postępowaniu.

Inne informacje ogólne.

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie **bezpłatne**.
3. Postępowanie prowadzone jest w **języku polskim** na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: **https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun-** w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
4. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. (22) 101-02-02.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia **o wartości równej lub przekraczającej progi unijne** ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, **w formie elektronicznej** (art. 63 ust. 1 Pzp).
6. Oferta oraz wymagane przedmiotowe środki dowodowe składane **elektronicznie** muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny, Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu¹ (*opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl*) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 **formularza składania oferty lub wniosku** (po kliknięciu w przycisk **Przejdź do podsumowania**).
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez **oryginał** należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
8. Oferta musi być:
 - 8.1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
 - 8.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
 - 8.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione.
9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, które określone zostały w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
10. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
11. Nie ujawnia się informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 18 ust. 3 ustawy Pzp). Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
 - 11.1. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

¹ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

12. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert **zmienić** lub **wycofać ofertę**. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
13. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko **jedną ofertę**. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty.
14. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty (w tym ewentualne rabaty), jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.
15. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę sporządzone muszą być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć **tłumaczenie na język polski**.
16. Opatrzanie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art.3 pkt 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu.
17. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi **150 MB** natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie **500 MB**.
18. **Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców** powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu **rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych**.
19. **Zalecenia** dotyczące formatu składanych plików:
 - 19.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: **.pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)** ze szczególnym wskazaniem na **.pdf**
 - 19.2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
 - a) **.zip**
 - b) **.7Z**
 - 19.3. Wśród formatów powszechnych, a **niewystępujących** w rozporządzeniu występują: **.rar .gif .bmp .numbers .pages**. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
 - 19.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
 - 19.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
 - 19.6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
 - 19.7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
 - 19.8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
 - 19.9. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza **“Wyślij wiadomość do zamawiającego”**, nie za pośrednictwem adresu email.
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SWZ dot. danego postępowania.
 - 19.10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
 - 19.11. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.

- 19.12. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
- 19.13. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
- 19.14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
- 19.15. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

20. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty.

- 20.1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy* (Dz.U. 2020, poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zakresie i w sposób określony w przepisach *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie* (Dz.U.2020, poz. 2452) - dalej jako „**rozporządzenie**”.
- 20.2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (**§ 2 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (**§ 2 ust. 2 rozporządzenia**).
- 20.4. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu lub konkursie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiającego zgodnie z art. 67 ustawy Pzp (**§ 3 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.5. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (**§ 4 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.6. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z **tłumaczeniem na język polski**. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 Pzp (**§ 5 rozporządzenia**).
- 20.7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (**§ 6 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.8. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się **cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu** opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (**§ 6 ust. 2 rozporządzenia**).
- 20.9. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczona **zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej**, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje w przypadku:

- a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 - b) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 20.10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również **notariusz (§ 6 ust. 4 rozporządzenia)**.
- 20.11. Przez **cyfrowe odwzorowanie**, o którym mowa w rozporządzeniu, **należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej**, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (**§ 6 ust. 5 rozporządzenia**).
- 20.12. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się **kwalifikowanym podpisem elektronicznym (§ 7 ust. 1 rozporządzenia)**.
- 20.13. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (**§ 7 ust. 2 rozporządzenia**).
- 20.14. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:
- a) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
 - b) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - c) pełnomocnictwa - mocodawca.
- 20.15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również **notariusz (§ 7 ust. 4 rozporządzenia)**.
- 20.16. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym (**§ 8 rozporządzenia**).
- 20.17. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
- a) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
 - b) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
 - c) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
 - d) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

21. Opis sposobu przygotowania oferty.

- 21.1. Oferta musi być sporządzona **w języku polskim, w formie elektronicznej** opatrzonej **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.
- 21.2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:
- a) formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Zał. nr 1 do SWZ);

- b) załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i wymagane są w SWZ na etapie składania oferty, np. *specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia (jeśli występuje specyfikacja na dostawy okresowe - wymagane jest także załączenie pliku w formacie .xls)*, *specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia*;
 - c) pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;
 - d) przedmiotowych środków dowodowych, o ile są wymagane w postępowaniu;
 - e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia;
 - f) dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium we właściwej wysokości, o ile jest wymagane w postępowaniu. Zasady wnoszenia wadium opisane są w rozdziale VII SWZ.
- 21.3. Wykonawca składa jedną ofertę za pośrednictwem Platformy.
- 21.4. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
- 21.5. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy:
- a) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
 - b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, o których mowa w lit. a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
 - c) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
 - d) przepis lit. c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
 - e) przepisy lit. a) - c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
 - f) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
- 21.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).
- W przypadku złożenia wspólnej oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

II. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun.

2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ tj. **WSzZ: TZ-280-59/22**.
- 2.1. Do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego uprawnieni są:
- Anna Wutrych – Krajewska, Dorota Peplau - w zakresie procedury postępowania,
 - Barbara Piątkowska - w zakresie przedmiotu zamówienia (Zadanie Nr 1)
 - Hanna Streich - w zakresie przedmiotu zamówienia (Zadanie Nr 2)
 - Roman Stankiewicz - w zakresie przedmiotu zamówienia (Zadanie Nr 3)
 - Piotr Łęgowicz - w zakresie przedmiotu zamówienia (Zadanie Nr 4 i 6)
 - Ewa Sztuczka - w zakresie przedmiotu zamówienia (Zadania Nr 5 i Nr 7)
3. Wymaga się, aby komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w części dot. danego postępowania) i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
- 3.1. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w części dot. danego postępowania) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w części dot. danego postępowania). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun do konkretnego Wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
- a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 - d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 - g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- 7.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
- 7.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, gdyż nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 ustawy Pzp.
9. Zamawiający informuje, że **instrukcje** korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz

innych czynności podejmowanych w postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

10. Zamawiający **nie dopuszcza** niżej wymienionych środków porozumiewania się i komunikacji:
- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,
 - za pośrednictwem posłańca,
 - poprzez osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty.
11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
- 11.1. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.
- 11.2. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w w/w terminach, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
- 11.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
- 11.4. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w w/w terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
- 11.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun.
- 11.6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
12. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp. Nie dotyczy.

III. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert.

- 1.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **22-09-2022 r.**, do godziny **09:30**.
- 1.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
- 1.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
- 1.4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 Pzp.
- 1.5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
- 1.6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

2. Termin otwarcia ofert.

2.1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu **22-09-2022 r.**, o godzinie **10:00**.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

2.2. Z uwagi na fakt, że otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu informatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego w punkcie 2.1., otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

2.3. Zamawiający, najpóźniej **przed otwarciem ofert**, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.4. Zamawiający, niezwłocznie **po otwarciu ofert**, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w części dot. danego postępowania) w sekcji „Komunikaty”.

IV. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców. Podstawy wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu, wykaz podmiotowych środków dowodowych, udostępnienie zasobów.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej SWZ.

2. W niniejszym postępowaniu - na podstawie art. 139 ustawy Pzp - Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - tzw. „*procedura odwrócona*”.

W tej sytuacji, Wykonawcy nie są obowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) - oświadczenie to wymagane będzie wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Wyjątkiem od tej zasady jest konieczność złożenia wraz z ofertą przez Wykonawców dwóch odrębnych oświadczeń wstępnych w zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w formularzu „OFERTA” w pkt. VI i VII.

Jeżeli Wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego składane jest na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - może być przygotowany i złożony wg wzoru zamieszczonego przez Zamawiającego lub zgodnie ze wzorem standardowego formularza

określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) do którego odsyła link podany w instrukcji zamieszczonej na platformie zakupowej.

W odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu (warunki udziału w postępowaniu i kryteria kwalifikacji) Wykonawca może poprzestać na wypełnieniu sekcji α.

4. Podstawy wykluczenia z postępowania oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:

- **art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne),**
- **art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7-10 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne),**
- **art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835 z 15.04.2022),**
- **art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie”.**

4.1. Zgodnie z art. 108. ust.1 Pzp „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

4.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
- b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
- c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
- d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
- e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
- f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
- h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

4.1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

4.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- 4.1.4. *wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;*
- 4.1.5. *jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;*
- 4.1.6. *jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia“.*

4.2. Zgodnie z art. 109. ust. 1 pkt 4, 7-10 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę:

- 4.2.1. *w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.*
- 4.2.2. *który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub reali-zacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;*
- 4.2.3. *który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;*
- 4.2.4. *który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;*
- 4.2.5. *który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

4.3. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy Pzp Zamawiający może nie wykluczyć Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty **nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia (art. 109 ust. 3 ustawy Pzp).**

4.4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp Zamawiający wykluczy:

- 4.4.1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 4.4.2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 4.4.3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
- 4.5. Na podstawie art. 5k ust. 1** na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, wykluczeniu podlegają także Wykonawcy objęci nw. przepisem:
- „1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
 - b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
 - c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia”.
- 4.6. Zamawiający oceniając wykluczenie Wykonawcy stosuje odpowiednio zapisy art. 110 i 111 ustawy Pzp.
- 4.7. Podmiotowe środki dowodowe** na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie, o którym mowa w **art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4, 7-10** ustawy Pzp, **art. 7 ust. 1** ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, **art. 5k ust. 1** na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia

Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa **Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym terminie, **wstępnego oświadczenia** w formie **jednolitego dokumentu (JEDZ)** - **Zał. Nr 8** do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia **podmiotowych środków dowodowych**, którymi są:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 6 do SWZ.

3) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
- e) art. 109 ust. 1 pkt 7–10 ustawy Pzp.

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 7 do SWZ.

4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 7a do SWZ.

6) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r.

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 7b do SWZ.

- 4.8.** Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 4.9.** Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7–10 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
- 4.9.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
- 4.9.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;
- 4.9.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
- a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
- 4.10.** Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
- 4.11.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania **poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**, zamiast:
- a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...* – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...*.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
 - b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...* – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

4.12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...*, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

4.13. Zapisy art. 126 ust. 2 i 3, 127 i 128 ustawy Pzp, Zamawiający stosuje odpowiednio.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający ustala warunki w zakresie:

5.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.4. Zdolność techniczna lub zawodowa.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa **Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym terminie, **wstępnego oświadczenia** w formie **jednolitego dokumentu (JEDZ)** - Zał. Nr 8 do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia **środków dowodowych** w zakresie niniejszego warunku, tj.:

a) a) wykaz minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie sprzętu medycznego dla Zadań od Nr 1 do Nr 6 oraz narzędzi operacyjnych dla Zadania Nr 7 o wartości minimum dla poszczególnych zadań:

Zadanie Nr 1 – 28.920,00zł

Zadanie Nr 2 – 11.700,00zł

Zadanie Nr 3 – 10.500,00zł

Zadanie Nr 4 – 25.500,00zł

Zadanie Nr 5 – 4.277,78zł

Zadanie Nr 6 – 10.500,00zł

Zadanie Nr 7 – 37.627,39zł

brutto, każda dostawa w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem **dowodów** określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum 2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań.

W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

6. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.
7. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, **jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie**, chyba że:
 - 1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
 - 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 7.1. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.
- 7.2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
- 7.3. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).
 - 8.1. W przypadku złożenia wspólnej oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 - 8.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 - 8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 - 8.4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. **Udostępnienie zasobów.**
 - 9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- 9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, **składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
- 9.3. **Zamawiający** ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także **badą, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy** - *nie dotyczy to jednak oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.*
- 9.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 9.5. **Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.**
- 9.6. Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, **Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby**, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
- 9.7. Z uwagi na treść art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wskazuje czy polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia.

10. Podwykonawstwo.

- 10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- 10.2. Zamawiający może żądać wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
- 10.3. Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom niebędących podmiotem udostępniającym zasoby, przedstawił oświadczenie o niepodleganiu wyluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego poWykonawcy (art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).
- 10.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

- 10.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
- 10.6. Z uwagi na treść art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca wskazuje czy na podwykonawcę przypada ponad 10% wartości.

V. Opis przedmiotu zamówienia. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu i wyrobów medycznych z podziałem na 7 zadań.**
- 1.1. Dostarczony przedmiot umowy musi być nowy, tj. niepowystawowy i nieregenerowany.
- 1.2. **Specyfikacje asortymentowo- ilościowo-cenowe określają Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/7 do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.**
- 1.3. Wymagane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określają Załączniki od Nr 2/1a do Nr 2/6a do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
- 1.4. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.
- 1.5. **Okres gwarancji** na oferowany sprzęt: wg zaproponowanych warunków w „*formularzu ofertowym*” - Zał. Nr 1 do SWZ, **ale nie mniej niż 24 miesiące od dnia dostawy.**
- 1.6. **Wymogi dotyczące Zadania Nr 7:**
 - Narzędzia w całości fabrycznie nowe, wykonane z wysokiej jakości stopu stali nierdzewnej lub stopu tytanu, zgodnie z PN lub normami europejskimi.
 - Narzędzia przeznaczone do mycia w myjkach ultradźwiękowych lub poprzez neutralizację dopuszczonymi środkami myjącymi
 - Narzędzia przeznaczone do sterylizacji parowej w temperaturze 134°C, przy ciśnieniu 2 bar lub w plazmie.
 - Narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie elektrochemiczne lub laserowe (trwałe, czytelne, odporne na działanie chemicznych środków do dezynfekcji narzędzi oraz czynniki sterylizujące głównie nasyconą parę wodną, co najmniej przez okres gwarancji z naniesionym oznakowaniem kodem 2D Data Matrix na narzędziach i koszositach).
 - Kod 2D umieszczony na instrumentach powinien zawierać unikalny numer narzędzia oraz literowy prefix producenta, tak aby zachować jego unikalność w obiegu szpitala (np. XXX12345678910).
 - Zestawy narzędziowe posiadające unikalną numerację poprzedzoną prefixem producenta oraz sufixem oznaczającym zestaw narzędziowy (np. XXX12345678910Y).
 - Wraz z zestawami i narzędziami należy dostarczyć bazę danych wszystkich zestawów oraz instrumentów utworzoną w formacie .xlsx w dwóch plikach. Pierwszy zawierający bazę dostarczanych zestawów a drugi bazę dostarczanych instrumentów.

- W pliku zawierającym bazę zestawów w osobnych kolumnach znajdują się następujące informacje: unikalny kod zestawu, nazwa zestawu, rodzaj sterylizacji, temperatura sterylizacji, temperatura mycia, rozmiar STU, rozmiar DIN, waga, maksymalna krotność sterylizacji, cena zakupu zestawu netto
- W pliku zawierającym bazę instrumentów w osobnych kolumnach znajdują się następujące informacje: unikalny kod instrumentu, unikalny kod instrumentu do którego jest przypisany (jeżeli jest), nazwa zestawu, rodzaj sterylizacji, temperatura sterylizacji, temperatura mycia, waga, maksymalna krotność sterylizacji, cena zakupu instrumentu netto
- Na osobnym nośniku (pamięć USB) zdjęcia wszystkich zestawów oraz wszystkich instrumentów.
- Oczekiwany format plików ze zdjęciami to .jpg, a wielkość max. 5MB.
- Nazwa plików ze zdjęciami odpowiadająca nazwie zestawu (np. XXX12345678910Y.jpg). Jeżeli zestaw zawiera kilka zdjęć, numer zdjęcia należy umieścić po sufiksie (np. XXX12345678910Y1.jpg)
- Pliki z filmami instruktażowymi związanym ze składaniem zestawów powinny zostać nazwane analogicznie (np. XXX12345678910.avi) i dołączone do nośnika.
- Wykonawca w ramach gwarancji (przez okres trwania gwarancji) zobowiązany będzie do: corocznego przeglądu stanu narzędzi pod kątem ich funkcjonalności oraz bezpieczeństwa ich dalszej eksploatacji (np. w zakresie ewentualnych zagrożeń epidemiologicznych wynikających z defektów narzędzi), odtworzenia stanu jakościowego narzędzi chirurgicznych realizowane poprzez znakowanie, ostrzenie, regenerację lub wymianę narzędzi na nowe.

1.7. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz w art. 101 ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania „równoważne” tj. gwarantujące utrzymanie standardów na poziomie nie gorszym niż wymagania określone w w/w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych.

1.8. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz w art. 101 ust. 3 Pzp, Zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8) ustawy Pzp.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 6 zadań.
4. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po uprzednim odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. **Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych** (art. 105-107 ustawy Pzp).
 - 6.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert,

Zamawiający **wymaga** złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

6.2. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.

6.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

6.4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

6.5. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

6.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający wymaga złożenia następujących **przedmiotowych środków dowodowych**:

- a) aktualnych deklaracji zgodności oraz certyfikatów jednostki notyfikowanej potwierdzających, że oferowane wyroby są zgodne z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974).
- b) katalogów/prospektów/charakterystyk zawierających opis parametrów techniczno-użytkowych oferowanych wyrobów.

12. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187 Pzp, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

12.1. Zamawiający poprawia w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

12.2. W przypadku, o którym mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

VI. Termin wykonywania zamówienia.

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie określonym w ofercie, nie dłużej jednak niż w ciągu 45 pełnych dni roboczych, na koszt własny wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną w języku polskim do siedziby Zamawiającego, licząc od daty zawarcia umowy.
2. Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia należy określić w formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SWZ).
3. Przez termin realizacji zamówienia rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, dokona jego montażu i instalacji oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi – dot. Zadań od Nr 1 do Nr 6.
4. Przez termin realizacji zamówienia rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego – dot. Zadania Nr 7.

VII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości dla poszczególnych zadań w wysokości

Zadanie Nr 1 – 964,00zł

Zadanie Nr 2 – 390,00zł

Zadanie Nr 3 – 350,00zł

Zadanie Nr 4 – 850,00zł

Zadanie Nr 5 – 142,59zł

Zadanie Nr 6 – 350,00zł

Zadanie Nr 7 – 1.254,25zł

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i utrzymywane do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
 - pieniądzu,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2.1. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Zespolony Bank Millennium S.A. O/Toruń

Nr 32 1160 2202 0000 0000 6090 3424

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu.

Wadium powinno być oznaczone w sposób identyfikujący dane postępowanie i jego ewentualną część np.: **dotyczy przetargu nieograniczonego dla WSzZ w Toruniu - Nr W.Sz.Z: TZ-280-59/22.**

- 2.2. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie **gwarancji lub poręczenia**, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, **w postaci elektronicznej**. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane, czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium w pieniądzu dla konsorcjum (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum; wadium w postaci gwarancji lub poręczenia (*z uwagi na istniejące wątpliwości interpretacyjne*) wymaga objęcia treścią gwarancji/poręczenia wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum, albo wskazanie w treści gwarancji, że przez Wykonawcę (Zlecającego) należy rozumieć nie tylko podmiot oznaczony w tym dokumencie ale i wszystkich Wykonawców, z którymi zdecydował się on złożyć ofertę wspólną.
3. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest **Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59, 87- 100 Toruń.**

4. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.
5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
 - 5.1. upływu terminu związania ofertą;
 - 5.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - 5.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
 - 6.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 - 6.2. którego oferta została odrzucona;
 - 6.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
 - 6.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi **oświadczenia** o zwolnieniu wadium.
9. Zamawiający **zatrzymuje wadium** wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
 - 9.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 - 9.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 9.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

VIII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni **od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20-12-2022r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.**
2. **W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,** Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować koszty dostawy sprzętu, instalacji oraz szkolenia personelu Zamawiającego.
 - 1.1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem

podatku VAT. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN - *cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.*

- 1.2. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wzór specyfikacji cenowej – **Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/7 do SWZ**, odpowiednio do rodzaju i liczby sprzętu, który obejmuje zamówienie. Cenę netto i brutto zamówienia ogółem Wykonawca określa także w formularzu „Oferta” - **Załącznik Nr 1 do SWZ**.
2. Wymagany termin płatności za przedmiot zamówienia – **60 dni**, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
3. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
- 3.1. W ofercie Wykonawca ma obowiązek:
 - a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

Dla Zadań od Nr 1 do Nr 6

Kryterium	Ranga
Oferowana cena	60 %
Ocena jakości technicznej	20%
Okres gwarancji	10%
Termin dostawy	10%

Dla Zadania Nr 7

Kryterium	Ranga
Oferowana cena	60 %
Okres gwarancji	20 %
Termin dostawy	20 %

2. Sposób oceny kryteriów określa **Załącznik Nr 3** do SWZ.
3. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryteria.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
 - 5.1. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
 - 5.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia (art. 252 ustawy Pzp).
 - 6.1. **Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty**, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty.
 - 6.2. W przypadku braku zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
7. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje **równocześnie** Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1.1. **wyborze najkorzystniejszej oferty**, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 1.2. **Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone** – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 - 1.3. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
 - 1.4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania.
3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 255 ustawy Pzp.
 - 3.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 256-257 ustawy Pzp.
 - 3.2. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255–258 Pzp.
 - 3.3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o unieważnieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp (*zakaz zawarcia umowy w przypadku wniesienia odwołania*), w terminie nie krótszym niż **10 dni** od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 - 5.1. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę (art. 264 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp).

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie projektowane postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji.

XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
 - 3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie w przypadku niniejszego zamówienia wnosi się w terminie:
 - 7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 7.1.;
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
9. Odwołanie w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. Odwołanie winno zawierać dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp.
11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis w wymaganej wysokości. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

12. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.
13. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale IX ustawy Pzp.

XVI. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

1. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - *względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:*

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - *względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:*

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - *względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.*

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „**RODO**”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;**
 - kontakt do inspektora ochrony danych w **Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu: iod@wszz.torun.pl**²;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z **niniejszym postępowaniem** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 73-76 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych³;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO⁴; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym

² informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

³ skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

⁴ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków

mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVII. Wykaz załączników stanowiących integralną część SWZ:

1. Formularz oferty – **Załącznik Nr 1.**
2. Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia – **Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/7.**
3. Określenie parametrów techniczno-użytkowych zamawianego sprzętu – **Załączniki od Nr 2/1a do Nr 2/6a .**
4. Sposób oceny kryteriów – **Załącznik Nr 3.**
5. Wykaz wykonanych dostaw – **Załącznik Nr 4.**
6. Wzór umowy- **Załącznik Nr 5.**
7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – **Załącznik Nr 6.**
8. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ – **Załącznik Nr 7.**
9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 w związku z art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. – **Załącznik Nr 7a.**
10. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 z dnia 08 kwietnia 2022r. – **Załącznik Nr 7b.**
11. Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – **Załącznik Nr 8. (ODRĘBNY PLIK).**

.....
(zatwierdził kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)

dnia

O f e r t a

I. Dane Wykonawcy:

1. Pełna nazwa.....
2. Adres (siedziba).....
.....
(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)
3. Adres do korespondencji.....
(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)
4. Telefon.....
5. Fax.....
6. E-mail.....
7. NIP.....
8. PESEL (dotyczy osób fizycznych)
9. REGON.....
10. BDO:
11. Rodzaj Wykonawcy:
(mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj)
12. Adres e-mail i nr faksu na które Zamawiający będzie mógł składać zamówienia
.....
(podać)

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu na **dostawę sprzętu i wyrobów medycznych z podziałem na 7 zadań**, opublikowanego w Dz.U. U.E Nr

III. Wpłata wadium:

1. Forma i kwota wniesionego wadium:
2. Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu:

IV. Cena przedmiotu zamówienia w PLN:

Zadanie Nr (wpisać nr zadania, którego dotyczy oferta)

a) Cena netto ogółem:słownie:.....

wartość VAT: słownie:

cena brutto ogółem: słownie:

b) Okres gwarancji:

(określić: nie krócej niż **24 miesiące**, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego przedmiotu umowy)

c) Termin dostawy:

(określić : nie dłużej niż **45 dni roboczych**** od dnia zawarcia umowy)

W przypadku składania oferty na większą ilość zadań proszę o rozszerzenie Rozdziału IV druku oferty.

V. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia: **60 dni** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

VI. **Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego** (Dz. U. z 2022 poz. 835 z 15.04.2022).

VII. **Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie** (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1, który stanowi, że:

„1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.“

UWAGA!

Należy załączyć do oferty wykaz podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolności wykonawca polega – wskazać, czy Wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia”.

VIII. Oświadczamy, że projektowane postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 5 do SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

IX. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas **90 dni** licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

X. Oświadczamy, że oferowane przez nas dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ przez Zamawiającego.

XI. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

XII. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty **będzie*/nie będzie*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, tj., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: + % VAT.

UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XIII. Inne informacje Wykonawcy w tym:

1. informacje dotyczące **udziału podwykonawców** w wykonaniu zamówienia (*podać części zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy*):
.....
2. informacje dotyczące polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Tak/Nie *
(jeżeli Tak, należy złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby zgodnie z wymogiem określonym w Rozdz. IV pkt 9.2 SWZ)

XIV. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁵ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁶

XV. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.....
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

XVI. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

.....
(wymienić załączniki)

XVII. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....
(wykazać załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

.....
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

* niepotrzebne skreślić

**przez określenie „godziny”, „dni”, „dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie: pełne godziny (60 minut), pełne dni (24 godziny/1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, miesiące kalendarzowe, i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane pod rygorem odrzucenia oferty

⁵ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

⁶ W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa Zadanie Nr 1

Producent :

(podać)

Typ / model :

(podać)

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2021

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Komora laminarna do receptury jałowej (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/1a do SWZ).	1 szt.					

***W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

.....

data

.....

pieczętka i podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa Zadanie Nr 2

Producent :
(podać)

Typ / model :
(podać)

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2021

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/2a do SWZ).	1 szt.					

***W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

.....

data

.....

pieczętka i podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa Zadanie Nr 3

Producent :

(podać)

Typ / model :

(podać)

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2021

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Kardiomonitor na statywie jezdny (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/3a do SWZ).	1 szt.					

***W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

.....

data

.....

pieczętka i podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa Zadanie Nr 4

Producent :

(podać)

Typ / model :

(podać)

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2021

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Video rhinolaryngoskop z wózkiem endoskopowym (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/4a do SWZ).	1 szt.					

***W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

.....

data

.....

pieczętka i podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa Zadanie Nr 5

Producent :
(podać)

Typ / model :
(podać)

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2021

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Ssak elektryczny (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/5a do SWZ).	1 szt.					

***W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

.....

data

.....

pieczęć i podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa Zadanie Nr 6

Producent :
(podać)

Typ / model :
(podać)

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2021

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Myjnia – dezynfektor (zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z Zał. Nr 2/6a do SWZ).	1 szt.					

***W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

.....

data

.....

pieczętka i podpis Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa Zadanie Nr 7

L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Jednostka miary	Nazwa producenta nr katalogowy, /podać/	Cena jedn. netto za jednostkę miary	Stawka podatku VAT	Wartość netto pozycji	Wartość VAT	Wartość brutto pozycji
Zestaw instrumentarium do operacji głowy:									
1	raspator typ langenbeck prosty ostry szerokość części roboczej 16 mm długość całkowita 190 mm	1	szt.						
2	rozwieracz typ weitlaner tępy 3x4 zęby długość 165 mm	1	szt.						
3	imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 185 mm	2	szt.						
4	zacisk opatrunkowy do papieru jeden koniec szczęk kielichowaty drugi kulisty długość 115 mm	3	szt.						
5	zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty pod kątem 55° rozstaw szczęk 12 mm długość 90 mm	3	szt.						
6	penseta nowotworowa typ hunt, katowa, dł. 200 mm	1	szt.						
7	pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 145 mm	2	szt.						
8	pinceta chirurgiczna typ stille-barraya prosta końcówka robocza 3x4 ząbki długość 200 mm	1	szt.						
9	pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 145 mm	2	szt.						

10	pinceta atraumatyczna prosta część robocza z twardą wkładką końcówka złożona długość 180 mm	1	szt.						
11	pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey prosta szerokość szczęki 1,5 mm długość 200 mm	1	szt.						
12	kleszcze do tamponów typ pelkmann zakrzywione złącze śrubowe długość 260 mm	1	szt.						
13	dźwignia kostna typ quervain lekko zakrzywiona tępo zakończona szerokość 6 mm długość 195 mm	1	szt.						
14	dźwignia kostna typ langenbeck lekko zakrzywiona tępo zakończona szerokość 7,5 mm długość 195 mm	1	szt.						
15	nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha	1	szt.						
16	nożyczki preparacyjne odgięte typ mayo-lexer długość 165 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha	1	szt.						
17	kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean zakrzywione skok ząbków 0,9 mm długość 160 mm	3	szt.						
18	kleszczyki naczyniowe typ pean zakrzywione smukły model skok ząbków 0,7 mm długość 130 mm	1	szt.						
19	uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm	1	szt.						
20	uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm	1	szt.						
21	sonda rowkowa typ doyen zakrzywiona długość 145 mm	2	szt.						
22	przyrząd do zdejmowania zacisków płata skórnoego typu scalpfix, autoklawowalny	1	szt.						
23	prosektor typ toennis, szer .3 x 4 mm, dł. 240mm	2	szt.						
24	szpatułka mózgowa powlekana czarną warstwą redukującą refleks w polu operacyjnym dwustronna, elastyczna, konkalnie, atraumatycznie zakończona, autoklawowalna rozmiar m, dł. 200 mm, szer. 13 x 6 mm	1	szt.						
25	szpatułka mózgowa powlekana czarną warstwą redukującą refleks w polu operacyjnym dwustronna, elastyczna, konkalnie, atraumatycznie zakończona, autoklawowalna rozmiar l, dł. 200 mm, szer. 17 x 9 mm	1	szt.						

26	szpatułka mózgowa powlekana czarną warstwą redukującą refleks w polu operacyjnym dwustronna, elastyczna, konkalnie, atraumatycznie zakończona, autoklawowalna rozmiar m, dł. 200 mm, szer. 21 x 11 mm	1	szt.						
27	naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 0,16 litra wymiary 8,3x (góraż) 5,4(dół)x4,1 (wysokość) cm.	1	szt.						
28	naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 0,4 litra wymiary 11,1(góra)x7,2(dół)x5,6(wysokość) cm.	1	szt.						
29	naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 1 litr wymiary 15,1(góra)x10(dół)x7,3(wysokość) cm.	1	szt.						
30	szpatułka mózgowa powlekana czarną warstwą redukującą refleks w polu operacyjnym dwustronna, elastyczna, konkalnie, atraumatycznie zakończona, autoklawowalna rozmiar m, dł. 200 mm, szer. 8 x 4 mm	1	szt.						
31	kaniuła ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 2,5mm dł. krzwizny 110mm. dł. całkowita 180mm	2	szt.						
32	kaniuła ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 3,0mm dł. krzwizny 110mm. dł. całkowita 180mm	2	szt.						
33	kaniuła ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 4,0mm dł. krzwizny 110mm, dł. całkowita 180mm	2	szt.						
34	kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 405x255x55mm (+/- 5 mm)	1	szt.						
35	pokrywa w kolorze niebieskim o wymiarach 470x280x35 mm (+/- 5 mm), wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm, wyposażona w wymienny filtr z ptfe zwalidowany na min. 5000 cykli sterylizacyjnych zabezpieczony od zewnątrz stalową atrapą	1	szt.						
36	wanna do kontenera o wymiarach 470x275x120mm (+/- 5 mm) wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. oraz 4 tabliczki identyfikacyjne do kontenera z możliwością wygrawerowania 13 znaków w kolorze niebieskim	1	szt.						
37	mata silikonowa bez jeża o wymiarach 400mm x 250 mm (+/- 3 mm)	1	szt.						
38	pinceta nowotworowa typ yasargil-samii, średnica oczek gładkich 7mm długość 240 mm	1	szt.						

39	nożyczki preparacyjne odgięte typ toennis adson długość 175 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha	1	szt.						
40	kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 2,0mm dł. krzwizny 130mm	2	szt.						
41	kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 2 mm dł. krzwizny 160mm.	2	szt.						
42	kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 2,5mm dł. krzwizny 160mm.	2	szt.						
43	kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 2,5mm dł. krzwizny 130mm	2	szt.						
44	kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 3,0mm dł. krzwizny 160mm.	2	szt.						
45	kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica:3,0mm dł. krzwizny 130mm	2	szt.						
46	kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 4,0mm dł. krzwizny 160mm	2	szt.						
47	kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica:4,0mm dł. krzwizny 130mm	2	szt.						
Zestaw instrumentarium do operacji lędźwiowego odcinka kręgosłupa									
48	pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 130 mm	1	szt.						
49	pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 145 mm	1	szt.						
50	pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 180 mm	1	szt.						
51	pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 160 mm	2	szt.						
52	pinceta atraumatyczna prosta część robocza z twardą wkładką końcówka złożona długość 200 mm	1	szt.						
53	pinceta atraumatyczna prosta część robocza z twardą wkładką końcówka złożona długość 230 mm	1	szt.						
54	retraktor caspar do korzonków nerwowych szer. 10mm dł. 240mm	1	szt.						
55	retraktor caspar do korzonków nerwowych szer. 6mm dł. 240mm	1	szt.						
56	łamany retraktor do laminektomii typ harvey jackson, 3x3 zęby, dł 280mm, ostry	2	szt.						

57	rozwieracz typ weitlaner tępy 3x4 zęby długość 165 mm	1	szt.						
58	przeciwozszerzacz - kontrretraktor do rozszerzania mięśni, mocowanie łopatek na zatrzask kulkowy, czerniony, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem retrakcji do mikrodiscektomii spine classic	1	szt.						
59	uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm	1	szt.						
60	uchwyt skalpela numer 7 długość 160 mm	1	szt.						
61	kleszcze do tamponów typ pelkmann zakrzywione złącze śrubowe długość 260 mm	1	szt.						
62	prosektor typ toennis, szer. 3 x 4 mm, dł. 240mm	1	szt.						
63	prosektor typ toennis, szer. 5 x 6 mm, dł. 240mm	1	szt.						
64	raspator typ lambotte szerokość części roboczej 15 mm długość całkowita 215 mm	1	szt.						
65	raspator typ lambotte szerokość części roboczej 25 mm długość całkowita 215 mm	1	szt.						
66	dłuto rowkowe typ alexander szerokość części roboczej 7 mm długość całkowita 170 mm	1	szt.						
67	pobijak kostny typ caspar średnica główki 5 mm dł. 200 mm	1	szt.						
68	łyżka kostna typ lempert figura 1 prosta szerokość części roboczej 2,8 mm długość całkowita 215 mm	1	szt.						
69	łyżeczka kostna typ simon dł. 235 mm figura 000 główka owalna szerokość 3,6 mm	1	szt.						
70	podwójna lyzeczka typ bruns #4śr. główki 6,0mm, dł. 230mm	1	szt.						
71	łyżeczka kostna typ schede dł. 170 mm figura 4 główka owalna szerokość 8 mm	1	szt.						
72	łyżka kostna typ volkmann, ze spłaszczoną, eliptyczną, ergonomiczną, poprzecznie karbowaną rękojeścią, szerokość części roboczej 10 mm długość 180 mm	1	szt.						
73	łyżeczka kostna ostra # 1 przednia (odgięta w górę), szer. główki 6,8mm dł. 250mm	1	szt.						

74	odgryzacz kostny (rongeure) typ caspar prosty ząbkowany wym. pyszczka 3x12mm, dł. 185mm	1	szt.						
75	Szczypce kostne (rongeure) typ love-gruenwald odgięte w dół wym. pyszczka 4x10 mm, dł. 170mm	1	szt.						
76	Szczypce kostne (rongeure) typ love-gruenwald odgięte w górę wym. pyszczka 4x10 mm, dł. 170mm	1	szt.						
77	odgryzacz kostny nierozbieralny typ kerrison odgięty w górę pod kątem 130st. dł.180mm stopka cienka o szer. 2mm, szer. rozwarcia części roboczej 9mm	1	szt.						
78	odgryzacz kostny typ kerrison rozkładany odgięty w górę pod kątem 130st. dł. 180mm, z cienką stopką o szer. 3mm, szer. rozwarcia pyszczka 10 mm	1	szt.						
79	odgryzacz kostny typ kerrison rozkładany odgięty w górę pod kątem 130st. dł. 180mm, z cienką stopką o szer. 4mm, szer. rozwarcia pyszczka 12 mm	1	szt.						
80	odgryzacz kostny typ luer-stille zakrzywiony w bok szerokość szczęki 6,8 mm długość 240 mm	1	szt.						
81	odgryzacz kostny typ luer zakrzywiony szerokość szczęki 5,5 mm długość 240 mm	1	szt.						
82	młotek ortopedyczny typ waga 135 g, średnica głowicy 25 mm wymienne końce głowicy z tworzywa sztucznego dł. 185 mm.	1	szt.						
83	kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 2,5mm dł. krzywizny 200mm	2	szt.						
84	kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica:4,0mm dł. krzywizny 200mm	2	szt.						
85	kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste skok ząbków 0,8 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 160 mm	2	szt.						
86	kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner zakrzywione skok ząbków 0,8 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 160 mm	1	szt.						
87	kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste skok ząbków 0,8 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 185 mm	3	szt.						
88	kleszczyki naczyniowe do tętnic typ providence-hospital proste delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 140 mm	4	szt.						
89	kleszczyki naczyniowe typ pean zakrzywione skok ząbków 0,9 mm długość 140 mm	1	szt.						
90	kleszczyki naczyniowe typ spencer-wells zakrzywione długość 150 mm	2	szt.						

91	imadło chirurgiczne typ crile-wood szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 145 mm	1	szt.						
92	imadło chirurgiczne typ crile-wood szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 185 mm	1	szt.						
93	imadło chirurgiczne do igieł naczyniowych smukłe szczęki proste z twardą wkładką skok 0,2 mm do nici 6/0-10/0 dł. 180mm	1	szt.						
94	nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 170 mm ostrza tępo tępo	1	szt.						
95	nożyczki chirurgiczne odgięte typ mayo długość 140 mm ostrza tępo tępo	1	szt.						
96	nożyczki preparacyjne odgięte typ toennis adson długość 175 mm ostrza tępo tępo utwardzone z twardą wkładką złote ucha	1	szt.						
97	zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty pod kątem 55° rozstaw szczęk 12 mm długość 90 mm	4	szt.						
98	zacisk opatrunkowy typ backhaus-kocher odgięty złącze śrubowe długość 135 mm	2	szt.						
99	kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 540x255x75mm (+/- 5 mm)	1	szt.						
100	mata silikonowa perforowana bez jeża o wymiarach 535mm x 250 mm (+/- 3 mm)	1	szt.						
101	wanna do kontenera o wymiarach 590x275x120mm (+/- 5 mm) wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera wyposażona w 4 tabliczki identyfikacyjne do kontenera z możliwością wygrawerowania 13 znaków w kolorze niebieskim	1	szt.						
102	pokrywa w kolorze niebieskim o wymiarach 590x280x35 mm (+/- 5 mm), wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm, wyposażona w wymienne filtry z ptfe zwalidowany na min. 5000 cykli sterylizacyjnych zabezpieczonych od zewnątrz stalowymi atrapami	1	szt.						
103	podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni, rozm. 45mm, czerniony, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem retrakcji do mikrodiscektomii spine classic	1	szt.						
104	podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni, rozm. 55mm, czerniony, kompatybilny z posiadanym przez	1	szt.						

	zamawiającego systemem retrakcji do mikrodiscektomii spine classic								
105	podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni, rozm. 65mm, czerniony, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem retrakcji do mikrodiscektomii spine classic	1	szt.						
106	podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni, rozm. 75mm, czerniony, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem retrakcji do mikrodiscektomii spine classic	1	szt.						
107	podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni, rozm. 85mm, czerniony, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem retrakcji do mikrodiscektomii spine classic	1	szt.						
108	blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatraskiem kulkowym, rozm. 45mm, czerniona, kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego systemem retrakcji do mikrodiscektomii spine classic	1	szt.						
109	blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatraskiem kulkowym, rozm. 55mm, czerniona, kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego systemem retrakcji do mikrodiscektomii spine classic	2	szt.						
110	blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatraskiem kulkowym, rozm. 65mm, czerniona, kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego systemem retrakcji do mikrodiscektomii spine classic	1	szt.						
111	blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatraskiem kulkowym, rozm. 75mm, czerniona, kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego systemem retrakcji do mikrodiscektomii spine classic	2	szt.						
112	blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatraskiem kulkowym, rozm. 85mm, czerniona, kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego systemem retrakcji do mikrodiscektomii spine classic	1	szt.						
113	raspator typ caspar szer.6,2mm dł.180mm.	1	szt.						
114	dłuto rowkowe typ stille proste szerokość części roboczej 10 mm długość całkowita 205 mm	1	szt.						

115	dłuto rowkowe typ stille proste szerokość części roboczej 15 mm długość całkowita 205 mm	1	szt.						
116	łyżeczka kostna typ simon dł. 235 mm figura 00 główka owalna szerokość 4,4 mm	1	szt.						
117	łyżeczka kostna typ simon dł. 235 mm figura 0 główka owalna szerokość 5,2 mm	1	szt.						
118	łyżeczka kostna ostra # 00 przednia (odgięta w górę) śr. 4,4mm dł. 250mm	1	szt.						
119	łyżeczka kostna ostra # 0 przednia (odgięta w górę) śr. 5,2mm dł. 250mm	1	szt.						
120	szczypce kostne (rongeur) proste typ love-gruenwald, wym. pyszczka 3x10mm, dł. 170mm	1	szt.						
121	szczypce kostne (rongeur) proste typ spurling, wym. pyszczka 4x10 mm, dł. 170mm	1	szt.						
122	kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica:3,0mm dł. krzwizny 200mm	2	szt.						
123	haczyk diagnostyczny typ caspar zakończony kulką, odcinek dystalny odgięty pod kątem 90°, dł. odgięcia 7mm, dł. całkowita narzędzia 245mm	1	szt.						
124	haczyk diagnostyczny typ caspar zakończony kulką, odcinek dystalny odgięty pod kątem 90°, dł. odgięcia 9mm, dł. całkowita narzędzia 245mm	1	szt.						
125	haczyk do nerwów typ cushion, odcinek dystalny odgięty pod kątem 90°, dł. odgięcia 4mm, dł. całkowita narzędzia 190mm	1	szt.						
126	haczyk do nerwów typ cushion, odcinek dystalny odgięty pod kątem 90°, dł. odgięcia 6mm, dł. całkowita narzędzia 190mm	1	szt.						
127	łyżka kostna typ volkmann ze spłaszczoną, eliptyczną, ergonomiczną, poprzecznie karbowaną rękojeścią, szerokość części roboczej 11,5 mm długość 240 mm	2	szt.						
Zestaw instrumentarium do operacji szyjnego odcinka kręgosłupa									
128	pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 130 mm	2	szt.						
129	pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 130 mm	1	szt.						
130	pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 145 mm	2	szt.						

131	pinceta anatomiczna typ brophy delikatna prosta długość 200 mm	2	szt.						
132	rozwieracz typ weitlaner tępy 3x4 zęby długość 130 mm	1	szt.						
133	retraktor szyjny łamany z zapadką oraz uchami na palce ze złączem śrubowym w środkowej części narzędzia, wg caspara, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego blaszkami systemu retraktora szyjnego ccr	1	szt.						
134	blaszka rozszerzająca tępa, gładka, o wym. 50x24mm sl kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego blaszkami systemu retraktora szyjnego ccr	1	szt.						
135	blaszka rozszerzająca tępa, gładka, o wym. 60x24mm sl kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego blaszkami systemu retraktora szyjnego ccr	1	szt.						
136	blaszka rozszerzająca tępa, gładka, o wym. 70x24mm sl kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego blaszkami systemu retraktora szyjnego ccr	1	szt.						
137	hak operacyjny typ langenbeck wymiary części roboczej 43x13 mm długość 230 mm	1	szt.						
138	hak operacyjny typ kocher-langenbeck wymiary części roboczej 55x11 mm długość 215 mm	1	szt.						
139	hak tkanki miękkiej typ obwegeser wym. łopaty 70x14 dł. 215mm	1	szt.						
140	hak tkanki miękkiej typ obwegeser wym. łopaty 80x16 dł. 215mm	1	szt.						
141	uchwyt skalpela numer 4 długość 135 mm	1	szt.						
142	uchwyt skalpela numer 7 długość 160 mm	1	szt.						
143	kleszcze do tamponów typ pelkmann zakrzywione złącze śrubowe długość 260 mm	1	szt.						
144	kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 2,5mm dł. krzwizny 200mm	2	szt.						
145	kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 4,0mm dł. krzwizny 200mm	2	szt.						
146	młotek ortopedyczny typ waga 135 g, średnica głowicy 25 mm wymienne końce głowicy z tworzywa sztucznego dł. 185 mm.	1	szt.						

147	prosektor typ toennis, szer. 3 x 4 mm, dł. 240mm	1	szt.						
148	prosektor typ toennis, szer. 5 x 6 mm, dł. 240mm	1	szt.						
149	zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty pod kątem 55° rozstaw szczęk 12 mm długość 90 mm	4	szt.						
150	zacisk opatrunkowy typ backhaus-kocher odgięty złącze śrubowe długość 135 mm	2	szt.						
151	raspator typ lambotte szerokość części roboczej 10 mm długość całkowita 215 mm	1	szt.						
152	łyżka kostna typ lempert figura 0000 prosta szerokość części roboczej 1,8 mm długość całkowita 215 mm	1	szt.						
153	łyżka kostna typ lempert figura 00 prosta szerokość części roboczej 2,4 mm długość całkowita 215 mm	1	szt.						
154	łyżka kostna typ lempert figura 1 prosta szerokość części roboczej 2,8 mm długość całkowita 215 mm	1	szt.						
155	łyżeczka kostna typ simon dł. 235 mm figura 00 główka owalna szerokość 4,4 mm	1	szt.						
156	łyżeczka kostna typ simon dł. 235 mm figura 0 główka owalna szerokość 5,2 mm	1	szt.						
157	odgryzacz kostny (rongeure) typ caspar prosty ząbkowany wym. pyszcza 3x12mm, dł. 185mm	1	szt.						
158	odgryzacz kostny typ kerrison rozkładany odgięty w górę pod kątem 130st. dł. 180mm, z cienką stopką o szer. 2mm, szer. rozwarcia pyszcza 9 mm	1	szt.						
159	odgryzacz kostny typ kerrison rozkładany odgięty w górę pod kątem 130st. dł. 180mm, z cienką stopką o szer. 3mm, szer. rozwarcia pyszcza 10 mm	1	szt.						
160	odgryzacz kostny typ kerrison rozkładany odgięty w górę pod kątem 130st. dł. 180mm, z cienką stopką o szer. 4mm, szer. rozwarcia pyszcza 12 mm	1	szt.						
161	odgryzacz kostny typ lempert prosty szerokość części roboczej 2 mm długość całkowita 200 mm	1	szt.						
162	imadło chirurgiczne typ converse szczęki proste z twardą wkładką skok 0,2 mm do nici 6/0-10/0 długość 130 mm	1	szt.						
163	imadło chirurgiczne typ baby-crile-wood szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 150 mm	1	szt.						

164	imadło chirurgiczne typ crile-wood szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 185 mm	1	szt.						
165	nożyczki preparacyjne odgięte typ mayo-lexer długość 165 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha	1	szt.						
166	nożyczki preparacyjne odgięte typ toennis adson długość 175 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha	1	szt.						
167	nożyczki preparacyjne odgięte delikatne typ baby-metzenbaum długość 145 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha	1	szt.						
168	kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste skok ząbków 0,8 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 185 mm	2	szt.						
169	kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste skok ząbków 0,8 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 160 mm	3	szt.						
170	kleszczyki naczyniowe do tętnic typ providence-hospital proste delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 140 mm	1	szt.						
171	kleszczyki naczyniowe typ baby-crile proste delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 140 mm	1	szt.						
172	kleszczyki naczyniowe do tętnic typ providence-hospital zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 140 mm	2	szt.						
173	kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 160 mm	2	szt.						
174	pokrywa w kolorze niebieskim o wymiarach 590x280x35 mm (+/- 5 mm), wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm, wyposażona w wymienne filtry z ptfe zwalidowany na min. 5000 cykli sterylizacyjnych zabezpieczonych od zewnątrz stalowymi atrapami	1	szt.						
175	wanna do kontenera o wymiarach 590x275x120mm (+/- 5 mm) wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera wyposażona w 4 tabliczki identyfikacyjne do kontenera z możliwością wygrawerowania 13 znaków w kolorze niebieskim	1	szt.						
176	kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 540x253x76mm	1	szt.						
177	mata silikonowa o wymiarach 536mm x 250 mm	1	szt.						

178	odgryzacz kostny typ kerrison rozkładany odgięty w górę pod kątem 130st. dł. 180mm, z cienką stopką o szer. 1mm, szer. rozwarcia pyszczka 8 mm	1	szt.						
179	blaszka rozszerzająca tępą, gładką, o wym. 35x24mm sl kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego blaszkami systemu retraktora szyjnego ccr	2	szt.						
180	blaszka rozszerzająca tępą, gładką, o wym. 40x24mm sl kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego blaszkami systemu retraktora szyjnego ccr	2	szt.						
181	blaszka rozszerzająca tępą, gładką, o wym. 45x24mm sl kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego blaszkami systemu retraktora szyjnego ccr	2	szt.						
182	szczypce kostne (rongeur) proste, typ cushing, wym. pyszczka 2x10mm, dł. 170mm	2	szt.						
183	szczypce kostne (rongeur) proste, typ love-gruenwald, wym. pyszczka 3x10mm, dł. 170mm	2	szt.						
184	kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 2,0mm dł. krzywizny 200mm	2	szt.						
185	łyżka kostna typ lempert figura 000 prosta szerokość części roboczej 2 mm długość całkowita 215 mm	1	szt.						
186	łyżka kostna typ lempert figura 0 prosta szerokość części roboczej 2,6 mm długość całkowita 215 mm	1	szt.						
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:									

Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów narzędzi w zakresie +/- 5mm.

Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

Słownie wartość brutto ogółem

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/1a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-59/22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 1

1. Pełna nazwa urządzenia: **Komora laminarna do receptury jałowej – 1 szt.**
2. Nazwa i typ/model (podać):
3. Producent (podać):.....
4. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2021

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji	TAK		
2.	Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa <u>Maksymalne wymiary zewnętrzne komory:</u> szerokość min. 1350, max. 1370 mm głębokość min. 810, max. 840 mm wysokość całkowita z konstrukcją nośną i wyposażeniem: min. 2180, max. 2300 mm <u>Minimalne wymiary przestrzeni roboczej:</u> szerokość: min. 1240, max. 1260mm głębokość: min. 580, max. 600 mm wysokość: min. 600,max. 720 mm	TAK, podać		
3.	Zasilanie 230V, 50Hz	TAK		
4.	Jednolita konstrukcja, komora wolnostojąca	TAK		
5.	Stabilna konstrukcja ze stali: - powierzchnia pracy ze stali nierdzewnej obudowa z blachy stalowej powleczonej proszkiem	TAK		
6.	Blat roboczy podzielony na segmenty, zbudowany ze stali nierdzewnej: - wymiar całkowity minimum 1250 x 600 mm - blat podzielony na segmenty, - możliwość dezynfekcji w autoklawie - - stabilna konstrukcja, odporna na wibracje (RMS ≤5µm),	TAK		
7.	Szyba frontowa podnoszona i opuszczana elektrycznie z możliwością otwarcia do min. 400 mm i całkowitego zamknięcia przestrzeni roboczej	TAK		
8.	SPOSÓB FILTRACJI			
9.	System min. 2-filtrowy HEPA z recyrkulacją powietrza	TAK		
10.	Wszystkie filtry HEPA muszą odpowiadać klasie H14 odnośnie EN 1822-1	TAK		
TECHNIKI ZABEZPIECZAJĄCE				
11.	Ochrona blokowania czystego powietrza w otworze powietrza wtórnego	TAK		

12.	Podciśnienie ochronne	TAK		
13.	Gazoszczelna obudowa	TAK		
14.	Zabezpieczenie filtrów urządzenia przed zanieczyszczeniem płynem rozlanym wewnątrz komory (brak konieczności każdorazowej wymiany filtrów w przypadku takiego zdarzenia)	TAK		
STEROWANIE I MONITOROWANIE				
15.	Sterowana czujnikiem, elektroniczna regulacja wentylatora	TAK		
16.	Autoryzowany dostęp do obsługi urządzenia - włączania, przełączania i wyłączania	TAK		
17.	Praca komory możliwa w następujących regulowanych automatycznie trybach pracy: - normalny („pracy”), - czyszczący (codzienne mycie i dezynfekcja komory) - spoczynkowy ("stand-by") tryb serwisowy	TAK		
18.	Prędkość przepływu zgodna z GMP	TAK, podać		
19.	Gniazdka elektryczne 230V w przestrzeni roboczej - minimum 2	TAK, podać		
20.	Podświetlany wyświetlacz poza przestrzenią roboczą pokazujący: bieżący czas i datę, czas pracy komory temperaturę w przestrzeni roboczej, wilgotność w przestrzeni roboczej,	TAK		
21.	Monitorowanie z wykorzystaniem technik mikroprocesorowych: - pozycji szyby frontowej, - zaopatrzenia w powietrze, - strumienia powietrza wejściowego, - przepływu wypierającego stopnia zużycia filtrów HEPA	TAK		
22.	24-godzinny akumulatorowo buforowany alarm w razie awarii sieci.	TAK		
ERGONOMIA				
23.	Powierzchnia przeznaczona na ręce i powierzchnia robocza znajdująca się na tej samej wysokości.	TAK		
24.	Wszystkie przyciski znajdujące się poza przestrzenią roboczą muszą być w zasięgu wzroku i łatwo dostępne dla operatora z pozycji siedzącej centralnej	TAK		
25.	Poziom hałasu max. 55 dB(A)	TAK, podać		55 dB – 0 pkt. < 55 dB – 10 pkt.
26.	Moc oświetlenia w przestrzeni roboczej regulowana przez użytkownika w zakresie min. 0-1000 lx	TAK, podać		

27.	Urządzenie energooszczędne, zużycie prądu w trybie pracy (prędkość zgodna z GMP) poniżej 300 W/h	TAK, podać		
28.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK		
29.	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
30.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
31.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
32.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		
33.	Wykonawca zapewni dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, konieczność całodobowej infolinii)	TAK		
34.	Okres gwarancji– min. 24 miesiące.	TAK podać		
35.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
36.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 5 lat.	TAK		
37.	Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu	Opisać i podać proponowane środki dezynf.		
38.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty (z wyjątkiem poz. 30 i 37 stanowiących zalecenia).

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....
data

.....
pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/2a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-59/22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 2

1. Pełna nazwa urządzenia: **Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania – 1 szt.**
2. Nazwa i typ/model (podać):
3. Producent (podać):.....
4. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2021

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
1.	Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów	TAK		
2.	Może być stosowany u wcześniaków o wadze <700g, dzieci i dorosłych	TAK		
3.	W pełni zintegrowany system (w jednym aparacie), niewymagający stosowania dodatkowych urządzeń zewnętrznych - gwarantujący pełną i płynną regulację: - przepływu, - stężenia tlenu, - temperatury.	TAK		
4.	Redukcja oporu wdechowego (pracy oddechowej) poprzez zastosowanie odpowiedniego przepływu.	TAK		
5.	Aparat zapewniający efektywne przepłukiwanie anatomicznej przestrzeni martwej - dwutlenku węgla (CO ₂).	TAK		
6.	Stosowanie kaniul nosowych niewymagających specjalnego podłączenia do pacjenta, zapewniających pracę w systemie otwartym tj. dużej nieuszczelnosci (wypełnienie ok. 50% średnicy wewnętrznej każdego z nozdrzy), zapobiegającym uszkodzeniom skóry oraz pełną swobodę podczas jedzenia, mówienia i snu.	TAK		
7.	Kaniule nosowe o konstrukcji zwiększającej prędkość wdmuchiwanego gazu	TAK		
8.	Układ pacjenta z płaszczem wodnym zapewniającym stały poziom temperatury i wilgotności podawanej mieszanki gazów oraz eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta.	TAK		
9.	Gotowość aparatu od włączenia do prowadzenia terapii w czasie max. 5 min. łącznie z osiągnięciem progu ustawionej temperatury.	TAK, podać		5 min. – 0 pkt. poniżej 5 min. – 10 pkt.
10.	Wbudowany system nawilżania gazów oddechowych zabezpieczający przed transportem bakterii i grzybów	TAK		
11.	Stały poziom nawilżenia gazów oddechowych na poziomie 44 mg H ₂ O/L w całym zakresie przepływu	TAK		

12.	Wyświetlacz LED prezentujący duże i czytelne informacje w postaci jasnych i zrozumiałych liczb i symboli, gwarantujący dobrą widoczność z dużej odległości.	TAK		
13.	Możliwość współpracy z aparatem do podaży tlenu azotu oraz nebulizatorem	TAK / NIE		Tak – 10 pkt. Nie - 0 pkt.
14.	Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz	TAK		
15.	Wbudowane awaryjne zasilanie podtrzymujące pracę aparatu na min. 15 minut pracy	TAK		
16.	Wbudowany elektroniczny mieszalnik gazów tlen/powietrze	TAK		
17.	Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła o ciśnieniu 4-85 psi	TAK		
18.	Waga aparatu max. 5 kg	TAK, podać		
19.	Wbudowany port komunikacji min. RS-232 lub HDMI	TAK, podać		
20.	Przepływ mieszaniny powietrza i tlenu regulowany płynnie: - wysoki przepływ : 5-40 l/min ze skokiem co 1 l/min - niski przepływ: 1-8 l/min ze skokiem co 0,5 l/min (automatyczne ograniczenie zakresu przepływów, uniemożliwiające nastawę powyżej opisanego progu przepływu)	TAK		
21.	Stężenie tlenu 21 do 100% regulowane płynnie	TAK		
22.	Temperatura 33-39°C co 1 °C	TAK		
Alarmy				
23.	Aparat wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne:	TAK		
24.	Przekroczenia temperatury	TAK		
25.	Wysokiego ciśnienia (zatkania przewodu)	TAK		
26.	Uszkodzenia układu pacjenta	TAK		
27.	Czujnika tlenu	TAK		
28.	Braku wody	TAK		
29.	Niskiego poziomu naładowania baterii	TAK		
30.	Zasilania gazowego	TAK		
Wyposażenie				
31.	Jadnorazowy układ pacjenta w formie kasety nawilżającej z automatycznym pobieraniem wody, zintegrowany z przewodem doprowadzającym gazy oddechowe do pacjenta, wyposażonym w płaszcz wodny (rura w rurze) zapewniający eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta. Oddzielny układ dla wysokich przepływów oraz niskich przepływów. – 1 szt.	TAK		

32.	Czas użycia oferowanego układu jednorazowego użytku min. 21 dni u jednego pacjenta	TAK, podać		21 dni – 0 pkt. powyżej 21 dni – 10 pkt.
33.	Kaniule nosowe w 7 różnych rozmiarach – po 2 szt. z każdego rozmiaru	TAK		
34.	Kaniula z jedną końcówką donosową umożliwiającą skuteczną terapię pacjentów o wadze <1100 g lub w przypadku zbyt wąskiej wewnętrznej średnicy nozdrzy pacjenta	TAK		
35.	Konstrukcja kaniul niepowodująca zmiany kształtu oraz średnicy końcówek donosowych.	TAK		
36.	Stojak jezdny do zamocowania aparatu z wieszakiem na wodę sterylną,	TAK		
37.	Przewody do zasilania powietrzem oraz tlenem o dł. min. 3m – 1 kpl.	TAK, podać		
38.	Pułapki na wodę ze złączem podłączenia tlenu oraz powietrza– 1 kpl.	TAK		
39.	Czujnik pomiarowy tlenu- 1 szt.	TAK		
40.	Adapter do nebulizacji – 2 szt.	TAK		
41.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK		
42.	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
43.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
44.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
45.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		
46.	Wykonawca zapewni dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, konieczność całodobowej infolinii)	TAK		
47.	Okres gwarancji– min. 24 miesiące.	TAK podać		
48.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
49.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 5 lat.	TAK		

50.	Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu	Opisać i podać proponowane środki dezynf.		
51.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty (z wyjątkiem poz. 43 i 50 stanowiących zalecenia)..
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....
data

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/3a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-59/22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 3

1. Pełna nazwa urządzenia: **Kardiomonitor na podstawie jezdnej** – 1 szt .

2. Nazwa i typ/model (podać):

3. Producent (podać):.....

4. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2021

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
1.	Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet.	TAK		
2.	Monitor umożliwiający wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych	TAK		
3.	Monitor do współpracy z centralą monitorującą, umożliwiającą zdalny nadzór (tj. podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych trendów i full disclosure) nad monitorami.	TAK		
4.	Monitor wyposażony w funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych pacjentów do zewnętrznych systemów, za pośrednictwem protokołu HL7. Funkcja realizowana bezpośrednio przez kardiomonitor lub dedykowany serwer komunikacyjny	TAK		
5.	Monitor umożliwiający zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp.	TAK		
6.	Monitor umożliwiający wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach.	TAK		
7.	Monitor zapewniający automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego	TAK		

8.	Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej	TAK		
Wymogi funkcjonalne				
9.	Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich	TAK, podać		
10.	Dostępny tzw. ekran dużych liczb z możliwością podziału na 4 oraz 6 okien parametrów	TAK		
11.	Monitor odporny przeciwko zachłapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP22	TAK, podać		
12.	Masa monitora stacjonarno-transportowego lub modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem max. 4,5kg	TAK, podać		4,5 kg – 0 pkt. poniżej 4,5 kg – 10 pkt.
13.	Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy umożliwiający kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych	TAK		
Monitorowane parametry				
14.	EKG	TAK		
15.	Monitorowanie przynajmniej 1 z 3 i 7 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG	TAK		
16.	Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady	TAK, podać		
17.	Analiza arytmii w min. 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie	TAK, podać		
18.	Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie	TAK, podać		
19.	Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków.	TAK		
20.	Analiza ST	TAK		
21.	Analiza odcinka ST w min. 4 odprowadzeniach jednocześnie	TAK, podać		
22.	Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -9,0 -(+) 9,0 mm	TAK, podać		
23.	Oddech	TAK		
24.	Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej	TAK		
25.	Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET	TAK, podać		

26.	Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji	TAK		
27.	Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2.	TAK		
28.	Algorytm pomiarowy wykorzystujący dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarną akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankieta do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego	TAK		
29.	Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.	TAK		
30.	Możliwość zaprogramowania własnych cykli pomiarowych NIBP, składających się z min. 4 kroków zawierających od 1 do 25 powtórzeń w wybranym odstępie czasu	TAK, podać		
31.	W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkołączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach).	TAK, podać		
32.	Temperatura	TAK		
33.	Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru	TAK		
34.	Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii w strumieniu bocznym. Pomiary możliwe u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Możliwość zamiennego stosowania modułu pomiarowego pomiędzy różnymi monitorami i respiratorami tego samego producenta.	TAK/ NIE		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Alarmy				
35.	Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm	TAK		
36.	Możliwość zmiany priorytetu alarmów	TAK		
37.	Alarmy techniczne z podaniem przyczyny.	TAK		
38.	Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów.	TAK		
39.	Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego.	TAK		

40.	Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku	TAK, podać		
Analiza danych				
41.	Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 96 godzin.	TAK, podać		
42.	Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 168 godzin trendów	TAK, podać		
43.	Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej	TAK		
44.	Monitor wyposażony we wbudowaną pamięć pełnych przebiegów dynamicznych Full Disclosure z min. 72 godzin dla przynajmniej: wszystkich przebiegów EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP.	TAK, podać		
45.	Monitor wyposażony w funkcję wczesnego ostrzegania wg skali NEWS oraz funkcję OxyCRG	TAK/ NIE		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
46.	Monitor wyposażony w port USB do przenoszenia konfiguracji oraz trendów. Funkcja eksportu trendów zabezpieczona hasłem, trendy eksportowane w formie zanonimizowanej, zaszyfrowanej w formacie umożliwiającym odczyt z wykorzystaniem pakietu MS Excel.	TAK		
47.	Na wyposażeniu płyn do dezynfekcji obudowy i ekranu	TAK		
Inne				
48.	Instrukcja w języku polskim	TAK		
49.	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
50.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
51.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
52.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		
53.	Okres gwarancji– min. 24 miesiące.	TAK podać		
54.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
55.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min.5 lat.	TAK		

56.	Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu	Opisać i podać proponowane środki dezynf.		
57.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty (z wyjątkiem poz. 50 i 56 stanowiących zalecenia)..
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....
data

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/4a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-59/22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 4

1. Pełna nazwa urządzenia: **Video rhinolaryngoskop z wózkiem endoskopowym – 1 szt.**

2. Nazwa i typ/model (podać):

3. Producent (podać):.....

4. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2021

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
1.	Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 2,0 mm (+/- 0,2mm)	TAK		
2.	Długość robocza 300mm (+/- 20mm)	TAK, podać		
3.	Kąt wygięcia końcówki endoskopu min: - w górę 130° - w dół 130°	TAK, podać		130° - 0 pkt. powyżej 130° - 10 pkt.
4.	Źródło światła typu LED zintegrowane z videofiberoskopem	TAK		
5.	Dedykowane przyciski na rękojeści videoendoskopu do: - uruchamiania zapisu video - wykonania zdjęcia - zamrażania obrazu - powiększania/ pomniejszania obrazu	TAK		
6.	Przystosowany do procesu sterylizacji niskotemperaturowej	TAK		
7.	Monitor (procesor obrazu) z ekranem o przekątnej min. 10 cali	TAK, podać		10 cali - 0 pkt. największa przekątna – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej
8.	Procesor obrazu posiadający szeroki kąt widzenia min. 170°	TAK, podać		
9.	Rozdzielczość ekranu monitora min. 1280 x 800 px	TAK, podać		
10.	Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy	TAK		
11.	Dostępne funkcje regulacji parametrów obrazu: - jasność - korekcja balansu bieli	TAK		
12.	Zasilanie monitora: sieciowe akumulatorowe możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora	TAK		
13.	Procesor obrazu posiadający funkcję nagrywania dźwięku	TAK		
14.	Graficzny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wyświetlany na ekranie monitora	TAK		
15.	Wbudowane gniazdo karty pamięci typu SD do wykonania dokumentacji w postaci zdjęć oraz video	TAK		
16.	Uruchamianie zapisu bezpośrednio z monitora	TAK		

17.	Możliwość odtworzenia zapisanych zdjęć i video bezpośrednio na monitorze z funkcją kasowania	TAK		
18.	Wyjście video HDMI oraz CVBS (BNC) do podłączenia zewnętrznego monitora lub PC	TAK		
19.	Możliwość zamocowania monitora na stojaku	TAK		
20.	Możliwość obsługi ekranu dotykowego w rękawiczkach	TAK		
21.	Zestaw zawierający: tester szczelności walizkę na sprzęt	TAK		
Wózek endoskopowy				
22.	Uchwyt na monitor na wysokości od 140 cm do 150 cm	TAK, podać		
23.	Wymiary : Szerokość półki 40cm – 45 cm Głębokość 30 cm – 45 cm Szerokość 60cm – 65 cm Wysokość 100 cm – 110 cm	TAK, podać		
24.	Wysuwana szuflada na akcesoria medyczne	TAK		
25.	Min. 2 półki na sprzęt medyczny	TAK, podać		
26.	Szuflada z cichym domykiem na akcesoria medyczne	TAK		
27.	Min. 2 kuwety na endoskopy giętkie	TAK, podać		
28.	Wózek wyposażony w układ jezdny	TAK		
29.	Listwa zasilająca			
30.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK		
31.	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
32.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
33.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
34.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		
35.	Wykonawca zapewni dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, konieczność całodobowej infolinii)	TAK		
36.	Okres gwarancji– min. 24 miesiące.	TAK podać		
37.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		

38.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 5 lat.	TAK		
39.	Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu	Opisać i podać proponowane środki dezynf.		
40.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty (z wyjątkiem poz. 32 i 39 stanowiących zalecenia)..
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....
data

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/5a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-59/22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 5

1. Pełna nazwa urządzenia: **Ssak elektryczny – 1 szt.**
2. Nazwa i typ/model (podać):
3. Producent (podać):.....
4. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2021

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
1.	Ssak medyczny, elektryczny, jezdny.	TAK		
2.	Tryby pracy: tryb cichy; tryb normalny; tryb turbo.	TAK		
3.	Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy ze zbiornikiem na wydzieliny): 1) tryb cichy: nie mniejsza niż 40 l/min. i nie większa niż 45 l/min.; 2) tryb normalny: nie mniejsza niż 48 l/min. i nie większa niż 55 l/min.; 3) tryb turbo: nie mniejsza niż 60 l/min. i nie większa niż 65 l/min. <i>Podać maksymalną wydajność dla każdego trybu.</i>	TAK, podać		
4.	Przełączanie trybów pracy za pomocą przycisków dotykowych na pulpicie ssaka.	TAK		
5.	Maksymalne podciśnienie: minimum -95 kPa / 713 mmHg <i>Podać.</i>	TAK		
6.	Bezobsługowa (niewymagająca konserwacji), bezolejowa, pompa tłokowa, niskoobrotowa (poniżej 105 obrotów / min. przy maksymalnej wydajności). <i>Podać maksymalną liczbę obrotów /min przy maksymalnej wydajności</i>	TAK, podać		
7.	Gładka, jednoczęściowa obudowa z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne.	TAK		
8.	Ssak na kolumnowym wózku jezdny, wykonany ze stopów niekorodujących 4 kółka jezdne – wszystkie z blokadą, szyna na akcesoria, zainstalowana na kolumnie	TAK		
9.	Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg.	TAK, podać		
10.	Włącznik / wyłącznik nożny, zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek.	TAK/ NIE		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.

11.	Precyzyjne ustawianie podciśnienia za pomocą regulatora membranowego.	TAK		
12.	Wielostopniowe zabezpieczenie przed zassaniem odsysanych płynów do wnętrza pompy. Zbiornik zabezpieczający o poj. 0,25l z mechanicznym zaworem odcinającym	TAK		
13.	Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godz. / dobę bez ryzyka przegrzania.	TAK		
14.	Poziom wytwarzanego hałasu Max. 39dB przy minimalnej wydajności.	TAK, podać		39dB – 0pkt < 39 dB – 10 pkt
15.	Ssak wyposażony w dwa zbiorniki wielorazowego użytku z podziałką, o pojemności 2,5 l (każdy), wykonane z nietłukącego się tworzywa, do wkładów jednorazowego użytku.	TAK		
16.	Zbiorniki wyposażone w uchwyty do zamocowania na szynie zainstalowanej na kolumnie ssaka oraz w blokady zabezpieczające przed wysuwaniem się z uchwytu.	TAK		
17.	Ssak wyposażony w komplet 80 szt. wkładów jednorazowych o pojemności 2,5 l (każdy). Wkład zintegrowany z pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania.	TAK		
18.	Ssak wyposażony w komplet 50 szt. filtrów jednorazowych przeciwbakteryjnych z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka.	TAK		
19.	Możliwość stosowania zbiorników wielorazowego użytku na wydzieliny, autoklawowalnych, o różnych pojemnościach.	TAK, podać		
20.	Ssak wyposażony w zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez konieczności odłączania / przełączania drenów.	TAK		
21.	Ssak wyposażony w dren silikonowy (dren do pacjenta) o długości minimum 2 m i metalowy uchwyt drenu.	TAK, podać		
22.	Ssak wyposażony w pojemnik na dreny o dł. 480 mm z uchwytem	TAK		
23.	Ssak wyposażony w uchwyt na cewniki	TAK		
24.	Ssak wyposażony w. łącznik schodkowy wielorazowy przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji (również w autoklawie).	TAK		

25.	Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz.	TAK		
26.	Pobór mocy max.: 120W	TAK, podać		
27.	Przewód zasilający min. 5m	TAK		
28.	Masa ssaka z wózkiem: nie większa niż 16 kg.	TAK, podać		
29.	Wysokość ssaka z wózkiem max. 1 m	TAK, podać		
Wózek endoskopowy				
30.	Uchwyt na monitor na wysokości od 140 cm do 150 cm	TAK, podać		
31.	Wymiary : Szerokość półki 40cm – 45 cm Głębokość 30 cm – 45 cm Szerokość 60cm – 65 cm Wysokość 100 cm – 110 cm	TAK, podać		
32.	Wysuwana szuflada na akcesoria medyczne	TAK		
33.	Min. 2 półki na sprzęt medyczny	TAK, podać		
34.	Szuflada z cichym domykiem na akcesoria medyczne	TAK		
35.	Min. 2 kuwety na endoskopy giętkie	TAK, podać		
36.	Wózek wyposażony w układ jezdny	TAK		
37.	Listwa zasilająca			
38.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK		
39.	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
40.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
41.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
42.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		
43.	Wykonawca zapewni dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, konieczność całodobowej infolinii)	TAK		
44.	Okres gwarancji– min. 24 miesiące.	TAK podać		
45.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
46.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 5 lat.	TAK		

47.	Zalecany lub wymagany sposób dezynfekcji sprzętu	Opisać i podać proponowane środki dezynf.		
48.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty (z wyjątkiem poz. 40 i 47 stanowiących zalecenia)..
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....
data

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2/6a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-37/22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - Zadanie Nr 6

1. Pełna nazwa urządzenia: **Myjnia – dezynfektor – 1 szt.**
2. Nazwa i typ/model (podać):
3. Producent (podać):.....
4. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2021

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
1.	Model wolnostojący	TAK		
2.	Minimalna pojemność komory: - jeden basen z pokrywką + jedna kaczka - trzy kaczki (możliwość mycia basenów podłużnych o długości 55 cm, butli do ssaków, małych misek itp.)	TAK		
3.	Konstrukcja komory wykonana ze stali kwasoodpornej typu AISI 316 (1.4401) lub lepszej gatunkowo.	TAK, podać		
4.	Obudowa urządzenia wykonana ze stali kwasoodpornej typu AISI 304 (1.4301) lub lepszej gatunkowo.	TAK, podać		
5.	Konstrukcja wewnętrzna komory bez ostrych krawędzi, narożników i spoin. Wykonana jako głęboko tłoczony monolit z nachylonym sufitem ułatwiającym spływanie.	TAK		
6.	Komora izolowana termicznie i akustycznie materiałem o grubości 1 cm.	TAK		
7.	Maksymalny dopuszczalny poziom hałasu 55 dB.	TAK, podać		Poziom hałasu 55 dB – 0 pkt. < 55 dB – 10 pkt.
8.	System natryskowy komory wyposażony w minimum 11 dysz ciśnieniowych (w tym minimum 5 obrotowych). Nie dopuszcza się ramion natryskowych.	TAK, podać		System natryskowy komory wyposażony w 11 dysz ciśnieniowych – 0 pkt. > 11 dysz ciśnieniowych – 10 pkt.
9.	Główna dysza myjąca usytuowana na tylnej ścianie komory w sposób zapewniający mycie wewnętrznych powierzchni basenów podłużnych	TAK		
10.	Dysza główna bez ruchomych elementów teleskopowych.	TAK		
11.	Drzwi uchylne otwierane i zamykane ręcznie	TAK		

12.	Uszczelka drzwiowa labiryntowa wykonana w postaci kanału ze stali kwasoodpornej bezobsługowa(niewymagająca przeglądów i wymiany, odporna na uszkodzenia mechaniczne).	TAK		
13.	Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu- drzwi mogą zostać otwarte dopiero po zakończeniu wszystkich faz procesu mycia i dezynfekcji.	TAK		
14.	Możliwość regulacji dezynfekcji termicznej w zakresie do 93°C włącznie (z możliwością uzyskania dezynfekcji termicznej A0=600)	TAK		
15.	Możliwość uzyskania poziomu dezynfekcji termicznej typu A0=3000	TAK		
16.	Minimum 3 w pełni automatyczne programy użytkowe wybierane bezpośrednio z klawiatury sterującej za pomocą trzech oddzielnych przycisków.	TAK, podać		
17.	Wszystkie programy mycia zakończone fazą dezynfekcji termicznej.	TAK		
18.	Czas programów mycia i dezynfekcji 5-8 minut.	TAK, podać		
19.	Program mycia krótki o czasie do 5 minut.	TAK, podać		5 min. – 0 pkt. < 5 min - 10 pkt.
20.	Średnie zużycie wody dla programu standardowego 18l/cykl	TAK, podać		
21.	Wyposażony w uniwersalny kosz załadowniczy z możliwością wysunięcia kosza z uchwytów i zamiany na kosz innego typu bez użycia narzędzi.	TAK		
22.	Konstrukcja kosza załadowniczego powodująca opróżnianie ładunku z nieczystości przy zamykaniu drzwi komory.	TAK		
23.	Sterownik mikroprocesorowy.	TAK		
24.	Sterownik wyposażony w dwulinijkowy wyświetlacz pozwalający na wyświetlanie komunikatów tekstowych minimum 15 znaków w każdej linii.	TAK		
25.	Na wyświetlaczu informacje o: stanie urządzenia, temperaturze w komorze mycia, błędach.	TAK		
26.	Elektroniczny system kontroli temperatury w komorze w oparciu o czujnik temperatury.	TAK		
27.	Wbudowana wytwornica pary o mocy minimum 4,3 kW, wyposażona w czujnik elektroniczny poziomu wody. Czujnik podłączony do układu sterowania.	TAK		
28.	Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna wszystkich rur odprowadzających wodę do dysz strumieniowych – dystrybucja pary przez system dysz myjących.	TAK		
29.	Pompa dozująca płynny środek myjąco-odkamieniający.	TAK		
30.	Dodatkowa pompa do detergentu myjącego.	TAK		
31.	Wydajność pompy myjącej min. 400 l/min	TAK, podać		

32.	Wymiary urządzenia +/- 5mm: - szerokość 50 cm - głębokość 45 cm - wysokość 180 cm	TAK, podać		
33.	Odływ kanalizacyjny w myjni 100 mm. Myjnia wyposażona w rurę odpływową.	TAK		
34.	Myjnia wyposażona w przyłącze wody ciepłej i zimnej (w zestawie komplet węży zasilających).	TAK		
35.	Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz	TAK		
Inne				
36.	Instrukcja w języku polskim	TAK		
37.	Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy	TAK		
38.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
39.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
40.	Czas reakcji przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max. 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta	TAK		
41.	Okres gwarancji– min. 24 miesiące	TAK podać		
42.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat.	TAK		
43.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty (z wyjątkiem poz. 38 stanowiącej zalecenia)..

2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....
data

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy

KRYTERIA OCENY OFERT
Oceniane kryteria, ich znaczenie i sposób oceny

Dla Zadań od Nr 1 do Nr 6

Kryterium	Ranga
Oferowana cena	60 %
Ocena jakości technicznej	20%
Okres gwarancji	10%
Termin dostawy	10%

1. Przeliczenie kryterium ceny

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \times \mathbf{60\%}$$

2. Przeliczenie w kryterium ocena jakości technicznej

$$\text{PKT} = \frac{\text{Ilość pkt przyznana badanej ofercie}}{\text{Max ilość pkt spośród ocenianych ofert}} \times 100 \times \mathbf{20\%}$$

3. Przeliczenie w kryterium „okresu gwarancji“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Okres gwarancji oferty badanej}}{\text{Najdłuższy zaproponowany okres gwarancji}} \times 100 \times \mathbf{10\%}$$

4. Przeliczenie w kryterium „terminu dostawy“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najkrótszy zaproponowany termin dostawy}}{\text{Termin dostawy ofert badanej}} \times 100 \times \mathbf{10\%}$$

Dla Zadania Nr 7

Kryterium	Ranga
Oferowana cena	60 %
Okres gwarancji	20 %
Termin dostawy	20 %

1. Przeliczenie w kryterium „ceny“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena zadania ogółem}}{\text{Cena zadania ogółem oferty badanej}} \times 100 \times \mathbf{60\%}$$

2. Przeliczenie w kryterium okresu gwarancji

$$\text{PKT} = \frac{\text{Okres gwarancji oferty badanej}}{\text{Najdłuższy okres gwarancji}} \times 100 \times \mathbf{20\%}$$

3. Przeliczenie w kryterium „terminu dostawy“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najkrótszy zaproponowany termin dostawy}}{\text{Termin dostawy oferty badanej}} \times 100 \times \mathbf{20\%}$$

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH WCZEŚNIEJ DOSTAW

L.p.	Nazwa Zamawiającego	Przedmiot dostawy	Okres realizacji	Wartość brutto dostawy
1.				
2.				
3.				
4.				

W załączeniu:

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie..... szt.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

WZÓR UMOWY/2022

zawarta w dniu r. w pomiędzy:

.....,
(pełna nazwa Zamawiającego)

reprezentowany przez:

..... –
(imię i nazwisko) (stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**
a

.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

.....
(adres siedziby Wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

.....,

reprezentowanym przez:

..... –
(imię i nazwisko) (stanowisko)

..... –
(imię i nazwisko) (stanowisko)

REGON: NIP: BDO:

zwanym dalej w treści umowy **Wykonawcą**

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na **dostawę**, , zwanych w dalszej treści przedmiotem umowy,
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
 - 2.1. specyfikacja cenowa – Załącznik Nr
 - 2.2. specyfikacja techniczna (parametry techniczno-użytkowe) – Załącznik Nr – za wyjątkiem Zadania Nr 7.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w ilości i po cenie zgodnie ze złożoną ofertą z dnia2022 r.
4. Dostarczony przedmiot umowy musi być nowy, tj. niepowystawowy i nieregenerowany.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zainstalować przedmiot umowy w terminie dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną w języku polskim w siedzibie Zamawiającego. – **dot. Zadań Nr 1-6**
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy wraz z kartą gwarancyjną w języku polskim do siedziby Zamawiającego. – **dot. Zadania Nr 7.**

3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 dokonać montażu i instalacji przedmiotu umowy oraz przeszkolić personel Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie z zapisami zawartymi w specyfikacjach technicznych. – **dot. Zadań Nr 1-6**
4. Wykonawca zobowiązany będzie w cenie oferty do przeszkolenia u Zamawiającego lekarzy i instrumentariuszki Zamawiającego w zakresie posługiwania się dostarczonym instrumentarium. Miejsce i termin szkolenia uzgodnione zostaną z Koordynatorem Oddziału po podpisaniu umowy – **dot. Zadania Nr 7.**
5. Wykonawca wraz z zestawami i narzędziami dostarczy bazę danych wszystkich zestawów oraz instrumentów utworzoną w formacie .xlsx w dwóch plikach. Pierwszy zawierający bazę dostarczanych zestawów a drugi bazę dostarczanych instrumentów – **dot. Zadania Nr 7.**
6. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.
7. Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 2 dni od dnia dostawy, w przypadku jego niezgodności z oferowanym w ofercie, na koszt Wykonawcy.
8. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej lub choćby częściowo wadliwej.
9. Strony zgodnie postanawiają, że niezgodność któregośkolwiek z elementów przedmiotu umowy z ofertą złożoną przez Wykonawcę, postanowieniami umowy bądź SWZ rozumiana będzie jako niezgodność towaru z umową powodująca skutki przewidziane w niniejszej umowie i przepisach prawa.
10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 Zamawiający jest w szczególności uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 6.
11. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru z siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy pod rygorem przesłania go przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 3

1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru i montażu (instalacji) sprzętu u Zamawiającego przez Strony umowy. – **dot. Zadań Nr 1-6**
2. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji liczony będzie od dnia dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego – **dotyczy Zadania Nr 7.**
3. Czas reakcji serwisu w ciągu max. 48 godzin licząc od zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii przez Zamawiającego w dni robocze i w ciągu 72 godzin licząc od zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii w dni wolne i święta. Informacje o awarii zgłaszane będą przez Zamawiającego do serwisu Wykonawcy pod nr telefonu bądź adres e-mail:
4. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany będzie do:
 - corocznego przeglądu stanu narzędzi pod kątem ich funkcjonalności oraz bezpieczeństwa ich dalszej eksploatacji (np. w zakresie ewentualnych zagrożeń

epidemiologicznych wynikających z defektów narzędzi)

- odtworzenia stanu jakościowego narzędzi chirurgicznych realizowane poprzez znakowanie, ostrzenie, regenerację lub wymianę narzędzi na nowe – dot. Zadania Nr 7.

5. Wykonawca gwarantuje możliwość zakupu części zamiennych przez okres min. 5 lat – jeżeli dotyczy.
6. W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni (w okresie gwarancji) Wykonawca zobowiązany będzie wstawić Zamawiającemu na czas naprawy urządzenie/instrumentarium zastępcze o tym samym przeznaczeniu, wolne od wad oraz przedłużyć okres gwarancji o czas naprawy – jeżeli dotyczy.
7. Wykonawca zapewnia w ramach ceny oferty wykonanie przeglądów gwarancyjnych dostarczonego sprzętu w terminach zgodnych z przepisami prawa i dokumentacją producenta, ale nie rzadziej niż jeden raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji.
8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespołe, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:
 - a) uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu wynikłe na skutek:
 - eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
 - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
 - b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).
 - c) materiały eksploatacyjne.
9. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotów umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.

§ 4

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:
 - a) 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 6 dni,
 - b) 1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 6 dnia zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, przy czym Wykonawca zobowiązany jest określić w terminie 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia awarii, przewidywany czas naprawy oraz czy będzie to naprawa z użyciem czy bez użycia części zamiennych.
3. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 lit. **a)** i **b)** oraz w ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy lub ewentualnie jej części, wobec której nastąpiło odstąpienie.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy lub ewentualnie jej części wobec której nastąpiło odstąpienie.

6. Każda ze Stron może żądać odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych KC.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 50 % wartości brutto umowy.

§ 5

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi:zł netto + % VAT =zł brutto.
Słownie:
zł brutto.
2. Należność za dostawę płatna będzie przez Zamawiającego w terminie **60 dni**, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
3. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający prześle na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
4. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku nieterminowego uregulowania należności od wartości niezapłaconej faktury.
5. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.
6. Wszelkie umowy nazwane, uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.), mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 6

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, dołączając do informacji oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

- 1.1. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
- 1.2. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
- 1.3. poleceń lub decyzji wydanych przez Wojewodów, Ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 h ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- 1.4. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
- 1.5. innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
- 1.6. okoliczności, o których mowa w pkt 1.1-1.5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
2. Każda ze Stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania,

przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli Strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
 - 4.1. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
 - 4.2. zmianę sposobu wykonywania dostaw,
 - 4.3. zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczania wynagrodzenia Wykonawcy,
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1 mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4.

§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
 - b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
 - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciąży na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 8

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

§ 9

W przypadku niezawarcia ugody na drodze pozasądowego rozwiązania sporu, Strony poddadzą spór wynikający z niniejszej umowy rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo wg siedziby Zamawiającego.

§ 10

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 11

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 12

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w następujących sytuacjach i z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

a) zmiany oferowanego typu/modelu wyrobu na wyrób o parametrach nie gorszych niż określony w ofercie w przypadku wycofania wyrobu z rynku, wstrzymania produkcji, innych okoliczności uniemożliwiających dostawę wskazanego w ofercie typu/modelu wyrobu, ale w cenie nie wyższej niż oferowana,

b) zmiany stawki podatku VAT na wyroby objęte przedmiotem umowy – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT,

2. Zmiany określone w punkcie poprzedzającym nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, w szczególności nie mogą skutkować niekorzystną dla niego zmianą wartości umowy.

3. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i w miarę możliwości również udokumentowane przez Wykonawcę.

4. Zmiana umowy wymaga zgody Stron w formie aneksu.

§ 13

1. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019r. tj. (Dz.U. z 2020 poz. 1062).

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem - *o ile to możliwe przy uwzględnieniu specyfiki niniejszego zamówienia* - minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust.1.

3. Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia uznano, że nie ma potrzeby określania w treści umowy szczegółowych warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tego zamówienia.

§ 14

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 15

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

OŚWIADCZENIE Wykonawcy
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lub przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy - Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r.

(Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na wezwanie wraz z dokumentami potwierdzającymi
brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu **niezależnie** od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej)

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

.....
.....
(dokładne dane Wykonawcy: nazwa, adres siedziby, REGON/PESEL)

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę sprzętu i wyrobów medycznych z podziałem na 7 zadań

oświadczamy zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, że:

1. **nie należymy*** do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. **należymy*** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i przedstawiamy dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu *niezależnie od innego Wykonawcy* należącego do tej samej grupy kapitałowej.

.....
(wymienić załączone dowody)

* *niepotrzebne skreślić*

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE Wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
o których mowa w art. **108 ust. 1 pkt 3 - 6** i art. **109 ust. 1 pkt 7 - 10**
ustawy - Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r.
(Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na wezwanie
wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia z postępowania)

W związku z przystąpieniem naszej firmy
(nazwa Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby):

.....
.....
(dokładne dane: nazwa, adres siedziby, REGON/PESEL)

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę sprzętu i wyrobów medycznych z podziałem na 7 zadań

oświadczamy, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- e) art. 109 ust. 1 pkt 7-10 ustawy Pzp,

są aktualne /
nie są aktualne*

*** UWAGA!** – skreślić niewłaściwe

.....
data

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy/
podmiotu udostępniającego Zasoby)

OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 7
ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
o NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca / Podmiot udostępniający zasoby *

* *skreślić niepotrzebne*

.....
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:
dostaw sprzętu i wyrobów medycznych z podziałem na 7 zadań

- Nr W.Sz.Z: TZ-280-59/22

prowadzonego przez

Wojewódzki Szpital Zespólny im. L. Rydygiera
ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że **nie jestem** Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniach 765/2006 i 269/2014, **nie jestem** wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2. Oświadczam, że **nie jestem** Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniach 765/2006 i 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3. Oświadczam, że **nie jestem** Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniach 765/2006 i 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Data:, Podpis(-y) osób uprawnionych:

⁷**Oświadczam**, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 **ust. 1 pkt 1, 2, 3** ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).

Data:, Podpis(-y) osób uprawnionych:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data:, Podpis(-y) osób uprawnionych:

⁷ wypełnić wyłącznie wtedy, gdy zachodzą podstawy wykluczenia

OŚWIADCZENIE
składane na podstawie

art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
o NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca / Podmiot udostępniający zasoby *

** skreślić niepotrzebne*

.....
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:
dostaw sprzętu i wyrobów medycznych z podziałem na 7 zadań

- Nr W.Sz.Z: TZ-280-59/22
prowadzonego przez

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania

na podstawie art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, który stanowi, że:

1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
 - a. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
 - b. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
 - c. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

Data:, Podpis(-y) osób uprawnionych:

⁸Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie).

Data:, Podpis(-y) osób uprawnionych:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data:, Podpis(-y) osób uprawnionych:

⁸ Wypełnić wyłącznie wtedy, gdy zachodzą podstawy wykluczenia