

Konin, 20.10.2021r.

WSZ-EP-30/952/2021

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa materiałów opatrunkowych” (nr sprawy WSZ-EP-30/2021).

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. – zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pakiet 46

Pyt.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w postaci:

Zestaw do autotransfuzji składający się z łącznika do drenów (8 – 18 Ch.), służącego do podłączenia do drenów od strony rany, z mieszka wytwarzającego podciśnienie z blokadą przepływu powrotnego, służącego do wytworzenia niskiej próżni (ok. 70 mmHg), oraz z worka na krew z filtrem wstępnym 175 µm.

Kaskadowy, trójstopniowy aparat do przetoczeń krwi w autotransfuzji, filtracja 175/40/10 u.

Worek na drenaż przedłużony z zastawką antyzwrotną, kompatybilny z zestawem do autotransfuzji, pojemność 700 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Zestaw ten powinien mieć możliwość kilkakrotnego przetaczania krwi. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 46.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 48

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu 25 +/-5 µ o powierzchni lepnej :

Poz.1. 15x20cm (całkowita 20x20cm)

Poz.2. 34x40cm (całkowita 40x40cm)

Poz.3. 60x45cm (całkowita 70x45cm)

Pozostałe zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 48 poz. 1-3.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.