



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 91/02/2023

Chrzanów, 28.02.2023 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na: **Przeгляд aparatury ratującej i podtrzymującej życie oraz aparatury RTG - sprawa nr 31/2023.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK12 i LIFEPAK20 (poz. 1-7, pakiet nr 17) lub czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z użytku defibrylatorów LIFEPAK12/LIFEPAK20 w przypadku braku możliwości naprawy? Wsparcie techniczne dla tych urządzeń zostało już zaprzestane i nie gwarantujemy dostępności wszystkich części zamiennych/ akcesoriów. Takie działanie pozwoli na złożenie oferty przez autoryzowany serwis techniczny.

Odp.: Pakiet bez zmian. Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z użytku defibrylatorów LIFEPAK12/LIFEPAK20 w przypadku braku możliwości naprawy.

2. Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK zaleca w instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego wymaganiami.

Odp.: Zgodnie z zapytaniem ofertowym osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, mają posiadać wymagane uprawnienia niezbędne do przeglądu i konserwacji.

3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych urządzeń LIFEPAK w jednym terminie? Jeżeli nie to w jakich terminach (miesiąc) przewidziane są przeglądy defibrylatorów LIFEPAK? Informacja ta pozwoli oszacować ilość dojazdów, które mają istotny wpływ na cenę usług.

Odp.: Przeglądy defibrylatorów LifePak przypadają na maj, wrzesień i listopad.

4. Czy Zamawiający wymaga używania wyłącznie nowych i oryginalnych części zamiennych do defibrylatorów LIFEPAK oraz dostępu do aktualnych wersji oprogramowania?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

5. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie konserwacji urządzeń LIFEPAK w siedzibie Wykonawcy lub czy Zamawiający zapewni odpowiednie stanowisko pracy: biurko, dostęp do gniazdka elektrycznego? Ze względów bezpieczeństwa oraz konieczności korzystania ze specjalnie wyposażonego stanowiska pracy i narzędzi większość napraw musi być wykonywana w siedzibie autoryzowanego serwisu.

Odp.: Zamawiający zapewni odpowiednie stanowisko pracy: biurko, dostęp do gniazdka elektrycznego.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

6. **Dotyczy wzoru umowy w § 3 pkt 1 i 5** Skoro Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia, a także niezbędne do wykonania prac określonych w § 1ust. 1 zasoby techniczne, ludzkie i ekonomiczne, a Zamawiający wymaga, aby czynności serwisowe były wykonywane zgodnie z aktualnymi wytycznymi producenta, prosimy o potwierdzenie, że osoby wykonujące przeglądy muszą być przeszkolone przez producenta w innym przypadku osoba wykonująca przegląd nie może poświadczyć, że przegląd został wykonany zgodnie z wytycznymi producenta. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał dostęp do legalnego oprogramowania i dysponował kluczami serwisowymi potrzebnymi do kalibracji danej aparatury medycznej. Niewłaściwa kalibracja ma kluczowy wpływ w procesie diagnostycznym.

Odp.: Ponieważ postępowanie obejmuje urządzenia ponad 20 producentów, których wymagania, sposób przeglądu i konserwacja są zupełnie różne: Zamawiający nie może potwierdzić, że osoby wykonujące przeglądy muszą być przeszkolone przez producenta. Zamawiający nie może wymagać, aby Wykonawca posiadał dostęp do legalnego oprogramowania i dysponował kluczami serwisowymi niezbędnymi do kalibracji danej aparatury medycznej.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Artur Baranowski



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892