

Kraków, dnia 10.05.2024 r.

**Do**

**Uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa szklanych i plastikowych wyrobów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie** nr zamówienia DZiK-DZP.2920.5.2024

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1 - Zadanie nr 1 pozycja 62.**

Czy Zamawiający dopuści chłodnicę o długości efektywnej 300 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza chłodnicę o długości efektywnej 300 mm, równocześnie modyfikuje formularz cenowy w pozycji 62.

**Pytanie 2 - Zadanie nr 1 pozycja 232.**

Czy Zamawiający dopuści korek celulozowy o wymiarach 13,5 x 16 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza korka celulozowego o wymiarach 13,5 x 16 mm.

**Pytanie 3 - Zadanie nr 1 pozycja 280.**

Czy Zamawiający dopuści minutnik o wymiarach 62 x 50 x 23 mm? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza minutnik o wymiarach 62 x 50 x 23 mm, równocześnie modyfikuje formularz cenowy w pozycji 280.

**Pytanie 4 - Zadanie nr 1 pozycja 371.**

Czy Zamawiający dopuści naczynko o pojemności 1,5ml o wymiarze 11,5x32mm zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści naczynko o pojemności 1,5ml o wymiarze 11,6x32mm, równocześnie modyfikuje formularz cenowy w pozycji 371.

**Pytanie 5 - Zadanie nr 1 pozycja 460.**

Czy Zamawiający miał na myśli płytki o wymiarze 85,2x22,4x127,8 mm? Pojedyncze płytki 6-dołkowe spełniające pozostałe wymagania mają powyższe wymiary, a Zamawiający podał wymiar całego kartonu liczącego 50 szt. płytek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający miał na myśli płytki o wymiarze 85,2x22,4x127,8 mm. Zamawiający modyfikuje formularz cenowy w pozycji 460.

**Pytanie 6 - Zadanie nr 1 pozycja 500, 501, 502, 503.**

Czy Zamawiający dopuści próbówki o dopuszczalnym max. wirowaniu 20000 x g. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza próbówki o dopuszczalnym max. wirowaniu 20000 x g, równocześnie modyfikuje formularz cenowy w pozycji 500, 501, 502, 503.

**Pytanie 7- Zadanie nr 1 pozycja 504.**

Czy Zamawiający dopuści próbówki o dopuszczalnym max. wirowaniu 8000 x g. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza próbówki o dopuszczalnym max. wirowaniu 8000 x g, równocześnie modyfikuje formularz cenowy w pozycji 504.

**Pytanie 8 - Zadanie nr 1 pozycja 525.**

Czy Zamawiający dopuści próbówki o dopuszczalnym max. wirowaniu 11000 x g. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza próbówki o dopuszczalnym max. wirowaniu 11000 x g., równocześnie modyfikuje formularz cenowy w pozycji 525.

**Pytanie 9 - Zadanie nr 1 pozycja 633.**

Czy Zamawiający dopuści szkiełka mikroskopowe nakrywkowe rozmiar 24x24mm w opakowaniu 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość? Zgodnie z wiedzą wykonawcy producent wycofał z produkcji szkiełka o rozmiarze 24x24 w opakowaniach 200 szt. i spełniające pozostałe wymagania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści szkiełka mikroskopowe nakrywkowe rozmiar 24x24mm w opakowaniu 100 szt., równocześnie modyfikuje formularz cenowy w pozycji 633.

**Pytanie 10 - Zadanie nr 1 pozycja 709.**

Czy Zamawiający dopuści uchwyt trójpalczasty 0-40mm odlew cynkowy o trzpieniu 8mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści uchwyt trójpalczasty 0-40mm odlew cynkowy o trzpieniu 8mm, równocześnie modyfikuje formularz cenowy w pozycji 709.

**Pytanie 11 - Zadanie nr 1 pozycja 719.**

Czy Zamawiający miał na myśli worki w opakowaniach jednostkowych 20 opakowań po 25 sztuk worków?

**Odpowiedź:**

Zamawiający miał na myśli worki w opakowaniach jednostkowych 20 opakowań po 25 sztuk worków. Zamawiający modyfikuje formularz cenowy w pozycji 719.

**Pytanie 12 - Zadanie nr 1 pozycja 774.**

Czy Zamawiający dopuści złącze o długości całkowitej 135mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza złącze o długości całkowitej 135mm. Zamawiający modyfikuje formularz cenowy w pozycji 774.

**Pytanie 13 - Zadanie nr 1 pozycja 790.**

Czy Zamawiający miał na myśli tygiel kwarcowy niski 80ml o śr. 70mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający miał na myśli tygiel kwarcowy średni 80 ml o śr. 70 mm. Zamawiający modyfikuje formularz cenowy w pozycji 790.

**Pytanie 14 - Zadanie nr 2 pozycja 3.**

Czy Zamawiający dopuści dozownik z dokładnością dozowania 0,6%. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dozownik z dokładnością dozowania 0,6%, równocześnie modyfikuje formularz cenowy w pozycji 3.

**Pytanie 15 - Zadanie nr 2 pozycja 50,51,52,53,55,56,58,62.**

Proszę o dopuszczenie pipet automatycznych bez filtra w trzonie. W wyżej wymienionych pozycjach są to pipety automatyczne o niskich objętościach poboru substancji i takie pipety nie posiadają filtra w trzonie ze względu na wąską obudowę trzonu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w pozycjach 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 62 pipety automatyczne bez filtra w trzonie, równocześnie modyfikuje formularz cenowy w pozycji 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 62.

Zamawiający dokonuje modyfikacji wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zamieszczonych na stronie prowadzonego postępowania w dniu 26.04.2024 r. w zakresie następującego pytania:

**Pytanie 7 - Zadanie nr 2** pozycja 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 62

Czy w pozycjach 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58 oraz 62 Zamawiający dopuści zaoferowanie pipet nie posiadających filtra w trzonie? Filtry opisane przez Zamawiającego posiadają jedynie pipety o dużych pojemnościach tj. 500-5000µl czy też 1000-10000µl. W pipetach o mniejszych pojemności producenci nie są w stanie zastosować filtra z uwagi na bardzo cienką budowę trzonu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w pozycjach 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 62 pipety automatyczne bez filtra w trzonie, równocześnie modyfikuje formularz cenowy w pozycji 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 62.

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w zakresie wyznaczonego terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

- Termin składania ofert 27.05.2024 r. godz. 09:00.
- Otwarcie ofert nastąpi 27.05.2024 r. o godz. 09:15.
- Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania oferta jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, do dnia 24.08.2024 r.

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Kanclerz  
Uniwersytetu Rolniczego  
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  
Dyrektor ds. majątku i inwestycji  
mgr Marcin Gałań