

Grudziądz, dnia 26.02.2019 r.

**Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. dr. Władysława Biegańskiego
ul. dr. Ludwika Rydygiera 15/17
86-300 Grudziądz
NIP 876-20-08-352, Regon 870298738**

Do wszystkich Wykonawców

ZP-339/19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń (znak sprawy: Z/41/PN/18).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę wyposażenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń (znak sprawy: Z/41/PN/18)**, wpłynęły zapytania, do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1. Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.

Pyt.1 pkt 6. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z podstawą jezdną niezabudowaną? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

2. Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.

Pyt.2 pkt.10 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko bez pozycjonera przewodów kroplówek? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

3. Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.

Pyt.3 pkt.11 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko bez pozycjonerów bioder? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

4. Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.

Pyt.4 pkt.15 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko o długości zewnętrznej bez przedłużenia leża 241 cm? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

5. Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.

Pyt.5 pkt. 16 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko o długości zewnętrznej z przedłużeniem leża 263 cm? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

6. Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.

Pyt.6 pkt.20 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko bez alarmu odblokowanego hamulca? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

7. Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.

Pyt.7 pkt.23 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z regulacją wysokości w zakresie 36-80cm? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

8. Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: *Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.*

Pyt.8 pkt.27 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone w barierki o wysokości 46cm? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

9. Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: *Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.*

Pyt.9 pkt.28 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z barierkami dzielonymi wyposażone w wskaźnik kąta nachylenia segmentu oparcia, które się automatycznie zatrzymują osiągając pozycję 30st? Chcąc kontynuować wznoszenie oparcia trzeba ponownie wcisnąć odpowiedni przycisk”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

10. Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: *Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.*

Pyt.10 pkt.30 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z manualną regulacją długości segmentu nożnego? Elektryczna regulacja długości segmentu nożnego dostępna jest tylko u jednego producenta”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

11. Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: *Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.*

Pyt.11 pkt.31 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z funkcją autokontur która zapobiega przemieszczaniu się pacjenta a zintegrowany materac samoczynnie utrzymuje odpowiednie ciśnienie w każdej sytuacji? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

12. Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.

Pyt.12 pkt.32 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-62°?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

13.Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.

Pyt.13 pkt.34 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z regulacją elektryczną części nożnej (dot. uda wraz z podudziem) w zakresie 0-36°”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

14.Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.

Pyt.14 pkt.36 i 38 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z maksymalnym przechylem oraz regulacją pozycji Trendeleburga i antyTrendeleburga w zakresie 0-12°?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

15.Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.

Pyt.15 pkt.39 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z funkcją CPR uruchamianą elektrycznie lub za pomocą specjalnie oznaczonej dźwigni ręcznej? Opisany system dostępny jest tylko u jednego producenta”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

16.Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: *Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.*

Pyt.16 pkt.42 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z elektryczną i manualną funkcją CPR polegającą na tym że po naciśnięciu przycisku lub dźwigni łóżko samoczynnie się obniża i poziomuje a z zintegrowanego materac zostaje wypompowane powietrze? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

17.Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: *Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.*

Pyt.17 pkt.44 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z bez funkcji wyjściowej opisanej w pkt 44? Opisane kryteria może spełnić tylko jeden producent”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

18.Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: *Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.*

Pyt.18 pkt.45 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z elektrycznie regulowaną pozycją wyjściową boczną polegającą na tym że w sekcji siedzenie zostaje wypompowane powietrze w celu stabilizacji pacjenta i ułatwienia opuszczenia pacjentowi łóżka? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

19.Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: *Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.*

Pyt.19 pkt.49 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z wbudowanymi w barierki boczne wyświetlaczami informującym o kącie nachylenia oraz parametrach wagi a sterowanie zintegrowanym materacem i uruchomienie funkcji obrotu odbywa się na zintegrowanym sterowniku umieszczonym na szczycie dolnym łóżka? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

20.Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.

Pyt.20 pkt.53 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z wbudowaną wagą klasy III z pomiarem do najbliższych 100g lub 500g bez możliwości tworzenia statystyki zmian? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

21.Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.

Pyt.21 pkt.56 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko bez możliwości aktywowania alarmu opuszczenia oparcia poniżej kąta 30° lub 45°? Proponujemy alternatywne rozwiązanie. Łóżko w celach bezpieczeństwa nie pozwoli na rotację boczną pacjenta w momencie uzyskania kąta oparcia segmentów pleców powyżej 30° oraz przy puszczonej barierce ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

22.Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.

Pyt.22 pkt.60 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko bez sygnalizacji konieczności wykonania czynności serwisowych? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

23.Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: *Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.*

Pyt.23 pkt.74 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko bez napędu elektrycznego?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

24.Zapytanie:

„Przedmiot zamówienia: *Łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem.*

Pyt.24 pkt.76 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko bez dodatkowych uchwytów transportowych ale ze specjalnymi wycięciami w szczytach górnych i dolnych ułatwiającymi manewrowanie łóżkiem?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

25.Zapytanie:

„ II Pytania do wymagań dodatkowych

Pyt.1 pkt.3 Czy zamawiający dopuści łóżko z możliwością programowania czasu rotacji bocznej z jednej pozycji ułożeniowej do drugiej a stopień wychylenia wynosi około 20°. Prosimy o uznanie tej funkcji jako równoważnej i przyznanie punktu?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

26.Zapytanie:

„ II Pytania do wymagań dodatkowych

Pyt.24 pkt.4 i 5 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z funkcją terapii pulsacyjnej z możliwością regulacji ustawień: niska pulsacja, średnia pulsacja, wysoka pulsacja oraz czasu? Prosimy o uznanie tej funkcji jako równoważnej i przyznanie punktów”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

27.Zapytanie:

„Pytania do przedmiotu zamówienia: respirator 9 sztuk

II pkt. 40 – Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego zapisu wskazującego konkretnego producenta? Wszystkie współcześnie produkowane respiratory są tak zbudowane, aby zabezpieczyć układ przed rozłączeniem przy respiratorze np. umieszczając miejsce instalacji układu pod spodem lub z boku jednostki centralnej bez zużycia bolców”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

28.Zapytanie:

„Pytania do przedmiotu zamówienia: respirator 9 sztuk

III pkt. 13 – Zwracamy się o wykreślenie zdania: Możliwość pominięcia testu w sytuacjach wymagających szybkiego rozpoczęcia wentylacji.

Taki zapis zwalnia użytkownika od podstawowej zasady zapewnia bezpieczeństwa pacjenta. Szybkie rozpoczęcie groźnej w skutkach wentylacji jest z medycznego punktu widzenia niedopuszczalne”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

29.Zapytanie:

„Pytania do przedmiotu zamówienia: respirator 9 sztuk

III pkt. 17 – Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, gdy respirator posiadający tryb w zamkniętej pętli oddechowej wyznacza tryb wentylacji i ustawia parametry alarmów na podstawie analizy stanu płuc i aktywności oddechowej pacjenta, bez kontekstualnych odpowiedzi?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

30.Zapytanie:

„(...) Defibrylator dwufazowy ze stymulacją i kardiowersją – pozycja numer 5 (...)

Pyt. 1 Czy zamawiający mając na względzie możliwość dokonania zakupu w konkurencyjnej, obniżonej cenie defibrylatorów zgodzi się na wydzielenie tej części do osobnego zadania?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, Zamawiający informuję, że nie przewiduje się modyfikacji we wnioskowanym zakresie.

31.Zapytanie:

„(...) Defibrylator dwufazowy ze stymulacją i kardiowersją – pozycja numer 5 (...)

Pyt. 2 Zamawiający opisał wymóg posiadania auto testu urządzenia „wykonywany bez potrzeby włączania defibrylatora” Czy w związku z zamieszczonym opisem zamawiający wymaga, by codzienny auto test był wykonywany w następujących trybach: pracy akumulatorowej, akumulatorowo-sieciowej i sieciowej?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

32.Zapytanie:

„(...) Defibrylator dwufazowy ze stymulacją i kardiowersją – pozycja numer 5 (...)

Pyt. 3 dot. pozycji V pkt. 1; 2; 4; 5 Czy w związku z tym, że nie ma jednoznacznych badań wykazujących poprawę przeżywalności pacjentów u których monitorowano jakość uciśnień klatki piersiowej opisanym przez Zamawiającego rozwiązaniem (działanie tego typu czujników jest obarczone bardzo dużym błędem pomiarowym – opisano w przytoczonych wytycznych Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC i AHA 2015), Zamawiający zrezygnuje z tego parametru?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

33.Zapytanie:

„(...) Defibrylator dwufazowy ze stymulacją i kardiowersją – pozycja numer 5 (...)

Pyt.4 Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator w zestawie z kapnometrem? Kapnometria jest obecnie jedynym rekomendowanym i wiarygodnym narzędziem oceny jakości prowadzonych uciśnień klatki piersiowej podczas prowadzenia RKO (Wytyczne Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC i AHA 2015)”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

34.Zapytanie:

„(...) Defibrylator dwufazowy ze stymulacją i kardiowersją – pozycja numer 5 (...)

Pyt.5 Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wskazał na wymóg posiadania przez defibrylator metronomu działającego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2015. Czy w związku z tym, że przytoczone wytyczne zalecają różne tryby pracy metronomu dla personelu medycznego, Zamawiający wymaga przynajmniej czterech różnych trybów pracy dla tego rozwiązania?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

35.Zapytanie:

„(...) Defibrylator dwufazowy ze stymulacją i kardiowersją – pozycja numer 5 (...)

Pyt.6 Zamawiający określił wymóg posiadania metronomu przez zaoferowane defibrylatory. Czy w związku z powyższym zamawiający stawia jednocześnie wymóg działania metronomu w trybie manualnym i automatycznym AED?”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

36.Zapytanie:

„(...) Defibrylator dwufazowy ze stymulacją i kardiowersją – pozycja numer 5 (...)

Pyt.7 Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator posiadający regulację tempa stymulacji w zakresie 40-170 imp/min?”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

37.Zapytanie:

„(...) Defibrylator dwufazowy ze stymulacją i kardiowersją – pozycja numer 5 (...)

Pyt.8 Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator pozbawiony funkcji zapisu danych na karcie pamięci, ale z zachowaną możliwością eksportu danych do komputera? Dane personalne pacjenta w tym dane zdrowotne podlegają szczególnej ochronie. Zapisywanie ich na nośniku, który łatwo zagubić, ukraść wiąże się bardzo dużym ryzykiem „wypłynięcia” informacji wrażliwych poza placówkę medyczną.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

38.Zapytanie:

„(...) Defibrylator dwufazowy ze stymulacją i kardiowersją – pozycja numer 5 (...)

Pyt. 9 Czy zamawiający opisując test defibrylatora na zasilaniu za pomocą akumulatorów ma na myśli urządzenie wyposażone w minimum dwa ogniwa zasilające? .”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

39.Zapytanie:

„ Dotyczy pozycja 11.9 Kanapa

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tolerancji wymiaru +- 5%. ”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

40.Zapytanie:

„Dotyczy pozycja 11.8 Fotel do biurka

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie paramentu oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1(zapis sugeruje 1 producenta)

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tolerancji wysokości +- 10%. ”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

41.Zapytanie:

„ Dotyczy pozycja 11.11 Fotel

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tolerancji wymiaru +- 5%. ”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

42.Zapytanie:

„ Dotyczy pozycja 11.16 Krzesło konferencyjne

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tolerancji wymiaru +- 5%. ”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

43.Zapytanie:

„ Dotyczy pozycja 11.16 Krzesło stołu

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tolerancji wymiaru +/- 5%.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

44.Zapytanie:

„ Dotyczy pozycja 12.1 Dozownik do mydła

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu (bez elementów plastikowych) względy ekonomiczne.

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu Przeznaczony do preparatów w jednorazowych opakowaniach z wylewką zapobiegającą wtórnej kontaminacji(system zamknięty) do higieny rąk)-względy ekonomiczne

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na przykręcane lub przyklejane (istnieje możliwość uszkodzenia instalacji wew ścian).”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, Zamawiający informuję, że nie przewiduje się modyfikacji we wnioskowanym zakresie.

45.Zapytanie:

„ Dotyczy pozycja 12.2 Dozownik do płynu dezynfekcyjnego

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu (bez elementów plastikowych) względy ekonomiczne.

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu Przeznaczony do preparatów w jednorazowych opakowaniach z wylewką zapobiegającą wtórnej kontaminacji(system zamknięty) do higieny rąk)-względy ekonomiczne

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na przykręcane lub przyklejane (istnieje możliwość uszkodzenia instalacji wew ścian).”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, Zamawiający informuję, że nie przewiduje się modyfikacji we wnioskowanym zakresie.

46.Zapytanie:

„ Dotyczy pozycja 12.3 Pojemnik do ręczników papierowych

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tolerancji wymiaru +/- 15%.(zapis sugeruje 1 producenta).”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

47.Zapytanie:

„ Dotyczy pozycja 12.6 Kosz na odpady zbiorcze

Zwracamy się z prośbą o zastąpienie zapisu wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9 na wykonany ze stali kwasoodpornej.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tolerancji wymiaru +/- 5%.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

48.Zapytanie:

„Dotyczy pozycja 12.8 Mikrofalówka

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tolerancji wymiaru +/- 5%.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

49.Zapytanie:

„**Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Monitor funkcji życiowych – 20 szt. (poz. 1.2.)**

Praca w sieci centralnego monitorowania, punkt III.5. i III.6.

Mając na uwadze fakt, że Zamawiający nie dokonuje zakupu centrali monitorujących, które zapewniłyby centralny, zdalny nadzór nad monitorowanymi pacjentami, czy Zamawiający będzie wymagał, aby opisane w punktach III.5. i III.6. funkcjonalność zdalnego podglądu pomiędzy monitorami, a także wzajemnego wyświetlania informacji o alarmach z automatycznym otwarciem ekranu zdalnego monitora, działały również bez obecności w sieci monitorowania centrali lub innych dedykowanych serwerów?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

50.Zapytanie:

„**Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Monitor funkcji życiowych – 20 szt. (poz. 1.2.)**

Praca w sieci centralnego monitorowania, punkt III.7.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wydruku krzywych, trendów, wyników obliczeń i raportów, bez możliwości wydruku „zrzutów ekranu”? Drukowanie całej zawartości ekranu kardiomonitora nie wnosi żadnej korzyści klinicznej, a pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli na zaoferowanie najnowszego systemu monitorowania firmy GE: monitora Careescape B850 v3.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

51.Zapytanie:

„Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Monitor funkcji życiowych – 20 szt. (poz. 1.2.)

Praca w sieci centralnego monitorowania, punkt III.8.

Mając na uwadze fakt, że Zamawiający nie dokonuje zakupu centrali monitorujących, uprzejmie prosimy o poprawkę oczywistej omyłki pisarskiej i wykreślenie wymogu dostarczenia drukarek do centrali w punkcie III.8.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

52.Zapytanie:

„Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Monitor funkcji życiowych – 20 szt. (poz. 1.2.)

Monitor stacjonarny, punkt V.3.

Czy mając na uwadze usprawnienie procesu przyjęcia pacjenta, czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany monitor stacjonarny umożliwiał podłączenie czytnika kodów kreskowych do portu USB, w celu wczytania numeru ID pacjenta z opaski noszonej przez pacjenta na przedramieniu?”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

53.Zapytanie:

„Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Monitor funkcji życiowych – 20 szt. (poz. 1.2.)

Moduł transportowy, punkt VI.2.

Prosimy o wyjaśnienie, czy przez „interfejs użytkownika modułu transportowego zharmonizowany z monitorem stacjonarnym (wygląd, nawigacja, itp.), Zamawiający ma na myśli rozwiązanie, w którym moduł transportowy i monitor stacjonarny obsługiwane są w taki sam sposób, rozmieszczenie i funkcjonowanie przycisków ekranowych, oraz zakładek menu jest takie samo, dzięki czemu obsługa całego systemu jest bardziej intuicyjna, nie wymaga osobnego szkolenia z obsługi monitora stacjonarnego i modułu transportowego i zminimalizowane jest ryzyko pomyłki?”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż wymaga, aby moduł transportowy z monitorem stacjonarnym był spójny i zgodny. Zamawiający nie wymaga, aby

moduł transportowy i monitor stacjonarny były obsługiwane w taki sam sposób. Zamawiający nie wymaga, aby rozmieszczenie i funkcjonowanie przycisków ekranowych oraz zakładek menu było takie same (identyczne).

54.Zapytanie:

„Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Monitor funkcji życiowych – 20 szt. (poz. 1.2.)

Moduł transportowy, punkt VI.11.

Prosimy o potwierdzenie, że przez „wbudowany uchwyt, ułatwiającą przenoszenie, której nie trzeba odłączać na czas dokowania do pracy na stanowisku” Zamawiający ma na myśli dedykowaną rączkę, pozwalającą na jej pełne objęcie w dłoni, a co za tym idzie minimalizującą ryzyko wyslizgnięcia się urządzenia z ręki w czasie transportu?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że ma na myśli dedykowaną rączkę pozwalającą na jej pełne objęcie w dłoni, ale również wyprofilowaną obudowę modułu transportowego, która umożliwi uchwyt monitora w czasie transportu odłączenie lub podłączenie na czas dokowania do pracy na stanowisku.

55.Zapytanie:

„Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Monitor funkcji życiowych – 20 szt. (poz. 1.2.)

Moduł transportowy, punkt VI.13.

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie 20 kompletów modułów do pomiaru CO₂, z czego np. 16 będzie umożliwiała monitorowanie kapnografii stacjonarnie, a 4 stacjonarnie i w transporcie? Taka ilość w zupełności zabezpieczy potrzeby oddziału, ponieważ nigdy nie ma takiej sytuacji, aby wszyscy pacjenci byli transportowani jednocześnie.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

56.Zapytanie:

„Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Monitor funkcji życiowych – 20 szt. (poz. 1.2.)

Moduł transportowy, punkt VI.14.

Prosimy o wyjaśnienie, czy zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga, aby moduł transportowy umożliwiał podgląd przechowywanej pamięci trendów w trakcie transportu?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że mając na uwadze treść opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający **nie wymaga**, aby moduł transportowy umożliwiał podgląd przechowywanej pamięci trendów w trakcie transportu.

57.Zapytanie:

„Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Monitor funkcji życiowych – 20 szt. (poz. 1.2.)

Monitorowane parametry, EKG, punkt VII.7.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli możliwość rozbudowy oferowanych kardiomonitorów o funkcję umożliwiającą analizę EKG spoczynkowego z 12 odprowadzeń?.”

Odpowiedź

Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy systemu monitorowania o oprogramowanie umożliwiające analizę spoczynkową 12-odprowadzeniowego EKG.

58.Zapytanie:

„Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Monitor funkcji życiowych – 20 szt. (poz. 1.2.)

Monitorowane parametry, Analiza arytmii, punkt VII.10.

Czy Zamawiający przydzieli dodatkowe punkty w ocenie technicznej za algorytm rozpoznawania arytmii, który zgodnie z zaleceniami American Heart Association (AHA), realizuje analizę w 4 odprowadzeniach jednocześnie, zapewniając najwyższy poziom rozpoznawania arytmii i minimalizując tym samym liczbę fałszywych alarmów?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

59.Zapytanie:

„Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Monitor funkcji życiowych – 20 szt. (poz. 1.2.)

Monitorowane parametry, Analiza arytmii, punkt VII.11.

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby algorytm analizy arytmii w kardiomonitorze rozpoznawał arytmie przedsionkowe, w tym migotanie przedsionków – główną przyczynę udaru niedokrwiennego mózgu i dopuści alternatywnie (w celu zapewnienia uczciwej konkurencji) zaoferowanie po 1 szt. stacjonarnego aparatu EKG na każdy oferowany monitor, który pozwoli na wykrywanie tej arytmii w trybie monitorowania ciągłego?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

60.Zapytanie:

„Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Monitor funkcji życiowych – 20 szt. (poz. 1.2.)

Monitorowane parametry, Analiza ST, punkt VII.15.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby monitorowanie QT/QTc – podobnie jak innych wymaganych parametrów – było dostępne w oferowanym systemie i umożliwiała ustawienie alarmu, który sygnalizować będzie wydłużenie odcinka QT powyżej ustawionej wartości?.”

Odpowiedź

Zamawiający wymaga ciągłego monitorowania i wyświetlania wartości QT/QTc na ekranie kardiomonitora lub możliwości pomiaru QT/QTc suwmiarką ekranową w systemie centralnego monitorowania.

61.Zapytanie:

„Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Monitor funkcji życiowych – 20 szt. (poz. 1.2.)

Monitorowane parametry, Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP), punkt VII.40.

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie modułów pomiarowych ciśnienia w 2 kanałach, z możliwością rozbudowy w przyszłości o dodatkowe kanały pomiarowe ciśnienia do min. 4?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

62.Zapytanie:

„Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Monitor funkcji życiowych – 20 szt. (poz. 1.2.)

Alarmy, punkt VIII.3.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga od części wykonawców dostarczenia pewnej funkcjonalności, polegającej na możliwości eskalacji alarmów przez kardiomonitor, jednocześnie pozwalając innym na zaoferowanie monitorów bez tej funkcji z możliwością rozbudowy o dostępny w ich portfolio system umożliwiający oczekiwaną eskalację alarmów. Jest to przykład nieuczciwego traktowania wykonawców, wobec czego prosimy o zmianę treści punktu VIII.3 na: „Konfigurowana przez użytkownika funkcja eskalacji alarmów, umożliwiająca automatyczne zwiększenie priorytetu alarmu na wypadek braku reakcji

personelu medycznego na pierwotny alarm o niższym priorytecie lub system alarmowania z eskalacją personalną, przenoszącą alarm do kolejnych wyznaczonych osób odpowiedzialnych w przypadku braku reakcji, realizowany w sposób pozwalający zachować ciche środowisko intensywnej terapii.”, co zapewni Zamawiającemu oczekiwaną funkcjonalność i pozwoli na równe traktowanie wszystkich potencjalnych wykonawców.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

63.Zapytanie:

„Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Monitor funkcji życiowych – 20 szt. (poz. 1.2.)

Pozostałe, punkt XI.3.-5.

Prosimy o wyjaśnienie, czy zgodnie z wymogami SIWZ Zamawiający wymaga opisanych możliwości rozbudowy w formie modułów pomiarowych podłączanych oferowanego kardiomonitora? W przeciwnym wypadku rozbudowa o wymagane pomiary spowoduje konieczność instalacji na stanowisku pacjenta szeregu zewnętrznych, dodatkowych urządzeń, na co nie ma miejsca w środowisku OIT.”

Odpowiedź

Zamawiający w wymaganych w punktach XI.3,4,5 możliwości rozbudowy wskazanych pomiarów w formie modułów pomiarowych podłączanych do oferowanego kardiomonitora lub przez zastosowanie dodatkowych urządzeń.

64.Zapytanie:

„Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Monitor funkcji życiowych – 20 szt. (poz. 1.2.)

Pozostałe, punkt XI.6.-7.

Prosimy o wyjaśnienie, czy zgodnie z wymogami SIWZ Zamawiający przydzieli punkty w ocenie technicznej wyłącznie dla systemu monitorowania, który umożliwi rozbudowę o takie pomiary jak: kalorymetria pośrednia oraz EEG z możliwością pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu; realizowane za pośrednictwem modułów oferowanego systemu monitorowania, zapewniające obrazowanie i pełną obsługę oferowanych pomiarów za pośrednictwem ekranu kardiomonitora stacjonarnego? W przeciwnym wypadku, każdy producent systemu monitorowania – również systemu najniższej klasy – może stwierdzić, że oferowany system ma oczekiwaną możliwość rozbudowy: za pośrednictwem zewnętrznych urządzeń medycznych, całkowicie odizolowanych od oferowanego systemu monitorowania pacjenta, i również otrzyma punkty w ocenie technicznej.”

Odpowiedź

Zgodnie z wymogami SIWZ Zamawiający przydzieli w ocenie technicznej punkty za spełnienie możliwości rozbudowy o wskazane pomiary.

65.Zapytanie:

„ Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Respirator – 9 szt. (poz. 1.3 I 3)

Pkt. II.6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez wentylacji typu MMV lub MMR, ale z analogiczną- funkcją ustawiania minimalnej ilości oddechowej dla VS, CPAP oraz NIV, która to funkcja wymusza minimalną częstość oddechów pacjenta? Określanie minimalnej ilości oddechów pozwala na automatyczne przechodzenie z wentylacji spontanicznej do wentylacji kontrolowanej przy nie osiągnięciu ustawionej przez użytkownika minimalnej ilości oddechów wymaganych. Oczywiście ta funkcja działa również w drugą stronę, pacjent może zacząć oddychać spontanicznie i automatyczne oddechy kontrolowane przestaną być dostarczane. Ta unikalna funkcja pozwala na pośrednie określenie.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

66.Zapytanie:

„ Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Respirator – 9 szt. (poz. 1.3 I 3)

Pkt. II.7

Czy Zamawiający przyzna również 1 pkt. za odpowiednik wymienionych trybów wentylacji - unikalną Automatyczną funkcję SBT stworzoną w odpowiedzi na ustalenia Międzynarodowej Konferencji dotyczącej odzwyczajania (International Consensus Conference on weaning, - held in Budapest), na którym ustalono że najczęściej stosowaną procedurą odzwyczajania jest próba oddechu spontanicznego, oraz że protokoły odzwyczajania stosujące codzienne monitorowanie pacjenta wraz z zastosowaniem prób SBT skracają czas do ekstubacji, zmniejszają ilość tracheostomii oraz zmniejszają ryzyko ponownej intubacji. Automatyczna funkcja SBT pozwala pacjentowi oddychać w sposób spontaniczny przez z góry narzucony czas próby, pozwala na monitorowanie parametrów i trendów SBT, ustawia parametry odzwyczajania specyficzne dla danej próby, przekroczenie których spowoduje automatyczne zakończenie próby i bezpośrednio przejście do ustawień poprzedniego, kontrolowanego trybu wentylacji?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

67.Zapytanie:

„ Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Respirator – 9 szt. (poz. 1.3 I 3)

Pkt. II.16

Czy Zamawiający dopuści częstość oddechów przy wentylacji CMV-IPPV 3-120 l/min.?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

68.Zapytanie:

„Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Respirator – 9 szt. (poz. 1.3 I 3)

Pkt. II 41

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator posiadający możliwość wyświetlania wartości V_{ds}/V_t , ale w przypadku korzystania z danych otrzymanych między innymi z modułu do pomiaru kapnometrii- w opisanym postępowaniu nie jest on wymagany? A więc jeśli Zamawiający zechce w przyszłości rozbudować respiratory o pomiar CO_2 respirator będzie mógł wyświetlić wynik kalkulacji.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

69.Zapytanie:

„Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Respirator – 9 szt. (poz. 1.3 I 3)

Pkt. III. 17

Czy Zamawiający uzna za spełnienie funkcji opisanej w pkt. III.17 i dopuści respirator wyposażony w alternatywne rozwiązanie polegające na wyświetlaniu informacji ułatwiających użytkownikowi wykonanie testu urządzenia oraz odczytywanie komunikatów alarmowych z propozycjami możliwych przyczyn alarmu lub podpowiedzią jak rozwiązać problem?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

70.Zapytanie:

„Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Respirator – 9 szt. (poz. 1.3 I 3)

Pkt. IV.4

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator nie posiadający jednorazowych zastawek wydechowych? Stosowanie filtrów przed zastawką oraz możliwość sterylizacji zabezpiecza przed drobnoustrojami.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

71.Zapytanie:

„Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Monitor rzutu serca – 6 szt. (poz. 2.1.)

Wymagania ogólne, pkt. I.3.:

Czy Zamawiający dopuści moduły pomiarowe ciągłego rzutu minutowego serca, podłączane do oferowanego systemu monitorowania pacjenta, umożliwiające monitorowanie: rzutu serca metodą PiCCO kalibrowaną metodą termodylucji przezpłucnej – wykorzystujące łącznie 2 dostępy naczyniowe: tętniczy (udowy) i OCŻ, z możliwością monitorowania ScvO2 (oraz SvO2) przy pomocy dodatkowego modułu pomiarowego i zaoferowanie 1szt. takiego dodatkowego modułu? Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli na zaoferowanie modułów E-PiCCO oraz modułu E-COPsv do monitorów Carescape B850 firmy GE.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

72.Zapytanie:

„Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Monitor rzutu serca – 6 szt. (poz. 2.1.)

Mierzone lub wyliczane parametry, pkt. II.11, II.12 i II.13.:

Czy Zamawiający dopuści moduły pomiarowe PiCCO bez pomiaru i/lub obliczania parametrów ScvO2, DO2 (w tym indeksowane) i VO2 (w tym indeksowane), z możliwością monitorowania ScvO2 przy użyciu dodatkowego modułu pomiarowego i zaoferowanie 1szt. takiego dodatkowego modułu? Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli na zaoferowanie modułów E-PiCCO oraz modułu E-COPsv do monitorów Carescape B850 firmy GE”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

73.Zapytanie:

„Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot zamówienia: Monitor rzutu serca – 6 szt. (poz. 2.1.)

Pozostałe, pkt. III.1.:

Czy Zamawiający dopuści pomiar PiCCO za pośrednictwem modułu do oferowanych kardiomonitorów, umożliwiając wyświetlanie danych na ekranie kardiomonitora: w formie bieżących wartości parametrów, w formie trendów tabelarycznych, w formie krzywych dynamicznych, a także w formie tzw. wykresu radarowego? Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli na zaoferowanie modułów E-PiCCO oraz modułu E-COPSy do monitorów Carescope B850 firmy GE”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

74.Zapytanie:

„Załącznik nr 5. do SIWZ – WZÓR UMOWY

Par. 7 ust. 1.2 i 1.4 - W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu”.

Odpowiedź

Informuję, iż z uwagi na specyfikę zarówno przedmiotu zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, jak i specyfikę Zamawiającego jako Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Zamawiający nie przewiduje dokonania zmiany we wnioskowanym zakresie.

Nadmienienia wymaga, że Wykonawca przystępując do postępowania nie powinien od razu zakładać nienależytego wykonywania umowy w związku z powyższym dopiero na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający rozpatrzy wszystkie okoliczności faktyczne i prawne i zajmie ostateczne stanowisko.

75.Zapytanie:

„Pytanie dotyczy zadania nr: 2.1 Monitory rzutu minutowego serca

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało technologię realizującą pomiar rzutu serca z wykorzystaniem dostępu do jednego naczynia?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

76.Zapytanie:

„Pytanie dotyczy zadania nr: 2.1 Monitory rzutu minutowego serca

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało technologię pozwalającą na ciągły pomiar saturacji krwi ScvO2 żylny mierzonej w żyłę główną górną, z wyłączeniem

pomiaru saturacji mieszanej krwi żyłnej SVO2 do pomiaru której wymagany jest cewnik Swana – Ganza zakładany do tętnicy płucnej?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

77.Zapytanie:

„Pytanie dotyczy zadania nr: 2.1 Monitory rzutu minutowego serca

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby pomiar saturacji krwi żyłnej w żyłę głównej górnej był mierzony z wykorzystaniem sondy światłowodowej zakładanej do istniejącego cewnika centralnego?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

78.Zapytanie:

„Pytanie dotyczy zadania nr: 2.1 Monitory rzutu minutowego serca

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany monitor oprócz pomiaru ScvO2 posiadał opcję pomiaru dostawy tlenowej DO2, opcję pomiaru konsumpcji tlenowej VO2 oraz współczynnik ekstrakcji tlenu O2ER?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

79.Zapytanie:

„ Defibrylator dwufazowy ze stymulacją i kardiowersją – 2szt(poz. 5)

— Pkt. I.5- Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z klasą odporności IPX1?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

80.Zapytanie:

„ Defibrylator dwufazowy ze stymulacją i kardiowersją – 2szt(poz. 5)

— Pkt. V. 1,2,4,5- Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator nieposiadający funkcji monitorowania RKO? Wszystkie powyższe wymagania jednoznacznie wskazują na defibrylator X-series, co uniemożliwia złożenie ofert konkurencyjnych. W zamian oferujemy defibrylator z funkcją metronomu, który wspiera kompresję klatki piersiowej

(programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani)”).

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

81.Zapytanie:

„ *Defibrylator dwufazowy ze stymulacja i kardiowersja – 2szt(poz. 5)*

— *Pkt. VI.Pkt.2 - Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator wyposażony w funkcję stymulacji zewnętrznej regulowaną w zakresie 40-170 imp/min.?*”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

82.Zapytanie:

„ *Defibrylator dwufazowy ze stymulacja i kardiowersja – 2szt(poz. 5)*

— *Pkt. VIII.Pkt.1,2 - Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej 5,5” z prezentacją do 2 kanałów dynamicznych?*”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

83.Zapytanie:

„ *Defibrylator dwufazowy ze stymulacja i kardiowersja – 2szt(poz. 5)*

— *Pkt. VIII.Pkt.3 - Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator wyposażony rejestrator termiczny z wydrukiem na papierze o szerokości 50mm?*”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

84.Zapytanie:

„ *Defibrylator dwufazowy ze stymulacja i kardiowersja – 2szt(poz. 5)*

– *Pkt. VIII.Pkt.4,5,6 - Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z zapisem 100 rekordów danych pacjentów w pamięci wewnętrznej z możliwością transmisji do komputera przy pomocy opcjonalnego modułu Wifi?*”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

85.Zapytanie:

„ Dotyczy zapisów SIWZ

Dot. SIWZ rozdział VI.3 ppkt 3

Czy w zamian wymagania przedstawienia opłaconej polisy OC, Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia w którym Wykonawca zobowiąże się w przypadku wybranie jego oferty do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 14 mln zł oraz zobowiąże się do przedstawienia wymaganej polisy przed podpisaniem umowy?

Zgoda na powyższe pozwoli Wykonawcy, który do tej pory nie miał potrzeby posiadania ubezpieczenia OC w wymaganej kwocie, ponieść koszty takiego ubezpieczenie tylko w przypadku, gdy jego oferta zostanie wybrana i uzyska on zamówienie.”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

86.Zapytanie:

„ Dot. SIWZ rozdział VI.4

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie elementów kastomizowanych, jakimi są meble itp. robione na zamówienie z obowiązku dostarczenia folderów czy fotografii i innych dokumentów, jako urządzenia niemedyczne.”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany w przedmiotowym zakresie.

87.Zapytanie:

„ Dot. Załącznika nr do SIWZ – wzór umowy

1. Pytanie do § 3 ust. 1 pkt 1 – zgodnie z umową Zamawiający obowiązany jest do przekazania Wykonawcy terenu budowy, umowa jednak nie określa terminu wykonania przez Zamawiającego tego obowiązku. Termin wykonania umowy liczony jest natomiast od dnia podpisania umowy. Wykonawca sugeruje, że zachowanie terminu wykonania umowy uzależnione jest od sprawnego przekazania terenu budowy. W związku z powyższym sugeruje wprowadzenie do umowy bezwzględnego obowiązku Zamawiającego do przekazania Wykonawcy terenu budowy niezwłocznie – nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy, pod rygorem przedłużenia terminu realizacji umowy o każdy kolejny dzień opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

88.Zapytanie:

„ Dot. Załącznika nr do SIWZ – wzór umowy

2. Pytanie do § 3 ust. 1 – w związku z rozbudowanym zakresem przedmiotu umowy, Wykonawca sugeruje, aby dodać po pkt 6, punktu 7 o następującym brzmieniu: „7) czynne współdziałanie z Wykonawcą w celu wykonania przedmiotu umowy”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że dla Zamawiającego jest oczywiste, że realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego polega na współpracy z realizującym ją Wykonawcą, w związku z powyższym nie widzi konieczności dodawania proponowanego zapisu.

89.Zapytanie:

„ Dot. Załącznika nr do SIWZ – wzór umowy

3. Pytanie do § 3 ust. 2 pkt 4) - czy Zamawiający dopuszcza następując brzmienie: „4) pełne pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej i wody, zużytych w trakcie i w związku z realizacją przedmiotu umowy?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

90.Zapytanie:

„ Dot. Załącznika nr do SIWZ – wzór umowy

4. Pytanie do § 3 ust. 2 pkt 10 – czy Zamawiający dopuszcza następujące brzmienie: „10) ściśle przestrzeganie poleceń nadzoru inwestorskiego pozostających w zgodzie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami prawa i obowiązującymi normami oraz uczestnictwo w cyklicznych naradach roboczych organizowanych przez Zamawiającego?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

91.Zapytanie:

„ Dot. Załącznika nr do SIWZ – wzór umowy

5. Pytanie do § 6 ust 3 pkt 9 zd. 1 – czy Zamawiający dopuszcza następujące brzmienie: „Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin

gwarancji udzielonej na tę rzecz biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że treść podnoszonego przez Wykonawcę paragrafu jest odzwierciedleniem art. 581 k.c. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje zmiany w przedmiotowym zakresie.

92.Zapytanie:

„ **Dot. Załącznika nr do SIWZ – wzór umowy**

6. Pytanie do § 7 – czy Zamawiający dopuszcza następujące brzmienie:

„1. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za:

1) w wysokości ~~0,1~~ 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji przedmiotu umowy;

2) w wysokości ± 0,02% wartości brutto urządzenia, które uległo awarii za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 6 tj. m. in. usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji,

3) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

4) niewykonanie w terminie przeglądu technicznego w wysokości ± 0,05% wartości brutto danego urządzenia;

~~5) w wysokości 10% wartości brutto umowy za wady nieistotne, których nie da się usunąć.~~

2. Strony umowy określają limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych na kwotę stanowiącą równowartość 15% otrzymanego w wykonaniu niniejszej Umowy wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda wynikająca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższy wysokość kar umownych z tym zastrzeżeniem, że łączna odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do wartości otrzymanego w wykonaniu niniejszej Umowy wynagrodzenia brutto.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalanych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne: za pierwszy dzień zwłoki w tym dniu, a za każdy następny dzień zwłoki, odpowiednio w każdym z tych dni. ”

Wykonawca wyjaśnia, że zaproponowane zmiany wynikają z charakteru odpowiedzialności z tytułu kar umownych. Kary umowne są ustanawiane w celu umocowania odpowiedzialności kontraktowej stron umowy. Zważyć należy, że kara umowna ze swojej istoty nie ma charakteru prewencyjnego, a wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców może zostać uznane za rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co prowadzić może do sprzeczności celu umowy z zasadami współżycia społecznego. Warto mieć na uwadze opinię Sądu Najwyższego wyrażoną w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 listopada 2013r. (sygn. akt I CSK 124/13), a dotyczącej przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. Sąd Najwyższy wskazał, że: „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”. Wykonawca wskazuje ponadto, że w postępowaniu przetargowym zwykle stawki kar są określane przez Zamawiającego. Wobec powyższego, zalecane jest jednak, aby ich wysokość

była oszacowana z punktu widzenia następstw uchybienia objętego karą. Warto podkreślić, że powszechnie dopuszcza miarkowanie kary umownej na podstawie porównania dwóch elementów: wartości szkody powstałej po stronie wierzyciela z tytułu uchybienia objętego karą umowną oraz wartości kary umownej. Zamawiający winien zatem, ustalając wysokość kar umownych, dokonać stosownego oszacowania negatywnych następstw możliwych do przewidzenia w wyniku uchybienia objętego karą, a następnie w oparciu o to oszacowanie ustalić wysokość kary umownej za to uchybienie.”.

Odpowiedź

Informuję, iż z uwagi na specyfikę zarówno przedmiotu zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, jak i specyfikę Zamawiającego jako Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Zamawiający nie przewiduje dokonania zmiany we wnioskowanym zakresie.

Nadmienienia wymaga, że Wykonawca przystępując do postępowania nie powinien od razu zakładać nienależytego wykonywania umowy w związku z powyższym dopiero na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający rozpatrzy wszystkie okoliczności faktyczne i prawne i zajmie ostateczne stanowisko.

93.Zapytanie:

„ Dot. Załącznika nr do SIWZ – wzór umowy

7. Pytanie do § 8 ust. 1 pkt 2) – czy Zamawiający dopuszcza następujące brzmienie: „2) jeżeli Wykonawca zwleka z rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny tak dalece, co najmniej 30 dni, że istnieje uzasadniona obawa, że nie wykona przedmiotu umowy w umownym terminie ?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany w przedmiotowym zakresie.

94.Zapytanie:

„ Dot. Załącznika nr do SIWZ – wzór umowy

8. Pytanie do § 8 ust. 1 pkt 3) – czy Zamawiający dopuszcza następujące brzmienie: „3) jeżeli Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż siedem 10 dni roboczych?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany w przedmiotowym zakresie.

95.Zapytanie:

„Dot. Zestawienie parametrów technicznych Poz. 4 Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem 20 szt. pkt. 71

Czy Zamawiający dopuści nowoczesne łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem wyposażone w funkcję snu, po uruchomieniu której materac będzie rzadziej dostosowywał się do zmian ułożenia pacjenta pozostając cały czas w trybie terapeutycznym?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

96.Zapytanie:

„Dot. Zestawienie parametrów technicznych Poz. 10.9 Wózek do przewożenia chorych 3 szt. pkt. I.6

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z wysokością minimalną mierzoną od podłoża do górnej krawędzi materaca 628 mm? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

97.Zapytanie:

„Dot. Zestawienie parametrów technicznych Poz. 10.9 Wózek do przewożenia chorych 3 szt. pkt. II.4

Czy Zamawiający nie wpisał omyłkowo wysokości w w/w punkcie? Zamawiający opisuje wysokość, zarówno minimalną jak i maksymalną w odrębnych punktach opisu przedmiotu zamówienia. Wysokość wózka z materacem również będzie zależała od tego, czy wózek ustawiony jest na wysokości minimalnej czy maksymalnej. Prosimy o wykreślenie punktu II.4 w pozycji 10.9 Zestawienia parametrów technicznych.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

98.Zapytanie:

„ Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20szt. (poz.4)

W pkt 42 Zamawiający oczekuje zaoferowania łóżka wyposażonego w funkcję „Elektryczna pozycja CPR po naciśnięciu jednego przycisku, umieszczonego w min. barierkach bocznych [...]” jednak zapis w pkt 39 nie pozwala na zaoferowanie w/w rozwiązania, gdyż Zamawiający wymaga w pkt 39 „Funkcja pozycji reanimacyjnej CPR dostępna z dźwigni nożnej [...]”.

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pkt 39 łóżka z funkcją CPR realizowaną za pomocą jednego przycisku, umieszczonego w minimum barierkach bocznych.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

99. Zapytanie:

„ Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 2 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Wózek do przewożenia chorych- 3 szt. (poz. 10.9)

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 585mm do 905mm?. ”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

100. Zapytanie:

„ Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 2 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Wózek do przewożenia chorych- 3 szt. (poz. 10.9)

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie 0-70°?. ”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje modyfikacji w danym zakresie.

101. Zapytanie:

„ Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 2 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Wózek do przewożenia chorych- 3 szt. (poz. 10.9)

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga 12° w obu kierunkach?. ”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

102. Zapytanie:

„ Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 2 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Wózek do przewożenia chorych- 3 szt. (poz. 10.9)

Czy Zamawiający dopuści wózek o nośności maksymalnej 230kg?. ”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje modyfikacji w danym zakresie.

103. Zapytanie:

„ Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 2 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Wózek do przewożenia chorych- 3 szt. (poz. 10.9)

Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem o szerokości 650mm?. ”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

104. Zapytanie:

„ Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 2 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Wózek do przewożenia chorych- 3 szt. (poz. 10.9)

Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem o grubości/wysokości 60mm?. ”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje modyfikacji w danym zakresie.

105. Zapytanie:

„ Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 2 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Wózek do przewożenia chorych- 3 szt. (poz. 10.9)

Czy Zamawiający dopuści wózek z możliwością mycia i dezynfekcji standardowymi środkami używanymi w szpitalach, poprzez spryskiwanie, zapianowanie wózka środkiem oraz poprzez mycie mechaniczne przy użyciu miękkiej szmatki?. ”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

106. Zapytanie:

„Pytanie nr 1

Dot. Zestawienia parametrów technicznych – Załącznik nr 2 – Bronchoskop intubacyjny – I. Wymagania Ogólne, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści zintegrowane w części proksymalnej bronchofiberoskopu gniazdo do osadzania wymiennych zaworów ssących z przyłączem ssania zamontowanym na stałe jako integralna część gniazda?

Uzasadnienie: Konstrukcja oferowanego aparatu (...) posiada zintegrowane przyłącze ssania w gnieździe dla celów higienicznych. W gniazdo osadzane są wymienne (nadające się do sterylizacji) wielorazowe zawory ssące.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

107. Zapytanie:

„ Pytanie nr 2

Dot. Zestawienia parametrów technicznych – Załącznik nr 2 – Bronchoskop intubacyjny – I. Wymagania Ogólne, pkt. 6

Czy Zamawiający miał na myśli „minimalne” wygięcie końcówki dystalnej w górę 140°, w dół 130°?

Uzasadnienie: Oferowany bronchoskop intubacyjny (...) charakteryzuje się lepszymi parametrami dotyczącymi wygięcia końcówki dystalnej w górę tj. 160°. Zwiększa to możliwości diagnostyczno – zabiegowe bronchoskopu.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

108. Zapytanie:

„ Pytanie nr 3

Dot. Zestawienia parametrów technicznych – Załącznik nr 2 – Bronchoskop intubacyjny – I. Wymagania Ogólne, pkt. 13 oraz II. Baterijne źródło światła – 2 zestawy, pkt. 6
Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dwóch plastikowych kontenerów do każdego oferowanego bronchofibroskopu?

Uzasadnienie: Prosimy o doprecyzowanie gdyż kontener plastikowy opisany jest w dwóch pozycjach co sugerowałoby wymóg dostarczenia 4 kontenerów.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia tj. 2 szt bronchoskopów wraz z 2 szt. Kontenerów plastikowych (1 szt bronchoskopu = 1 szt. kontenera plastikowego).

109. Zapytanie:

„ Pytanie nr 4

Dotyczy ogólnych warunków umowy – Załącznik nr 2 – § 1 ust. 10 (dla bronchoskopu intubacyjnego)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat? ”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

110. Zapytanie:

„ Pytanie nr 5

Dotyczy ogólnych warunków umowy – Załącznik nr 2 – § 6 ust. 7 ppkt. 2) (dla bronchoskopu intubacyjnego)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu na wykonanie napraw z 5 na 7 dni roboczych od momentu dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy), natomiast w przypadku konieczności

sprawdzenia części zamiennych z zagranicy z 7 na 10 dni roboczych (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)?."

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje modyfikacji w danym zakresie.

111. Zapytanie:

„ Pytanie nr 6

Dotyczy ogólnych warunków umowy – Załącznik nr 2 – § 7 ust. 1 ppkt. 1) (dla bronchoskopu intubacyjnego)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,1% na 0,05%?."

Odpowiedź

Informuję, iż z uwagi na specyfikę zarówno przedmiotu zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, jak i specyfikę Zamawiającego jako Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Zamawiający nie przewiduje dokonania zmiany we wnioskowanym zakresie.

Nadmienienia wymaga, że Wykonawca przystępując do postępowania nie powinien od razu zakładać nienależytego wykonywania umowy w związku z powyższym dopiero na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający rozpatrzy wszystkie okoliczności faktyczne i prawne i zajmie ostateczne stanowisko.

112. Zapytanie:

„ Pytanie nr 7

Dotyczy ogólnych warunków umowy – Załącznik nr 2 – § 7 ust. 1 ppkt. 2) (dla bronchoskopu intubacyjnego)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% na 0,5%?."

Odpowiedź

Informuję, iż z uwagi na specyfikę zarówno przedmiotu zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, jak i specyfikę Zamawiającego jako Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Zamawiający nie przewiduje dokonania zmiany we wnioskowanym zakresie.

Nadmienienia wymaga, że Wykonawca przystępując do postępowania nie powinien od razu zakładać nienależytego wykonywania umowy w związku z powyższym dopiero na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający rozpatrzy wszystkie okoliczności faktyczne i prawne i zajmie ostateczne stanowisko.

113. Zapytanie:

„ Pytanie nr 8

Dotyczy ogólnych warunków umowy – Załącznik nr 2 – § 7 ust. 1 ppkt. 2) (dla bronchoskopu intubacyjnego)

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas przedłużającej się naprawy?."

Odpowiedź

Informuję, iż dopiero na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający rozpatrzy wszystkie okoliczności faktyczne i prawne i zajmie ostateczne stanowisko.

114. Zapytanie:

*„Zgodnie z wzorem umowy paragraf 1, ustęp 9 Wykonawca ramach ceny ofertowej, bez dodatkowego wynagrodzenia, będzie realizował w okresie gwarancji oraz przez **trzy lata po jego zakończeniu przeglądy okresowe urządzeń** zgodnie z przepisami prawa i instrukcjami eksploatacyjnymi oraz w oparciu o sporządzony uprzednio wieloletni harmonogram przeglądów, przedłożony Zamawiającemu wraz z dokumentami odbiorowymi oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Jednocześnie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ (Formularz cenowy) w pozycji 13 Wykonawca ma wycenić **3 letni serwis pogwarancyjny obejmujący przeglądy techniczne, naprawy, robociznę i części dla respiratorów, pomp infuzyjnych i łóżek szpitalnych.***

- 1.1. Prosimy o wyszczególnienie, który sprzęt podlega bezpłatnym przeglądom okresowym?*
- 1.2. Czy wycena 3 letniego serwisu pogwarancyjnego dotyczy tylko sprzętu wymienionego w pozycji 13 Formularza cenowego?*
- 1.3. Czy tylko serwis za ten sprzęt (pozycja 13 Formularza ofertowego) będzie fakturowana zgodnie z paragrafem 5, ustęp 3 wzoru umowy?*
- 1.4. Czy bezpłatne przeglądy dotyczyć będą usługi serwisowej, a koszt części eksploatacyjnych będzie pokrywany przez Szpital każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie w zależności od ilości wymienionych części eksploatacyjnych?.”*

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytania informuję, że:

Ad. 1.1 Cały sprzęt objęty przedmiotem zamówienia podlega w ramach ceny ofertowej, bez dodatkowego wynagrodzenia, w okresie gwarancji, przeglądom okresowym określonym w warunkach umowy.

Ad. 1.2 Tak. Wycena 3 letniego okresu pogwarancyjnego dotyczy jedynie sprzętu wskazanego w pkt 13 Formularza cenowego.

Ad. 1.3 Informuję, że zgodnie z treścią § 5 ust. 3 OWU: „**W przypadku serwisu pogwarancyjnego** płatność następować będzie od miesiąca następującego po upływie gwarancji, w równych miesięcznych ratach na podstawie każdorazowo wystawionej faktury VAT”.

Ad. 1.4. Informuję, że treść Formularza cenowego jednoznacznie wskazuje, że Wykonawca oferując cenę serwisu (pkt 13) musi uwzględnić wszystkie koszty z tym związane tj. przeglądy techniczne wynikające z zaleceń producenta, naprawy wraz z robocizną, części zamienne. W związku z powyższym za dany zakres **nie będzie przysługiwało Wykonawcy w okresie realizacji umowy żadne dodatkowe wynagrodzenie.**

115. Zapytanie:

*„Jednym w warunków udziału postawionym przez Zamawiającego jest posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przynajmniej na kwotę 14 mln zł. Zamawiający zgodnie z art. 7 ustawy Pzp przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z **zasadami***

***proporcjonalności** i przejrzystości. Mając na uwadze właśnie zasadę proporcjonalności czy Zamawiający zmieni, nieproporcjonalny zdaniem Wykonawcy wymóg, posiadania 14 mln ubezpieczenia OC na 5 mln ? Pozostawienie wymogu w tej wielkości znajdzie swoje odbicie w cenie oferty (pokrycie kosztów ubezpieczenia przed terminem składania ofert) i jednocześnie nie jest proporcjonalne do innego wymogu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia na poziomie 7,5 mln złotych.”*

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

116. Zapytanie:

„We wzorze umowy, paragraf 5 Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru końcowego. Jednocześnie Zamawiający w przypadku serwisu pogwarancyjnego płatność następować będzie od miesiąca następującego po upływie gwarancji, będzie realizował płatność w równych miesięcznych ratach na podstawie każdorazowo wystawionej faktury VAT. Mając na uwadze wielkość zadania, powszechną praktykę przy takich realizacjach wnosimy o zmianę treści par. 5 w taki sposób aby Zamawiający dopuścił możliwość rozliczania się na podstawie comiesięcznych faktur wystawionych w oparciu o częściowe protokoły zgodnie z dokonanym postępem prac. Czy Zamawiający zaakceptuje taką formę, comiesięcznego rozliczania? Jako profesjonalista realizujący tego typu projekty jesteśmy przekonani, że pozostawienie całego finansowania projektu po stronie wykonawcy/wykonawców spowoduje brak złożonych ofert bądź istotne zawyżenie ceny uwzględniające konieczność ponoszenia kosztów obsługi finansowej całej realizacji.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

117. Zapytanie:

„Czy podwykonawcy, z zasobów których nie korzysta Wykonawca składający ofertę też mają składać JEDZ? Zgodnie z punktem III, 5, 3) SIWZ Wykonawca ma wskazać m.in. czy podwykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Czy właśnie poprzez złożenia JEDZa przez podwykonawcę czy tylko np. przez oświadczenie Wykonawcy? ”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią Rozdziału III ust. 5 pkt 3 SIWZ: „W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy winien **wskazać części zamówienia**, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36b ust 1 p.z.p.), **firmy tych podwykonawców oraz czy podwykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy**”. (Część II D JEDZ). Zamawiający nie żąda przedłożenia odrębnego dokumentu JEDZ dotyczącego podwykonawcy.

118. Zapytanie:

„ Czy Zamawiający udostępni Załącznik nr 2 (część 1 i 2) do SIWZ w wersji edytowalnej co w istotnym stopniu usprawni prace związane z przygotowaniem oferty? ”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuję, że przewiduje udostępnienie wnioskowanego załącznika jedynie w formacie pdf.

119. Zapytanie:

„Na podstawie przepisów Prawa Zamówień Publicznych wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ odnośnie zastosowania urządzeń zamiennych.

Na schematach rozdzielnic IT1 do IT7 (pliki

021_A_0064_OIT_IP_ELE_EXE_SCHEMAT_ROZDZIELNICY_IT1_2014-06-28.pdf do

033_A_0064_OIT_IP_ELE_EXE_SCHEMAT_ROZDZIELNICY_IT7_2014-06-28.pdf)

wrysowane są sekcje TNS których odpływy nadzorowane są pod kątem prądów różnicowych przez urządzenia RCMS460-D2 firmy Bender/Promac.

Zwracamy się z pytaniem: czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie urządzeń zamiennych, które spełniają tą samą funkcję – wyzwolenie wybijaków zabezpieczeń nadprądowych i odłączenie odpływu w przypadku przekroczenia wartości progowej nadzorowanego prądu różnicowego w danym odpływie - jednakże różniące się niektórymi parametrami od urządzeń referencyjnych (w szczególności - przekroczenie zaprogramowanych wartości progowych ostrzeżenia i alarmu sygnalizowane jest diodami LED przypisanymi do poszczególnych kanałów wraz z przekazaniem informacji na magistralę komunikacyjną, co przy zastosowaniu konwertera umożliwi obrazowanie na komputerach w sieci LAN)?

Zamawiający definiuje minimalne wymagania dla produktów równoważnych poprzez podanie znaków towarowych (SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt III.1), co ogranicza uczciwą konkurencję, gdyż jest równoznaczne z postawieniem wymagania spełnienia wszystkich parametrów jakie ma zdefiniowane tym znakiem towarowym urządzenie. Jednocześnie Zamawiający nie podał istotnych dla niego cech i parametrów urządzeń, które muszą być zachowane.

Wszystkie określone w ten sposób wymagania spełniają wyłącznie urządzenia oferowane tylko przez jednego producenta - Bender/Promac.

Krajowa Izba Odwoławcza w uzasadnieniu wyroku z 11.12.2014 r. (sygn.. KIO 2519/14) ustaliła, iż z definicji równoważności wynika, że przedmiot równoważny nie musi mieć wszystkich tych samych cech, co przedmiot zamawiany, którego wymogi zostały opisane w SIWZ. W ocenie Izby wymaganie, aby rozwiązania równoważne zachowały wszystkie parametry podane przez Zamawiającego prowadzi do wewnętrznej sprzeczności, gdyż wszystkie cechy i parametry spełnić może jedynie produkt identyczny.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

120. Zapytanie:

„Na podstawie przepisów Prawa Zamówień Publicznych wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ.

Opis techniczny budowlano-wykonawczy - elektryka (branży elektrycznej, plik 0000_A_0064_OIT_IP_ELE_EXE_OPIS_TECHNICZNY_2014-06-28.pdf) w punkcie 3.7 „Instalacje IT” zawiera wykaz wymaganych parametrów technicznych zaprojektowanych urządzeń, a nawet zdjęcia (wraz z opisem) produktów firmy Bender – ATICS.

Zwracamy się z pytaniem: czy Zamawiający uzna za równoważne urządzenia, które spełniają wymagane normy PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN 61577-8:2007, PN-EN 61557-9:2009 jednakże różniące się niektórymi parametrami od urządzeń referencyjnych?”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w przedmiotowym zakresie produktów równoważnych pod warunkiem spełnienia minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego.

121. Zapytanie:

„ Na podstawie przepisów Prawa Zamówień Publicznych wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ. Zgodnie z SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt III.1 „W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia, normy – należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że produkt równoważny spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego. (podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy)”.

Jednocześnie Zamawiający nie podał istotnych dla niego cech i parametrów urządzeń, które muszą być zachowane.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie jest w stanie zgodzić się z postawioną przez Wykonawcę tezą jakoby nie określił swoich minimalnych potrzeb dotyczących oczekiwanego przedmiotu zamówienia. Wskazać należy, iż właśnie opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne oczekiwania Zamawiającego względem oferowanego przedmiotu zamówienia i dopuszczone jest zaoferowanie produktów równoważnych pod warunkiem spełnienia właśnie tych minimalnych parametrów m.in. w zakresie funkcjonalności czy zakresu parametrów technicznych.

122. Zapytanie:

„Na podstawie przepisów Prawa Zamówień Publicznych wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ. Definiowanie minimalnych wymagań (parametrów) poprzez podanie znaku towarowego ogranicza uczciwą konkurencję, gdyż jest równoważne z wymaganiem spełnienia wszystkich parametrów jakie ma zdefiniowane tym znakiem towarowym urządzenie. Wszystkie określone w ten sposób wymagania spełniają wyłącznie urządzenia oferowane tylko przez jednego producenta - Bender/Promac.

Krajowa Izba Odwoławcza w uzasadnieniu wyroku z 11.12.2014 r. (sygn. KIO 2519/14) ustaliła, iż z definicji równoważności wynika, że przedmiot równoważny nie musi mieć wszystkich tych samych cech, co przedmiot zamawiany, którego wymogi zostały opisane w SIWZ. W ocenie Izby wymagane, aby rozwiązania równoważne zachowały wszystkie parametry podane przez Zamawiającego prowadzi do wewnętrznej sprzeczności, gdyż wszystkie cechy i parametry spełnić może jedynie produkt identyczny.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wszędzie gdzie przedmiot zamówienia wskazuje na m.in. na pochodzenie, normę Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych pod warunkiem spełnienia minimalnych parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Wskazać należy, że Krajowa Izba Odwoławcza określiła jednoznacznie w wyroku z dnia 1 marca 2018 r. sygn. akt KIO 276/18, że: „Uprawnieniem zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób uwzględniający jego uzasadnione potrzeby. Nie jest przy tym tak, że postanowienia SIWZ muszą wprost wskazywać, czy w jakikolwiek sposób tłumaczyć cel, który przyświecał Zamawiającemu w ich sformułowaniu”.

Ponadto wskazać należy treść wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 lipca 2017 r. sygn. akt KIO 1310/17: „Nie jest rolą postępowania o udzielenie zamówienia dopuszczenie do możliwości oferowania, a już tym bardziej premiowania, wszelkich urządzeń dostępnych na rynku, nawet takich, które nie będą odpowiadać interesowi i potrzebom zamawiającego”.

123. Zapytanie:

„Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem ambu – 10 szt. (poz. 8)

Zamawiający w punkcie 5 wymaga rękojeści laryngoskopowej ze źródłem światła LED dającej białe światło. Barwa światła jest podawana jako temperatura barwowa wyrażona w stopniach Kelwina (K).

Czy Zamawiający rozumie ten wymóg jako „białe światło” o standardowej temperaturze barwowej 5000K.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

124. Zapytanie:

„Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem ambu – 10 szt. (poz. 8)

Zamawiający wymaga rękojeści zasilanych akumulatorem (baterią akumulatorową). Prosimy o doprecyzowanie typu baterii akumulatorowe jako litowo-jonowa?”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

125. Zapytanie:

„Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem ambu – 10 szt. (poz. 8)

Zamawiający w punkcie 4 wymaga rękojeści akumulatorowych wraz z ładowarką. Czy jako tożsame Zamawiający uzna zaoferowanie ładowarek dwustanowiskowych dających fizycznie 10 portów ładowania?."

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

126. Zapytanie:

„Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem ambu – 10 szt. (poz. 8)

W punkcie 6 Zamawiający wymaga łyżek wykonanych z jednego elementu (bez połączeń) natomiast w punkcie 7 Zamawiający dopuszcza demontowany światłowód. Konstrukcja jednoelementowa jest tylko możliwa w przypadku zintegrowanego światłowodu. Sugerujemy doprecyzowanie wymogu do łyżki bez połączeń, gdyż jest to bezpieczniejsze rozwiązanie niż charakterystyczne dla starych, gorszej jakości, rozwiązań opartych na łyżkach z demontowanym światłowodem."

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

127. Zapytanie:

„ Wentylacja:

Dotyczy urządzeń klimatyzacyjnych.

Prosimy o informacje, czy istnieje rzut kondygnacji na której wrysowane zostały jednostki wewnętrzne klimatyzatorów współpracujących z jednostkami zewnętrznymi pokazanymi na rysunku: Rzut wentylatorowni – instalacje grzewcze, chłodu i pary (rys.nr.DW_180702_PWK_IS_CO03)? Jeśli tak to prosimy o jego udostępnienie."

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie dysponuje wnioskowanym rysunkiem.

128. Zapytanie:

„ Wentylacja:

Dotyczy urządzeń wentylacyjnych.

Prosimy o informacje, czy w zakresie wyceny instalacji wentylacji jest również demontaż urządzeń wentylacyjnych w wentylatorowni?."

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuje, że zakres wyceny instalacji wentylacji obejmuje również demontaż urządzeń wentylacyjnych w wentylatorowni.

129. Zapytanie:**„ Wentylacja:**

Dotyczy urządzeń klimatyzacyjnych.

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany systemu chłodzenia central wentylacyjnych z wody lodowej na inwerterowe układy freonowe oparte o urządzenia klimatyzacyjne typu VRF i mini VRF? Układy freonowe mogłyby pracować niezależnie. Każda centrala miałaby swój układ chłodniczy z zewnętrznym agregatem freonowym. Takie rozwiązanie sprawia, że w przypadku awarii któregoś z agregatów nie będzie chłodzenia tylko w jednej centrali, a nie we wszystkich, jak to by miało miejsce w przypadku centralnego systemu. Poza tym układy freonowe byłyby tańsze w eksploatacji, urządzenia lżejsze i cichsze. Inwestycyjnie rozwiązanie też jest sporo tańsze.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ (tj. m.in. dokumentacją projektową) i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

130. Zapytanie:**„ Wentylacja:**

Dotyczy przeglądów gwarancyjnych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zgodnie z SIWZ i warunkami umowy zakres dostawy instalacji wentylacji i klimatyzacji ma obejmować również koszt przeglądów urządzeń w okresie gwarancji (min. 3 przeglądy w roku). Prosimy o sprecyzowanie, czy w zakresie tych przeglądów należy również uwzględnić wymianę filtrów Hepa H13 w nawiewnikach na salach IOM i pomieszczeniu izolatki (łącznie 29szt)?”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że w zakresie przeglądów należy uwzględnić również wymianę filtrów Hepa H13 w nawiewnikach na salach IOM i pomieszczeniu izolatki.

131. Zapytanie:**„ LAN**

Proszę o wskazanie miejsca szafy teletechnicznej, od której będzie dociągnięty światłowód 24J do punktu PPD.LPD na OIT?”

Odpowiedź

- Serwerownia Budynek „E”
- Centrala telefoniczna Budynek „H R”

132. Zapytanie:**„ CCTV**

Czy system CCTV ma być zintegrowany z istniejącym systemem telewizji przemysłowej szpitala, jeżeli tak to proszę podać producenta kamer, ułatwi to dobranie odpowiedniego sprzętu, który będzie ze sobą współpracował.”

Odpowiedź

System CCTV nie musi być integrowany z istniejącym systemem telewizji przesyłowej szpitala.

133. Zapytanie:

„ *KD*

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT32LT został wycofany ze sprzedaży, czy można zastosować czytniki PRT12EM? ”

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza zastosowanie czytnika PRT12EM.

134. Zapytanie:

„ *Instalacje 230/400V*

Czy dopuszczalny jest montaż rozdzielnic IT w konstrukcji przedścianek (strona pomieszczeń OIT)? Zaprojektowane rozdzielnice znajdują się w szachtach wentylacji/ technicznych - bez dostępu. ”

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza montaż rozdzielnic IT w konstrukcji przedścianek (strona pomieszczeń OIT) pod warunkiem zgodności z przepisami p.poż.

135. Zapytanie:

„ *Instalacje 230/400V*

Czy istnieje możliwość zamiany kabli zasilających NKGS na inne N2XH - o podobnych parametrach (nie gorszych)? Użyte w projekcie okablowanie jest wykonywane obecnie na zamówienie, co skutkuje długim czasem dostaw. Proponowana zmiana dotyczy kabla w stałym asortymencie oraz pozwala na obniżenie kosztów inwestycyjnych, gdyż jest on tańszy z uwagi na jego stałą dostępność w ofercie producenta. ”

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kabli zasilających N2XH.

136. Zapytanie:

„ *Instalacje 230/400V*

Czy dopuszczalne jest zastosowanie zasilających WLZ - jako pojedynczych żył ? Ułatwi to układanie WLZ w miejscach trudno dostępnych. ”

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilających WLZ – jako pojedynczych żył, ale o wzmocnionej izolacji.

137. Zapytanie:

„ *Instalacje 230/400V*

Czy istnieje możliwość bezproblemowego rozłączenia pola 24 w RGSB w celu wymiany podstaw zabezpieczeń ? Czy istniejące odbiory w polu 24 RGSB to po odłączeniu "REZERWA" które uważa się za "ślepe"? ”

Odpowiedź

Nie

138. Zapytanie:

„ Instalacje 230/400V

Czy dopuszcza się połączenie wspólną obudową rozdzielnic użytkowych w szachcie elektrycznym na stelażu? (oddzielne zasilania, zachowana separacja obwodów) - Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli na większy dostęp do okablowania pionowego.”

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza połączenie wspólną obudową rozdzielnic użytkowych w szachcie elektrycznym na stelażu (oddzielne zasilania, zachowana separacja obwodów).

139. Zapytanie:

„ Instalacje 230/400V

Z którego miejsca zasilana będzie rozdzielnica RK ? Czy docelowe zasilanie istnieje? W projekcie nie jest uwzględnione pole zasilania RK.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że Wykonawca winien wykorzystać istniejące zasilanie.

140. Zapytanie:

„ Instalacje 230/400V

Czy istniejące zasilania dla rozdzielnic TO-TE-TS-TSR-TOR w szachtach elektrycznych są zasileniami docelowymi?.”

Odpowiedź

Tak

141. Zapytanie:

„SSP

Czy istniejącą instalację SSP integrujemy z nową centralą, jeżeli tak to ile pętli istniejącego systemu jest do integracji?.”

Odpowiedź

Tak

142. Zapytanie:

„SSP

Czy na budynku istnieje schemat pożarowy ? Czy przewiduje się zmiany w nim dla przedmiotu wyceny?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że istniejący schemat pożarowy należy zaktualizować.

143. Zapytanie:

„Ogólnobudowlane

Czy przewidziana jest wymiana drzwi szachtów elektrycznych i pozostałych? Jeżeli tak to w jakim współczynniku p.poż?.”

Odpowiedź

Nie

144. Zapytanie:

„Ogólnobudowlane

Czy istnieje możliwość wykonania ścian z gazobetonu – zmiana na ściany systemowe płyta gk na konstrukcji stalowej – uzasadnia to szybkość wykonania inwestycji oraz eliminacja (organicznie) procesu schmiecia?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ (tj. m.in. dokumentacją projektową) i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

145. Zapytanie:

„Ogólnobudowlane

Czy można w zamiast tynków cementowo-wapiennych zastosować tynki gipsowe? Uzasadnia to szybkość wykonania oraz zmniejszenie warstw gipsowych co skróci czas wykonania zlecenia?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie tynków gipsowych.

146. Zapytanie:

„ Organizacja budowy

Czy Zamawiający dopuszcza ruch pracowników klatką schodową Szpitala w trakcie trwania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia? ”

Odpowiedź

Tak – wskazaną klatką schodową

147. Zapytanie:

„ Organizacja budowy

Czy Zamawiający dopuszcza korzystanie z windy szpitalnej do transportu materiałów w trakcie trwania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia?.”

Odpowiedź

Tak – wskazaną windą

148. Zapytanie:

„ Organizacja budowy

Czy Zamawiający udostępni sanitariaty na czas związany z realizacją przedmiotu zamówienia?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że proponuje urządzenie przez Wykonawcę sanitariatu w obrębie budowy (istniejące piony).

149. Zapytanie:

„ Organizacja budowy

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie gospodarcze na cele składowania materiałów i przygotowywania robót? Jeśli tak to proszę o informacje w którym budynku wyznaczone będzie takie miejsce?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że proponuje urządzenie przez Wykonawcę pomieszczenia gospodarczego w obrębie budowy.

150. Zapytanie:

„ Organizacja budowy

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie socjalne?.”

Odpowiedź

Nie. Możliwość korzystania z punktów gastronomicznych na terenie Szpitala.

151. Zapytanie:

„ Organizacja budowy

Czy na potrzeby Wykonawcy zostanie wyznaczone na czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia zaplecze na terenie Szpitala (obok planowanej inwestycji) na utworzenie składu budowlanego oraz parkingu dla Wykonawcy?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że istnieje możliwość urządzenia zaplecza na placu za kotłownią. Parking dla pracowników Wykonawcy na zasadach ogólnych z możliwością skorzystania z opłaty ryczałtowej.

152. Zapytanie:

„ Projekt

Autor projektu bud.-wyk. – Instalacje grzewcze, wentylacji i klimatyzacji w pkt. 6.4.2. pisze: „Należy uwzględnić pojemność projektowanych instalacji grzewczych w naczyniu zbiorczym, w pomieszczeniu źródła ciepła. Pojemność instalacji c.t.z. określono na 350l, pojemność instalacji c.t.s. określono na 130l.” Dokumentacja nie obejmuje pomieszczenia źródła ciepła ani urządzeń wchodzących w skład w/w istniejącej instalacji. Jak rozumieć ten zapis?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że zakres zadania nie obejmuje żadnych działań w pomieszczeniu źródła ciepła.

153. Zapytanie:

„ Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 1 i cz. 2 do SIWZ Opis wyposażenia

W związku z wymogiem stosowania dezynfekcji do pomieszczeń o podwyższonej klasie czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2012 czy Zamawiający oczekuje dostarczenia systemu jonizacji katalitycznej?

Zwracamy uwagę że technologia jonizacji katalitycznej jest skuteczna tylko przy właściwym doborze urządzeń do powierzchni obsługiwanej

- poniżej przykładowe parametry skuteczności epidemiologicznej.

a)Gronkowiec Złocisty (Staphylococcus aureus) : 98.5% redukcji

b)Gronkowiec Złocisty oporny na metycylinę (Methycillin Resistant Staphylococcus aureus): 99.8% redukcji

c)E-Coli (Escherichia coli) : 98.1% redukcji

d)Rodzina Anthrax (wąglik – Bacillus spp.) : 99.38% redukcji

e)Paciorkowce (Streptococcus spp.) : 96.4% redukcji

f)Pseudomonas aureuginosa : 99.0% redukcji

g)Listeria monocytogenes : 99.75% redukcji

h)Candida albicans : 99.92% redukcji

i)Grzyby pleśniowe (Stachybotrys chartarum) : 99.93% redukcji? .”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że urządzenie do jonizacji katalitycznej należy uwzględnić jako trwale zamontowane w systemie wentylacyjno-klimatyzacyjnym.

154. Zapytanie:

„ Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 1 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Jednostka zasilająca sufitowa: jednostanowiskowa 2 szt. Dwustanowiskowa 9 szt. (poz. 1.1)

(lp. 10) Czy Zamawiający dopuści jednostkę zasilającą w której zwalnianie blokady pneumatycznej odbywa się za pomocą przycisków znajdujących się w uchwytach umieszczonych na bocznych ściankach kolumny ? Funkcjonalnie jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym i nie ma żadnego wpływu pod kątem klinicznym .”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

155. Zapytanie:

„ Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 1 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Jednostka zasilająca sufitowa: jednostanowiskowa 2 szt. Dwustanowiskowa 9 szt. (poz. 1.1)

(Lp. 18) Czy Zamawiający dopuści głowice pionowe o wysokości min. 100 cm ?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

156. Zapytanie:

„ Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 1 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Jednostka zasilająca sufitowa: jednostanowiskowa 2 szt. Dwustanowiskowa 9 szt. (poz. 1.1)

(lp. 43) Czy Zamawiający wymaga szuflad, których front wykonany jest z materiału typu Corian gwarantujący wysoką aseptyczność ?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

157. Zapytanie:

„ Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 1 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Jednostka zasilająca sufitowa: jednostanowiskowa 2 szt. Dwustanowiskowa 9 szt. (poz. 1.1)

(Lp.47.) Czy Zamawiający zrezygnuje ze schowków na nadmiar rur gazów medycznych i kabli elektrycznych ?

Powyższe rozwiązanie jest niezgodne z rozporządzeniem, które mówi o konieczności rozdzielenia instalacji elektrycznej od instalacji gazów medycznych .”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

158. Zapytanie:

„ Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 1 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Defibrylator dwufazowy ze stymulacją i kardiowersją – 2 szt. (poz. 5)

Pytanie do pkt. 4:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez dedykowanego wózka ale z wygodnym uchwytem do przenoszenia ?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje modyfikacji w danym zakresie.

159. Zapytanie:

„ Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 1 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Defibrylator dwufazowy ze stymulacją i kardiowersją – 2 szt. (poz. 5)

Pytanie do pkt. 1,2,4 (Funkcja monitorowania resuscytacji):

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z metronomem zaprogramowanym i pracującym zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji ?."

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

160. Zapytanie:

„ Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 1 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Defibrylator dwufazowy ze stymulacją i kardiowersją – 2 szt. (poz. 5)

Pytanie do pkt. 4(wyświetlenia):

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z pamięcią wewnętrzną na 250 zdarzeń i możliwością rozszerzenia pamięci o kartę SD ?."

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

161. Zapytanie:

„ Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 2 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Kosz na odpady zbiorcze- 20 szt (poz. 12.6)

Czy Zamawiający dopuści kosz na odpady zbiorcze o następujących parametrach:

WYKONANIE:

- stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunieniem się worka ?
- podstawa stalowa ocynkowana z osłoną z tworzywa sztucznego, wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
- pokrywa z tworzywa ABS ze spowalniczem cichego opadania, który zapewnia komfort użytkowania, ale i zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem,
- podstawa i pokrywa dostępna w kolorze białym Wymiary całkowite: 405x520x680 mm."

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje modyfikacji w danym zakresie.

162. Zapytanie:

„ Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 2 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Krzesło do stołu- 12 szt (poz. 11.23)

Czy Zamawiający dopuści krzesła do stołu o następujących wymiarach z zachowaniem pozostałych wymagań?

Wymiary:

Wysokość całkowita: 850 mm

Wysokość siedziska: 470 mm

Szerokość całkowita: 370 mm

Głębokość całkowita: 430 mm".

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

163. Zapytanie:

„Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 2 do SIWZ Opis wyposażenia

Poz. Jednostka zasilająca sufitowa : jednostanowiskowa 2 szt. , dwustanowiskowa 9 szt. (poz. 1.1)

1. Zwracamy się z prośbą o wskazanie jaki system CIS jest w posiadaniu Zamawiającego , gdyż nie stanowi on przedmiotu zamówienia tego postępowania oraz o listę urządzeń medycznych , które mają być podłączone do modułu”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

164. Zapytanie:

„Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 1 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Defibrylator dwufazowy ze stymulacją i kardiowersją – 2 szt. (poz. 5)

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z pełną obsługą defibrylacji za pomocą przycisków na płycie czołowej oraz sterowanie na łóżkach (ładowanie, rozładowanie)?”.

Odpowiedź

Nie

165. Zapytanie:

„Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 1 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Defibrylator dwufazowy ze stymulacją i kardiowersją – 2 szt. (poz. 5)

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z rejestratorem termicznym z szerokością zapisu na papierze min. 55 mm?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

166. Zapytanie:

„Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 1 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Defibrylator dwufazowy ze stymulacją i kardiowersją – 2 szt. (poz. 5)

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z min. stopniem ochrony IPX0? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

167. Zapytanie:

„Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 1 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Defibrylator dwufazowy ze stymulacją i kardiowersją – 2 szt. (poz. 5)

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez pomiaru i wyświetlania na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min) uciśnięć oraz graficzny wskaźnik relaksacji klatki piersiowej ? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

168. Zapytanie:

„Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 1 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Defibrylator dwufazowy ze stymulacją i kardiowersją – 2 szt. (poz. 5)

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez wyświetlania na ekranie krzywej uciśnięć klatki piersiowej z wyraźnym znacznikiem zalecanej głębokości uciśnięć? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

169. Zapytanie:

„Dotyczy: Załącznik nr 2 cz. 1 do SIWZ Opis wyposażenia

Przedmiot zamówienia: Defibrylator dwufazowy ze stymulacją i kardiowersją – 2 szt. (poz. 5)

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez filtra cyfrowego umożliwiającego prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępnej oceny rytmu serca bez przerywania ucisku? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

170. Zapytanie:

*„Pozycja 4. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem, które nie posiada tworzywowej osłony podwozia? Łóżko posiada otwartą konstrukcję podstawy co ułatwia czyszczenie i znacznie przyspiesza dostęp do części, a także skraca czas czynności serwisowych, co przekłada się na obniżenie kosztów ewentualnego serwisu. Duży prześwit pod podstawą pozwala na łatwy dostęp dla podnośników pacjenta. Dodatkowo w podstawie umieszczone czujniki systemu wykrywającego przeszkody podczas opuszczania”.*

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

171. Zapytanie:

*„Pozycja 4. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem, które nie posiada pozycjonerów bioder pacjenta? Odstąpienie od wymogu pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów”.*

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

172. Zapytanie:

*„Pozycja 4. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem, które nie posiada alarmu odblokowanego hamulca?”.*

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

173. Zapytanie:

*„Pozycja 4. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem, w którym wysokość barierek wynosi 465 mm? Oferowany parametr tylko nieznacznie różni się od wymaganego i jest niezbędny żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi podczas wykonywania m.in. przechyłów bocznych”.*

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

174. Zapytanie:

„Pozycja 4. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem, które nie posiada pozycjonerów przewodów kroplówek, tlenu i drenów? Do łóżka dostępna jest cała gama akcesoriów jak: wieszaki kroplówki proste i łamane, statywy pomp infuzyjnych, uchwyty do butli tlenowych, ramy trakcyjne itd.”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

175. Zapytanie:

„Pozycja 4. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem, w którym regulacja długości segmentu nożnego odbywa się mechanicznie w łatwy i intuicyjny sposób? Po przedłużeniu specjalny wysuwany panel wypełnia leże bez konieczności umieszczania tam prześcieradeł lub koców. Elektryczna regulacja segmentu nożnego może niepotrzebnie przedrażać wartość łóżka i w żaden sposób nie wpływa na komfort pacjenta”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

176. Zapytanie:

„Pozycja 4. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem, które posiada zaawansowaną autoregresję segmentu pleców i uda bez automatycznego dopompowywania ciśnienia w materacu w części lędźwiowej przy podniesionym segmencie pleców na minimum 30⁰? Materac wyposażony w czujniki, które automatycznie dodają lub odejmują ciśnienie w komorach w zależności od położenia segmentów oraz wagi pacjenta oraz dodatkowo funkcję manualnej regulacji ciśnienia w komorach”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

177. Zapytanie:

„Pozycja 4. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem, w którym zakres regulacji segmentu ud (zgięcia kolanowego) wynosi

0-20⁰? Rama leża dodatkowo z możliwością podniesienia segmentu podparcia tydek w zakresie 0-12⁰”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

178. Zapytanie:

*„Pozycja 4. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem, w którym zakres regulacji pozycji anty-Trendelenburga wynosi 0-12⁰? Parametr tylko nieznacznie różni się od wymaganego”.*

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

179. Zapytanie:

*„Pozycja 4. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem, w którym maksymalny przechył leża do pionizacji wynosi 12⁰?”.*

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

180. Zapytanie:

*„Pozycja 4. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem wyposażone w obustronną dźwignię ręczną uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR? Dźwignia łatwo dostępna także przy opuszczonych barierkach w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych funkcji łóżka. Segment oparcia wyposażony w sprężynę gazową, która po uruchomieniu CPR dźwignią ręczną będzie stabilizować ruch oparcia w dół, tak by nie doszło do gwałtownego uderzenia segmentu o ramę leża co wpływa na bezpieczeństwo pacjenta”.*

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

181. Zapytanie:

*„Pozycja 4. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem, w którym osiągnięcie ułożenia w pozycji horyzontalnej uzyskuje się dostępnym przyciskiem CPR? Proponowana opcja daje identyczny efekt jak wymagana”.*

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

182. Zapytanie:

*„Pozycja 4. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem, które nie jest wyposażone w opcję pozycji wyjściowej? Funkcję tą możemy łatwo uzyskać obniżając łóżko dźwignią nożną bez użycia rąk, a następnie podnieść oparcie pleców”.*

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

183. Zapytanie:

*„Pozycja 4. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem, które posiada funkcję spuszczenia powietrza z siedziska pozwalająca obniżyć ciśnienie w sekcji tułowia, aby ułatwić pacjentowi wyjście z łóżka? Funkcja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku na panelu pompy materaca od strony nóg pacjenta. Łóżko wyposażone dodatkowo w funkcję maksymalnego utwardzenia całej powierzchni, która może służyć również jako ułatwienie przy wychodzeniu pacjenta z łóżka”.*

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

184. Zapytanie:

*„Pozycja 4. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem, które zamiast ekranów ciekłokrystalicznych posiada wyświetlacze cyfrowe (po obu stronach łóżka) wyświetlające m.in. wagę pacjenta, kąty przechyłów trend i anty-trend oraz oparcia pleców”.*

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

185. Zapytanie:

*„Pozycja 4. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem, które zamiast funkcji śledzenia zmian masy ciała pacjenta pokazuje aktualną wagę po naciśnięciu przycisku wagi? System wyposażony w funkcję autokompensacji, która pozwala na dodawania/odejmowanie akcesoriów na leże bez wpływu na odczyt wagi pacjenta. Możliwość wyboru wyświetlania wagi w zaokrągleniu do najbliższych 100 lub 500 gram. Waga w najwyższej, III klasie dokładności. Ciśnienie w komorach dobierane automatycznie do wagi pacjenta z możliwością manualnej regulacji ciśnienia w komorach w czterech strefach materaca: głowy, tułowia, bioder i pięt”.*

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

186. Zapytanie:

*„Pozycja 4. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem wyposażone w wyświetlacze na których oprócz wagi i kątów wyświetlane są błędy informujące o konieczności naprawy?”.*

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

187. Zapytanie:

*„Pozycja 4. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem, które zamiast automatycznego systemu dostosowującego długość segmentu oparcia wraz z materacem do aktualnego kąta nachylenia posiada regulację długości leża oraz możliwość wydłużenia materaca poprzez wbudowane przewody powietrzne dopompowujące dodatkowe komory materaca.”*

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

188. Zapytanie:

„Pozycja 4. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania i będzie wymagał aby łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem było wyposażone w intuicyjny napęd wspomagający transport pacjenta bez konieczności używania dodatkowego panelu ręcznego nie tylko do jazdy w przód i w tył, ale również do obracania łóżka wokół własnej osi? Zaawansowany system przy podjazdach dodaje energii, a podczas zjazdów automatycznie wyhamowuje łóżko do bezpieczniej prędkości.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

189. Zapytanie:

„Pozycja 4. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem, które posiada możliwość zaprogramowania ciągłej rotacji bocznej z wyborem czasu wstrzymania spośród: 30, 15, 8 i 2 min.? Funkcja ta umożliwi obrót pacjenta o ok. 20° w prawą stronę, ułożenie pacjenta na środku, a następnie obrót o około 20° w lewą stronę po odczekaniu czasu wstrzymania w każdej pozycji.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

190. Zapytanie:

„Pozycja 10.12 Stoliki przyłóżkowe – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stoliki przyłóżkowe dwustronne, gdzie szafka i szuflada otwierane są z obu stronach?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

191. Zapytanie:

„Pozycja 10.12 Stoliki przyłóżkowe – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stoliki przyłóżkowe o wymiarach: 500 x 425 x 850mm?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

192. Zapytanie:

„Pozycja 10.9 Wózek do przewożenia pacjentów 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów, którego minimalna wysokość leża wynosi 560mm co jest parametrem lepszym od wymaganego?."

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

193. Zapytanie:

„Pozycja 10.9 Wózek do przewożenia pacjentów 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów, w którym zakres regulacji oparcia pleców wynosi 0 – 87^o? Oferowany parametr tylko nieznacznie różni się od wymaganego.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

194. Zapytanie:

„Pozycja 10.9 Wózek do przewożenia pacjentów 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów, w którym zakres regulacji pozycji trend i anty-trend wynosi 0 – 12^o? Kąt 12^o jest wystarczający żeby wykonać pełne przechyły wzdłużne.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

195. Zapytanie:

„Pozycja 10.9 Wózek do przewożenia pacjentów 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów o udźwigu maksymalnym 250 kg?."

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

196. Zapytanie:

„Pozycja 10.9 Wózek do przewożenia pacjentów 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów, w którym materac ma szerokość 670mm i jest dopasowany do leża wózka?."

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

197. Zapytanie:

„Dot. Pkt. 31, 70:

Prosimy o rezygnację z podwójnego systemu autoregresji wraz z dopasowaniem ciśnienia w materacu, który to nie jest porównywalny z wydłużaniem segmentu oparcia podczas jego podnoszenia wraz z wydłużaniem materaca.

Funkcja wydłużania segmentu oparcia podczas jego podnoszenia wraz z wydłużaniem materaca naśladuje naturalne wydłużanie się kręgosłupa w trakcie podnoszenia segmentu oparcia, tym samym w sposób płynny zapobiega przemieszczaniu się pacjenta po powierzchni materaca. Funkcja ta działa w pełnym zakresie kąta nachylenia segmentu oparcia, a nie jedynie powyżej 30 stopni? ”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

198. Zapytanie:

„Dot. Pkt. 44:

Czy Zamawiający będzie wymagał wyłącznie elektrycznie regulowanej pozycji wyjściowej gdzie sekcja głowy przesuwa się do pozycji w pełni pionowej, sekcja stóp cofa się i opuszcza całkowicie, łóżko opuszczanej jest na najniższą wysokość, sekcje siedzenia i nóg zmniejszają ciśnienie powietrza, łóżko przechyla się a następnie następuje opuszczenie kolan a o procesie postępu uzyskiwania pozycji wyjścia opiekun informowany jest poprzez graficzny interfejs, który przeprowadza opiekuna przez proces informując o następnych krokach? Jest to rozwiązanie pozwalające na przeprowadzenie kompleksowego procesu mobilizacji pacjenta i jego wyjście z łóżka od strony szczytu dolnego co ma ogromne znaczenie dla poprawy i przyspieszenie procesu powrotu do zdrowia. Pomijając powyższe nie można opisanym przez Zamawiającego parametrów traktować równoważnie, gdyż opisują dwie odmiennie funkcje, z czego pierwsza jest znacznie bardziej zaawansowana i pozwala na kompleksową mobilizację pacjenta na oddziale Intensywnej Terapii.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

199. Zapytanie:

„Dot. Pkt. 45:

Czy Zamawiający będzie wymagał wyłącznie pierwszej z opisanych funkcji gdyż leże pochylone w stronę wyjścia pacjenta z łóżka może generować zwiększone ryzyko urazu, np. w przypadku niekontrolowanego zsunienia się pacjenta z łóżka? ”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

200. Zapytanie:

„ Dot. Pkt. 49:

Czy Zamawiający wymagał będzie aby panele z ekranem ciekłokrystalicznym dotykowym wbudowane były w barierki dolne oraz były odchylane dla łatwiejszej obsługi łóżka przez personel medyczny?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

201. Zapytanie:

„ Dot. Pkt. 49:

Czy Zamawiający wymagał będzie aby ekrany ciekłokrystaliczne dotykowe służyły także do obsługi 3-stopniowego alarmu wyjścia pacjenta z łóżka oraz alarmu opuszczenia segmentu oparcia poniżej 30 bądź 45 stopni?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

202. Zapytanie:

„ Dot. Pkt. 55:

Czy Zamawiający będzie wymagał wyłącznie łóżka wyposażonego w funkcję obliczenia współczynnika BMI?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

203. Zapytanie:

„ Dot. Pkt. 56:

Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcji automatycznego zatrzymania segmentu pleców podczas regulacji w pozycji 30 stopni? Opisana funkcja nijak ma się do funkcji alarmu opuszczenia segmentu oparcia poniżej kąta 30 lub 45 stopni – alarm ma za zadanie poinformować personel, jeśli pacjent lub osoba postronna obniży segment oparcia poniżej jednego z w/w kątów.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

204. Zapytanie:

„ Dot. Pkt. 56

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym do prawidłowego obrotu pacjenta stosowane są wypełnienia bądź ograniczniki chroniące go przed uderzeniem w bariery boczne? ”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

205. Zapytanie:

„ Dot. Pkt. 56

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby łóżko wyposażone było w zintegrowane z ramą uchwyty na butle tlenowe będące jednocześnie odbojnikami chroniącymi szczyt górnego łóżka? ”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

206. Zapytanie:

„ Dot. Pkt. 56

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby łóżko wyposażone było w obustronnie zlokalizowane dotykowe ekrany ciekłokrystaliczne umiejscowione w taki sposób aby możliwa była ich wygodna obsługa nawet gdy łóżko znajduje się w pozycji horyzontalnej? ”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

207. Zapytanie:

„DOTYCZY – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 20 SZT. (POZ. 1.2)

W związku z tym, iż aktualnie tylko jeden producent kardiomonitów – GE, jest w stanie spełnić wymagania Zamawiającego łącznie we wszystkich punktach minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych, tylko pozytywne odpowiedzi na wszystkie poniższe pytania łącznie pozwolą na złożenie równoważnej i konkurencyjnej oferty w zakresie przedmiotu zamówienia jakim jest zakup 20 szt. monitorów funkcji życiowych. W innym przypadku (negatywna odpowiedź na chociaż jedno z poniższych pytań) będzie skutkowało tym, że tylko produkty GE będą spełniały wszystkie wymagania łącznie i tylko te kardiomonitory będą mogły zostać zaoferowane w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Pytanie 1 – Pkt. I.2

Czy Zamawiający dopuści system monitorowania wraz z dostawą, uruchomieniem i szkoleniami w siedzibie Zamawiającego??"

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

208. Zapytanie:

„DOTYCZY – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 20 SZT. (POZ. 1.2)

Pytanie 2 – Pkt. III.6

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych wyposażony w ręczną możliwość wyświetlania informacji o alarmach występujących na dowolnym z pozostałych kardiomonitorów pracujących w jednej sieci bez możliwości konfiguracji grupy stanowisk? Funkcjonalność grupowania stanowisk nie ma znaczenia oraz sensu w przypadku ręcznego wywoływania konkretnego stanowiska zgłaszającego alarm w obrębie tej samej sieci."

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

209. Zapytanie:

„DOTYCZY – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 20 SZT. (POZ. 1.2)

Pytanie 3 – Pkt. V.1

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych wyposażony w dotykowy, kolorowy ekran o przekątnej 17'' i rozdzielczości 1280 x 1024 z możliwością jednoczesnego wyświetlenia 15 krzywych dynamicznych (więcej niż aktualnie wymagana ilość) i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta?."

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

210. Zapytanie:

„DOTYCZY – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 20 SZT. (POZ. 1.2)

Pytanie 4 – Pkt. V.5

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych z możliwością zaprogramowania 4 różnych konfiguracji monitora oraz 6 układów ekranu, które są zapamiętywanie nawet po wyłączeniu kardiomonitora? Jest to wystarczająca ilość do zapewnienia optymalnej i wygodnej pracy z systemem monitorowania pacjenta na oddziale."

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

211. Zapytanie:

„DOTYCZY – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 20 SZT. (POZ. 1.2)

Pytanie 5 – Pkt. V.6

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych bez wbudowanego w monitor komputera medycznego z funkcją uruchamiania na jego ekranie dostępu do aplikacji szpitalnych? Funkcjonalność ta umożliwi ciągły i jednoczesny podgląd mierzonych parametrów życiowych pacjenta na ekranie kardiomonitora, ponieważ przeglądanie danych z zewnętrznych systemów takich jak HIS czy LIS odbywa się w oknie wyświetlanym na ekranie kardiomonitora.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

212. Zapytanie:

„DOTYCZY – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 20 SZT. (POZ. 1.2)

Pytanie 6 – Pkt. VI.1

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych wyposażony w odporny na upadki i zalania moduł transportowy wyposażony we własny, dotykowy ekran o przekątnej 5'' z wyświetlaniem danych w orientacji poziomej i z wbudowaną rączką do przenoszenia monitora między lokalizacjami?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

213. Zapytanie:

„DOTYCZY – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 20 SZT. (POZ. 1.2)

Pytanie 7 – Pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych wyposażony w moduł transportowy, który przenosi między stanowiskami wszystkie monitorowane przez dany moduł parametry życiowe i trendy pacjenta?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

214. Zapytanie:

„DOTYCZY – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 20 SZT. (POZ. 1.2)

Pytanie 8 – Pkt. VII.3

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych bez funkcji rekonstrukcji 12 odprowadzeń EKG z kabla 6 elektrodowego? Owe 12 odprowadzeń jest rekonstruowane przez algorytm i w żadnym wypadku nie mogą być podstawą jakiegokolwiek diagnostyki i dalszego leczenia. Tylko

pełne 12 odprowadzeniowe EKG wykonane przy użyciu kabla 10 elektrodowego niesie ze sobą wartość diagnostyczną.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

215. Zapytanie:

„DOTYCZY – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 20 SZT. (POZ. 1.2)

Pytanie 9 – Pkt. VII.10

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych wyposażony w analizę arytmii (ponad 30 typów) z 1 głównego odprowadzenia EKG wybranego z dowolnego z monitorowanych w danym czasie odprowadzeń?”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

216. Zapytanie:

„DOTYCZY – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 20 SZT. (POZ. 1.2)

Pytanie 10 – Pkt. VII.15

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych z możliwością rozbudowy o pomiar i analizę QT/QTc wraz z pełną analizą w centrali monitorującej?”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

217. Zapytanie:

„DOTYCZY – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 20 SZT. (POZ. 1.2)

Pytanie 11 – Pkt. VII.21

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych wyposażony w natywny algorytm analizy SpO2 odporny na niską perfuzję i zakłócenia ruchowe podobnie jak Masimo lub TruSignal (nazwa własna technologii pomiaru SpO2 według GE)? Aktualnie wymagana technologia TruSignal lub Masimo jednoznacznie faworyzuje jednego producenta kardiomonitatorów – GE, ponieważ jest to technologia własna producenta, a tym samym jest zdecydowanie tańsza (kilkukrotnie) niż technologia Masimo, którą muszą aktualnie zaoferować pozostali potencjalni uczestnicy niniejszego postępowania przetargowego.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

218. Zapytanie:

„DOTYCZY – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 20 SZT. (POZ. 1.2)

Pytanie 12 – Pkt. VII.26

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych bez pomiaru SpO2 w dwóch kanałach jednocześnie? Pomiar SpO2 w dwóch kanałach ma zastosowanie jedynie w bardzo szczególnych przypadkach przy monitorowaniu noworodków i na oddziale na który przeznaczone są niniejsze kardiomonytory jest funkcjonalnością praktycznie bez potencjalnego zastosowania.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

219. Zapytanie:

„DOTYCZY – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 20 SZT. (POZ. 1.2)

Pytanie 13 – Pkt. VII.37

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych bez możliwości ustawienia etykiet pomiaru temperatury? Oferowany kardiomonitor rozpoznaje podłączony czujnik więc opisywanie rodzaju pomiaru nie ma żadnego znaczenia użytkowego.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

220. Zapytanie:

„DOTYCZY – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 20 SZT. (POZ. 1.2)

Pytanie 14 – Pkt. VII.43

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych wyposażony w pomiar PPV, bez SPV?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

221. Zapytanie:

„DOTYCZY – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 20 SZT. (POZ. 1.2)

Pytanie 15 – Pkt. VII.44

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych bez funkcji zaznaczania punktów pomiarowych na krzywej IBP?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

222. Zapytanie:

„DOTYCZY – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 20 SZT. (POZ. 1.2)

Pytanie 16 – Pkt. VII.5 i Pkt. VII.6

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych z ręcznym oraz automatycznym, na podstawie typu pacjenta, ustawianiem granic alarmowych parametrów, bez eskalacji alarmów i z czasem zawieszenia alarmów od 1 do 3 min oraz z możliwością stałego ich wyłączenia (bez limitu czasowego)?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

223. Zapytanie:

„DOTYCZY – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 20 SZT. (POZ. 1.2)

Pytanie 17 – Pkt. VII.9

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych wyposażony w pamięć 200 zdarzeń alarmowych na pacjenta z automatycznym ich zapisem po wykryciu zdarzenia bez trybu ręcznego zapisywania i opisywania?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

224. Zapytanie:

„DOTYCZY – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 20 SZT. (POZ. 1.2)

Pytanie 18 – Pkt. XI.4 i Pkt. XI.5

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych bez możliwości rozbudowy o pomiar saturacji krwi żyłnej centralnej oraz NMT, co w tym zestawieniu wraz z kalorymetrią i EEG jednoznacznie wskazuje na rozwiązania jednego producenta - GE, a co więcej, nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego ponieważ stanowi tylko możliwość rozbudowy w bliżej nieokreślonym czasie?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

225. Zapytanie:

„DOTYCZY – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH – 20 SZT. (POZ. 1.2)

Pytanie 19 – Pkt. VII.41

Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych wyposażony w moduł pomiaru ciśnienia inwazyjnego w szerszym zakresie niż aktualnie wymagany – od -50 do +300 [mmHg]??

Na zakończenie pragniemy podkreślić iż aktualnie tylko jeden producent kardiomonitorów – GE, jest w stanie spełnić wymagania Zamawiającego łącznie we wszystkich punktach minimalnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych, co znacząco ogranicza konkurencję. Tylko pozytywne odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania łącznie pozwolą na złożenie równoważnej i konkurencyjnej oferty w zakresie przedmiotu zamówienia jakim jest zakup 20 szt. monitorów funkcji życiowych.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

226. Zapytanie:

„JEDNOSTKA ZASILAJĄCA SUFITOWA: JEDNOSTANOWISKOWA 2 SZT. DWUSTANOWISKOWA 9 SZT. (POZ. 1.1)

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednostkę zasilającą sufitową z belką wyposażoną w zestaw oświetleniowy składający się z dwóch wbudowanych świateł:

- 1) oświetlenie bezpośrednie zamontowane na dole belki w technologii LED o mocy 4W;*
- 2) oświetlenie pośrednie odbite od sufitu zamontowane na górze belki w technologii LED o mocy 4W;*

co jest rozwiązaniem lepszym i nowocześniejszym od wymaganego?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

227. Zapytanie:

„JEDNOSTKA ZASILAJĄCA SUFITOWA: JEDNOSTANOWISKOWA 2 SZT. DWUSTANOWISKOWA 9 SZT. (POZ. 1.1)

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednostkę zasilającą sufitową z włącznikiem oświetlenia umieszczonym na jednej z kolumn, bez ściemniacza, co jest rozwiązaniem równoważnym do wymaganego?.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

228. Zapytanie:

„JEDNOSTKA ZASILAJĄCA SUFITOWA: JEDNOSTANOWISKOWA 2 SZT.

DWUSTANOWISKOWA 9 SZT. (POZ. 1.1)

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednostkę zasilającą sufitową w której front i boczne ścianki szuflad są metalowe, łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących i z opływowymi uchwytami co jest rozwiązaniem lepszym od wymaganego?."

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

229. Zapytanie:

„JEDNOSTKA ZASILAJĄCA SUFITOWA: JEDNOSTANOWISKOWA 2 SZT. DWUSTANOWISKOWA 9 SZT. (POZ. 1.1)

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednostkę zasilającą sufitową wyposażoną w organizery montowane do szyn na nadmiar gabli w ilości min po 2 szt. na stronę aparaturową i infuzyjną w zamian za schowki które utrudniają utrzymanie urządzeń w czystości? Pragniemy zauważyć, że rozwiązania opisane przez Zamawiającego umożliwiają złożenie oferty tylko jednej firmie jaką jest (...)."

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

230. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 1 Pozycja 1.4. Pompy strzykawkowe punkt I.5

Prosimy o dopuszczenie pompy infuzyjnej do infuzji dożylnych lub podskórnych u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych, leków, krwi i preparatów krwiopochodnych, sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, posiadająca opcję Wi-Fi, umożliwiającą podłączenie pompy do szpitalnego systemu informatycznego bez użycia przewodów."

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

231. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 2. Pozycja 1.4. Pompy strzykawkowe punkt I.6

Prosimy o dopuszczenie pompy infuzyjnej z zasilaniem z akumulatora wewnętrznego przez minimum 11 godz. przy przepływie 5 ml/godz."

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

232. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 3. Pozycja 1.4. Pompy strzykawkowe punkt III.5.

Prosimy o dopuszczenie pompy infuzyjnej wyposażonej w 19 profili podaży, pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy i biblioteki leków, bez programu Piggy-Back, który dotyczy wyłącznie pomp objętościowych”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

233. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 4. Pozycja 1.4. Pompy strzykawkowe punkt III. 11.

Prosimy o dopuszczenie pompy infuzyjnej wyposażonej w funkcję programowania czasu infuzji od 1min – 96 godzin”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

234. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 5. Pozycja 1.4. Pompy strzykawkowe punkt III.17.

Prosimy o dopuszczenie pompy nie wyposażonej w dodatkowy czujnik wzrostu/spadku ciśnienia, którego funkcję w oferowanych pompach pełni bardziej zaawansowane technicznie rozwiązanie - sygnalizacja wahań ciśnienia w linii, pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności, nie wymagająca zastosowania specjalnych drenów”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

235. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 6. Pozycja 1.4. Pompy strzykawkowe punkt V.5.

Prosimy o dopuszczenie pomp bez możliwości współpracy z systemem kontrolowanej insulinoaterapii”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

236. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 7. Pozycja 1.4. Pompy strzykawkowe punkt V.6.

Prosimy o dopuszczenie pomp bez opcjonalnej możliwości zasilania zasilaczem zewnętrznym – są one zasilane zasilaczem wbudowanym w urządzenie, co jest wygodniejszym i bezpieczniejszym dla Użytkownika rozwiązaniem.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

237. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 8. Pozycja 1.4 Pompy objętościowe I.5.

Prosimy o dopuszczenie pompy objętościowej do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiającą współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, umożliwiającą podłączenie pompy do szpitalnego systemu informatycznego.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

238. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 9. Pozycja 1.4 Pompy objętościowe I.8.

Prosimy o dopuszczenie pompy zajmującej objętość 4360,5 cm³.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

239. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 10. Pozycja 1.4 Pompy objętościowe I.15.

Prosimy o dopuszczenie pompy wyposażonej w automatyczną funkcję antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji – max. 0,35ml”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

240. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 11. Pozycja 1.4 Pompy objętościowe II.5.

Prosimy o dopuszczenie pompy wyposażonej w poniższe tryby infuzji: w ml/h: Objętość + Szybkość Przepływu, Objętość + Czas, Szybkość Przepływu + Czas, Objętość + Czas + Szybkość Przepływu, Wzrastająco / Malejąco, Sekwencyjnie / Okresowo, Następco / Na Zakładkę, Krople/min.”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

241. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 12. Pozycja 1.4 Pompy objętościowe II.8.

Prosimy o dopuszczenie pompy z regulacją szybkości bolusa w zakresie 50 – 1500 ml/h”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

242. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 13. Pozycja 1.4 Pompy objętościowe II.14.

Prosimy o dopuszczenie pompy wyposażonej w funkcję programowania czasu infuzji od 1min – 96 godzin”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

243. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 14. Pozycja 1.4 Pompy objętościowe II.26.

Prosimy o dopuszczenie pompy wyposażonej w funkcję wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut, ustawiane w zakresie 10-2000 μ l”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

244. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 15. Pozycja 1.4 Pompy objętościowe IV.5.

Prosimy o dopuszczenie pompy wyposażonej w funkcję infuzji definiowanej prędkością przepływu wyrażoną w kroplach na minutę zintegrowany z urządzeniem, praca pompy możliwa jest w innych trybach i funkcjach tj, bez wykorzystania detektora”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

245. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 16. Pozycja 1.4 Pompy objętościowe IV.6.

Prosimy o dopuszczenie pomp infuzyjnych nie współpracujących z wyszczególnionym systemem do prowadzenia kontrolowanej insulinoterapii”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

246. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 17. Pozycja 1.4 Pompy objętościowe IV.7.

Prosimy o dopuszczenie pomp nie wyposażonych w możliwość zasilania za pomocą zasilacza zewnętrznego – są one zasilane zasilaczem wbudowanym w urządzenie, co jest wygodniejszym i bezpieczniejszym dla Użytkownika rozwiązaniem”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

247. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 18. Pozycja 1.4 Pompy objętościowe IV.8.

Prosimy o dopuszczenie pomp objętościowych, których dokładność mechaniczna wynosi 5%”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

248. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 19. Moduł stacji dokujących punkty II.1. oraz II.4.

Prosimy o dopuszczenie dwóch stacji dokujących zapewniających kompatybilność z oferowanymi pompami montowanych jednak pionowo, tj. jedna nad drugą, z możliwością umieszczenia w każdej z nich (w dowolnej konfiguracji) 6 pomp strzykawkowych oraz 6 pomp objętościowych co łącznie daje liczbę 12 pomp, a więc konfigurację oczekiwaną przez Zamawiającego”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

249. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 20. Moduł stacji dokujących II.9.

Prosimy o dopuszczenie lekkiej stacji dokującej, o wadze 5,2 kg, której przenoszenie nie wymaga zastosowania uchwytu”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

250. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 21. Moduł stacji dokujących II. 11 ora II.12

Prosimy o dopuszczenie stacji dokującej bez możliwości współpracy z czytnikiem kodów oraz systemem kontrolowanej insulinoterapii, mającymi marginalne zastosowanie w praktyce intensywiisty”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

251. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 22. Moduł stacji dokujących II.13.

Prosimy o dopuszczenie stacji dokujących z posiadających licencję do transmisji danych w standardzie HL7 i współpracujących w większości systemów PDMS wiodących producentów, potwierdzone 2 instalacjami na terenie Polski”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

252. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 23 OPROGRAMOWANIE DO MONITOROWANIA INFUZJI Pozycja 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie oprogramowania do monitorowania infuzji z możliwością wyświetlania każdej podłączonej do systemu stacji dokującej i możliwością podporządkowania do danego łóżka, w menu szczegółowym funkcjonuje z terminami zakończenia infuzji poszczególnych pomp, zbliżające się końce infuzji, położenie i historia pracy pompy, przyczyna alarmu w danej pompie”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

253. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 24 Pompa strzykawkowa III.18 i 19

Prosimy o dopuszczenie pompy nie mającej rozszerzenia TCI, PCEA, PCA”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

254. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 25

Prosimy o dopuszczenie pomp strzykawkowych i objętościowych, z biblioteką, w której każda pompa może być rozszerzona do 19 profili, w każdym profilu można wprowadzić do 150 leków do biblioteki, można powiązać z limitami względnymi i bezwzględnymi oraz min/max, wchodząc do menu można nazwę leku można wyświetlać naprzemiennie z wybranymi parametrami infuzji”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

255. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 26 Pompa strzykawkowa III.8

Prosimy o dopuszczenie pompy strzykawkowej z dokładnością mechaniczną na poziomie 1 % w pompach SP MC”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

256. Zapytanie:

„POZYCJA 1.4. POMPY INFUZYJNE

Pytanie 27. System do prowadzenia kontrolowanej insulinoterapii punkty 1-7

Prosimy o dopuszczenie pomp, stacji dokującej oraz systemu nadzorowania nad infuzjami nie wyposażonych w system do prowadzenia kontrolowanej insulinoterapii, który ma niewielkie zastosowanie w praktyce oddziału OIT, a jednocześnie znacząco zwiększa koszt oczekiwanego przez Zamawiającego sprzętu”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

257. Zapytanie:

„PYTANIE DO ZADANIA 1 POZ. 8

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. Nr 8 w zad nr 1 laryngoskop światłowodowy w standardzie Green light, o następujących parametrach technicznych:

Laryngoskop światłowodowy długość standardowa

Głęboko żłobiona rękojeść trwała, nieślizgający się w dłoni uchwyt wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej

Źródło światła - dioda elektroluminescencyjna typu LED, wystarczającą na ok.. 50 000 godzin pracy, nie zmieniające natężenia światła w miarę zużywania baterii

Rączka laryngoskopu zasilana bateriami typu AA

Dezynfekcja parowa w autoklawie w temp. 134 st. C

W zestawie z łyżkami metalowymi wielorazowego użytku

Proksymalny koniec pręta świetlnego każdej łyżki laryngoskopu jest pokryty specjalną powłoką antyrefleksyjną, ułatwiającą wizualizację.”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

258. Zapytanie:

„PYTANIA DOTYCZĄCE – MEBLE NIEMEDYCZNE

Pytanie 1 – dotyczy pozycja 11.9 Kanapa

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tolerancji wymiaru +/- 5%.”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

259. Zapytanie:

„PYTANIA DOTYCZĄCE – MEBLE NIEMEDYCZNE

Pytanie 2 – dotyczy pozycja 11.8 Fotel do biurka

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie paramentu oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

260. Zapytanie:

„PYTANIA DOTYCZĄCE – MEBLE NIEMEDYCZNE

Pytanie 3 – dotyczy pozycja 11.8 Fotel do biurka

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tolerancji wysokości +/- 10%”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

261. Zapytanie:

„PYTANIA DOTYCZĄCE – MEBLE NIEMEDYCZNE

Pytanie 4 – dotyczy pozycja 11.11 Fotel

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tolerancji wymiaru +/- 5%”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

262. Zapytanie:

„PYTANIA DOTYCZĄCE – MEBLE NIEMEDYCZNE

Pytanie 5 – dotyczy pozycja 11.16 Krzesło konferencyjne

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tolerancji wymiaru +/- 5%”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

263. Zapytanie:

„PYTANIA DOTYCZĄCE – MEBLE NIEMEDYCZNE

Pytanie 6 – dotyczy pozycja 11.16 Krzesło stołu

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tolerancji wymiaru +/- 5%”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

264. Zapytanie:

„PYTANIA DOTYCZĄCE – MEBLE NIEMEDYCZNE

Pytanie 7 – dotyczy pozycja 12.1 Dozownik do mydła

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu (bez elementów plastikowych) względę ekonomiczne”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

265. Zapytanie:

„PYTANIA DOTYCZĄCE – MEBLE NIEMEDYCZNE

Pytanie 8 – dotyczy pozycja 12.1 Dozownik do mydła

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu Przeznaczony do preparatów w jednorazowych opakowaniach z wylewką zapobiegającą wtórnej kontaminacji (system zamknięty) do higieny rąk) –względę ekonomiczne”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

266. Zapytanie:

„PYTANIA DOTYCZĄCE – MEBLE NIEMEDYCZNE

Pytanie 9 – dotyczy pozycja 12.1 Dozownik do mydła

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na przykręcane lub przyklejane (istnieje możliwość uszkodzenia instalacji wew ścian)”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

267. Zapytanie:

„PYTANIA DOTYCZĄCE – MEBLE NIEMEDYCZNE

Pytanie 10 – dotyczy pozycja 12.2 Dozownik do płynu dezynfekcyjnego

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu (bez elementów plastikowych) względę ekonomiczne”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

268. Zapytanie:

„PYTANIA DOTYCZĄCE – MEBLE NIEMEDYCZNE

Pytanie 11 – dotyczy pozycja 12.2 Dozownik do płynu dezynfekcyjnego

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu Przeznaczony do preparatów w jednorazowych opakowaniach z wylewką zapobiegającą wtórnej kontaminacji(system zamknięty) do higieny rąk)-względy ekonomiczne”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

269. Zapytanie:

„PYTANIA DOTYCZĄCE – MEBLE NIEMEDYCZNE

Pytanie 12 – dotyczy pozycja 12.2 Dozownik do płynu dezynfekcyjnego

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na przykręcane lub przyklejane (istnieje możliwość uszkodzenia instalacji wew ścian)”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji.

270. Zapytanie:

„PYTANIA DOTYCZĄCE – MEBLE NIEMEDYCZNE

Pytanie 13 – dotyczy pozycja 12.3 Pojemnik do ręczników papierowych

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tolerancji wymiaru +/- 15%. (sugeruje 1 producenta)”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

271. Zapytanie:

„PYTANIA DOTYCZĄCE – MEBLE NIEMEDYCZNE

Pytanie 14 – dotyczy pozycja 12.6 Kosz na odpady zbiorcze

Zwracamy się z prośbą o zastąpienie zapisu wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9 na wykonany ze stali kwasoodpornej”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

272. Zapytanie:

„PYTANIA DOTYCZĄCE – MEBLE NIEMEDYCZNE

Pytanie 15 – dotyczy pozycja 12.6 Kosz na odpady zbiorcze

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tolerancji wymiaru +/- 5%”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

273. Zapytanie:

„PYTANIA DOTYCZĄCE – MEBLE NIEMEDYCZNE

Pytanie 16 – dotyczy pozycja 12.8 Mikrofalówka

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tolerancji wymiaru +/- 5%”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

274. Zapytanie:

„ PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ ORAZ WZORU UMOWY

Pytanie 1

W związku z faktem, iż dostawa wyposażenia w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje również wyroby niemedyce, prosimy o potwierdzenie, że wymóg dopuszczenia do obrotu i używania w Polsce na zasadach przewidzianych w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych dotyczy wyłącznie wyrobów medycznych w rozumieniu ww. ustawy”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wskazał jednoznacznie w ust. 4 Rozdziału III SIWZ, że: „Oferowany przedmiot zamówienia **stanowiący wyroby medyczne** musi być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.).”

275. Zapytanie:

„ PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ ORAZ WZORU UMOWY

Pytanie 2 – dotyczy § 1 ust. 4 pkt 4) oraz § 1 ust. 9 wzoru umowy

Prosimy o usunięcie rozbieżności i sprzeczności w odniesieniu do kwestii świadczeń pogwarancyjnych wyrażonych w przywołanych wyżej zapisach wzoru umowy.

Przejawiają się one w następujący sposób:

- zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 4) oraz § 1 ust. 9 wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia przeglądów okresowych również w okresie pogwarancyjnym, tj. przez 3 lata po upływie okresu gwarancji, bez dodatkowego wynagrodzenia.
- natomiast w § 5 ust. 3 czytamy, iż płatność w przypadku serwisu pogwarancyjnego będzie następować w równych miesięcznych ratach, począwszy od miesiąca następującego po upływie okresu gwarancji, przy czym cena opisana w §5 ust. 1 nie uwzględnia wartości, która miała by być płatna w ratach.

Ze względu na fakt, że Zamawiający wymaga zaoferowania w ofercie w punkcie 13 (13.1-13.3) tabeli formularza cenowego – załącznika nr 1 do SIWZ usługi serwisowej w okresie pogwarancyjnym w postaci przeglądów technicznych wynikających z zaleceń producenta, „naprawy wraz z robocizną, części zamienne”, a nie zamieścił on stosownych zapisów umownych w tym zakresie, wnosimy o uzupełnienie SIWZ i wzoru umowy o szczegółowe zapisy opisujące zasady świadczenia serwisu pogwarancyjnego, w tym w szczególności o:

- zakres przeglądów i termin wykonywania usług serwisu pogwarancyjnego (od kiedy do kiedy);
- określenie dokładnego sposobu rozliczeń za usługi z zakresu serwisu pogwarancyjnego;
- wyodrębnienie w ramach ceny przedmiotu umowy w ofercie i we wzorze umowy wartości usług pogwarancyjnych.

W związku z powyższym czy Zamawiający potwierdza usunięcie:

- w § 1 ust. 4 pkt 4) wzoru umowy następującego fragmentu:

„w ramach ceny ofertowej, bez dodatkowego wynagrodzenia,”

- w § 1 ust. 9 wzoru umowy następującego fragmentu:

„oraz przez trzy lata po jego zakończeniu”;

- punktu 13 (13.1-13.3) tabeli formularza cenowego – załącznika nr 1 do SIWZ? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

276. Zapytanie:

„ PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ ORAZ WZORU UMOWY

Pytanie 3 – dotyczy § 2 ust. 2 wzoru umowy

Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:

„2. Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Przypadek taki wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym przesunięcie terminu zakończenia zadania nastąpi o tyle dni, przez ile trwały przyczyny niezależne od Wykonawcy, **ale nie dłużej niż o 1 miesiąc**. Zaistnienie przesłanek, o których mowa powyżej, zobowiązuje Zamawiającego do pisemnego uprzedzenia Wykonawcy nie później niż siedem dni przed terminem wstrzymania danego zakresu prac. Ryzyko i koszt kontynuowania prac pomimo ich wstrzymania ponosi Wykonawca i nie obciążają one Zamawiającego.”

Zmodyfikowanie ww. zapisu wzoru umowy w sposób przedstawiony powyżej wydaje się być nieodzowne, biorąc pod uwagę konieczność zachowania zasady równości stron sformułowaną w przepisach art. 7 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 3531 k.c. oraz art. 5 k.c. W wypadku pozostawienia przedstawionego wyżej zapisu wzoru umowy w pierwotnej wersji, dojdzie do naruszenia powołanych przepisów prawa, Zamawiający ułożył bowiem stosunek zobowiązaniowy sprzecznie z naturą tego rodzaju umów (sprzedaż/dostawa), nadużywając przy tym dominującej pozycji, jako jednej z jego stron. Mając na uwadze uchwałę składu 7 sędziów SN z dnia 22 maja 1991 r. (III CZP 15/91, OSNCP 1992/1/1) mówiącą iż: „W tym stanie rzeczy za sprzeczne z naturą umowy gospodarczej należy uznać pozostawienie w ręku jednej tylko strony możliwości dowolnej zmiany jej warunków. Sprzeczność ta występuje szczególnie wyraźnie zwłaszcza przy umowach zawieranych nie w oparciu o indywidualne pertraktacje, ale w oparciu w regulamin wydany przez profesjonalistę, skoro jest oczywiste, że zawsze jest on zainteresowany w najkorzystniejszym dla siebie ukształtowaniu regulacji masowo zawieranych umów.”.

Umowa w obecnym kształcie jest niekorzystna dla wykonawców, gdyż z jednej strony zobowiązuje ich do dostaw towarów w z góry oznaczonym terminie, co obliguje m.in. do magazynowania towarów objętych umową, zaś z drugiej strony nie gwarantuje im realizacji zamówienia w przewidzianym po temu terminie.

Co więcej, pozostawianie możliwości nieograniczonego w czasie przesuwania terminu zakończenia przedmiotu umowy, będącego np. efektem opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, generuje zawsze dodatkowe nieprzewidziane w ofercie (bo nie dające się przewidzieć) bardzo wysokie koszty. W związku z niemożnością realizowania dostaw, specjalnie dla celów wykonania zobowiązań z Umowy, Wykonawca jest zmuszony wynająć oddzielną powierzchnię magazynową, w której można w sposób bezpieczny gromadzić cały nadsyłany od producentów i podwykonawców sprzęt medyczny. Oprócz czystych kosztów najmu, ponosi więc związane z tym koszty ubezpieczenia ww. powierzchni i samego towaru oraz nie w kalkulowaływane w cenę oferty dodatkowe koszty transportowo-logistyczne. Dodatkowo zmuszony jest ponosić niebagatelne koszty wynikające z przedłużenia okresu gwarancji jakości w każdym z elementów sprzętu medycznego, czy przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

To z punktu widzenia Wykonawcy, termin realizacji umowy powinien pozostawać niezagrożony i jak najbardziej realny. Nie może on ponosić odpowiedzialności i związanych z tym kosztów za błędy innych podmiotów i wydarzenia, na które nie ma wpływu! Dlatego konieczne jest określenie maksymalnego terminu przesunięć realizacji zobowiązań wynikających z umowy, chyba że Zamawiający zobowiąże się do ponoszenia dodatkowych kosztów Wykonawcy wynikłych z tytułu takich przesunięć.

W odpowiedziach na zapytania wykonawców sam Zamawiający niejednokrotnie podkreślał, iż mając na uwadze charakter działalności Zamawiającego istotną jest realizacja przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ, w tym również w wymaganym terminie.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

277. Zapytanie:

„ PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ ORAZ WZORU UMOWY

Pytanie 4 – dotyczy § 2 ust. 3 wzoru umowy

Wnosimy o dokonanie następującej modyfikacji ww. zapisu:

„3. Termin zakończenia przedmiotu umowy nie może przekroczyć terminu realizacji zawartego w umowie o dofinansowanie projektu, w którym mowa w § 1 ust. 3 umowy, tj. 31.12.2019 r. W przypadku przekroczenia tego terminu i utraty przez Zamawiającego dofinansowania, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kompensaty utraconych korzyści od Wykonawcy. Powyższe nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy przekroczenie terminu realizacji, skutkujące utratą przez Zamawiającego dofinansowania projektu, nastąpiło z inicjatywy Zamawiającego, w związku ze wstrzymaniem prac na podstawie § 2 ust. 2 umowy lub z powodów określonych w § 10 ust. 3 pkt 2), 3) i 4) umowy.”

Zdajemy sobie sprawę, że Zamawiający musi zapewnić ochronę interesów sektora publicznego (np. uzyskując odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy przez wykonawcę). Ważna jest jednakże konieczność zachowania równowagi interesów. Bezpodstawne karanie wykonawcy za zdarzenia, na które nie miał wpływu, nie znajduje uzasadnienia.

Zapis w obecnym brzmieniu przerzuca de facto odpowiedzialność finansową (z tytułu utraty dofinansowania) z Zamawiającego na Wykonawców. Zapis w oczywisty sposób stanowi więc próbę zminimalizowania ryzyka, jakie ponosi Zamawiający kosztem interesów Wykonawcy. Tym samym za działania Zamawiającego (np. w postaci wstrzymania prac na podstawie § 2 ust. 2 umowy) lub za skutki wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, w tym siły wyższej, pełną odpowiedzialność ponosi wykonawca. Jest to niedopuszczalne zarówno na tle prawa cywilnego, jak i samej ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ustawodawca podczas jednej z nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ażeby zminimalizować ryzyko Zamawiającego w takich sytuacjach bez nieprawego obciążania

wykonawcy, przewidział stosowne zapisy (art. 93 ust. 1a) umożliwiające Zamawiającym unieważnienie postępowania, w przypadku utraty środków na sfinansowanie zamówienia. Nie bez przyczyny możliwość ta dotyczy **tylko** unieważnienia postępowania, czyli etapu przed zawarciem umowy – bowiem po jej zawarciu Zamawiający musi mieć pewność, że posiada stosowne środki na spłatę swych zobowiązań”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

278. Zapytanie:

„ PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ ORAZ WZORU UMOWY

Pytanie 5 – dotyczy § 3 ust. 2 pkt 4) wzoru umowy

Wnosimy o dokonanie następującej modyfikacji ww. zapisu:

„4) pełne pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej i wody, zużytych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W tym celu Wykonawcy będzie przysługiwało prawo założenia podliczników. Podstawą rozliczenia będą rachunki przedstawione przez Zamawiającego wg wskazań podliczników w dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

279. Zapytanie:

„ PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ ORAZ WZORU UMOWY

Pytanie 6 – dotyczy § 3 ust. 2 pkt 10) wzoru umowy

Wnosimy o dokonanie następującej modyfikacji ww. zapisu:

„10) ściśle przestrzeganie **uzasadnionych** poleceń nadzoru inwestorskiego oraz uczestnictwo w cyklicznych naradach roboczych organizowanych przez Zamawiającego;”
Prosimy o doprecyzowanie ww. zapisu, tak aby nakładał on na Wykonawcę obowiązek stosowania się do tych poleceń nadzoru inwestorskiego, które znajdują uzasadnienie ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i wszelkimi normami znajdującymi zastosowanie do przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie. **Wskazać należy, iż polecenia nadzoru inwestorskiego ze swej natury muszą być zgodne z prawem.**

280. Zapytanie:

„ PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ ORAZ WZORU UMOWY

Pytanie 7 – dotyczy § 3 ust. 3 wzoru umowy

Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:

„3. Wykonawca ponosi ~~winę~~**nieodpowiedzialność** za wykonanie przedmiotu zamówienia ~~zastosowanie~~**rozwiązań** niezgodnych z umową, zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami prawa lub normami.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

281. Zapytanie:

„ PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ ORAZ WZORU UMOWY

Pytanie 8 – dotyczy § 3 ust. 4 wzoru umowy

Wnosimy o wprowadzenie modyfikacji zapisu § 3 ust. 4 wzoru umowy tak, aby otrzymał on następujące brzmienie:

„4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wykonanie przedmiotu zamówienia niezgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego błędne rozwiązaniami, jeżeli w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy ich zastosowania szkodę poniósł Zamawiający lub osoba trzecia.”

Uzasadnienie do pytań nr 7 i 8 powyżej:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę dostawy, instalacji i uruchomienia wyposażenia wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń, zgodnie z dokumentacją projektową, w tym z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załączniki do SIWZ. Rozwiązania techniczne, stanowiące wymogi Zamawiającego zostały zatem przedstawione w dokumentacji przedmiotowego postępowania, zaś na Wykonawcę nałożony został obowiązek wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z nimi. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za skutki zastosowania rozwiązań przyjętych przez Zamawiającego, działając z zachowaniem należytej staranności.

Konieczne jest zatem ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy za szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie.

282. Zapytanie:

„ PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ ORAZ WZORU UMOWY

Pytanie 9 – dotyczy § 4 ust. 4 wzoru umowy

Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:

„4. Z czynności odbioru sporządzany będzie każdorazowo protokół odbioru częściowego w odniesieniu do danych pozycji asortymentowych (wyposażenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii i wykonanych prac adaptacyjnych – zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie wad. Z czynności odbioru końcowego sporządzony będzie protokół odbioru końcowego, potwierdzający bezusterkowe zakończenie realizacji całego przedmiotu zamówienia.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

283. Zapytanie:

„ PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ ORAZ WZORU UMOWY

Pytanie 10 – dotyczy § 6 ust. 1 wzoru umowy

Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:

„1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia oraz wykonanie prace adaptacyjne na okres 36 miesięcy licząc ~~každorazowo~~ od dnia ~~końcowego~~ odbioru ~~częściowego~~ odpowiednio asortymentu lub prac, będących przedmiotem odbioru częściowego danej części przedmiotu umowy.”

Uzasadnienie do pytań nr 9 i 10 powyżej:

Skoro Zamawiający przewiduje dostawy częściowe/wg harmonogramu, a także (na podstawie § 4 ust. 1 umowy) odbiory prac zanikowych, ulegających zakryciu, odbiory częściowe i odbiór końcowy, konieczne wydaje się wprowadzenie w pozostałych zapisach umowy odpowiednich regulacji w kwestii odbiorów częściowych urządzeń dostarczanych w ramach przedmiotu zamówienia, gdzie za część, która może zostać odebrana częściowo, byłoby przyjmowane wyposażenie lub prace wg pozycji asortymentowej – zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Taki odbiór częściowy byłby stwierdzany stosownym protokołem odbioru częściowego, a niezależnie od niego na koniec procesu realizacji miałby miejsce odbiór końcowy przedmiotu umowy (stwierdzany protokołem odbioru końcowego).

Istniejące obecnie zapisy nie stanowią dostatecznie jasno, że po wykonaniu częściowo przedmiotu zamówienia (np. dostawy części urządzeń wg uzgodnionego harmonogramu realizacyjnego przedmiotu umowy) dochodzi do przekazania danej części wyposażenia na podstawie protokołu odbioru częściowego i tym samym dochodzi do przejścia odpowiedzialności przez Zamawiającego m.in. za przypadkową utratę lub uszkodzenia tego wyposażenia.

Również bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się dopiero w momencie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, nawet jeśli częściowo towar był dostarczony dużo wcześniej.

Powyższe zapisy przyczyniają się w niezwykle wysokim wymiarze do wzrostu kosztów po stronie Wykonawcy, a co za tym idzie po stronie Zamawiającego. Zgodnie z art. 577 § 4 k.c. termin obowiązywania gwarancji jest naliczany od dnia wydania rzeczy kupującemu. Przy okresie realizacji rozciągniętym w czasie należy liczyć się ze wzrostem kosztów wynikających z przedłużenia gwarancji na wszystkie dostarczane wyroby - nie ma wątpliwości, że spowoduje to wzrost ceny oferty.

W oparciu o powyższą argumentację, wnosimy o wprowadzenie stosownych zmian we wzorze umowy.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie z uwagi na fakt, że oddział nie może być częściowo użytkowany, a przekazanie go do użytkowania nastąpi z całym wyposażeniem protokołem odbioru końcowego.

284. Zapytanie:

„ PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ ORAZ WZORU UMOWY

Pytanie 11 – dotyczy § 5 ust. 3 wzoru umowy

Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:

„3. Płatność w zakresie danej części przedmiotu zamówienia będzie realizowana za wykonany i odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy ~~každorazowo~~ w terminie 30 dni od daty przedłożenia zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru ~~częściowego~~ ~~końcowego~~, jeśli nie ujawniono w przedmiocie umowy wad nadających się do usunięcia, a jeżeli ujawniono takie wady, to na podstawie ~~odpowiedniego~~ protokołu stwierdzającego ich usunięcie – ~~po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. (...)~~”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

285. Zapytanie:

„ PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ ORAZ WZORU UMOWY

Pytanie 12 – dotyczy § 6 ust. 5 wzoru umowy

Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:

*„5. Wykonawca w okresie objętym gwarancją odpowiada za wady fizyczne w dostarczonym przedmiocie umowy, **które powstały z przyczyn w nim tkwiących** i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania i odpowiedzialność.”*

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyposażeniu (art. 578 k.c.).”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie.

286. Zapytanie:

„ PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ ORAZ WZORU UMOWY

Pytanie 13 – dotyczy § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy

Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:

„1. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za:

a) ~~W~~ wysokości 0,1 % ~~wynagrodzenia umownego brutto~~ wartości brutto urządzenia, którego zwłoka w dostawie dotyczy, za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji przedmiotu umowy;”

Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w dostawie powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Biorąc pod uwagę, że w ramach przedmiotu umowy występują wyroby w dużej ilości, o bardzo złożonym charakterze i wartości, a także o bardzo skomplikowanej budowie, to istniejący sposób naliczania kar nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia zawinienia strony. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia, a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.

Ponadto w obecnym brzmieniu tego zapisu umowy, wygórowanym karom grożącym Wykonawcy w przypadku najmniejszego nawet opóźnienia towarzyszy po stronie Zamawiającego całkowity brak zagrożenia karą umowną. Zamawiający nie musi obawiać się takich sankcji, nawet jeżeli sam spowoduje niemożność świadczenia dostaw przez Wykonawcę w terminie. Wobec powyższego konieczne jest dokonanie zmian tych postanowień, które obecnie naruszają równowagę stron stosunku zobowiązaniowego. Charakter zastrzeżonych kar umownych co do zasady ma dyscyplinować wykonawców, a nie dążyć do wzbogacenia zamawiającego. Zastrzeżenie w umowie rażąco wygórowanych kar umownych stanowi o jej sprzeczności z naturą umowy wzajemnej i zasadami współżycia społecznego.

Powyższa kara umowna jest też rażąco wysoka. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego. Przywoływane powyżej zapisy są też sprzeczne z przepisami działu III, Tytułu VII, Księgi III kodeksu cywilnego, jako że Wykonawca nie ma żadnego narzędzia do zdyscyplinowania Zamawiającego, w przypadku niewykonywania i nienależytego wykonywania jego zobowiązań, podczas gdy Zamawiający ma takich narzędzi prawnych kilka i to niewspółmiernie obciążających wykonawcę względem zaniedbań, jakie ewentualnie może on spowodować.

W analogicznej sprawie prowadzonej z Odwołania Wykonawcy skład orzekający KIO w wyroku o sygn. KIO 475/11 z 22.03.2011 r. przychylił się całkowicie do ww. argumentacji stwierdzając m.in. że „za uzasadnione należy żądanie Odwołującego, aby kary umowne za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń obliczane były w stosunku procentowym nie do wartości całego zamówienia, lecz w stosunku do tego elementu zamówienia, z dostawą którego wykonawca popadł w zwłokę. Może być to osiągnięte poprzez odwołanie do wartości zaofertowanych urządzeń, z dostawą których wykonawca pozostaje w zwłoce.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

287. Zapytanie:

„ PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ ORAZ WZORU UMOWY

Pytanie 14 – dotyczy § 7 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy

Wnosimy o doprecyzowanie pojęcia „wady nieistotne” oraz wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:

„5) w wysokości 103% wartości brutto umowy za wady nieistotne, których nie da się usunąć.”

Istniejący zapis pozwala Zamawiającemu na naliczenie kary umownej powołując się na wystąpienie bliżej nieokreślonych wad nieistotnych, umożliwiając Zamawiającemu tym samym naliczenie dodatkowej kary w sytuacjach innych niż szczegółowo określone w umowie (w § 7 ust. 1). Brak określenia dokładnego katalogu wad, których wystąpienie daje Zamawiającemu możliwość naliczenia kary, a także brak sprecyzowania procedury postępowania stron w przypadku ich wystąpienia powoduje powstanie po stronie Wykonawcy ogromnego ryzyka poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów w wyniku naliczenia kary, co oznacza, że zapis w tej formie nie może być zaakceptowany.

Charakter zastrzeżonych kar umownych co do zasady ma dyscyplinować wykonawców, a nie dążyć do wzbogacenia zamawiającego. Zastrzeżenie w umowie rażąco wygórowanych kar umownych stanowi o jej sprzeczności z naturą umowy wzajemnej i zasadami współżycia społecznego.

Tym samym konieczne jest zarówno obniżenie wysokości przedmiotowej kary, jak i zawężenie przesłanki naliczenia kary do ściśle określonych przez Zamawiającego przypadków.”

Odpowiedź

Informuję, iż z uwagi na specyfikę zarówno przedmiotu zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, jak i specyfikę Zamawiającego jako Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Zamawiający nie przewiduje dokonania zmiany we wnioskowanym zakresie. Wskazać należy, iż za wadę nieistotną należy uznać wadę, która umożliwi prawidłowe użytkowanie przedmiotu umowy, choć z pewnymi niedogodnościami spowodowanymi wadą nieistotną.

Nadmienienia wymaga, że Wykonawca przystępując do postępowania nie powinien od razu zakładać nienależytego wykonywania umowy w związku z powyższym dopiero na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający rozpatrzy wszystkie okoliczności faktyczne i prawne i zajmie ostateczne stanowisko.

288. Zapytanie:

„ PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ ORAZ WZORU UMOWY

Pytanie 15 – dotyczy § 8 ust. 1 pkt 2), 3) i 4) wzoru umowy

Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisów:

„1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty kar umownych:

1) (...);

2) jeżeli Wykonawca zwleka z rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny, **pomimo uprzedniego wezwania wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy i bezskutecznego upływu wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni;**

3) jeżeli Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 7 dni, **pomimo uprzedniego wezwania wykonawcy do wznowienia realizacji przedmiotu umowy i bezskutecznego upływu wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni;**

4) jeżeli Wykonawca realizuje prace niezgodnie z umową, przepisami prawa, warunkami technicznymi lub w sposób niegwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy, **pomimo uprzedniego wezwania wykonawcy do należytej realizacji przedmiotu umowy i bezskutecznego upływu wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni;**

5) (...).”

Powyższy zapis zakłada prawo do sankcjonowania Wykonawcy poprzez obciążenie go kwotą różnicy wynagrodzenia umownego przypadającą na niezrealizowaną część przedmiotu umowy, a wynagrodzeniem uzgodnionym z kolejnym wykonawcą (w ramach wykonania zastępczego). Kwestia pozostawiania przez Wykonawcę w zwłoce w wykonaniu swoich zobowiązań została już uregulowana w § 7 ust. 1 wzoru umowy, w którym Zamawiający zagwarantował sobie zapłatę kary z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, czy nieterminowego usunięcia wad w okresie gwarancji. Kwestionowany zapis świadczy zatem o podwójnej sankcji za to samo przewinienie Wykonawcy.

Zapis w obecnym brzmieniu stawia w sposób drastyczny Wykonawcę w bardzo niepewnej sytuacji z uwagi na umożliwienie Zamawiającemu odstąpienia od umowy chociażby w przypadku jednokrotnego i jednostronnego stwierdzenia wykonywania przez Wykonawcę umowy z naruszeniem jej postanowień. Takie ryzyko wykonawcy mogą próbować kompensować sobie poprzez podwyższenie ceny oferty. Proponowane przez nas brzmienie zawiera zaś przyjętą w k.c. zasadę wyznaczenia minimalnego terminu na usunięcie naruszeń precyzującą jednocześnie moment, w którym Zamawiający uzyskuje uprawnienie do odstąpienia od umowy i wyrównuje pozycję stron w umowie..”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

289. Zapytanie:

„ **PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY**

POZYCJA 6. SSAK PRÓŻNIOWY DO CENTRALNEJ PRÓŻNI

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści regulator nie wyposażony w szynę do zamocowania butli? Butla mocowana na uchwycie na szynie instrumentalnej.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

290. Zapytanie:

„Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis techniczny wyposażenia, Sprzęt medyczny, Zestawienie parametrów technicznych

Pyt. nr 1, dot.: Respirator 9 szt. (poz. 1.3 i 3), punkt I.3:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności spełnienie warunku: respirator musi być wyposażony w odpowiednie łącze i przystosowany do przekazywania danych w formie elektronicznej do zewnętrznych systemów monitorujących”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

291. Zapytanie:

„Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis techniczny wyposażenia, Sprzęt medyczny, Zestawienie parametrów technicznych

Pyt. nr 2, dot.: Respirator transportowy, 1 szt. (poz. 7), punkt I.3:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności spełnienie warunku: respirator musi być wyposażony w odpowiednie łącze i przystosowany do przekazywania danych w formie elektronicznej do zewnętrznych systemów monitorujących”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

292. Zapytanie:

„Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis techniczny wyposażenia, Sprzęt medyczny, Zestawienie parametrów technicznych

Pyt. nr 3, dot.: Monitor funkcji życiowych 20 szt. (poz. 1.2), punkt XI.4:

Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości rozbudowy o pomiar saturacji krwi żyłnej mieszanej centralnej (ScvO2)?”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

293. Zapytanie:

„Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis techniczny wyposażenia, Sprzęt medyczny, Zestawienie parametrów technicznych

Pyt. nr 4, dot.: Jednostka zasilająca sufitowa (poz. 1.1), punkt I.43:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje fronty szuflad wykonane z płyty laminowanej, spełniające wszystkie pozostałe wymagania, jeżeli producent jednostek zasilających nie może ze względów technologicznych wykonać frontów szuflad z metalu. Jednostki zasilające są urządzeniami medycznymi produkowanymi seryjnie z certyfikowanych

komponentów i ze względów regulacyjnych (m.in. Ustawa o Wyrobach Medycznych) w praktyce nie jest możliwa zmiana materiału wykonania jakiegoś podzespołu w krótkiej serii na potrzeby danego projektu, bez bardzo istotnego wzrostu kosztów zakupu i czasu dostawy urządzeń”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

294. Zapytanie:

„Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ, Opis techniczny wyposażenia, Sprzęt medyczny, Zestawienie parametrów technicznych

Pyt. nr 5, dot.: Jednostka zasilająca sufitowa (poz. 1.1), punkt I.4:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wykreśli z punktu 4 tabeli wymaganych parametrów i funkcji (Zał. nr 2 do SIWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, str. 1) zapis:

„Element zarządzania danych dla systemu CIS dla stanowiska – moduł służący do podłączenia kompatybilnych urządzeń medycznych, pobierania specyficznych parametrów i przekazywania do systemu zbierającego dane medyczne.”

Pragniemy zwrócić uwagę, że przedmiot zamówienia nie obejmuje systemu CIS, tak więc na podstawie opisu przedmiotu zamówienia nie ma możliwości określenia jakiego rodzaju system CIS będzie w przyszłości używany na oddziale oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Tym samym, nie można określić jakiego rodzaju element zarządzania danych należy dostarczyć, aby mógł on w przyszłości współpracować z system CIS.

Zgodnie z pkt. 22 tabeli głowica zasilająca musi być wyposażona w 2 miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych, co umożliwi zainstalowanie modułu CIS w przyszłości.

W przypadku pozostawienia w/w zapisu w tabeli wymaganych parametrów i funkcji prosimy o wskazanie typu/rodzaju i producenta systemu CIS, do którego należy dostarczyć element zarządzania danych”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

295. Zapytanie:

„ Dotyczy Monitor rzutu minutowego serca - 6 szt. (poz. 2.1), zestawienie parametrów technicznych, Punkt I.4.

Pyt. nr 1

Czy spełni wymagania Zamawiającego pomiar rzutu minutowego serca małoinwazyjną metodą PiCCO, realizowany za pomocą zewnętrznego urządzenia, bez prezentacji wyników pomiarów na ekranie oferowanego monitora stacjonarnego? Nie eliminuje to możliwości bezpośredniego przekazywania danych z monitora PiCCO do medycznych systemów informatycznych zarządzania informacją o pacjencie CIS”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na **Profilu Nabywcy zamawiającego**: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>.

296. Zapytanie:

„ Dotyczy Monitor rzutu minutowego serca - 6 szt. (poz. 2.1), zestawienie parametrów technicznych, Punkt I.4.

Pyt. nr 2

Czy spełni wymagania Zamawiającego pomiar rzutu minutowego serca alternatywną do PiCCO, małoinwazyjną metodą realizowaną przez monitor EV-1000 firmy Edwards, z mierzonymi parametrami adekwatnymi do zastosowanej metody, z prezentacją wyników pomiarów na ekranie oferowanego monitora stacjonarnego? ”.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń (znak sprawy: Z/41/PN/18), w następującym zakresie:

- 1) Wykreśla się w treść załącznika nr 1 do SIWZ (dotyczy poz. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.9, 10.12, 11.8, 11.9, 11.11, 11.16, 11.23, 12.3, 12.5, 12.7) i zastępuje nową treścią Załącznika 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji, jak w załączeniu.
- 2) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 5 – Wzór Umowy § 3 ust. 1 pkt 1 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:
„Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy miejsca realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie – nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy, pod rygorem przedłużenia terminu realizacji umowy o każdy kolejny dzień opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy wraz ze wskazaniem:
a) punktów poboru energii elektrycznej i wody,
b) miejsca na składowanie gruzu, śmieci i innych odpadów”.
- 3) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 5 – Wzór Umowy § 3 ust. 2 pkt 4 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:
„Do obowiązków Wykonawcy należy:
pełne pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej i wody, zużytych w trakcie i w związku z realizacją przedmiotu umowy. W tym celu Wykonawcy będzie przysługiwało prawo założenia podliczników. Podstawą rozliczenia będą odczyty podliczników w dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego”.
- 4) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 5 – Wzór Umowy § 3 ust. 2 pkt 10 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:
„Do obowiązków Wykonawcy należy:
ściśle przestrzeganie poleceń nadzoru inwestorskiego pozostających w zgodzie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami prawa i obowiązującymi normami oraz uczestnictwo w cyklicznych naradach roboczych organizowanych przez Zamawiającego”.

- 5) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 5 – Wzór Umowy § 1 ust. 10 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:
„Wykonawca zapewni dostęp do usług serwisowych oraz zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń stanowiących wyposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii przez okres co najmniej 8 lat, licząc od daty oddania przedmiotu umowy do użytkowania.”.
- 6) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 5 – Wzór Umowy § 1 ust. 9 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:
„W ramach ceny ofertowej, bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca będzie realizował w okresie gwarancji przeglądy okresowe urządzeń zgodnie z przepisami prawa i instrukcjami eksploatacyjnymi oraz w oparciu o sporządzony uprzednio wieloletni harmonogram przeglądów, przedłożony Zamawiającemu wraz z dokumentami odbiorowymi oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 3-letniego serwisu pogwarancyjny dla poz. 1.3, 1.4, 4 obejmujący przeglądy techniczne wynikające z zaleceń producenta, naprawy wraz z robocizną, części zamienne (w ramach ceny określonej w Formularzu cenowym).”
- 7) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 5 – Wzór Umowy § 1 ust. 4 pkt 4 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:
*„Przedmiot umowy obejmuje następujące etapy:
wykonywanie w okresie gwarancji w ramach ceny ofertowej, bez dodatkowego wynagrodzenia, przeglądów okresowych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami eksploatacyjnymi. Zapewnienie 3-letniego serwisu pogwarancyjny dla poz. 1.3, 1.4, 4 obejmującego przeglądy techniczne wynikające z zaleceń producenta, naprawy wraz z robocizną, części zamienne (w ramach ceny określonej w Formularzu cenowym).”*
- 8) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 5 – Wzór Umowy § 2 ust. 2 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:
„Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Przypadek taki wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym przesunięcie terminu zakończenia zadania nastąpi o tyle dni, przez ile trwały przyczyny niezależne od Wykonawcy, ale nie dłużej niż o 1 miesiąc. Zaistnienie przesłanek, o których mowa powyżej, zobowiązuje Zamawiającego do pisemnego uprzedzenia Wykonawcy nie później niż siedem dni przed terminem wstrzymania danego zakresu prac. Ryzyko i koszt kontynuowania prac pomimo ich wstrzymania ponosi Wykonawca i nie obciążają one Zamawiającego”.
- 9) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 5 – Wzór Umowy § 2 ust. 3 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:
„Termin zakończenia przedmiotu umowy nie może przekroczyć terminu realizacji zawartego w umowie o dofinansowanie projektu, w którym mowa w § 1 ust. 3 umowy, tj. 31.12.2019 r. W przypadku przekroczenia tego terminu i utraty przez Zamawiającego dofinansowania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kompensaty utraconych korzyści od Wykonawcy. Powyższe nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy przekroczenie terminu realizacji, skutkujące utratą przez Zamawiającego dofinansowania projektu, nastąpiło z inicjatywy Zamawiającego, w związku ze wstrzymaniem prac na podstawie § 2 ust. 2 umowy lub z powodów określonych w § 10 ust. 3 pkt 2), 3) i 4) umowy.”
- 10) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 5 – Wzór Umowy § 3 ust. 3 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:

- „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia niezgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami prawa lub normami”.
- 11) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 5 – Wzór Umowy § 4 ust. 4 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:
„Z czynności odbioru sporządzany będzie każdorazowo protokół odbioru częściowego w odniesieniu do danych pozycji asortymentowych (wyposażenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii i wykonanych prac adaptacyjnych – zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie wad. Z czynności odbioru końcowego sporządzony będzie protokół odbioru końcowego, potwierdzający bezusterkowe zakończenie realizacji całego przedmiotu zamówienia”.
- 12) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 5 – Wzór Umowy § 5 ust. 3 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:
„Płatność w zakresie danej części przedmiotu zamówienia będzie realizowana za wykonany i odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy **každorazowo** w terminie 30 dni od daty przedłożenia zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru częściowego, jeśli nie ujawniono w przedmiocie umowy wad nadających się do usunięcia, a jeżeli ujawniono takie wady, to na podstawie odpowiedniego protokołu stwierdzającego ich usunięcie. Suma płatności częściowych tj. dokonanych przed podpisaniem protokołu końcowego, nie może przekroczyć 80% wartości całego zamówienia.
W przypadku serwisu pogwarancyjnego płatność następować będzie od miesiąca następującego po upływie gwarancji, w równych miesięcznych ratach na podstawie każdorazowo wystawionej faktury VAT”.
- 13) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 5 – Wzór Umowy § 7 ust. 1 pkt 1 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:
„Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za:
1) w wysokości 0,1 % wartości brutto urządzenia, którego zwłoka w dostawie dotyczy, za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji przedmiotu umowy”.
- 14) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 5 – Wzór Umowy § 8 ust. 1 pkt 2,3,4 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:
„Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty kar umownych:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych nowych okolicznościach;
2) jeżeli Wykonawca zwleka z rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo uprzedniego wezwania wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy i bezskutecznego upływu wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni;
3) jeżeli Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż siedem dni pomimo uprzedniego wezwania wykonawcy do wznowienia realizacji przedmiotu umowy i bezskutecznego upływu wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni;
4) jeżeli Wykonawca realizuje prace niezgodnie z umową, przepisami prawa, warunkami technicznymi lub w sposób nie gwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy pomimo uprzedniego wezwania wykonawcy do należytej realizacji przedmiotu

umowy i bezskutecznego upływu wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni;

5) *jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, zgłoszona upadłość Wykonawcy lub podjęty będzie wniosek o likwidacji Wykonawcy”.*

15) **W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –Rozdział III SIWZ – ust. 1 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:**

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń zgodnie z formularzem cenowym, opisem technicznym wyposażenia oraz opisem prac adaptacyjnych pomieszczeń w postaci dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiącymi Załączniki nr 1, 2 i 3 do SIWZ tj.

Załącznik nr 1: formularz cenowy.

Załącznik nr 2: opis techniczny wyposażenia.

Załącznik nr 3: opis prac adaptacyjnych pomieszczeń w postaci dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Rodzaj zamówienia, który odpowiada głównemu jego przedmiotowi to dostawa; z tego względu do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw - podstawa prawna: art. 5c ust. 1 Pzp.

Użyte do opisu przedmiotu zamówienia znaki towarowe, normy lub pochodzenie towaru od określonego producenta służy jedynie określeniu wymaganych standardów i właściwości wymaganego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (art. 30 ust. 4 Ustawy) opisywanym w SIWZ w zakresie przedmiotu zamówienia określonego za pomocą znaku towarowego, normy lub pochodzenia lub wskazującego na producenta pod warunkiem, że produkt równoważny spełnia minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe określone przez Zamawiającego.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez złożenie opisu technicznego i podania nazwy produktu i producenta. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje materiały wskazane w dokumentacji stanowiącej Załączniki do SIWZ”.

16) **W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –Rozdział V SIWZ – ust. 1 pkt 2 tiret drugi wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:**

„sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy p.z.p.):

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie”.

17) **W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –Rozdział V SIWZ – ust. 2 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:**

„W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: co najmniej jeden z Wykonawców spełnia warunki w zakresie zdolności zawodowej i ten Wykonawca będzie faktycznie realizował tę część zamówienia, w której wykazał spełnienie warunku udziału, o którym mowa (doświadczenia Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia nie sumuje się);

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w konsorcja albo tworząc spółki cywilne.

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć **wraz z ofertą** stosowne **pełnomocnictwo** uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w formie:

– oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez właściwą osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub

– odpisu pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w formie elektronicznej (elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym – art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dz.U. z 2017 r., poz. 2291 ze zm.).

Każdy z Wykonawców musi samodzielnie wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy”.

18) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –Rozdział V SIWZ – ust. 3 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:

„Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz przedstawi informację czego dane zasoby dotyczą (ich zakres) oraz czy podmiot zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższy dokument powinien być złożony wraz z ofertą w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez właściwą osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym **lub** elektronicznej kopii dokumentu podpisanej przez właściwą osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym (osobę podpisującą oryginał dokumentu).

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1 Ustawy.

3) Jeżeli zdolności zawodowe innego podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

– zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

lub

– zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 SIWZ.

Informacje, o których mowa powyżej Wykonawca wykazuje w treści JEDZ, załączając również zobowiązanie innego podmiotu wraz z informacjami wymaganymi powyżej wraz z ofertą”.

19) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –Rozdział XIV SIWZ dodaje się ust. 5: „Wykonawca najpóźniej w terminie zawarcia umowy zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przynajmniej na kwotę 14 mln zł”.

20) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –Rozdział XIII SIWZ – ust. 1 wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:

„Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium

1) cena oferty 50%:

$$C_n = \frac{C_{of.n.}}{C_{of.b.}} \times 50 \text{ pkt}$$

gdzie:

C_n – liczba punktów za kryterium cena

$C_{of.n.}$ – cena najniższej oferty

$C_{of.b.}$ – cena oferty badanej

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 50 punktów.

2) Parametry techniczne i funkcjonalne 50%

$$P_{tif} = \frac{S_{p_{of.b.}}}{40 \text{ pkt}} \times 50 \text{ pkt}$$

gdzie:

P_{tif} – liczba punktów za kryterium parametry techniczne i funkcjonalne

$S_{p_{of.b.}}$ – suma punktów badanej oferty wynikająca z Opisu technicznego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 50.

Ocena ofert w ramach tego kryterium nastąpi wg punktacji wskazanej w miejscach oznaczonych „**PODAĆ**” Opisu technicznego, zawartego w Załączniku Nr 2 do SIWZ, wypełnionych przez Wykonawcę.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże parametrów jak powyżej. Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje przedmiot zamówienia o minimalnych/maksymalnych parametrach określonych przez Zamawiającego w konsekwencji czego otrzyma w przedmiotowych kryteriach 0 pkt”.

21) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 1 **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT** wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:

„Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy Nazwa Zamawiającego - <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski> **nie później niż do 02.04.2019 r. godz. 11.30**”.

22) **W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 2 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:**

„Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych w dniu 02.04 2019 r. o godz. 12.00..... Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.”.

Powyższa modyfikacja SIWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostaje bez zmian.

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację poprzez:

- złożenie wypełnionego dokumentu po modyfikacji

lub

- naniesienie poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez odręczne skreślenie i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu. Dokonaną zmianę należy potwierdzić poprzez złożenie parafy osoby upoważnionej.

Załącznik:

1. Opis przedmiotu zamówienia – po modyfikacji - 1 na ⁴⁹str.A4 - t. adresat

DYREKTOR
Piotr Drzymalski