

Milicz, dnia 22.09.2022r.

**Zamawiający:**

Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.  
ul. Grzybowa 1  
56-300 Milicz

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: Dostawy materiałów jednorazowych dla Milickiego Centrum Medycznego,**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania z dnia 21.09.2022**

**Pakiet 44**

1. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 i 2 oznaczniki co centymetr, od 10 cm, od dystalnej końcówki. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Pakiet 33**

- Poz 1) Czy zamawiający dopuści pojemnik na mocz sterylny o pojemności 120/125ml w opakowaniu foliowym?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

- Poz 2) Czy zamawiający dopuści pojemnik na mocz z zakrętką o pojemności 120/125ml?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

- Poz 3) Czy zamawiający dopuści pojemnik na płwociny sterylne o pojemności 30ml?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

- Poz 12 - czy dopuszczają pojemność 2300 ml? Reszta parametrów bez zmian.

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Pakiet nr 25 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z jednym centralnie umieszczonym celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylny?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Pakiet nr 25 poz. 4**

Czy zamawiający dopuści pojemność 2000 ml?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pakiet nr 25 poz. 10**

Czy zamawiający dopuści długość 210 cm?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Pakiet nr 25 poz. 11**

Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

**Pakiet nr 31 poz. 5**

Czy zamawiający dopuści maskę jedнокrotnego użytku?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pakiet nr 37 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny okularki do fototerapii (zdjęcie poglądowe poniżej) o następujących parametrach:

- Jednoczęściowe, wykonane z dwóch kawałków materiału
- dla jednego pacjenta
- wykonane z pianki poliuretanowej i bawełny (delikatne materiały)
- wąska opaska na głowę wykonana z tego samego materiału co osłona na oczy
- wygodne zapięcie na rzepy z możliwością wielokrotnej zmiany pozycji, dające możliwość dostosowania rozmiaru
- dostępne w 3 rozmiarach: S- 20–30cm, M- 25-35 cm, L- 30-40 cm?



**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pakiet nr 37 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny okularki do fototerapii (zdjęcie poglądowe poniżej) o następujących parametrach:

- dwuczęściowe, elastyczne

- dla jednego pacjenta
- wykonane z pianki poliuretanowej i bawełny (delikatne materiały)
- dolna część (pod główką dziecka) posiada nacięcia, które przepuszczają promienie lecznicze
- górna część (na oczy) wykonana z 2 warstw materiału
- wygodne zapięcie na 2 rzepy zamocowane na stałe do opaski, umożliwiające wielokrotną zmianę pozycji, dające możliwość dostosowania rozmiaru
- dostępne w 3 rozmiarach: S, M, L



**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

### **Część nr 51 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 120cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwie z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

**Odp.**

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

### **Część nr 51 poz. 3**

Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy, mikrobiologicznie czyste?

### **Część nr 51 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu o poniższej specyfikacji:

- Pojemność worka - 2 600 ml
- Tylne białe ścianki wzmocnione stelażem
- Pojemność komory pomiarowej - 400 ml z trzema skalami pomiaru moczu
- Malejąca skala na worku i komorze pomiarowej
- Długość drenu 145 cm z kłamrą
- 2 filtry hydrofobowe, zastawka antyrefluksyjna
- Igłowy i bez igłowy port do pobierania próbek moczu
- Kranik spustowy Cross Valve (poprzeczny T)
- Nietoksyczny, niepirogenny
- Pakowany pojedynczo, sterylne.
- Opakowanie handlowe 10 sztuk?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Część nr 51 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o poniższej specyfikacji:

- innowacyjne rozwiązania zapewniające odporność na infekcje
- zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik drenu zabezpiecza przed cofaniem się zalegającego moczu do cewnika Foley
- zastawka przeciwwrotna w worku zabezpiecza przed infekcją wstępującą
- dren dwuświatłowy zabezpiecza przed zaleganiem moczu w drenie
- bezigłowy port do pobierania próbek moczu?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

**Pytania z dnia 22.09.2022**

1. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. 1-2:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1) pierwszej dostawy bez wymaganych dokumentów, o których mowa w §1 ust.4, w wysokości **1%** wartości umowy brutto wskazanej w §3 ust.2;

2) nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 5 umowy a, po upływie 14 dni zwłoki w wysokości **0,5 %** wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż **10 %** wartości brutto **niedostarczonego towaru**;

**Odp.**

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania