



**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 – 981

Wrocław, 07sierpnia 2019r

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem strzykawki automatycznej; znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.47.2019

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 47 – Pakiet 28 Poz.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawki 10 ml firmy Becton Dickinson, bez rozszerzenia analogicznie jak w pozycji 1,2 która jest używana obecnie w Państwa szpitalu?

Odpowiedz na pytanie nr 47: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48 – Pakiet 28 Poz.1-6 - Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie pozycje pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedz na pytanie nr 48: Nie.

Pytanie nr 49 – dotyczy SIWZ, rozdział IX ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedz na pytanie nr 49: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 50 – Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §1 ust. 4 - 1. Prosimy Zamawiającego o usunięcie §1 ust. 4 z projektu umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 50: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 51 – WZÓR UMOWY, Załącznik nr 3 do SIWZ: §9 ust. 1 – Czy Zamawiający zgadza się aby w §9 ust. 1 słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedz na pytanie nr 51: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 52 – WZÓR UMOWY, Załącznik nr 3 do SIWZ - §9 ust. 1 oraz Rozdział VII, pkt. 7. SIWZ – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §9 ust. 1 oraz w Rozdziale VII, pkt. 7. zapisów związanych z kryterium oceny ofert?

Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p., *kryteriami oceny ofert* są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: 1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne; 2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o

których mowa w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników; 3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia; 4) aspekty innowacyjne; 5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.

Z powyższej regulacji wynika zatem wprost, że pozacenowe *kryteria oceny ofert* muszą odnosić się do przedmiotu zamówienia. Aby zatem ustalić, czy kryterium *kary umownej* jest dopuszczalne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trzeba ustalić, czy odnosi się ono do przedmiotu zamówienia. Już w tym miejscu należy zaznaczyć, że zdania w powyższym zakresie są podzielone. KIO w wyroku z dnia 24 lutego 2012r. (KIO 291/12) wskazała, że "...podobnie jak często stosowanym kryterium odnoszącym się do przedmiotu zamówienia jest termin wykonania zamówienia, termin zapłaty czy gwarancja należytego wykonania umowy - gwarancja jakości (przy określeniu przez zamawiającego minimalnego oraz maksymalnego okresu dopuszczonej gwarancji), tak w przypadku usług, *kara umowna*, jako odnosząca się do realizacji przedmiotu zamówienia (przy określeniu również minimalnej i maksymalnej rozpiętości procentowej), może stanowić gwarancję należytego wykonania usług.". Takie samo stanowisko zajął W. Dzierżanowski, mówiąc, iż: "Choć rzeczywiście brzmi to niecodziennie, nie wykluczalbym zastosowania takiego kryterium. Jest ono przecież w pewien sposób związane z przedmiotem zamówienia. Zamawiający może je tłumaczyć chęcią wyboru wykonawcy, który daje najlepszą gwarancję jakości. A wysokość *kar umownych* jest miernikiem takiej gwarancji (...) Takie kryterium musi być jednak rozsądnie skonstruowane i wyznaczać jakieś granice wysokości *kar umownych*. W przeciwnym razie mogłyby zostać uznane za rażąco wygórowane, a to kolidowałoby z art. 484 kodeksu cywilnego" (vide: *Kara umowna jako kryterium oceny ofert wzbudza kontrowersje*, <http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/kara-umowna-jako-kryterium-oceny-ofert-wzbudza-kontrowersje>).

Z drugiej jednak strony podnosi się, że zasadniczym celem prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia jest wybór oferty najkorzystniejszej i w konsekwencji zawarcie umowy, w ramach której zaspokojone zostaną określone potrzeby zamawiającego. Zastrzeżenie *kary umownej* takiego celu nie realizuje. *Kara umowna* jest bowiem instytucją, która, pełniąc ma dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze, ma stanowić narzędzie służące szybkiemu pokryciu szkody poniesionej przez wierzyciela (zamawiającego) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika (wykonawcę). Po drugie, powinna skłaniać dłużnika (wykonawcę) do realnego, zgodnego z treścią zawartej umowy, wykonania ciążących na nim na mocy tej umowy obowiązków. Podkreślić trzeba, że przez zapłatę *kary umownej* dłużnik (wykonawca) nie może bez zgody wierzyciela (zamawiającego) zwolnić się z obowiązku wykonania zobowiązania głównego (art. 483 § 2 k.c.). *Kara umowna* nie zastępuje zatem co do zasady świadczenia, które powinno być wykonane zgodnie z umową. We wzorze umowy można natomiast przewidzieć dopuszczalność dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary, na wypadek gdyby okazała się ona zbyt niska (arg. a contrario z art. 484 § 1 k.c.). W przypadku przeciwnym, w którym zobowiązanie zostałoby w znacznej części wykonane, bądź *kara umowna* okazałaby się rażąco wygórowana, dłużnik (wykonawca) mógłby żądać jej obniżenia przez sąd (art. 484 § 2 k.c.). Część ekspertów jest zdania, że stawianie takiego kryterium jest niezgodne z prawem. Podnoszą oni bowiem, że to na zamawiającym spoczywa obowiązek określenia wysokości *kar umownych* w taki sposób, by nie zostały one potraktowane jako rażąco surowe. Ponadto kryterium to wcale nie odnosi się do przedmiotu zamówienia. W prawie zamówień publicznych występują bowiem trzy rodzaje przedmiotów zamówienia: dostawy, usługi oraz roboty budowlane i są to niepieniężne świadczenia główne, których realizacją zajmuje się wykonawca. Kara natomiast może być jedynie rozpatrywana pod kątem odszkodowawczym. Jest ona sankcją prawną wynikającą z niewykonania zobowiązania.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem autorki, zamawiający powinien rozważyć, czy w danym stanie faktycznym określenie pozacenowego kryterium w postaci wysokości *kary umownej*, faktycznie pozwoli mu na wybór najkorzystniejszej oferty. Musi mieć przy tym na uwadze, że ma on prawo zastrzec *kary umowne* niezależnie od kryteriów oceny.

Odpowiedz na pytanie nr 52: Nie.Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 53 – Pakiet 49 - Czy zamawiający dopuści : „Linia z przetwornikiem podwójnym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz. W skład zestawu wchodzi : 2 x przetwornik ciśnienia , 4xkranik trójdrożny , 2 x dren ciśnieniowy 30cm, 2x dren ciśnieniowy 150 cm, 1x linia płuczka rozwidlona. Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem bezpinowe, nie posiadający osobny portu do testowania poprawności działania systemu, przetwornik zbudowany z grubościennych drenów, testowanych na poziomie produkcji”

Odpowiedz na pytanie nr 53: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 54 – dotyczy wzoru umowy - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przez termin gwarancji Zamawiający rozumie termin ważności towaru? Przedmiotem zamówienia jest m.in. sprzęt jednorazowy, który nie posiada terminu gwarancji.

Odpowiedz na pytanie nr 54: Tak.

Pytanie nr 55 – dotyczy wzoru umowy - Czy kryterium „termin dostawy” oznacza dostawę w dni robocze?

Odpowiedz na pytanie nr 55: Nie. Terminy liczone zgodnie z art.111 i n. k.c.

Pytanie nr 56 – dotyczy wzoru umowy - Czy zamawiający zmieni SIWZ (a tym samym również ogłoszenie o zamówieniu) poprzez usunięcie kryterium „Kary umowne”?

Odpowiedz na pytanie nr 56: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 57 – dotyczy wzoru umowy - Prosimy o modyfikację §11 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedz na pytanie nr 57: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 58 – dotyczy wzoru umowy - Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż terminy wynikające z niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.

Odpowiedz na pytanie nr 58: Nie. Terminy liczone zgodnie z art.111 i n. k.c.

Pytanie nr 59 – dotyczy wzoru umowy - Prosimy o wykreślenie §1 ust. 11. Kara w postaci odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy jest zdecydowanie zbyt wygórowana w porównaniu z przewinieniem Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 59: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 60 – dotyczy wzoru umowy - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §7 ust. 2 pkt. 1) na: „nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikających z §1 ust. 3 przez 3 kolejne następujące po sobie terminy dostaw o 7 dni.”

Odpowiedz na pytanie nr 60: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 61 – dotyczy wzoru umowy - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §7 ust. 2 pkt. 3) na: „przekroczy termin, o którym mowa w §6 ust. 3 o 30 dni roboczych dokonując łącznie wszystkich wymian gwarancyjnych (przekroczenia terminów reklamacyjnych będą sumowane przez okres trwania umowy).”

Odpowiedz na pytanie nr 61: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 62 – dotyczy wzoru umowy - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §1 ust. 13 poprzez dopisanie zastrzeżenia o treści: „Zapis nie dotyczy przypadku opóźnienia przez Zamawiającego w płatności przekraczającego 30 dni.”

Odpowiedz na pytanie nr 62: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 63 – Pakiet 76 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie maski typu IIR wg EN 14683 o budowie trójpanelowej, wiązanej, zapewniającej ochronę pacjenta przed zanieczyszczeniem ze strony personelu oraz ochronę personelu przed zagrożeniem w postaci zachlapania/przeziąkania zakaźnym materiałem ze strony pacjenta zgodnie z wymogami EN 14683, wykonaną z polipropylenu, metalowej blaszki na nos, zapewniającą niski opór oddychania o kształcie pozwalającym na używanie przez osoby noszące zarost na twarzy.

Odpowiedz na pytanie nr 63: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 64 – Pakiet 77 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie maski typu FFP2 zgodnie z normą EN 149 o składanej trójpanelowej konstrukcji, która pozwala na większą ruchomość twarzy i wygodę oraz łatwość przechowywania, gdy półmaska nie jest używana; z technologią filtra niskiego oporu oddychania zapewniającą skuteczną filtrację z niskim oporem oddychania dla stałej wysokiej jakości działania, z podkładką pod brodę ułatwiająca zakładanie i regulację dla wygodnego dopasowania, posiadającą indywidualne higieniczne opakowanie chroniące przed zanieczyszczeniem, z dużą i miękką pianką na brodę i paskami na głowę niepowodującymi naprężeń i ciągnięcia za włosy, o efektywności filtracji, oporach przy oddychaniu i odporności na przeziąkanie zgodnych z wymogami EN149 i EN 14683, wykonanych z polipropylenowego filtra, i pianki na nos, aluminiowej blaszki na nos i taśm nagłowia z izoprenu, bez zawartości kauczuku naturalnego.

Odpowiedz na pytanie nr 64: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 65 – Pakiet 77 Pozycja 2- Prosimy o dopuszczenie maski typu FFP3 zgodnie z normą EN 149 o składanej trójpanelowej konstrukcji, która pozwala na większą ruchomość twarzy i wygodę oraz łatwość przechowywania, gdy półmaska nie jest używana; z technologią filtra niskiego oporu oddychania zapewniającą skuteczną filtrację z niskim oporem oddychania dla stałej wysokiej jakości działania, z podkładką pod brodę ułatwiająca zakładanie i regulację dla wygodnego dopasowania, posiadającą indywidualne higieniczne opakowanie chroniące przed zanieczyszczeniem, z dużą i miękką pianką na brodę i paskami na głowę niepowodującymi naprężeń i ciągnięcia za włosy, o efektywności filtracji, oporach przy oddychaniu i odporności na przeziąkanie zgodnych z wymogami EN149 i EN 14683, wykonanych z polipropylenowego filtra, i pianki na nos, aluminiowej blaszki na nos i taśm nagłowia z izoprenu, bez zawartości kauczuku naturalnego.

Odpowiedz na pytanie nr 65: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 66 – Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z medycznej jakości PCV ze śladową ilością ftalanów, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedz na pytanie nr 66: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 67 – Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści układ składający się z dwóch rur rozciągliwych do 1,8m oraz dodatkowej rury rozciągliwej do 1,8 m spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedz na pytanie nr 67: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 68 – Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw venturiego w zestawie z koncentratorami tlenu o stężeniu: 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedz na pytanie nr 68: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69 – Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 6-8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwiłoby złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych. wymagania SIWZ?

Odpowiedz na pytanie nr 69: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 70 – Dotyczy Pakietu nr 38 poz. 1- Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla dorosłych o masie ciała powyżej 30kg, maksymalna objętości worka 1800 ml, objętości oddechowej 1060 ml, zastawka bezpieczeństwa 60 cm H₂O. Resuscytator wykonany z medycznego PCV, bez zawartości DEHP i lateksu, z antypoślizgową strukturą powierzchni worka oraz paskiem gwarantującym pewny chwyt. W zestawie z dwoma jednorazowymi maskami twarzowymi w rozmiarze 4 i 5 z mankietem i końcówką drenu dla dorosłych, oznaczone kolorystycznie różnymi

kolorami pierścienia na korpusie maski, wszystkie elementy w jednym opakowaniu, jednorazowego użytku?

Odpowiedz na pytanie nr 70: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71 – Dotyczy Pakietu nr 38 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla noworodków i mały dzieci o masie ciała poniżej 7kg, maksymalna objętości worka 320 ml, objętości oddechowej 140 ml, zastawka bezpieczeństwa 40 cm H₂O. Resuscytator wykonany z medycznego PCV, bez zawartości DEHP i lateksu, z antypoślizgową strukturą powierzchni worka oraz paskiem gwarantującym pewny chwyt. W zestawie z dwoma jednorazowymi maskami twarzowymi w rozmiarze 0 i 1 z mankietem i końcówką oraz drenem 2m, oznaczone kolorystycznie różnymi kolorami pierścienia na korpusie maski, wszystkie elementy w jednym opakowaniu, jednorazowego użytku?

Odpowiedz na pytanie nr 71: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72 – Dotyczy Pakietu nr 38 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy dla dzieci o masie ciała 7- 30kg, maksymalna objętości worka 550 ml, objętości oddechowej 320 ml, zastawka bezpieczeństwa 60 cm H₂O. Resuscytator wykonany z medycznego PCV, bez zawartości DEHP i lateksu, z antypoślizgową strukturą powierzchni worka oraz paskiem gwarantującym pewny chwyt. W zestawie z dwoma jednorazowymi maskami twarzowymi w rozmiarze 2 i 3 z mankietem i końcówką drenu oraz drenem 2m, oznaczone kolorystycznie różnymi kolorami pierścienia na korpusie maski, wszystkie elementy w jednym opakowaniu, jednorazowego użytku?

Odpowiedz na pytanie nr 72: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73 – Dotyczy Pakietu nr 45- Czy Zamawiający dopuści rurki z wyraźnym znacznikiem głębokości w postaci wyraźnych pasków nie na całym obwodzie rurki, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedz na pytanie nr 73: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 74 – pakiet nr 32 – poz. 1- Czy Zamawiający w ww. pozycji dopuści zestaw wkładów w 100% kompatybilnych ze strzykawką automatyczną OPTIVANTAGE o następującym składzie:

2 x wkład/strzykawka o pojemnością 200 ml

1 x złącze Y z jednym zaworem zwrotnym o długości 150 cm

2 x ostrze spike 2 x złącze szybkiego napełniania: J-rurka

Wytrzymałość do: 375 PSI

Sterylnie

Nie zawiera toksycznych ftalanów ?

Odpowiedz na pytanie nr 74: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75 – pakiet nr 32 – poz. 2- Czy Zamawiający w ww. pozycji dopuści zestaw wkładów w 100% kompatybilnych ze strzykawką automatyczną OPTIVANTAGE o następującym składzie:

1 x wkład/strzykawka o pojemności 200 ml

1 x złącze proste o długości 150 cm

1 x złącze szybkiego napełniania: J-rurka

Wytrzymałość do: 375 PSI

Sterylnie

Nie zawiera toksycznych ftalanów ?

Odpowiedz na pytanie nr 75: Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 76 – Pakiet 14, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie misek „nerek” plastikowych o długościach 205mm i 282mm? Tak znikoma różnica w długości produktu w żaden sposób nie ma wpływu na jego walory użytkowe.

Odpowiedz na pytanie nr 76: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77 – Pakiet 1 Pozycja 14- Czy Zamawiający dopuści papier o nieznacznej różnicy w wymiarach 111x125x300 ?

Odpowiedz na pytanie nr 77: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78 – **Pakiet 1Pozycja 18**-Czy Zamawiający dopuści papier o nieznaczonej różnicy w wymiarach 112x100x100 ?

Odpowiedz na pytanie nr 78:Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 79 – **Pakiet 1Pozycja 18**-Czy Zamawiający dopuści papier o nieznaczonej różnicy w wymiarach 112x100x200 ?

Odpowiedz na pytanie nr 79:Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 80 – **Pakiet 5Pozycja 5**-Czy Zamawiający dopuści osłony na głowice w opakowaniu a'144 z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedz na pytanie nr 80: Zamawiający nie dookreślił wielkości opakowań. Należy wycenić zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 81 – **Pakiet 14Pozycja 6** -Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą o pojemności użytkowej 300ml, max 900ml, wykonana z pulpy celulozowej?

Odpowiedz na pytanie nr 81: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 82 – **Pakiet 22 Pozycja 4**-Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a'70(tj.=1789op.) z jednoczesnym przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedz na pytanie nr 82: Tak.

Pytanie nr 83 – **Pakiet 22 Pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a'50(tj.=2504op.) z jednoczesnym przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedz na pytanie nr 83: Tak.

Pytanie nr 84 – **Pakiet 22 Pozycja 8**- Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z nakładaną igłą 1ml 0.45x13mm?

Odpowiedz na pytanie nr 84: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 85 – **Pakiet 27Pozycja 2**-Czy Zamawiający dopuści worek z drenem o długości 105 cm skalowany co 100ml z nadrukowanym miejscem do identyfikacji pacjenta bez okienka?

Odpowiedz na pytanie nr 85: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 86 – **Pakiet 27Pozycja Pozycja 3**-Czy Zamawiający dopuści Zestaw do godzinowej zbiórki moczu. Komora kolekcyjna z białą tylną ścianą, podzielona na dwie komory pośrednie, ze skalą co 1ml od 3 do 40ml, co 5ml w zakresie 40 - 100ml oraz co 10ml w zakresie 100 - 500ml. Zestaw wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem. Obrotowy zawór spustowy oraz podwójny system mocowania (wieszak oraz regulowane taśmy). Worek zbiorczy o pojemności 2000ml z zaworem spustowym typu poprzecznego "T" mocowanym w otwartej zakładce (możliwość podwieszenia). Dwuświatłowy dren o długości 120cm wzmocnionym spiralą antyzagięciową przy wyjściu z komory, z klamrą zaciskową, zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką, wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek. Sterylny, opakowanie folia/papier

Odpowiedz na pytanie nr 86: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 87 – **Pakiet 28Pozycja 3**- Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z bez rozszerzenia i skalowaniem 0,02ml?

Odpowiedz na pytanie nr 87: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88 – **Pakiet 28Pozycja Pozycja 5**-Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z bez rozszerzenia?

Odpowiedz na pytanie nr 88: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 89 – **Pakiet 30 Pozycja 7-8**- Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do odrębnego pakietu w celu zapienienia konkurencyjnych cen dla pakietu nr 30 ?

Odpowiedz na pytanie nr 89: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet 34

Pytanie nr 90 – Pakiet 34- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zapakowania rękawic w papier?

Odpowiedz na pytanie nr 90: Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane bez papieru.

Pytanie nr 91 – Pakiet 34- Czy Zamawiający dopuści opakowanie zestawu typu papier-folia?

Odpowiedz na pytanie nr 91: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 92 – Podłączenie - Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną dwuwarstwową (celuloza + polietylen) 50cm x 50cm o gramaturze 54 g/m²?

Odpowiedz na pytanie nr 92: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 93 – Podłączenie - Czy Zamawiający dopuści podwójne opatrunki w rozmiarze 15cm x 2,5cm wykonane z mikroporowatej włókniny pokrytej klejem akrylowym?

Odpowiedz na pytanie nr 93: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 94 – Pakiet 45 Pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z znacznikiem głębokości w postaci 2 równoległych grubych kresk na ok. 1/6 obwodu rurki . Na baloniku kontrolnym rozmiar i nr serii ,z drenem łączącym w kontrastującym kolorze (niebieskim) umożliwiającym szybkie rozpoznanie jego przzerwania lub utraty integralności z wyrobem?

Odpowiedz na pytanie nr 94: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 95 – Pakiet 47 Pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinówkę z nakładaną igłą 1ml 0.4x12mm ?

Odpowiedz na pytanie nr 95: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 96 – Pakiet 58 Pozycja 1- Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do odrębnego pakietu w celu zaoferowania konkurencyjnych cen?

Odpowiedz na pytanie nr 96: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 97 – Pakiet 68 Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze a' 100 sztuk z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedz na pytanie nr 97: Zamawiający nie dookreślił wielkości opakowań należy wycenić zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 98 – Pakiet 68 Pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści słój o średnicy fi 7,3 ?

Odpowiedz na pytanie nr 98: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 99 – Pakiet 68 Pozycja 23- Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną wykonaną z winylu nie alergizującego, etui o wymiarach 72x98 mm ?

Odpowiedz na pytanie nr 99: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian

Pytanie nr 100 Pakiet 57 Punkt 1- Pakiet nr 57 PUDRY HEMOSTATYCZNE 4 1 Puder hemostatyczny składający się z polimerów polisacharydu roślinnego – skrobi. Preparat powodujący dehydratację krwi i powstawanie skrzepu. Gotowy do użycia, jednorazowy. 1 gram Aplikator 100 mm szt. 40

Czy Zamawiający dopuści produkt posiadający aplikator o długości 140mm?

Odpowiedz na pytanie nr 100: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101 - Pakiet 57 Punkt 2 -Pakiet nr 57 PUDRY HEMOSTATYCZNE 4 2 Puder hemostatyczny składający się z polimerów polisacharydu roślinnego – skrobi. Preparat powodujący dehydratację krwi i powstawanie skrzepu. Gotowy do użycia, jednorazowy. 3 gramy Aplikator 100 mm szt. 50

Czy Zamawiający dopuści produkt posiadający aplikator o długości 140mm?

Odpowiedz na pytanie nr 101: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 102- Pakiet 7 poz.3 - Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę do podawania tlenu dla dorosłych z drenem długości 200 cm, jednorazowego użytku, gwiazdkowy

przekrój przewodu utrudniający przypadkowe zagięcie i odcięcie tlenu, maska wykonana z delikatnego, medycznego PVC bez DEHP, ze szczelnie przylegającym mankietem zapewniającym komfort wyprofilowanym zachyłkiem nosowym z blaszką, mocowaną przy pomocy gumki?

Odpowiedz na pytanie nr 102: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 103- Pakiet 7 poz.1-4- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu co umożliwi złożenie oferty renomowanemu dostawcy produktów w zakresie obwodów oddechowych oraz tlenoterapii.

Odpowiedz na pytanie nr 103: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.


Pytanie nr 104- Pakiet 38 poz.1- Czy Zamawiający dopuści jako równoważny resuscytator jednopacjentowy dla dorosłych renomowanej firmy Ambu, w skład którego wchodzi: Worek samorozprężalny do wentylacji pacjentów o masie ciała powyżej 30 kg, wyposażony w zawór ograniczający ciśnienie, zintegrowany pasek dla komfortu stosowania i wyrównania siły uciśnięć, oraz unikalny zawór pacjenta z pojedynczą membraną dla niezawodnego działania, powierzchnia worka teksturowana, maska dla dorosłych z medycznego PVC ze szczelnie przylegającym, pompowanym mankietem, objętość worka 1547 ml, dostarczana objętość oddechowa 1000 ml, rezerwuar tlenu 2600 ml, dren do podawania tlenu 2m, produkt pozbawiony ftalanów?

Odpowiedz na pytanie nr 104: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 105- Pakiet 38 poz.2 - Czy Zamawiający dopuści jako równoważny resuscytator jednopacjentowy noworodkowy renomowanej firmy Ambu, w skład którego wchodzi: Worek samorozprężalny do wentylacji pacjentów o masie ciała poniżej 10 kg, wyposażony w zawór ograniczający ciśnienie, unikalny zawór pacjenta z pojedynczą membraną dla niezawodnego działania, maska dla noworodków z medycznego PVC ze szczelnie przylegającym pompowanym mankietem, powierzchnia worka teksturowana, objętość worka 234 ml, dostarczana objętość oddechowa 150 ml, rezerwuar tlenu w postaci rury, dren do podawania tlenu 2m, produkt pozbawiony ftalanów?

Odpowiedz na pytanie nr 105: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 106- Pakiet 38 poz.3- Czy Zamawiający dopuści jako równoważny resuscytator jednopacjentowy, pediatryczny renomowanej firmy Ambu, w skład którego wchodzi: Worek samorozprężalny do wentylacji pacjentów o masie ciała 10-30 kg, wyposażony w zawór ograniczający ciśnienie, zintegrowany pasek dla komfortu stosowania i wyrównania siły uciśnięć, oraz unikalny zawór pacjenta z pojedynczą membraną dla niezawodnego działania, powierzchnia worka teksturowana, maska pediatryczna z medycznego PVC ze szczelnie przylegającym pompowanym mankietem, objętość worka 683 ml, dostarczana objętość oddechowa 450 ml, rezerwuar tlenu 2600 ml, dren do podawania tlenu 2m, produkt pozbawiony ftalanów?



Odpowiedz na pytanie nr 106: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 107- Pakiet 5, poz.3 -Czy zamawiający dopuści rozmiar wziernika xxs—łyżeczkę o szerokości 15 cm +/- 1 cm?

Odpowiedz na pytanie nr 107: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 108- Pakiet 5, poz.1-4 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 109- Pakiet 5, poz.5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedz na pytanie nr 108-109:Zamawiający nie dookreślił wielkości opakowań należy wycenić zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 110- Pakiet 7, poz. 1-3 -Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-3 z pakietu 7. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedz na pytanie nr 110: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 111- Pakiet 7, poz. 3 -Czy zamawiający dopuści maskę wykonaną z medycznego PCV, z drenem o długości 200 cm (+/-5)?

Odpowiedz na pytanie nr 111: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 112- Pakiet 14, poz. 4-7 - Prosimy o wydzielenie poz.4-7 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedz na pytanie nr 112: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 113- Pakiet 22, poz. 5-6,10-13 - Prosimy o wydzielenie poz.5-6,10-13 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedz na pytanie nr 113: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 114- Pakiet 22, poz. 5 -Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock oraz strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock bursztynowa skala co 2 ml, uchwyt cylindrowy ok. 8 mm +/- 1 mm, długość całkowita strzykawki 15,3 cm, natomiast w stanie rozłożonym 25 cm?

Odpowiedz na pytanie nr 114: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 115- Pakiet 22, poz. 10 -Czy zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe odpowiednio do pozycji ,posiadające jednostronną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze białym, bez rozszerzonej skali :strzykawka trzyczęściowa o pojemności 2 ml Luer Lock, skala co 0,1ml ?

Odpowiedz na pytanie nr 115: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 116- Pakiet 22, poz. 12 -Czy zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe odpowiednio do pozycji ,posiadające jednostronną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze białym, bez rozszerzonej skali:strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer Lock , o pojemności 10 ml, skala co 0,5ml ?

Odpowiedz na pytanie nr 116: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 117- Pakiet 22, poz. 13- Czy zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe odpowiednio do pozycji ,posiadające jednostronną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze białym, bez rozszerzonej skali:strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer Lock , o pojemności 20 ml, skala co 1ml ?

Odpowiedz na pytanie nr 117: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 118- Pakiet 68, poz. 1- Czy zamawiający oczekuje wyrobu medycznego?

Odpowiedz na pytanie nr 118 : Nie,

Pytanie nr 119- Pakiet 68, poz. 1- Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedz na pytanie nr 119:Zamawiający nie dookreślił wielkości opakowań należy wycenić zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 120- Pakiet 68, poz. 2- Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedz na pytanie nr 120: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 121- Pakiet 68, poz. 6- Czy zamawiający dopuści słoje typu tulipan z pokrywką?

Odpowiedz na pytanie nr 121: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 122- Pakiet 68, poz. 6- Czy zamawiający dopuści pojemnik typu yulipan , o pojemności 2500 ml, z pokrywką, o wysokości 170 mm, szerokości 180 mm, podziałka z boku wyskalowana co 100 ml pozwala na odczyt zebranego moczu?

Odpowiedz na pytanie nr 122: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 123- Pakiet 68, poz. 7 - Czy zamawiający dopuści pojemnik typu yulipan , o pojemności 2500 ml, z pokrywką, o wysokości 170 mm, szerokości 180 mm, podziałka z boku wyskalowana co 100 ml pozwala na odczyt zebranego moczu?

Odpowiedz na pytanie nr 123: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 124- Pakiet 68, poz. 1-8, 11-12,15,17,21,23 - Czy zamawiający wydzieli poz. 1-8, 11-12,15,17,21,23 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedz na pytanie nr 124: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 125- Pakiet 68, poz. 23 - Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedz na pytanie nr 125: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 126- Pakiet 68, poz. 23 - Czy zamawiający dopuszczyć/*wymaga opaski z identyfikatorem dla zmarłych, polietylenowa, biała, z jednorazowym zatrzaskiem uniemożliwiającym rozpięcie, o wymiarach: szer. 13mm, obwód regulowany 9 - 25cm, etui z folii PCV o wymiarach 78 x 96 mm na wkładkę kartonową z nadrukowanym zakresem danych do uzupełnienia: nazwisko, imię, pesel, zgon: data i godzina.

Odpowiedz na pytanie nr 126: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 127- Pakiet 69, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.

Pytanie nr 128- Pakiet 69, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt., nr. 10,10A,11,15,18,20,21,22,23,24?

Pytanie nr 129- Pakiet 69, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był na opakowaniu zbiorczym (100 szt) –opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwi również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza-widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)?

Odpowiedz na pytanie nr 127-129: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 130- Pakiet 78, poz.11-12 - Czy zamawiający wydzieli poz.11-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Pytanie nr 131- Pakiet 78, poz.11-12 - Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.

Odpowiedz na pytanie nr 130 - 131: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 132- Pakiet 78, poz.12 - Czy zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe odpowiednio do pozycji ,posiadające jednostronną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze białym, bez rozszerzonej skali: strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer Lock 10 ml, skala co 0,5ml

Odpowiedz na pytanie nr132: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 133- Czy Zamawiający w Zadaniu25w pozycji1,dopusći opakowanie zawierające 10 sztuk po 1 mililitrze. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr133: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 134- Czy Zamawiający w Zadaniu26 w pozycji1,dopusćsiatkę w rozmiarze 30 x 20 x 15 cm. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr134: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 135- Pakiet nr 38, pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy 2 000 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr135: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 136- Pakiet nr 38, pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru cyfrą na opakowaniu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr136: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 137- Pakiet nr 38, pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści pojemność resuscytatora 1500 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr137: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 138- Pakiet nr 38, pozycja 2 - Czy zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy 1 600 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr138: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 139- Pakiet nr 38, pozycja 2 - Czy zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru cyfrą na opakowaniu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr139: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 140- Pakiet nr 38, pozycja 3 - Czy zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy 1 600 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr140: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 141- **Pakiet nr 38, pozycja 3** - Czy zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru cyfrą na opakowaniu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr141: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 142- **Pakiet nr 52, pozycja 4** - Czy zamawiający wyłączy pozycję 4 z pakietu nr 52 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr142: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 143- **Pakiet nr 62, pozycja 3, 6, 7** - Czy zamawiający wyłączy pozycje 3, 6, 7 z pakietu nr 62 i utworzy z nich oddzielne zadanie? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr143: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 144- **Pakiet nr 62, pozycja 6, 7** - Czy zamawiający dopuści długość 70 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr144: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 145- **Pakiet nr 76, pozycja 1** - Czy zamawiający dopuści Maskę zbudowaną z: naturalny lateks – PET (gumka na głowę), stal (usztywnienie na nos), polipropylen i naturalny lateks (zawór)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr145: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 146- **Pytanie nr 12, Pakiet nr 77, pozycja 1** - Czy zamawiający dopuści Maskę dwupanelową, posiadającą zawór oddechowy w bocznej części, skuteczność filtracji cząsteczkowej oraz skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99% Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr141: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 147- **Pytanie nr 13, Pakiet nr 77, pozycja 1** - Czy zamawiający odstąpi od zapisu „pianka zwiększająca komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie”? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr147: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 148- **Pakiet nr 77, pozycja 2** - Czy zamawiający dopuści Maskę dwupanelową, posiadającą zawór oddechowy w bocznej części, skuteczność filtracji cząsteczkowej oraz skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99% Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr148: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 149- **Pakiet nr 77, pozycja 2** - Czy zamawiający odstąpi od zapisu „pianka zwiększająca komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie”? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr149: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 150- **Pakiet nr 79, pozycja 1** - Czy zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach: *Miękkie i grube chusteczki, zapewniające higieniczną pielęgnację skóry, nasączone środkami myjącymi. Zawierają delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami ochronnymi skóry. Stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania do codziennych procedur mycia ciała pacjenta. Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce. Nie wymagają użycia dodatkowej wody. Testowane dermatologicznie. Opakowanie a'12 sztuk z możliwością wielokrotnego zamykania. Rozmiar 20x20 cm*

Chusteczki oczyszczające przeznaczone do każdej części ciała pacjenta zapewniają oczyszczenie i pielęgnację skóry . Otwórz paczkę w miejscu "otwórz tutaj" wskazaną na etykiecie. Ściereczki są delikatne i miękkie idealne dla wrażliwej skóry. Do każdej części ciała stosuj nową ściereczkę. Nie używaj wody, nie splukuj oczyszczonych miejsc. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej do 20 sekund przy mocy 700 W. Posiada kartę kontrolną na opakowaniu oraz instrukcję użytkowania.

Skład: Dimetikon (3%), fosforan chloru linoamidopropylu PG-dimonowego, lauryloglukozyd, D-pantenol, alantoina, ekstrakt z aloesu berbadenowego, polisorbate 20, tetrasodowy EDTA, kwas cytrynowy, octan tokoferylu, diglukonian chlorheksydyny, gliceryna, nipagard, perfum, ekstrakt z rumianku. Witamina E oraz Prowitamina B5?

Odpowiedz na pytanie nr150: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 151- **Pakiet nr 79, pozycja 2** - Czy zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach: *Myjki do ciała z 2% roztworem chlorheksydydy są szczególnie przeznaczone do przedoperacyjnego mycia ciała pacjenta. Zapewniają możliwość szybkiego umycia pacjenta antyseptycznym preparatem, bez konieczności spłukiwania. 2% diglukonianu chlorheksydydy szybko zabija wszelkie szkodliwe bakterie, które można znaleźć na skórze pacjenta, a także zapewnia długotrwałą ochronę, zapewniając dodatkową barierę antybakteryjną dla pacjentów znajdujących się w szpitalu. Istnieje możliwość stosowania ścierek bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bądź po podgrzaniu w mikrofalówce. Rozmiar 33cm x 22cm, opakowanie a'4 sztuki z możliwością wielokrotnego zamykania?*

Odpowiedz na pytanie nr151: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 152- **Pakiet nr 79, pozycja 3** - Czy zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach: *Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenu wodoru w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 3 ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i aloesem. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I.*

Odpowiedz na pytanie nr152: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 153- **Pytanie nr 19, Pakiet nr 79, pozycja 4** - Czy zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach: *Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydydy w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I.*

Odpowiedz na pytanie nr153: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 154- **Pakiet nr 49 Linia z przetwornikiem podwójnym do pomiaru ciśnienia** - Czy Zamawiający dopuści długość linii ciśnieniowej 130 + 30 cm, lub 180 cm + 30 cm? Długość linii ciśnieniowej nie ma żadnego wpływu na jakość pomiarów, a dłuższa linia ciśnieniowa daje większe pole manewru. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie zgodnie z SIWZ?

Odpowiedz na pytanie nr154:Zamawiający dopuszcza długość 180cm + 30 cm. Pozostałe parametry określone w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 155- **Pakiet nr 49 Linia z przetwornikiem podwójnym do pomiaru ciśnienia-** Konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu? Czy Zamawiający będzie wymagał, aby konstrukcja przetwornika umożliwiła potwierdzenie dokładności pomiarów? Jeśli Zamawiający odpowie: Zgodnie z SIWZ, to znaczy że nie ma szczególnych wymagań w stosunku do danego parametru i dopuści wszelkie rozwiązania równoważne.

Pytanie nr 156- **Pakiet nr 49 Linia z przetwornikiem podwójnym do pomiaru ciśnienia** - Czy port do testowania poprawności systemu jest charakterystyczny tylko dla jednego producenta? Jeśli nie to jaką formę ustandaryzowanego połączenia posiada ów port (np. Luer Lock M / F)? Jeśli Zamawiający odpowie: Zgodnie z SIWZ, to znaczy że nie ma szczególnych wymagań w stosunku do danego parametru i dopuści wszelkie rozwiązania równoważne.

Odpowiedz na pytanie nr155 – 156 : Zamawiający modyfikuje treść pakietu nr 49 poprzez doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia:

1	<p><i>Linia z przetwornikiem podwójnym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz. kompatybilny z monitorem Philips MP70 System IntelliVue będącego własnością Szpitala W skład zestawu wchodzi : 2 x przetwornik ciśnienia , 4xkrank trójdrożny , 2 x dren ciśnieniowy 30cm, 2x dren ciśnieniowy 150 cm , 1x linia płuczka rozdzielona. Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem bezpinowe, wbudowany w przetwornik osobny port do testowania poprawności działania systemu.</i></p>
----------	---

Pytanie nr 157- Czy Zamawiający w Pakiecie 55 dopuści Infusor o przepływie 5 ml/h, o nominalnym czasie pracy 48h, objętości nominalnej 240 ml, objętości maksymalnej 300 ml, posiadający obudowę kodowaną kolorystycznie w zależności od prędkości przepływu? Proponowany Infusor posiada filtr cząstek stałych wbudowany w elastomer oraz ogranicznik przepływu wbudowany w dystalną końcówkę linii dzięki czemu Personel podczas podłączania Infusora pacjentowi nie musi pamiętać o dodatkowym zabezpieczeniu i mocowaniu ogranicznika przepływu do ciała pacjenta – tak aby ogranicznik przepływu mógł się skalibrować do temperatury ciała pacjenta, jak to ma miejsce w przypadku innych urządzeń dostępnych na rynku. Infusor posiada również przezroczystą obudowę blokującą promieniowanie UV do długości 380 nm (który blokuje promienie UVB, UVC i większość promieni UVA). Równocześnie Infusor ten nie posiada filtra powietrza na przebiegu linii infuzyjnej zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym, bez DEHP. Port do napełniania infuzora umieszczony jest na kapturku urządzenia w centralnym miejscu.

Odpowiedz na pytanie nr157: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 158 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 66 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach: taśma wykonana z polipropylen/monofilament, wielkość porów 100 mikronów, szerokość 1,1 cm, długość 12 cm, nici prolonowe łączące taśmę z plastikową osłonką na prowadnicach helikalnych, laserowe cięcie taśmy, taśma w plastikowej osłonce, dwie jednorazowe heliakalne prowadnice ze stali nierdzewnej, profilowane do przejścia przez otwory zasłonowe metodą „inside-out”, z plastikową osłonką, połączone na stałe z taśmą poprzez polipropylenowe nici, stalowa prowadnica skrzydełkowa o regulowanej długości służąca do prawidłowego przeprowadzenia heliakalnych prowadnic z wskaźnikiem głębokości położenia w tkance, system całkowicie jednorazowy?

Odpowiedz na pytanie nr158: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 159 - Pakiet nr 20 poz. 1- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej wykonanej z wykonanej z PTFE w rozmiarze 14 G (pomarańczowy) 2,05 x 4 przepływ 270 ml/min. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr159: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 160- Pakiet nr 20 poz. 1- Czy Zamawiający wymaga kaniuli do wlewów dożylnych wyposażonej w filtr hydrofobowy zabezpieczającym przed wyciekami krwi. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 161 Pakiet nr 20 poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga kaniuli do wlewów dożylnych z 4 paskami widocznymi w promieniach RTG. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 162 Pakiet nr 20 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej bezpiecznej wykonanej z FEP posiadającej 2 paski widoczne w promieniach RTG z filtrem hydrofobowym w porcie bocznym, pełniącym rolę zastawki antyzwrotnej, posiadającej mechanizm zabezpieczający igłę w postaci plastikowej osłonki, w rozmiarach i przepływach

Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
14 G	2,1 x 45	305 ml/min
16 G	1,7 x 45	200 ml/min
17 G	1,5 x 45	142 ml/min
18 G	1,3 x 45	90 m/min
20 G	1,1 x 32	56 ml/min
22 G	0,9 x 25	36 ml/min

Odpowiedz na pytanie nr160 – 162 : Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 163-Pakiet nr 20 poz. 1-Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.
Odpowiedz na pytanie nr163: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 164-Pakiet nr 21 poz. 1, poz. 2- Czy Zamawiający wymaga przedłużaczy o długości drenu 150 cm.

Odpowiedz na pytanie nr164: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 165- Pakiet nr 22 poz. 1-4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 – częściowej ze skala rozszerzona o 20 %.

Odpowiedz na pytanie nr165: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 166 - Pakiet nr 22 poz. 1-4 - Czy Zamawiający wymaga strzykawki 2 – częściowej z kontrastującym tłokiem np. w kolorze niebieskim.

Odpowiedz na pytanie nr166: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 167 - Pakiet nr 22 poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3- częściowej w rozmiarze 50/60 ml do pomp infuzyjnej. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr167: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 168 -Pakiet nr 22 poz. 6 - Czy Zamawiający wymaga strzykawki Janneta 100 ml z podwójna skala pomiarową.

Odpowiedz na pytanie nr168: Zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 169 -Pakiet nr 22 poz. 11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3- częściowej w rozmiarze 5/6 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr169: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 170 - Pakiet nr 22 poz. 12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3- częściowej w rozmiarze 10/12 ml ze skala 0,2 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr170: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 171 - Pakiet nr 22 poz. 13 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3- częściowej w rozmiarze 20/22 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr171: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 172 -Pakiet nr 23 poz. 2 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów w opakowaniu typu folia.

Odpowiedz na pytanie nr172: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 173 - Pakiet nr 27 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedz na pytanie nr173: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 174 Pakiet nr 28 poz. 1-4, poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3- częściowej luer – lock, której cylinder jest wykonany z polipropylenu a tłok z polietylenu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 175 Pakiet nr 28 poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3- częściowej luer – lock 50/60 ml do pomp infuzyjnych. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 176 Pakiet nr 28 poz. 2,4, poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3- częściowej luer – lock w rozmiarze 5/6 ml, 20/22 ml, 30/33 ml.

Odpowiedz na pytanie nr174 - 176: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 177 - Pakiet nr 58 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Pytanie nr 178 - Pakiet nr 71 poz. 3- Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedz na pytanie nr177 - 178: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 179 - **Pakiet nr 66 TAŚMA TOT DO LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 66 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłaniającą, o wymiarach: długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, specyfikacja techniczna: grubość taśmy 0,34 mm, grubość nitki 0,15 mm, porowatość max 1950 µm, rozmiar porów 1 x 1,25 mm, gramatura 45 g/m², taśma w plastikowej osłonce, w środkowej części brak osłonki na odcinku ok. 1,5 cm; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, taśmy wykonane metoda osnowową, o splocie kolumnkowym, co zapewnia wysoką odporność na rozciąganie i wytrzymałość min. 90 N/cm, wydłużenie max 45%, wydłużenie przy 10N poniżej 10%, odporność na rozerwanie: powyżej 50%, symetryczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie przez igłę, implantacja narzędziem wielorazowego użytku ?

Odpowiedz na pytanie nr179: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 180 - **Dotyczy Pakiet nr 9 ŁĄCZNIKI-** Prosimy o potwierdzenie, czy należy zaoferować martwe przestrzenie z portem do odsysania 3,4mm i portem do bronchoskopii 9mm? Pozostałe zgodnie z siwz.

Odpowiedz na pytanie nr180: Zamawiający dopuszcza martwe przestrzenie do odsysania 3,4mm (do bronchoskopii nie). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 181 - **Dotyczy Pakiet nr 9 ŁĄCZNIKI poz.2** - Prosimy o potwierdzenie, czy należy zaoferować łączniki nierozciągliwe o gładkiej powierzchni wewnętrznej, 15cm? Pozostałe zgodnie z siwz.

Odpowiedz na pytanie nr181: Zamawiający dopuszcza łączniki nierozciągliwe o gładkiej powierzchni wewnętrznej 15 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 182 - **Dotyczy Pakiet nr 39 Rurka intubacyjna-** Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek w dostępnych rozmiarach: 4,5,6,7,8. Pozostałe zgodnie z siwz.

Odpowiedz na pytanie nr182: Nie, Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 183 - **Dotyczy Pakiet nr 63 Wkłucia centralne 3 i 4 kanałowe Ag** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania wkłuc centralnych, światowego lidera, o parametrach znacznie wyższych, bowiem z powłoką antybakteryjną zalecaną przez CDC (cewniki typu mieszanina poliuretanu i jonów srebra nie występuje w żadnych zaleceniach), w rozmiarach odpowiednio dla:

Poz.1

cewnik trzyświatłowy, rzeciwbakteryjny (gram+, gram-), przeciwgrzybiczy, 7Fr (Światła 16G, 18G, 18G) o dł.16 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 3-światłowy, igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnik J 0,032"/45cm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skrzydełka mocujące (ruchome i stałe), zaciskacze ślizgowe. Naklejki identyfikujące wkłucie do dokumentacji pacjenta.

Poz.2

cewnik trzyświatłowy, przeciwbakteryjny (gram+, gram-), przeciwgrzybiczy, 7Fr (Światła 16G, 18G, 18G) o dł.20 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 3-światłowy igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnik J 0,032"/60cm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skrzydełka mocujące (ruchome i stałe), zaciskacze ślizgowe. Naklejki identyfikujące wkłucie do dokumentacji pacjenta.

Poz.3

cewnik czteroświatłowy, przeciwbakteryjny (gram+, gram-), przeciwgrzybiczy, 8,5Fr (Światła 16G, 14G, 18G, 18G) o dł.16 cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 4-światłowy, igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnik J 0,032"/60cm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skrzydełka mocujące (ruchome i stałe), zaciskacze ślizgowe. Naklejki identyfikujące wkłucie do dokumentacji pacjenta.

Poz.4

cewnik czteroświatłowy, przeciwbakteryjny (gram+, gram-), przeciwgrzybiczy, 8,5Fr (Światła 16G, 14G, 18G, 18G) o dł.20cm. W skład zestawu wchodzi cewnik 4-światłowy, igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnik J 0,032"/60cm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skrzydełka mocujące (ruchome i stałe), zaciskacze ślizgowe. Naklejki identyfikujące wklucie do dokumentacji pacjenta.

Poz.5

cewnik czteroświatłowy, przeciwbakteryjny (gram+, gram-), przeciwgrzybiczy, wysokociśnieniowy – możliwość podaży kontrastu pod ciśnieniem 400PSI, 8,5Fr (Światła 16G, 14G, 18G, 18G) o dł.16 i 20cm do wyboru. W skład zestawu wchodzi m.in. cewnik 4-światłowy, igła punkcyjna echogeniczna 18G/6,35cm, prowadnik nitinolowy, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skalpel, skrzydełka mocujące (ruchome i stałe), zaciskacze ślizgowe. Naklejki identyfikujące wklucie do dokumentacji pacjenta.

Odpowiedz na pytanie nr183: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 184 - Dotyczy Pakiet nr 63 Wklucia centralne 3 i 4 kanałowe Ag-Prosimsy o potwierdzenie, że należy zaoferować cewniki z powłoką o działaniu przeciwbakteryjnym (gram+, gram-) i przeciwgrzybicznym.

Odpowiedz na pytanie nr184: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 185- Pakiet nr 9 -Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy łączniki martwa przestrzeń mają posiadać dodatkowe pierścienie uszczelniające?

Pytanie nr 186- Pakiet nr 9 Poz. 1 i 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy łączniki mają być pozbawione DEHP ora BPA, a opakowanie typu folia-papier ma posiadać piktogram z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny?

Odpowiedz na pytanie nr185 – 186 : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 187- Pakiet nr 28 Poz.1,2, 4, 5,6 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie , czy oczekuje by do oferty dołączone zostało oświadczenie producenta potwierdzające, że strzykawki mogą być stosowane do bezpiecznego przygotowywania i podawania cytostatyków.

Odpowiedz na pytanie nr 187 : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 188- Pakiet nr 41.- Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy kaniula arterialna ma być dostarczana wraz z nieinwazyjnym systemem mocowania, z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 piankowymi podkładkami : pod skrzydełka kaniuli i z paskami do prowadzenia linii jak dotychczas?

Odpowiedz na pytanie nr 188 : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 189 - Pakiet nr 42 - Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy cewniki mają mieć możliwość utrzymania do 14 dni potwierdzoną w karcie katalogowej producenta i każdy cewnik ma być pakowany podwójnie.

Odpowiedz na pytanie nr 189 : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 190 - Pakiet nr 42 Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarach 14-22.

Odpowiedz na pytanie nr 190 : Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 191 - Pakiet nr 45 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5 i dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0 z oznaczeniem średnicy wewnętrznej lub zewnętrznej na korpusie rurki, dren i balonik rurki w tym samym kolorze innym niż rurka, z oznaczeniem rozmiaru i średnicy na baloniku kontrolnym z jednorazową metalową i pokrytą pcv prowadnicą pakowaną osobno.

Odpowiedz na pytanie nr 191 : Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 192 - Pakiet nr 47 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z wbudowaną igłą U-100 0,3 x 12,5mm w opakowaniu 100 szt.

Odpowiedz na pytanie nr 192 : Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 193 - Pakiet nr 55 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnego systemu infuzyjnego, którego napełnianie odbywa się przez centralnie umieszczony w urządzeniu port wyposażony w min. zawór Luer-Lock uniemożliwiający cofanie się/wyciek płynu po odłączeniu strzykawki, przykręcaną pokrywkę z wygodnym uchwytem i filtr cząstek stałych i powietrza z linią infuzyjną wyposażoną w klamrę i zatyczkę z filtrem hydrofobowym. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr 193: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 194 - Pakiet nr 55 - Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby linia infuzyjna połączona z urządzeniem miała minimalną długość 125cm?

Odpowiedz na pytanie nr 194: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 195 - Pakiet 78 Poz. 1-2, Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy bezigłowego przyrządu do przygotowania i pobierania leków z fiolek, mają być kompatybilne z dowolną średnicą fiołki ?

Odpowiedz na pytanie nr 195: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 196 - Pakiet 78 Poz. 9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3 częściowej 1 ml do tuberkuliny, skalowana co 0,01 ml, wykonana z polipropylenu, logo producenta na cylindrze, sterylna, pakowana pojedynczo

Odpowiedz na pytanie nr 196: Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający poprawia omyłkę pisarską poprzez zamianę: 0,001ml na 0,01 ml:

9	Strzykawka 3 częściowa 1 ml do tuberkuliny, końcówka luer-lock , skalowana co 0,01 ml, wykonana z polipropylenu, logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, sterylna, pakowana pojedynczo	sztuka			500				
---	---	--------	--	--	-----	--	--	--	--

Pytanie nr 197 - Pakiet 78 Poz. 15 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3 częściowej 30 ml skala co 1 ml , logo producenta na cylindrze.

Odpowiedz na pytanie nr 197: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający poprawia omyłkę pisarską poprzez zamiane: 0,1ml na 1 ml:

15	Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 30 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 1 ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze	sztuka			1000				
----	---	--------	--	--	------	--	--	--	--

Zamawiający anuluje odpowiedzi na pytania nr 37 i nr 38 z dnia 30 lipca 2019 r i udziela ich ponownie :

Pytanie nr 37 – Pakiet 13 poz.1- Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje żelu ciekłego czy stałego.


Odpowiedz na pytanie nr 37: Żel ciekły

Pytanie nr 38 – Pakiet 13 poz.1- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody EKG o prostokątnej z zaokrąglonymi rogami o wymiarach 35mm x 50mm, z żelom stałym, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedz na pytanie nr 38: Zamawiający nie dopuszcza

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaofiarowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).



.....
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaofiarowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Zgodnie z art. 101 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 138, poz. 1013 z późn. zm.)
Zamawiający
ZOOZ we Wrocławiu



.....
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)