



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
Dostawa aparatury medycznej - urządzeń i innych wyrobów medycznych stanowiących ich wyposażenie w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”- WSZ-EP-1/2023

Konin, 03.04.2023r

WSZ-EP-1/353/2023

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: Dostawa aparatury medycznej - urządzeń i innych wyrobów medycznych stanowiących ich wyposażenie w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”- WSZ-EP-1/2023

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 13

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.– zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy pakietu numer 5

Dotyczy pkt 14. - Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem i z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku Dicom

Zamawiający wymaga, aby aparat wyposażony był w zintegrowany z kolimatorem miernik dawki DAP. Prosimy o dopuszczenie zestawu, w którym kalkulacja dawki realizowana jest przez zintegrowane oprogramowanie, z prezentacją dawki na konsoli i zapisem do pliku DICOM, co jest rozwiązaniem równie skutecznym, i nie wpływa znacząco na funkcjonalność oferowanego sprzętu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Dotyczy pkt 22. - Filtry dodatkowe pediatryczne wbudowane w kolimator, nieprzesłaniające światła kolimatora

Zamawiający wymaga, aby aparat wyposażony był w zestaw filtrów nie przysłaniających pola świetlnego. Pragniemy poinformować, że nasz sprzęt, który pragniemy zaoferować wyposażony jest w filtry 0.1/0.2 mm Cu, montowane manualnie w kolimatorze, przysłaniające pole świetlne, co nie

wpływa znacząco na funkcjonalność oferowanego sprzętu. W związku z powyższym, prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Dotyczy pkt 58. - Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP56

Zamawiający wymaga, aby detektor posiadał zaawansowaną konstrukcję obudowy zapewniającą ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP56. Pragniemy poinformować, że w przypadku sprzętu, który pragniemy Państwu zaoferować, parametr ten to IP55, co stanowi wystarczające zabezpieczenie w warunkach klinicznych i nie wpływa znacząco na funkcjonalność oferowanego sprzętu. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Dotyczy pkt 59. - Uchwyt do detektora z kratką lub bez kratki

Zamawiający wymaga, aby detektor wyposażony był w uchwyt. Pragniemy poinformować, że w przypadku sprzętu, który pragniemy zaoferować, detektor posiada na powierzchni żłobienia ułatwiające uchwyt, a kształt imituje tradycyjną kasetę CR, co znacznie ułatwia obsługę, i nie wpływa znacząco na funkcjonalność systemu. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ (wykreśla parametr) - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Dotyczy pkt 62. - Stacja technika z komputerem minimum czterordzeniowym procesorem, 16 GB RAM, dysk SSD min. 500GB, system operacyjny, oprogramowanie systemowe

Zamawiający wymaga stacji technika z komputerem minimum czterordzeniowym procesorem, 16 GB RAM, dysk SSD min. 500GB, system operacyjny, oprogramowanie systemowe. Pragniemy poinformować, że w przypadku sprzętu, który pragniemy Państwu zaoferować, stacja technika spełnia powyższe wymagania z pominięciem pamięci RAM, której wartość wynosi 8GB. Ilość RAM jest w pełni wystarczająca do obsługi stacji, dlatego prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Dotyczy pkt 63. - Oprogramowanie konsoli w całości w języku polskim

Wyżej opisana funkcjonalność w sposób znaczący zawęża ilość potencjalnych Wykonawców. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG, gdzie menu jest w języku angielskim, ale programy

anatomiczne, dostosowane są zgodnie z preferencjami użytkownika i opisane w języku polskim, a sterowanie systemem odbywa się przy pomocy piktogramów, tj. pisma obrazkowego zrozumiałego dla wszystkich bez względu na język?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Dotyczy pkt 64. - Systemem pomocy kontekstowej w języku polskim

Czy Zamawiający dopuści system RTG z interfejsem użytkownika oprogramowania do akwizycji oraz obróbki zdjęć oraz pomocy kontekstowej w języku angielskim, gdzie większość dostępnych opcji wyświetlana jest w sposób bardzo intuicyjny poprzez piktogramy – znaki ilustrujące daną czynność, wraz z możliwością nadania polskich nazw dla programów anatomicznych? Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie, dodatkowo do aparatu dostarczana jest instrukcja obsługi w j. polskim w formie elektronicznej oraz papierowej, jednocześnie jest zapewnione wsparcie aplikanta ze strony producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Dotyczy pkt 76. – Funkcja wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie oraz elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania polegającego na możliwości wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie oraz elektronicznych markerów bez możliwości definiowania własnych markerów. Zmiana ta, nie wpłynie w żaden sposób na możliwości diagnostyczne aparatu. Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Dotyczy pkt 79. - Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników

Zamawiający wymaga, aby stacja wyposażona była w oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników. Pragniemy poinformować, że sprzęt, który pragniemy Państwu zaoferować wyposażony jest w funkcjonalność zarządzania zdjęciami odrzuconymi z możliwością wysyłania na osobny serwer, bez funkcji analizy, co nie wpływa znacząco na funkcjonalność oferowanego sprzętu. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Dotyczy pkt 81. - Wybór na zdjęciu obszaru zainteresowania o wymiarach min. 1x1cm z pomiarem średnich wartości pikseli na obszarze i odchylenia standardowego

Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość wyboru na zdjęciu obszaru zainteresowania o wymiarach min. 1x1cm z pomiarem średnich wartości pikseli na obszarze i

odchylenia standardowego. Pragniemy poinformować, że sprzęt, który pragniemy Państwu zaoferować wyposażony jest w funkcjonalność wyboru obszaru zainteresowania i dostosowania poziomu jasności całego obrazu do średniej wartości z jego zakresu, bez możliwości wyświetlenia średnich wartości i SNR, co nie wpływa znacząco na funkcjonalność urządzenia. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Dotyczy pkt 84. – Wydruk obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4/8

Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało możliwość wydruku obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4/8. Pragniemy poinformować, że sprzęt, który pragniemy Państwu zaoferować wyposażony jest w funkcjonalność wydruku obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na 1/2/4/9/12/16 klatek, co nie wpływa znacząco na funkcjonalność urządzenia. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Dotyczy pkt. 87. i 89. – Dedykowane oprogramowanie do wykrywania odmy płucnej / Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji rur i cewników

Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało odpowiednio oprogramowanie do wykrywania odmy płucnej i wizualizacji rur i cewników. Pragniemy zauważyć, że rozwiązanie takie ogranicza konkurencyjność, sugerując wybór jednego producenta, spełniającego oba warunki. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie urządzenia nie posiadającego wspomnianego oprogramowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Dotyczy pkt 90. - Dedykowane oprogramowanie pediatryczne

Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało dedykowane oprogramowanie pediatryczne. Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania, gdzie urządzenie posiada programy pediatryczne z możliwością edycji i tworzenia nowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Dotyczy pkt 92. - Pilot z systemem alarmu dźwiękowego, włączanego, gdy nie jest odłożony do dedykowanej szuflady aparatu

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w pilot do wyzwalania ekspozycji oraz załączania pola świetlnego bez funkcji alarmu dźwiękowego. Oferowana opcja nie odbiega znacząco od wymaganej, co nie wpływa znacząco na funkcjonalność urządzenia. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ (wykreśla parametr) - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Sporządziła: K. Lewandowska