



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 421/08/2023

Chrzanów, 30.08.2023r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania na: **Dostawa sprzętu jednorazowego cz. II dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 88/2023.**

1. Pakiet 4 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści **przyrząd do infuzji grawitacyjnej** o następujących parametrach:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowszych technologii
- dwukanalowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
- hydrofilowy filtr cząsteczkowy Liquid Lock o wielkości oczek 8 µm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu
- miękki, elastyczny, przezroczysty dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia
- uniwersalne zakończenie Luer-Lock
- koreczek Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu



Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

2. Pakiet 4 Pozycja 2: Czy Zamawiający odstąpi od definicji NIOSH i oświadczenia producenta oraz dopuści produkt z filtrem wysokiej skuteczności spełniający pozostałe wymagania?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

3. Pakiet 4 Pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji przezroczysty lub bursztynowy o następujących parametrach:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml;
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
- miękki elastyczny dren o długości 150 cm lub 180 cm z zakończeniem luer-lock
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia
- na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- bez ftalanów
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

4. Pakiet 4 Pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji o następujących parametrach:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską klapką



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@

- elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml;
- filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczepek na dren do podwieszenia
- na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta
- miękki elastyczny dren o długości min. 150 cm
- uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu ?



Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

5. Pakiet 4 Pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji bursztynowej o następujących parametrach:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml;
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
- miękki elastyczny dren o długości 150 cm z zakończeniem luer-lock
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczepek na dren do podwieszenia
- na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- bez ftalanów
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- nie zawiera lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Pakiet 4 Pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji o następujących parametrach

- wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantuje szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (czerwoną) kłapką
- elastyczna komora kroplowa
- kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml
- specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200µm
- miękki elastyczny dren o długości min. 150cm
- uniwersalne zakończenie drenu luer-lock
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia
- na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- bez ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (czerwonym) identyfikującym rodzaj przyrządu?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Pakiet 4 Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną bezpieczną o następujących parametrach:

- Posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem
- Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przysycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- Filtr hydrofobowy** zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Trzpień koreczka powyżej jego krawędzi
- Dostępna w różnych rozmiarach **od 14 G do 24G**
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

- 8. Pakiet 4 Pozycja 7** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny kaniuli dożylnych za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- 9. Pakiet 4 Pozycja 9** Czy Zamawiający dopuści przyrząd do długotrwałego pobierania płynów z filtrem bakteryjnym 0,1 µm bez zastawki, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

- 10. Pakiet 4 Pozycja 9** Czy Zamawiający dopuści przyrząd o maksymalnym czasie użytkowania 24 godzin?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- 11. Pakiet 6 Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie bezpieczne z filtrem hydrofobowym zamiast zastawki, skutecznie zabezpieczającym przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniul do naczynia?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

- 12. Pakiet 6 Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści kaniule z logo producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- 13. Pakiet 6 Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- 14. Pakiet 6 Pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie bez dodatkowego portu iniekcyjnego, bocznego przeznaczone do małych i delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych (w geriatrici). Wykonana z biokompatybilnego teflonu (FEP). Nie posiadające wyjmowanego uchwytu, 4 paski kontrastujące w promieniach



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

RTG wtopionych w materiał kaniuli , bez dodatkowego otworu przy ostrzu igły. Rozmiary: 24 G 0,7 x 19mm przepływ -23 ml/min i 26 G 0,6x19mm 17ml/min?

Odp.: Nie.

15. Pakiet 6 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

16. Pakiet 6 Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści kaniule dotętnicze z cewnikiem wykonanym z poliuretanu (PUR)?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

17. Pakiet 6 Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści kaniule dotętnicze z czasem stosowania do 96h?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

18. Pakiet 6 Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego przezroczysty o następujących parametrach:

- Dedykowany dla standardowych złączy luer i luer lock
- Obudowa wykonana z transparentnego materiału – poliwęglanu
- Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu, osadzona wewnątrz konektora
- Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję
- Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI
- Zakończenie męskie portu zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji
- Objętość wypełnienia 0,09ml
- Wysoki przepływ 350ml/min
- Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI)
- Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: papier-folia

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

19. Pakiet 6 Pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści strzykawki z niezintegrowaną, dopakowaną igłą (0,45x13mm) w zestawie?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

20. Pakiet 6 Pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

21. Pakiet 6 Pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy z membraną silikonową osadzoną wewnątrz w konektorze, płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję, długość całkowita 15cm, kompatybilny z końcówką luer i luer lock.

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

22. Pakiet 8 Pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczym pierścieniem zabezpieczającym przed wysunięciem tłoka?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

23. Pakiet 8 Pozycja 1-4: Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z 10% rozszerzeniem skali nominalnej?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza, a pozostałe parametry wg opisu w swz.

24. Pakiet 8, pozycja 1-3: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny strzykawek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem na opakowania?

Odp.: Kolumna pod nazwą „ilość” - w przypadku poz. 1-4 - dotyczy ilości opakowań, które należy wycenić, a każde opakowanie ma zawierać po 100 sztuk strzykawek.

25. Pakiet 8, pozycja 4?: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny strzykawek za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem na opakowania?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

26. Pakiet 8, pozycja 5-6: Czy Zamawiający dopuści strzykawki kompatybilne z pompą Alaris, ale nie wpisane w menu pompy?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

27. Pakiet 8, pozycja 5-6: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny strzykawek 50ml do pomp za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem na opakowania?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale pozostałe parametry wg opisu w swz.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- 28. Pakiet 8, pozycja 5-6:** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny strzykawkę 20ml do pomp za opakowanie a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem na opakowania?

Odp.: Nie, pozycja dotyczy strzykawkę o pojemności 50 ml.

- 29. Pakiet 8 Pozycja 7:** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml z pojedynczym pierścieniem zabezpieczającym przed wysunięciem tłoka?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

- 30. Pakiet 8 Pozycja 7:** Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml znajdującą się w menu pompy (a więc w pełni kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego pompą) lecz posiadająca pojedynczy pierścieniem zabezpieczającym przed wysunięciem tłoka?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.

- 31. Pakiet 8 Pozycja 7:** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny strzykawkę 20ml do pomp za opakowanie a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem na opakowania?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale pozostałe parametry wg opisu w swz.

- 32. Pakiet 8 Pozycja 7:** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny strzykawkę 20ml do pomp za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem na opakowania?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale pozostałe parametry zgodnie z swz.

- 33. Pakiet 8 Pozycja 8:** Czy Zamawiający dopuści podwójny przewód do cystoskopu/resektoskopu z igłami ściętymi trójplaszczynowo zabezpieczone zatyczkami jak na załączonym zdjęciu?





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale zastosowanie zgodnie z wymogami określonymi w swz.

34. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 14, 17 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów z „... od daty złożenia reklamacji” na „... od dnia uznania reklamacji”

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy - zgodnie z zapisami SWZ.

35. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2:

2. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy oraz dostawę niezgodną z zamówieniem – w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia, lecz nie mniej niż 10zł, za każdy dzień zwłoki **i nie więcej niż 10% wartości brutto danego zamówienia;**
 - b) w przypadku niedotrzymania terminu wymiany towaru na wolny od wad (pełnowartościowy), Zamawiający naliczać będzie karę w wysokości 0,5% wartości brutto zareklamowanego towaru, lecz nie mniej niż 10zł, za każdy dzień zwłoki **i nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego towaru;**
 - c) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto od niezrealizowanej **części** wartości umowy.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy - zgodnie z zapisami SWZ.

Z poważaniem

