
L.dz. 497/2022

Olsztyn dn. 31.03.2022r.

Nr postępowania: 60/2022/PN/DZP

*Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 60/2022/PN/DZP pt. „Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w ramach projektu pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI _3

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Część nr 13

Pytanie nr 1:

Dotyczy załącznika nr 1 oraz wzoru umowy, §6, ustęp 6 - część 15

W treści załącznika nr 1 znajdujemy następujące warunki w odniesieniu do części 15:

„Czas naprawy usterki – max. 21 dni.”

Natomiast w treści umowy jest mowa o 7 dniach na usunięcie usterki. Wnosimy o ujednoczeniu treści umowy zgodnie z zapisami z załącznika 1.

Proponujemy zapis:

„Wykonawca w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 7 dni kalendarzowych za wyjątkiem części 15 dla której to termin ten wynosi 21 dni kalendarzowych liczonych od daty przyjęcia zgłoszenia.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść §6, ustęp 6 w zakresie część 15, nadając mu brzmienie:
„Wykonawca w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 21 dni kalendarzowych liczonych od daty przyjęcia zgłoszenia.

Pytanie nr 2:

Dotyczy wzoru umowy, §1, ustęp 2 – część 15

Zamawiający zapisał:

„Wraz z dostawą sprzętu, wykonawca przekaze zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące tego sprzętu, w tym między innymi kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim.”

Prosimy o korektę w/w zapisów tak by brzmiały:

„Wraz z dostawą sprzętu, wykonawca przekaze zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące tego sprzętu, w tym między innymi kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim.”

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent którego reprezentujemy zapewnia wyłącznie instrukcję obsługi w języku angielskim. Tłumaczenie instrukcji na język polski znacznie by wpłynęło na cenę końcową oferowanego sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść §1, ustęp 2 w zakresie części nr 15, nadając mu brzmienie:

„Wraz z dostawą sprzętu, wykonawca przekaze zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące tego sprzętu, w tym między innymi kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim”.


Sporządzili: mgr Anna Opalach

Z poważaniem,


ZASTĘPCA KANCLERZA
mgr Adriana Faraś-Bąk