



Znak: AE/ZP-27-33/20

Tarnów, 2020-06-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii i bronchoskopii, osprzętu do diatermii, materiałów eksploatacyjnych do pompy irygacyjnej WATER FALL firmy Emed, szczoteczki do mycia endoskopów i bronchoskopów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami jednego z Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji 1: jednorazowy koszyk do usuwania złożeń, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna ułatwia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękocyfki endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu?
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji 2: jednorazowy koszyk do usuwania złożeń, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna ułatwia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękocyfki endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu?
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji 3: jednorazowy obcinak do pętli do podwiązywania, długość narzędzia 230 cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, 1 sztuka w opakowaniu?
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 w pozycji 4: trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękocyfki endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm-7mm; długość cięciwy 20mm -30mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035" (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu?
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycji 5: jednorazowe szczypce chwytające (m.in. do usuwania protez plastikowych z dróg żółciowych); oba ramiona ruchome; ramiona typu szczęki aligatora z zębem szczura; posiada funkcję rotacji; szerokość otwarcia



- ramion 7,2mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,6mm; długość robocza narzędzia 1745mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; 1 sztuka w opakowaniu?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycji 6: trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na przewodnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; separacja kanałów ułatwia kaniulację po nacięciu bez potrzeby wymiany cewników; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG); posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; średnica końcówki dystalnej 5Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu **2,8mm**; maksymalna średnica współpracującej przewodnicy 0,035" (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu?
 7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycji 7: jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi?
 8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Czy ze względu na sprzedaż wyrobu w niepodzielnych opakowaniach producenta zawierających 5 szt., Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie oferowanej ilości w dół do 10 szt. lub w górę do 15 szt.? Prosimy o podanie ilości.
 9. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, w pozycji 1: proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu, krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 60mm, 80mm, 100mm, 120mm; średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 9 Fr (3mm). Proteza kompatybilna z przewodnicą 0,035 cala; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu?
 10. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, w pozycji 2: Proteza samorozprężalna, przelykowa; długość całkowita 110 mm, 140mm, 170mm, długość robocza 70mm, 100mm, 130mm; średnica protezy 28 mm, średnica kołnierzy 34mm; pokryta silikonem na całej długości, posiada 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku; 2 lasso; aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24Fr; Z przewodnicą jednorazowego użytku VisiGlide2, średnica 0,035", długość robocza 2700mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-420mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitinolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego przewodnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu?
 11. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 w pozycji 1 proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu, krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 9 Fr (3mm). Proteza kompatybilna z przewodnicą 0,035 cala; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu?



12. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 w pozycji 2 jednorazowa proteza samorozprężalna do przelyku, długość całkowita 80mm, średnica 22mm, średnica kołnierzy 28mm, pokryta silikonem, posiada dodatkową grubszą warstwę silikonu na zewnątrz; długość aplikatora 70cm, średnica 8mm/24Fr; kompatybilna z przewodnicą 0,038"; wykonana z nitynu; posiada 12 znaczników widocznych w promieniach RTG, posiada 2 lassa do repozycjonowania wykonane z polipropylenu; posiada po 1 kołnierzu zapobiegającemu migracji na końcówce dystalnej i proksymalnej o długości 20mm?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 12 w pozycji 1 jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 2300mm; klipsy z mikroząbkami do lepszej przyczepności; długość ramienia klipsa 10mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; specjalny czerwony stoper zapobiega przypadkowemu uwolnieniu klipsa, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest możliwość wykonania rezonansu magnetycznego; opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem?
14. **Dotyczy pkt VII.A SIWZ Kryterium oceny ofert oraz pkt IV.2 Formularza Ofertowego.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu dostawy w dniach roboczych?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzań ujścia brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych typu Cotton śr. 5-7-8.4 i 5-7-9.6, dł. 195 cm, akceptuje przewodnik 0,035.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, jednorazowych przewodnic typu Lunderquist wykonanych ze stali nierdzewnej pokrytej TFE, ze sztywnym mandrynem oraz elastyczną końcówką dł. 260 cm, długość elastycznej końcówki 4 cm.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** opisanych w pytaniu jednorazowych koszyków do usuwania złożeń, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych i podtrzymuje wymagania w tym zakresie określone w SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** opisanych w pytaniu jednorazowych koszyków do usuwania złożeń, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych i podtrzymuje wymagania w tym zakresie określone w SIWZ..

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** opisanych w pytaniu jednorazowych obcinaków do pętli do podwiązywania i podtrzymuje wymagania w tym zakresie określone w SIWZ..

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** opisanych w pytaniu trójkanałowych papilotomów jednorazowego użytku i podtrzymuje wymagania w tym zakresie określone w SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** opisanych w pytaniu jednorazowych szczypców chwytających i podtrzymuje wymagania w tym zakresie określone w SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** opisanych w pytaniu trójkanałowych papilotomów igłowych jednorazowego użytku i podtrzymuje wymagania w tym zakresie określone w SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** opisanych w pytaniu jednorazowych narzędzi służących do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** przedmiotu zamówienia w niepodzielnych opakowaniach producenta zawierających 5 szt., pod warunkiem zaoferowania 3 takich opakowań (15 szt.).

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** opisanych w pytaniu stentów samorozprężalnych do dróg żółciowych, pod warunkiem, że są dopuszczone do leczenia przetok i zwężeń łagodnych, oraz usuwalne w każdym czasie w okresie od implantacji do 4 miesięcy od implantacji.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** opisanych w pytaniu stentów samorozprężalnych do przelyku, pod warunkiem, że są usuwalne w każdym czasie w okresie od implantacji do 6 tygodni od implantacji.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** opisanych w pytaniu stentów samorozprężalnych do dróg żółciowych.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** opisanych w pytaniu stentów samorozprężalnych do przelyku, pod warunkiem, że są kompatybilne z metalową prowadnicą przelykową Cook (długość 250 cm, miękki koniec, znaczniki co 20 cm od dystalnego końca, wielorazowego użytku).

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 12 poz. 1** opisanej w pytaniu jednorazowej klipsownicy do endoskopowego tamowania krwawień.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy i podtrzymuje wymagania określone SIWZ w tym zakresie.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** również opisanych w pytaniu poszerzań ujęcia brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych typu Cotton.

Ad. 16 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** opisanych w pytaniu jednorazowych prowadnic typu Lunderquist.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

PKO Bank Polski 84 1020 2892 0000 5602 0684 0641

