



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, 27.10.2020r.

EZP 469/2020



**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**



dot. przetargu nr M-55/2020 na dostawę sprzętu j.u. na potrzeby Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu



I. Zamawiający działając na podst. art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164) przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie nr 1

PAKIET NR 2

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści klipsownicy jednorazowego użytku, z możliwością otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie klipsa 15 mm, kąt rozwarcie 90*, długość robocza narzędzia 230 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyzeczki owalne z okienkiem, z kołcem. Śr. osłonki 2,3 mm. Dł. narzędzia 180 cm i 230 cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. Możliwość otwierania i zamykania łyżeczek bez względu na stopień podgięcia endoskopu. Min. śr. kanału roboczego 2,8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr. ostrza igły 0,6 mm, dł. ostrza 4 mm lub 6 mm do wyboru przez Zamawiającego, dł. narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.





Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie nr 4

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ustnik endoskopowy jednorazowego użytku, z gumką tkaninową, pakowany w kartonowy dyspenser ułatwiającym wyjmowanie pojedynczych ustników?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 5

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jednorazową owalną pętlę do polipektomii średnica cewnika 2,3 mm, długość 230 cm, średnica pętli 20 mm, z plecionego drutu, rękojeść skalowana co 5 mm, funkcja płynnej rotacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści:

- Szczotka długa do czyszczenia kanałów roboczych, dwustronna, dł 230 cm, śr. pierwszej główki 5 mm, śr. drugiej główki 10 mm, śr. teflonowego cewnika 1,7 mm?
- Szczotka krótka dwustronna do czyszczenia gniazd zaworów, główki o śr. 5mm oraz 11 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ze względu na wymóg stosowanych szczotek określonych przez producenta endoskopów

Pytanie 7

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści szczotkę do czyszczenia kanałów roboczych endoskopów, jednorazowego użytku, dwustronna, dł. 230 cm, śr. cewnika 1,8 mm, śr. główek 5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ze względu na wymóg stosowanych szczotek określonych przez producenta endoskopów

Pytanie nr 8

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szczotkę cytologiczną gastroscopową, jednorazowego użytku, średnica cewnika 2,35 mm, długość 160 cm, zakończona kulką?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ze względu na wymóg stosowanych szczotek określonych przez producenta endoskopów

Pytanie nr 9

Poz. 11





Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy Zamawiający dopuści szczotkę cytologiczną bronchoskopową, jednorazowego użytku, średnica cewnika 1,75 mm, długość 120 cm, zakończona kulką?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ze względu na wymóg stosowanych szczotek określonych przez producenta endoskopów

Pytanie nr 10

Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści chwytak do polipów, jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli, śr. pętli 25 mm, dł. 230 cm, śr. 2,3 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 11

PAKIET Nr 3, pozycja 3, ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pułapek na polipy w opakowaniach po 25 sztuk (zamiast 50 sztuk)? Pozostałe parametry zgodne z SiWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na opakowania po 25szt. Pułapek na polipy.

Pytanie nr 12

PAKIET Nr 3, pozycja 8, ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o informację, czy nie zaszła pomyłka pisarska i w poz.8 w depozycie wymagają Państwo 30 sztuk (3 opakowań) łączników do ssaka KV-5?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 30szt., czyli 3 opakowania

Pytanie nr 13

dotyczące zapisów SIWZ, zapisów ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ – projekt umowy § 3 ustęp 2b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin uzupełnienia przedmiotu umowy następował w ciągu 3 dni roboczych, a realizacja zamówień pilnych wynosiła 48 godzin w dni robocze?

Produkty opisane w pakiecie Nr 3 nie są produktami ratującymi życie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 14

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ – projekt umowy § 11


Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres rękojmi był taki sam jak okres gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Okres rękojmi wynika z przepisów prawa cywilnego.

Pytanie nr 15

„TERMIN DOSTAWY” – zamówienia bieżące, uzupełnienie depozytu



Handwritten signature or mark.



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Celem ujednoczenia zapisów SIWZ oraz projektu umowy, prosimy o potwierdzenie, że terminy dostaw, realizacji zamówień bieżących, zamówień depozytu będą liczone w „dniach roboczych”, „godzin w dni robocze”, ponieważ: w umowie widnieje zapis: „dni roboczych” w SIWZ: „dni”
Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza dni robocze.

Pytanie nr 16

dotyczące zapisów umowy, SIWZ – rozdział VIa, podpunkt „a” oraz , opisu przedmiotu zamówienia PAKIET 3 poz. 6, 7, 8 oraz zapisów umowy paragraf 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 3 w pozycji 6, 7, 8 wyposażenia (tj. filtr, wkład, łącznik), które nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o których mowa w oświadczeniu (deklaracje zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej, zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

Uwagi: w umowie jest zapis „jeśli dotyczy”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 17

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,6 mm, długość ostrza 6 mm, średnica osłonki 2,4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 32 mm, uchwyt skalowany co 10 mm, średnica cewnika 2,4 mm, długość cewnika 240 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 20


Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie szczotki o średnicy włosa 5 mm i 10 mm.

Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ze względu na wymóg stosowanych szczotek określonych przez producenta endoskopów

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie szczotki o średnicy cewnika 1,8 mm.



6



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ze względu na wymóg stosowanych szczotek określonych przez producenta endoskopów

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 200 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ze względu na wymóg stosowanych szczotek określonych przez producenta endoskopów

Pytanie nr 23

Pakiet 2, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści ustnik endoskopowy z gumką silikonową pakowany w opakowanie foliowe oraz w kartonik bez funkcji dyspensera?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 24

Pakiet 2, pozycja 4: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 4 z pakietu nr 2 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na tą pozycję. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 25

Pakiet nr 1 Czy zamawiający wyłączy pozycje 1,2,3,4,5 i dopuści

Poz. 1 kateter o średnicy 7 Fr. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Poz. 2 Pancierz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym. Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 120, 180 i 230 cm, średnica szczęk 1,8mm; 2,3mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Poz. 3 Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza min. 230 cm; średnica osłonki 2,3mm; średnica otwartej pętli: 10, 15, mm. Dostępne kształty: owal. Potwierdzenie posiadania wskazań do zimnej polipektomii (znak CE).

Poz. 5 Zestawy do opaskowania żyłaków przełyku zawiera 6 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego (nie zawiera latexu); głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 9,4 – 13,0 mm

Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 26

Pakiet Czy zamawiający dopuści

Poz. 1 średnica cewnika 2,5 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Poz. 2 Dł. narzędzia 160 cm i 230 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ



W



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Poz. 5 Jednorazowa owalna pętla do polipektomii średnica cewnika 2,3 mm, długość 230 cm, średnica pętli 36 mm, z plecionego drutu, rękojeść skalowana co 5 mm.

Poz. 7 śr. każdej z główek 5 mm, śr. teflonowego cewnika 1,7 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Poz. 8 Szczotka krótka dwustronna do czyszczenia gniazd zaworów, główki o śr. 5mm oraz 11 mm

Poz. 9 Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych endoskopów, jednorazowego użytku, dwustronna, dł. 230 cm, śr. cewnika 1,7 mm, śr. główek 5 mm, dł. główek 20 mm

Poz. 10 Szczotka cytologiczna gastroskopowa, jednorazowego użytku, średnica cewnika 1,7 mm, długość 180 cm, zakończona kulką szczelnie zamykającą cewnik po pobraniu materiału

Poz. 11 średnica cewnika 1,7. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe w poz. 1,2,5, oraz w poz. Od 7 do 11 z uwagi na wymogi co do parametrów stosowanych szczotek określone przez producenta endoskopów.

Pytanie nr 27

Pakiet 3 Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycje 1,2 i dopuści w poz. 1 średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający informuje, iż na mocy art.38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert i tak:

Termin składania ofert upływa dnia 30.10.2020r.. godz. 10:25

Termin otwarcia ofert 30.10.2020r. godz. 10:30

Z poważaniem

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych

Ewa Serpowicz

