

Konin, 13.06.2023 r.

WSZ-EP-6/678/2023

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-6/2023**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 18**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Treść pytania nr 1:**

**Pakiet nr 14, pozycja nr 3** – Czy zamawiający dopuści martwą przestrzeń o długości 15cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

**Treść pytania nr 2:**

**Pakiet nr 14, pozycja nr 3** – Czy zamawiający dopuści martwą przestrzeń wyposażoną w zamykany port o średnicy ok. 9mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

**Treść pytania nr 3:**

**Pakiet nr 18, pozycja nr 1-3** – Czy zamawiający dopuści uchwyt do stabilizacji rurek intubacyjnych o parametrach:

- Szybkie i stabilne umocowanie rurki intubacyjnej
- Uniwersalne rzepy umożliwiające skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy
- Specjalna śruba dociskająca umożliwiająca zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej
- Gryzak zapobiegający traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu rurki
- Dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie bez konieczności zdejmowania uchwytu
- Specjalna pianka po wewnętrznej stronie zapewniająca dodatkowy komfort pacjenta
- Przeznaczony dla każdego rozmiaru rurki intubacyjnej
- Jednorazowego użytku



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

**Treść pytania nr 4:**

**Pakiet nr 18, pozycja nr 1-3** – Czy zamawiający dopuści stabilizator rurki intubacyjnej o parametrach:

- Jednoczęściowa
- Szybkie i komfortowe założenie
- Możliwość indywidualnego cięcia – dopasowanie długości do pacjenta
- Możliwość wielokrotnej zmiany ułożenia rurki
- Wygodne mocowanie na rzep
- Otwór w opasce zapewniający unieruchomienie rurki
- Dodatkowy rzep samoprzylepny na rurkę intubacyjną umożliwiający jej zamocowanie do opaski
- Neutralne dla bakterii
- Jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo
- Przeznaczony dla każdego rozmiaru rurki intubacyjnej
- Dostępne dwie długości: 72cm lub 85cm



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

**Treść pytania nr 5:**

**Pakiet nr 24, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowca: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

**Treść pytania nr 6:**

**Pakiet nr 25, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z dodatkową gałęzią o długości 1,2m?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

**Treść pytania nr 7:**

**Pakiet nr 25, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z mlecznymi, sztywnymi końcówkami?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

**Treść pytania nr 8:**

**Pakiet nr 25, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z możliwością stosowania do 7 dni przy codziennej wymianie filtrów?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 9:**

**Pakiet nr 25, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowca: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 10:**

**Pakiet nr 25, pozycja nr 3** – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 12ml
- Waga: 15g
- Objętość oddechowa: 150-300ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 11:**

**Pakiet nr 31, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści czepek do bezwodnego mycia głowy z zawartością środków myjących oraz pielęgnacyjnych, przeznaczony do czyszczenia i pielęgnacji włosów i okolic dla pacjentów hospitalizowanych, nie wymagający użycia wody oraz spłukiwania, wykonany z dwóch warstw: włóknina spunlace i folia PE, w rozmiarze uniwersalnym, o delikatnym, przyjemnym zapachu, nasączony preparatem odświeżającym i nawilżającym o neutralnym pH (5,5), zawierający w składzie m.in. simetikon, składniki zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej, chlorheksydynę, wyciąg z aloesu oraz rumianku, witaminę E, D–Panthenol, alantoinę, możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce, jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, alkoholu oraz lanoliny, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe z nadrukowaną instrukcją użycia w języku polskim, oferowany na 23% stawce VAT?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

**Treść pytania nr 12:**

**Pakiet nr 31, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści czepek do bezwodnego mycia głowy z zawartością środków myjących oraz pielęgnacyjnych, przeznaczony do czyszczenia i pielęgnacji włosów i okolic dla pacjentów hospitalizowanych, nie wymagający użycia wody oraz spłukiwania, wykonany z dwóch warstw: włóknina spunlace i folia PE, w rozmiarze uniwersalnym, o delikatnym, przyjemnym zapachu, nasączony preparatem odświeżającym i nawilżającym o neutralnym pH (5,5), zawierający w składzie m.in. simetikon, składniki zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej, chlorheksydynę, wyciąg z aloesu oraz rumianku, witaminę E, D–Panthenol, alantoinę, możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce, jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, alkoholu oraz lanoliny, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe z nadrukowaną instrukcją użycia w języku polskim, oferowany na 23% stawce VAT?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

**Treść pytania nr 13:**

**Pakiet nr 32, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści miękkie, grube, jednorazowe myjki do toalety pacjenta o neutralnym pH = 5,5, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 22 cm, zawierające w składzie nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością gliceryny, polisorbate 20, aloesu, rumianku oraz dimetikonu (3%), witaminę E oraz prowitaminę B5, bez lateksu, w zamkniętym opakowaniu, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej, pakowane w opakowanie foliowe z możliwością wielokrotnego otwierania, pakowane po 12 sztuk z przeliczeniem ilości, produkt oferowany na 23% stawce VAT?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

**Treść pytania nr 14:**

**Pakiet nr 32, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści myjki do toalety osobistej pacjenta dedykowane do ogólnej i uzupełniającej higieny i pielęgnacji skóry, myjki do bezwodnego mycia ciała o naturalnym pH, o właściwościach oczyszczających, odświeżających i łagodzących podrażnienia, posiadające substancje nawilżające i odżywcze dla skóry (witamina E, rumianek i aloes), odpowiednie do mycia całego ciała, zawierające w składzie Dimetikon (3%),

fosforan chlorku linoamidopropylu PG-dimoniowego, lauryloglukozyd, D-pantenol, alantoina, polisorbata 20, tetrasodowy EDTA, gliceryna, sorbinian potasu, benzoesan sodu, perfumy, nie zawierają lateksu, lanoliny i alkoholu, myjki w rozmiarze 20cm x 20cm, zapobiegają powstawaniu infekcji, testowane dermatologicznie, pakowane w opakowanie foliowe z możliwością wielokrotnego zamykania, opakowanie pomagające utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniające możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej, pakowane po 25 sztuk, zarejestrowane jako wyrób medyczny?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, z przeliczeniem na ilość opakowań po 25 sztuk. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

*Sporządziła  
Elżbieta Marcinkowska  
Danuta Mudry-Kowalów*